

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הגניאה
יחידה מזמינה:	למע"צ / גמי. נ.א.מ
תאריך:	18/11/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077095	מכשיר חימום לעירוי נוזלים נייד WARRIOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

QUALITY IN FLOW	שם הספק:
514266469	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
108560	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד	ספק זה הינו:
48,248 שח' + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

4 בנובמבר 2020
מספרנו: יש/0490-2020
תיק: 2-1116, 2001

לכבוד
גב' גילי נעים
1 א 2

הנדון: מלר"ד/חדרי הלם – חוו"ד לרכישת מכשיר לחימום עירו

דוא"ל מיום 5.11.2020

1. לחדרי ההלם במיזן נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 3 יח.
2. דגם warrior תוצרת QinFlow נבדק ונמצא מתאים לשימוש בנפחים גדולים ומהירויות גבוהות בהתאם לאופן העבודה במיזן ובפרט בחדרי הלם. בפועל קיים בכמות 5 יח (3 ייחיות + 2 ניידות).
3. מאפייני המערכת הנדרשים:
 - חימום עד 37°C ברמת דיוק של $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
 - Max flow rate 290 ml/min
 - ביצועים נשמרים גם בטמפי אינפוט נמוכה של עד 4°C .
 - זמן הפעלה וחימום קצרים. Warm up 11 sec.
 - הפעלה באמצעות סוללה נטענת. תתאפשר עבודה בנפחים ומהירויות גבוהים גם כאשר המכשיר מופעל על ידי סוללה.
4. הדגם מספק מבחינת טמפי עבודה בנפחים גבוהים ומתאים לדרישות הטיפול בחדרי הלם במיזן. למען הסר ספק, מחממי הנוזלים הנרכשים סדיר עבור בית החולים לא נותנים מענה לדרישות המפורטות לעיל.
5. יש לממש הצעת מחיר הרציב למכשיר Warrior תוצרת QinFlow על כל סעיפיה בכמות 3 יח. חברת QinFlow הינה ספק בלעדי לרכישה זו מאחר ורק הדגם מתוצרתה נותן מענה לנדרש על כל המשתמע מכך.
יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל, תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים או בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות יצרן.

בכרמל,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעה

העתקים: ד"ר אבי עירוני
ד"ר יורם שדמי
מר גיא פאר