



י"ג בכסלו, התשפ"א
29 נובמבר 2020

סימוכין : 455321820

לכבוד
משתתפי המכרז


שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 64/2020 לאספקת זרועות ועגלות למוניטורים עבור משרד הבריאות

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 14 לפרק 1 למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
1.					<u>שאלה כללית</u> : האם המכרז מיועד ליצרנים ישראליים או לספקים ויצרנים בין-לאומיים?	המכרז מיועד לכל מציע העומד בתנאי הסף.
2.	23	2	8	תקנים	האם נדרש אישור CE עבור הציוד המוצע או שווה ערך?	אין צורך באישור CE או אישור שווה ערך
3.	23	2	6.5.1	אורך זרוע	אורך הזרוע הנדרש במכרז הוא 40-60 ס"מ. האורך אינו סטנדרטי עבור רוב היצרנים. האם אורך של 30 ס"מ בין הצירים מאושר?	הבקשה מתקבלת. אורך הזרוע הנדרש במכרז יהיה בין 30- 60 ס"מ.

בברכה,

אורית אפרתי לב
מנהלת האגף

העתק: תיק מכרז