

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	וגויאור
יחידה מזמינה:	מכין נאג
תאריך:	12/10/20

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085478	VEINVIEWER FLEX

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	דניאל ביוטק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512664814
מספר ספק בשיבא	3973
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	23,100 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

14 בספטמבר 2020  
מספרנו : מב/2020-0444  
תיק : 9013, 1110

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש  
כאן

הנדון : מערך כאב – חו"ד לרכישת מכשיר להדמיה ואיתור וורידים.

א. דוא"ל מיום 13.9.2020 – גב' סנדרה הוינו  
ב. דוא"ל מיום 19.9.2020 – מר דניאל פוליאקוב

1. נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 3 יח".
2. מדובר במכשיר המציג תמונה של מיפוי וורידים ובכך מאפשר גישה מהירה ונוחה גם במקרים של ורידים "קשים". המכשיר מאפשר לאתר שסתומים או פיצולים בכלי דם ומסייע במניעת זיהומים.
3. נבחנו בפועל ע"י משתמשי הקצה דגמי המכשור הבאים:
  - דגם AV500 מתוצרת AccuVein המשווק ע"י חברת "ש. שיווק כל מיליונים".
  - דגם VeinViewer Flex מתוצרת Greiner Bio-One המשווק ע"י חברת "דניאל ביוטק".
  - דגם VIVO500S מתוצרת VIVOLIGHT המשווק ע"י חברת "גיל מדיקל".
4. הערה: הדגם מתוצרת VIVOLIGHT נפסל לרכישה על הסף היות ולא עומד בכל תקינה בינלאומית למכשור רפואי.
5. רצ"ב בנספח א' טבלה סיכום הנתונים הרלוונטיים של שלושת הדגמים.
6. בהתאם לסימוכין א' ו-ב', נמצא כי הדגם VeinViewer Flex מתוצרת Greiner Bio-One מספק מענה אופטימלי לנדרש מכל הבחינות. מהיבט הדיוק והמהימנות, נמצא כי הדגם VeinViewer Flex מספק תמונת מיפוי ורידים מדויקת ומהימנה בהשוואה לדגמים המתחרים. מהיבט איכות ההדמיה, התמונה המתקבלת הינה איכותית וממוקדת, ללא תזוזה של פיקסלים בהשוואה לדגמים האחרים.
7. למען הסר ספק, הדגמים המתחרים מתוצרת VIVOLIGHT ו-AccuVein מספקים תמונה בעלת איכות ירודה ורמות דיוק ומהימנות נמוכות.
8. הנימוקים המקצועיים שניתנו ע"י משתמשי הקצה נמצאו קבילים ומקובלים ולפיכך ניתן לראות ביצרן Greiner Bio-One ספק בלעדי לרכישה זו. יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 20Q06516 מחברת "דניאל ביוטק".

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא  
תל השומר  
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש שאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

7. על ההזמנה לכלול ספרות שרות והדרכה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בבדפה,  
מיטל ביסטר-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' יורם שדמי  
גבי אורנה רחמינוב  
גבי סנדרה הוינו  
מר דניאל פוליאקוב