

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	אברהם
יחידה מזמינה:	J.C
תאריך:	24/11/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085890	CARESCAPE CENTRAL STATION V2 ALL-IN-ONE SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$33,820 מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

ד ח ו ן

23 בנובמבר 2020
מספרנו: עש/0518-2020
תיק: 1003,1120-9

לכבוד
גבי גילי נעים
כ.א.ן

הנדון: טיפול נמרץ כללי – חו"ד לרכישת תחנות מרכזיות לניטור

תכתובת מיום 23.11.2020

ביחידת טיפול נמרץ כללי נמצאות בשימוש שתי תחנות מרכזיות מדגם i-central תוצרת GE המאפשרות צפייה וניהול 16 המיטות המנוטרות.

בעקבות תקלה בתחנה מרכזית מספר ME031529, התחנה הושבתה ונדרשת רכישת תחנת ניטור חדשה חלופית באופן בהול.

מאחר והתחנה הנוספת ביחידה, מספר ME031530, הינה תחנה משנית (לא עצמאית) ומאחר ודגם i-central הינו דגם מיושן שייצורו הופסק, אין אפשרות להמשיך ולעשות בה שימוש. בהתאם לאמור, לשם המשך פעילות נדרשת רכישת שתי תחנות ניטור מהדגם העדכני Carescape V2 תוצרת GE.

מצורפת הצעת מחיר PQ20L01477 של חברת לבנט לתחנה מדגם Carescape V2 תוצרת GE, יש לממש ההצעה במלואה בכמות של 2 יח.

תחנות הניטור מיועדות לאיסוף והצגת מידע ממוניטורים תוצרת GE ועל כן אין אפשרות לרכושן מיצרן אחר ויש לראות ביצרן ונציגו ספק בלעדי לרכישה.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל. תיתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול- ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה
ענבר אמוץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר חביב-ידיד יעל
ד"ר שדמי יורם