

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	קוצבים
תאריך:	23/11/2020

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____
 (יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

PS200-040	PEAK PLASMA BLADE 4.0MM WIDE SPATULA TIP	1011931136

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטרוניק
מספר הספק	92941
(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	512833336
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 500,000
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

PEAK PLASMABLADE הינו מכשיר חיתוך וצריבת רקמות בטמפרטורה נמוכה 40-100 צלזיוס
טכנולוגיה זו מאפשרת חיתוך מדויק עם פגיעה תרמית מינימלית ברקות סמוכות, בנוסף בשל הטמפרטורה הנמוכה קיים סיכון
מופחת לפגיעה בשכבת הבידוד של האלקטרודות בקוצבים ודפיברילטורים
מדטרוניק הינם ספק יחיד לפריט PEAK PLASMABLADE

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>פרופ' רוני ביינר מנהל המכון להפרטיזציה מומחה ברפואה פנימית מ.ג. - 33940 המרכז הרפואי</p>	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
חתימה		