



07.01.21

לכבוד


משתתפי המכרז

מכרז מס' 202895 למתן שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים

להלן עדכונים:

1. תנאי סף – עמ' 2 (הודעה) סעיף 4.1.2, ועמ' 8 (נספח א') סעיף 20.1.2 המתייחס להצעת מחיר (טבלה 2 בלבד) ישונה כדלהלן:
" למציע אישור משרד הבריאות, אגף הרוקחות לפיו הגזים המיוצרים במפעלי המציע והמשווקים ו/או מיובאים על ידו, נרשמו בפנקס התרופות, בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' 19/99 "גזים לשימוש ברפואה למתן באמצעות מערכת הנשימה " וזאת בהתייחס לרשימת אספקת גזים רפואיים בגלילים (תרופה) שבנספח ב(חלק 2) – טבלה מס' 2 בלבד".
2. כמו כן, מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה לתאריך: 14.01.21 שעה 12.00.
3. רצ"ב עדכון לנספח ב' חלק 2- הצעת מחיר (3 טבלאות). יש להגיש הצעתכם על גבי עדכון זה בלבד:
טבלה 1- אספקת ציוד ושירות
טבלה 2- אספקת גזים רפואיים בגלילים (תרופה)
טבלה 3- אספקת גזים שאינם רפואיים בגלילים
4. רצ"ב התייחסות לשאלות ספקים.

בכבוד רב,


יורם הארלי
מנהל יח' מכרזים



נספח ב- חלק 2 טופס הצעת מחיר מעודכנת:

טבלה 1- אספקת ציוד ושירות			
מס'	פריט	אומדן צריכה	מחיר בש"ח
1	החלפת שסתום בטחון לגליל	253	
2	צביעת גליל בנפח 8-3 ליטר	1	
3	צביעת גליל בנפח 25-9 ליטר	93	
4	בדיקה הידרוסטטית ושיפוץ לגליל בנפח 8-3 ליטר	117	
5	בדיקה הידרוסטטית ושיפוץ לגליל בנפח 25-9 ליטר	68	
6	החלפת ברז פין אינדקס עם פורק לחץ	106	
7	שיפוץ גליל 17-50 ליטר	225	
8	פלומבה לברז חמצן PIN-INDEX לגליל 3-5 ליטר	13,687	
9	בדיקה הידרוסטטית לגליל חדש 400 אטמוספרות הליום/ארגון	8	
10	שיפוץ סוללה חמצן 12 גלילים	6	
11	אטם אורינג וייטון לחמצן	180	
12	אטם פיין אינדקס	500	
13	גליל אלומיניום 30 ליטר-תע' NO	34	
14	גליל אלומיניום לחמצן רפואי 3 ליטר	580	
15	גליל אלומיניום לחמצן רפואי 5 ליטר	5	
16	גליל אלומיניום לחמצן רפואי 10 ליטר	275	

		630	גליל חמצן רפואי 40 ליטר	17
		6	גליל הליום	18
		6	גליל הליום 400 אטמ'	30

טבלה 3- אספקת גזים שאינם רפואיים בגלילים

מס'	פריט	אומדן צריכה	מחיר בש"ח	סה"כ
1	אצטילן טכני (קג)	48		
2	תערובת 9% HE + 0.25% CO ב-AIR (מילוי) , 10 ליטר	3		
3	ארגון 99.999% (מילוי) 18 מק לחץ אטמו' 400	22		
4	תערובת 10% CO IN Synth air He 0.3%	2		
5	ארגון 99.999% לפי מק מילוי בגלילי לחץ גבוהה	66		
7	ארגון 99.999% (מילוי) 6.6 מק	8		
8	חנקן אינרטי (מילוי) 99.999% (4 מק)	83		
9	תערובת הליום 82%+13.5% חנקן+4.5% CO2 (מילוי) 40 ליטר	10		
10	תערובת 5% CO2 + 5% O2 ב-N2 (מילוי) , 40 ליטר	3		
11	ארגון	6		
12	ארגון 400 אטמ'	9		
13	אצטילן	2		
14	השכרת גליל דו תחמוצת הפחמן 30 קג CO2 99.998% יצרן SIAD איטליה	4		
15	תערובת הליום 80% , חמצן 20% , 40 ליטר	15		
16	תערובת 5% CO2 + 5% O2 ב-N2 (מילוי) , 40 ליטר	3		
17	תערובת 5% CO2 + 5% O2 ב-N2 (מילוי) , 40 ליטר	3		
18	תערובת 0.25% c0 + 9% He + אויר 30 ליטר	3		
19	Co2 עם סיפון 30 ליטר תערובת	3		
20	0.3% Co2 + 21% O2 + CH4 0.3% , N2 10 ליטר תערובת	3		
21	5% H2 + 5% Co2 + N2 40 ליטר תערובת	3		
22	תערובת 0.25% c0 + 9% He + אויר 40 ליטר	3		
23	תערובת 5% Co2 + 1% O2 + N2 40 ליטר	3		
24	הליום (מילוי) 5/9 (8 מק)	1		
25	הליום (מילוי) 5/9 (17 מק)	11		

		27	הליום (מילוי) 99.999% 400 אטמ' (17 מק)	26
		3	תערובת Co2 5%+ O2 1% +N2 40 ליטר	27
		11	הליום - רגיל (מילוי) 40 ליטר	28

להלן תשובות לשאלות ספקים:

מ.ס	מסמך	סעיף	שאלה / הבהרה	התייחסות מרת"א
1	נספח א'	9	מבוקש כי במקום המילים: "בהודעה מראש של 7 ימים" יבוא: "בהודעה מראש של 15 ימים לפחות". כן מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "מובהר כי הספק יהיה זכאי לתשלום עבור מלאו השירות ו/או הגזים שסופקו עד להפסקת ההתקשרות בפועל".	הסעיף ישאר ללא שינוי
2	נספח א'	17	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל, בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף ישאר ללא שינוי
3	נספח א	20.1.2	למיטב ידיעתנו לא נמצא שימוש רפואי בהליום, ולכן כעת לאף ספק אין רישום הליום בפקס חרופוח. הליום אשר צוין בטבלה של גזים רפואיים (נפח ב) בטוהר 99.999% שאינו טוהר רפואי (99.5%) והשימוש הליום 400 בר למיטב ידיעותינו למכשור ודורש טוהר של 99.999% (לא רפואי) ולכן נבקש להוציא גז הליום מטבלה של גזים רפואיים.	ראה העידכון בטבלה (נספח ב) חלק 2) פריט הליום אינו מופיע בטבלת אספקת גזים רפואיים בגלילים (תחפה)
4	נספח א'	37	יש בסעיף זה כדי למנוע את זכות הגישה לערכאות של המציעים ולכן נבקש למחוק אוחו.	הסעיף ישאר ללא שינוי
5	נספח א	50.1.5	נבקש לאפשר לספק לעזור למרת"א להשיג אנשי קשר לביצוע סקר לפני הכרזת לניקוד 0	הסעיף יוותר ללא שינוי
6	נספח א'	75	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "החלטת מרת"א כאמור בסעיף זה לעיל תנומק בכתב"	הסעיף ישאר ללא שינוי
7	נספח א'	76	מבוקש למחוק את המילים: "ללא חובת הנמקה". מבוקש כי לאחר המילים: "או כל מי מטעמו" יתווסף: "מנימוקים שירשמו בכתב".	הסעיף ישאר ללא שינוי
8	נספח א'	88	בשים לב לכך שבחירת ההצעה הזוכה מתבצעת לפי ציון משוקלל לכל הצעת המחיר ולא לפי מחיר של פריט בודד, נבקש להבהיר כיצד תתבצע בחירה של מספר הצעות תוך פיצול ההתקשרות ביניהם או כיצד תתבצע בחירה של הצעה חלקית.	הסעיף ישאר ללא שינוי
9	נספח א'	115	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף ישאר ללא שינוי
10	נספח א'	124	מבוקש כי במקום המילים: "על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט" יבוא: "מנימוקים שיפרטו בכתב".	הסעיף ישאר ללא שינוי
11	נספח ב	13.1.10	נבקש להבהיר מה קוטר הצינור הנדרש, והאם הצינור מיועד לחיבור גלילים? האם המוצר שייך לתחזוקת גלילים?	הפריט נמחק מנספח ב) חלק 2)
12	נספח ב	13.1.14	נבקש לקבל פרטי מפרט לחיבור מהיר - אביזר ליציאה, מה סוג החיבור, עבור איזה גז, ועוד. האם המוצר שייך לתחזוקת גלילים?	הפריט נמחק מנספח ב) חלק 2)
13	נספח ב	13.1.15	נבקש לקבל פרטי המפרט. כמו כן אודה להבהרה מה הגדרתה של זווית T, עבור איזה גז, מה מקום השימוש בגלילים? האם מוצר שייך לתחזוקת גלילים	הפריט נמחק מנספח ב) חלק 2)
14	נספח ב	13.1.19	נבקש להבהיר האם אטם פין אינדקס הנדרש מיועד להרכבה בין ווסת לברז או בין ברז וגליל?	הפריט נמחק מנספח ב) חלק 2)
15	נספח ב	13.1.22	נבקש לציין אחוז המרכיבים של התערובת וגודל גליל שימולא	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)
16	נספח ב	13.2.3	נבקש שמחיר המוצר זה יהיה ביחידות לק"ג. אומדן הצריכה לפי נתוני מרת"א 32X216 = לק"ג 6.812	פד"ח נמכר ביחידת מידה של ק"ג. בכורות ישנם 8 בלונים. כל יחידת בלון משקלה 27 ק"ג
17	נספח ב	13.2.16	מוצר זה הופיע בשורה 4, האם מדובר בכפילות?	ראה העידכון בטבלה (נספח ב) חלק 2) פריט הליום אינו מופיע בטבלת אספקת גזים רפואיים בגלילים (תחפה)
18	נספח ב	13.2.19	מוצר זה הופיע בשורה 15, האם מדובר בכפילות?	הפריט הועבר לטבלת אספקת ציוד ושירות בנספח ב) חלק 2)
19	נספח ב	13.2.21	נבקש להבהיר מה גודל גליל? טוהר הגז?	המידע עודכן בטבלה המצורפת לנספח ב) חלק 2)
20	נספח ב	13.2.22	מוצר זה הופיע בשורה 4, 27, האם מדובר בכפילות? במידה ולא נבקש להגדיר גודל גליל?	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)
21	נספח ב	13.2.23	נבקש להבהיר מה גודל הגליל, וטוהר הגז הנדרש?	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)
22	נספח ב	13.3.3	נבקש להבהיר מה אחוזי המרכיבים של תערובת וגודל הגליל?	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)
23	נספח ב	13.3.5	נבקש הבהרה מה גודל הגליל?	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)
24	נספח ב	13.3.6	המוצר הזה הופיע בשורה 4, האם מדובר בכפילות?	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)
25	נספח ב	13.3.11	נבקש הבהרה מה אחוזי המרכיבים של התערובת וגודל הגליל?	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)
26	נספח ב	13.3.12	נבקש הבהרה מה גודל הגליל וטוהר הגז שנדרש?	המידע עודכן בטבלה המצורפת בנספח ב) חלק 2)

מ.ס	מסמך	סעיף	שאלה / הבהרה	התייחסות מרת"א
27	נספח ב	13.3.13	המוצר זה הופיע בשורה 4, 6. האם מדובר בכפילות?	המידע עודכן בסבלה המצורפת נספח ב(חלק 2)
28	נספח ב	13.3.14	נבקש הבהרה מה גודל הגליל וטוהר הגז שנדרש?	המידע עודכן בסבלה המצורפת נספח ב(חלק 2)
29	נספח ג	4.3.2	נבקש לאפשר לספק גלילי ספק תמורת גלילים של לקוח בהחלפה על מנת לעמוד בזמני האספקה שהוגדרו	הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי
30	נספח ג	4.3.5	נבקש לאפשר לספק גלילים במקום סוללות חמצן	הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי
31	נספח ג	4.3.6	נבקש לאפשר לספק גלילים במקום סוללות פד"ח, חשוב לציין שפד"ח הינו גז רפואי ודורש בדיקת במעבדה ואישור QP	הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי
32	נספח ג	5.1	על מנת שהספק יתן מחירים הטובים ביותר, נבקש לרכז ימי האספקה לנל היתר 3 פעמים בשבוע. במידה ובקשתינו לא תתקבל נבקש להוסיף מחיר ההובלה לכל משלוח	הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי
33	נספח ג	5.4	נבקש לשנות ל"לא יאוחר מ24 שעות"	הסעיף ישאר ללא שינוי
34	נספח ג	8.3	גלילים מסופקים עם תג מילוי בו גם מופיע עמידוח באיכוך הגז לפי מפרט לפי הגדרות מ.ב.	מרת"א מאשר כי אספקת גלילים עם תג מילוי עומדת תנאי סעיף 8.3 לנספח ג ובלבד שימולאו בו כל הפרטים הנדרשים ע"פ סעיף זה
35	נספח ג	10.3	נבקש לשנות ל"לא יאוחר מ12 שעות"	הסעיף ישאר ללא שינוי
36	נספח ה'	5	מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת מרת"א להחזיק בכל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך קבלה ושימוש בגזים רפואיים, ככל שאלו דרושים על פי כל דין".	הסעיף ישאר ללא שינוי
37	נספח ה'	6	מבוקש למחוק את הסעיף.	הסעיף ישאר ללא שינוי
38	נספח ה'	6	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "זאת במידת האפשר וככל שהדבר אינו פוגע במתן השירותים מושא הסכם זה ומכרז זה".	הסעיף ישאר ללא שינוי
39	נספח ה'	7	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "למעט פגם ו/או נזק שייגרם לגלילים ו/או לגזים הרפואיים שמקורו במעשה ו/או במחדל של מרת"א ו/או של מי מטעמו ו/או של צד שלישי ו/או של אירוע כוח עליון".	הסעיף ישאר ללא שינוי
40	נספח ה'	7.2	נבקש לשנות "לא יאוחר מ- 48 שעות מרגע הגילוי"	הסעיף ישאר ללא שינוי
41	נספח ה'	7	מבוקש כי לאחר המילים: "ספקים אחרים" יתווסף: "הכל בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף ישאר ללא שינוי
42	נספח ה'	7	מבוקש למחוק את המילה "מידית". מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שניתנה לספק האפשרות לספק את הגזים לאחר קבלת הודעה בכתב ומתן ארכה בת 3 ימים".	הסעיף ישאר ללא שינוי
43	נספח ה'	8	מבוקש כי במקום המילים: "בהודעה מראש של 7 ימים" יבוא: "בהודעה מראש של 15 ימים לפחות". כן מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "מובהר כי הספק יהיה זכאי לתשלום עבור מלאו השירות ו/או הגזים שסופקו עד להפסקת ההתקשרות בפועל".	הסעיף ישאר ללא שינוי
44	נספח ה'	8	מבוקש למחוק את הסעיף.	הסעיף ישאר ללא שינוי
45	נספח ה'	10	מבוקש כי לאחר המילים: "היה והמציע לא יעשה זאת" יתווסף: "זאת לאחר קבלת הודעה בכתב ומתן ארכה בת 3 ימים לתיקון ההפרה".	הסעיף ישאר ללא שינוי
46	נספח ה'	11	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף ישאר ללא שינוי
47	נספח ה'	12	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ולמעט אם מדובר בפגם ו/או ליקוי שמקורו במעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או של מי מטעמה ו/או של צד שלישי ו/או של אירוע כוח עליון. בכל מקרה מוסכם ומובהר כי תינתן לספק התראה בכתב וארכה בת 3 ימים לתיקון הפגם ו/או הליקוי האמור".	הסעיף ישאר ללא שינוי
48	נספח ה'	12	מבוקש כי לאחר המילים: "כולן או חלקן" יתווסף: "זאת לאחר שניתנה לספק התראה בכתב וארכה בת 3 ימים לתיקון ההפרה".	הסעיף ישאר ללא שינוי
49	נספח ה'	13	מבוקש כי במקום המילים: "סופית" יבוא: "ראיה לכאורה". מבוקש כי במקום המילה "מיד" יבוא: "זאת לאחר קבלת התראה בכתב וארכה בת יומיים לביצוע התיקון". כן מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "הספק יהיה רשאי להשיג על קביעת המפקח בהתאם לאמור בסעיף 42 להלן".	הסעיף ישאר ללא שינוי
50	נספח ה'	21.1	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמצוין" ולהחליפם במילים בהתאם למצוין	הסעיף ישאר ללא שינוי
51	נספח ה'	21.1.1.2	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך במילה 'בסך'"	הסעיף ישאר ללא שינוי
52	נספח ה'	21.1.2.2	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך במילה 'בסך'"	הסעיף ישאר ללא שינוי
53	נספח ה'	21.1.2.5	נבקש למחוק את הסעיף	הסעיף ישאר ללא שינוי
54	נספח ה'	21.1.2.6	נבקש להוסיף בסוף המשפט: "למעט החלק עליו פועלים במישרין"	הסעיף ישאר ללא שינוי
55	נספח ה'	21.1.3.3	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך במילה 'בסך'"	הסעיף ישאר ללא שינוי
56	נספח ה'	21.1.6.3	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך במילה 'בסך'"	הסעיף ישאר ללא שינוי
57	נספח ה'	21.1.4.4	נבקש להוסיף בסוף המשפט בסוגריים: האמור בסעיף זה לא יחול לגבי ביטוח אחריו מקצועית	הסעיף ישאר ללא שינוי

מ.ס	מסמך	סעיף	שאלה / הבהרה	התייחסות מרת"א
58	נספח ה'	21.1.6.8	נבקש להוסיף בסוף המשפט: אולם אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח או מחובות המבטוח עפ"י דין	הסעיף ישאר ללא שינוי
59	נספח ה'	21.3	נבקש למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבועיים"	הסעיף ישאר ללא שינוי
60	א	3 – ריכוז מועדים	מסמכי המכרז פורסמו באתר ב-14.12.20. המועד האחרון להגשח שאלות הבהרה הינו מועט ואינו מאפשר עיון מעמיק וזמן מספק לקבלת חווח דעח מקצועיות מגורמים חיצוניים, לרבות יועץ משפטי, ועל כן רשימת השאלות שלהלן הינה חלקית כפי שעדכנו בפנייתנו מה-17.12. נודה על קבלת ארכה של שבוע-10 ימים.	בתאריך 22.12.20 ניתנה הארכה להגשת שאלות למכרז עד לתאריך 29.12.20
61	א	20.1.2	לחלק מהגזים יש שימושים נוספים, שאינם בהכרח לפי ההתוויה הרשומה ועל כן, במידה ובית החולים אינו משתמש בהם בהתאם להתוויה הרשומה יש לאפשר מכירתם גם בהתאם לתקנה 29 בתקנות הרוקחים ולציין גזים אלו בטבלת אספקת גזים שאינם רפואיים. הניסוח כפי שמופיע בסעיף זה כתנאי סף להשתתפות פוסל למעשה אפשרות מציעים רבים לתת הצעתם לגזים אלו. נודה לבדיקתכם אם הנושא ועדכון פריטי המכרז בטבלאות המתאימות (ראו גם הערותינו לטבלאות בהמשך)	ראה עידכון תנאי סף 20.1.2 לתנאי המכרז וכן ראה עידכון הטבלה המפורטת לנספח ב(חלק 2). עמידה בתנאי סף 20.1.2 היא רק בהתייחס לפריטים המפורטים בטבלת אספקת גזים רפואיים בגלילים (תחפה)
62	ב (חלק 2)	טבלת אספקת ציוד ושירות	א. נזכרים בטבלה פריטים שאינם שירות כגון אויר יבש, רפואי ותערובוח. מכיוון שלפריטים אלו אין רישום בפנקס התרופות נודה להעברתם לטבלת הגזים שאינם רפואיים. ב. נדרשות הבהרות לגבי מס' פריטים: 1- האם מדובר בשסתום סטנדרטי לגלילים, או באביזר בטחון אחר? 14 – חיבור עבור איזו גז נדרש? איזה חבריג?	ראה עידכון הטבלה המפורטת לנספח ב(חלק 2). פריטים המפורטים בנספח זה תחת טבלת אספקת גזים רפואיים בגלילים (תחפה) הם בהכרח פריטים הרשומים בפנקס התרופות
63	ב (חלק 2)	טבלת אספקת גזים רפואיים	א. עקב שימושים שונים לגזים, ישנן רמות ניקיון שונות לכלל גז, ביניהן גם כרפואי. בטבלה זו ישנו בלבול רב, כפילויות, ונזכרים גם גזים שאינם משמשים להתוויה רפואית ברישום או שאינה נדרשת רמת ניקיון רפואי עבורם ועל כן יש להעבירם לטבלת הגזים שאינם רפואיים, לדוגמא אויר יבש. פד"ח יבש. במידה ואכן גזים אלו נדרשים ברמה רפואית לצורך שימוש לפי ההתוויה הקיימת ברישום, אנא הבהירו זאת ועדכנו הטבלה בהתאם. כמו כן לא ידוע לנו על קיומו של רישום בארץ להליום רפואי, או תערובת 800ppm NO in N2 לשימושים הנפוצים. ב. לא מוזכרת רמת הניקיון ו/או גודל המיכל הנדרש למילוי הגזים הנזכרים בסעיפים 21-23	ראה עידכון הטבלה בנספח ב(חלק 2). תחת טבלת אספקת גזים רפואיים בגלילים (תחפה) מצויים בהכרח גזים המשמשים להתוויות רפואיות. פריטים הליום רפואי מצוי תחת טבלת אספקת גזים שאינם רפואיים בגלילים
64	ב (חלק 2)	טבלת אספקת גזים שאינם רפואיים בגלילים	א. אותו גז נזכר בסעיפים 4+6 אך באומדן כמויות שונה. נודה להבהרה מהו הנכון. ב. לא מוזכרת רמת הניקיון ו/או גודל המיכל הנדרש למילוי הגזים הנזכרים בסעיפים 12-14	ראה עידכון הטבלה שבנספח ב(חלק 2)
65	ג	4.3.5	מילוי סוללת חמצן רפואי כולל איסוף והחזרתה תוך 6 שעות אינו אפשרי לוגיסטית, אלא אם בית החולים יאפשר קבלת סוללה חליפית – לבדיקתכם ואישורכם נודה	סעיף 4.3.5 לנספח ג' יעודכן לנוסח הבא: "מקרים דחופים המחייבים הזמנה דחופה, נותן השירותים מתחייב כי ייתן למזמין שירות של מילוי סוללת חמצן * 12 * 50 ליטר תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת הקריאה".
66	ג	11.3	הבקשה בסעיף זה בעייתית מאחר ואין ביכולת נותן השירות לודא שבית החולים מוסר לו את הגלילים פגי התוקף במועד. נותן השירות יכול להבטיח כי כל גליל שגיע למילוי יבדק באם הוא בתוקף או לא ובמידה ולא / עומד לפוג התוקף – יטופל בהתאם. נודה לתיקון הסעיף בהתחשב בכך.	הסעיף יותר ללא שינוי

מ.ס	מסמך	סעיף	שאלה / הבהרה	התייחסות מרת"א
67	ג	12.2	בטבלת הציוד מוזכר רכש גלילי אלומיניום שהינם מייבוא ואינם מוחזקים בארץ כמלאי בכמויות שצויינו. למוצרים אלו נדרש זמן אספקה ארוך יותר – כחודשיים לפחות. נודה על עדכון סעיף זה עם התייחסות לכך במצרי ייבוא.	סעיף 12.2 לנספח ג ישונה לנספח הבא: "נותן השירותים יספק את הגלילים החדשים למרת"א לא יאוחר מ 30 יום מיום קבלת הזמנה אצל נותן השירותים, זולת גלילי אלומיניום שהינם פריטי ייבוא אשר זמן אספקתם יהא 60 יום ממועד קבלת הזמנה אצל נותן השירותים"
68	ה	21.1.2.2	גבול האחריות הקיין במערך הביטוחי בחברתנו הינו 4,000,000 ש"ח, והינו בהתאם לדרישות מכרזים דומים אחרים, ולראיה – במכרז הקודם שבית החולים פרסם לפעילות זו גבול האחריות שנדרש עמד על 1 מיליון דולר. נודה לאישורכם גבול אחריות זה	הסעיף ישאר ללא שינוי
69	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1	נבקש שהמילה: "כל" בשורות 1 ו-3 ימחקו. נבקש שהמילים: "ולטובת מדינת ישראל-משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי" ימחקו. נבקש שלאחר המילים: "והתנאים הנדרשים" יתווספו המילים: "בהתאם למפורט להלן". נבקש שהמילים: "לא יפחות מהמצוין" יוחלפו במילים: "היו בהתאם למצוין"	הסעיף ישאר ללא שינוי
70	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.1.1 / 21.1.1.2	נבקש שלאחר המילים: "אחריות החוקית" יתווספו המילים: "של נותן השירותים". נבקש שלאחר המילים: "כלפי עובדיו" יתווספו המילים: "של נותן השירותים". נבקש שלאחר המילים: "והשטחים המוחזקים" יתווספו המילים: "על פי דיני מדינת ישראל". נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של" נבקש שהמילה: "שנה" תמחק.	הסעיף ישאר ללא שינוי
71	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.2.1 /21.1.2.2 /21.1.2.3 /21.1.2.5 /21.1.2.6 /21.1.2.8	נבקש שלאחר המילים: "אחריות החוקית" יתווספו המילים: "של נותן השירותים". נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של" נבקש שהמילה: "שנה" תמחק. נבקש שלאחר המילים: "CROSS LIABILITY" יתווספו המילים: "לעניין עיסוקו של המבוטח". נבקש שלאחר המילים: "ייחשב רכוש צד שלישי" יתווספו המילים: "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". נבקש שלאחר המילים: "או פעלו בו יבוטל" יתווספו המילים: "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". נבקש שלאחר המילים: "מחדלי נותן השירותים" יתווספו המילים: "ואחריותו ובגין".	הסעיף ישאר ללא שינוי
72	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.3	נבקש שירשם ביטוח חבות המוצר משולב אחריות מקצועית.	הסעיף ישאר ללא שינוי
73	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.3.1	נבקש שלאחר המילים: "יבטח את אחריותו המקצועית" ירשמו המילים: "על פי דין".	הסעיף ישאר ללא שינוי
74	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.3.2 /21.1.3.3 / 21.1.3.4	נבקש שהמילה: "כל" תמחק. נבקש שהמילה: "שיפוצים" תוחלף במילה: "תחזוקה". נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של" נבקש שהמילה: "שנה" תמחק. נבקש שלאחר המילים: "אובדן מסמכים" ירשמו המילים: "בתת גבול אחריות בסך של 400,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". נבקש שלאחר המילים: "עקב מקרה ביטוח" תירשם המילה: "מכוסה". נבקש שלאחר המילים: "אחריות צולבת" ירשמו המילים: "לעניין עיסוקו של המבוטח נשוא מכרז וחזה זה". נבקש שלאחר המילים: "מחדלי נותן השירותים" יתווספו המילים: "ואחריותו ובגין".	הסעיף ישאר ללא שינוי
75	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.4	נבקש שירשם ביטוח חבות המוצר משולב אחריות מקצועית.	הסעיף ישאר ללא שינוי
76	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.4.1 /21.1.4.3 / 21.1.4.4/ 21.1.4.5	נבקש שלאחר המילים: "יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר" יתווספו המילים: "על פי דין". נבקש שלאחר המילים שנוספו יתווספו המילים: "בגין מוצרים שסופקו, שוקו, טופלן, הותקנו על ידי נותן השירותים לרבות". נבקש שהמילה: "שיפוצים" תוחלף במילה: "תחזוקה". נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של". נבקש שגבול האחריות יפחת ל-6,000,000 ש"ח. נבקש שהמילה: "שנה" תמחק. נבקש שלאחר המילים: "CROSS LIABILITY" יתווספו המילים: "לעניין עיסוקו של המבוטח". נבקש שלאחר המילים: "נותן השירותים וכל" יתווספו המילים: "ואחריותו ובגין".	הסעיף ישאר ללא שינוי
77	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.6	נבקש שהמילים: "אחריות מקצועית" יוסרו.	הסעיף ישאר ללא שינוי
78	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.6.2	נבקש שבמקום "60" ירשם: "30".	הסעיף ישאר ללא שינוי
79	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.6.7	נבקש שהמילים: "לא יפחתו מהמקובל על פי" יוחלפו במילים: "היו בהתאם לנספח ו-".	הסעיף ישאר ללא שינוי
80	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.1.6.8	נבקש שלאחר המילים: "ככל שקיים" יתווספו המילים: "אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות נותן השירותים על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981	הסעיף ישאר ללא שינוי

מ.ס	מסמך	סעיף	שאלה / הבהרה	התייחסות מרת"א
81	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.2	נבקש שבמקום המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" יוחלפו במילים: "ולתקופה של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים".	הסעיף ישאר ללא שינוי
82	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.3	נבקש שהמילה: "שבועיים" תמחק. נבקש שהפסקה השנייה תמחק. ככל שידוע הפסקה עבר לדיון למול המפקח על הביטוח לאור נוסח הפסקה.	הסעיף ישאר ללא שינוי
83	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.4	נבקש להסיר את הפסקה הראשונה. ישלח אישור ביטוח כמבוקש.	הסעיף ישאר ללא שינוי
84	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.6	נבקש להסיר את המילים: "ותנאי הכיסוי"	הסעיף ישאר ללא שינוי
85	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.7	נבקש שלאחר המילים: "כל אירוע" תתווסף המילה: "מהותי". בפסקה השנייה נבקש שהמילים: "ו/או ההסכם" ימחקו.	הסעיף ישאר ללא שינוי
86	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.8	נבקש שהמילה: "כל" בשורה 3 תמחק. נבקש שהמילים: "ועל פי חזרה זה" ימחקו.	הסעיף ישאר ללא שינוי
87	נספח ה'- הסכם ומוספיו	21.9	נבקש שלאחר המילים: "הפרה יסודית של הסכם זה" יתווספו המילים: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור קיום ביטוחים במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע עשר ימי עסקים (14) ממועד בקשת האישור".	הסעיף ישאר ללא שינוי
88	מוסף ב' להסכם ביטוחים	אישור עריכת ביטוחים	נוסח אישור הביטוח שצורף איננו הנוסח העדכני שנערך בהתאם לפיקוח וחוזר 1-6-2019, נבקש שהאישור יעודכן אך תתווסף הבהרה כי כל נוסח אחר המקובל על ידי המבטחת יאושר. בנוסף נבקש שהאישור יכלול את הקודים המבוקשים ללא מלל בסמוך לקודים. נבקש שבמסגרת הדרושה לביטוח חבות המוצר לא יסומן קוד 318 אשר יעצי הביטוח מטעם ענבל מודעים לסירוב המבטחים לאשר את המבוקש.	הסעיף ישאר ללא שינוי
89	נספח ז'		בנוסח הערכות מצוין כי אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום... בקשר עם מכרז _____, אנא ציינו במדוייק מה לרשום כמזהה המכרז. האם לכתוב בנוסח "בקשר עם מכרז פומבי מוגבל מס' 202895" ?	יש לרשום: בקשר עם מכרז פומבי מוגבל מס' 202895
90	הודעה	סעיף 4.1 תנאי סף	המכרז מחולק ל-4 נושאים לגבי סעיף 1.4 לאספקת גלילים בלבד, דרישות הסף: 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.6 4.1.7 4.1.8 לא רלוונטיות, אנו מבקשים להחריג דרישות הסף הללו עבור מתמודד שמגיש הצעה לסעיף 1.4	הסעיף ישאר ללא שינוי. יובהר כי ל מציע שיוכרז כספק זוכה חייב לספק לביה"ח שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים ועל כן הצעת כל מציע במכרז מחויבת להתייחס למתן שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים
91	נספח א'	סעיף 20.1.2	אנו יוצאים מנקודת הנחה שאספקת הגלילים לא כוללת מילוי גז, לכן נדרש לבטל סעיף זה במידה ונדרש מילוי גז נא לתקן: ..למציע או לספק הגזים מטעמו קיים אישור משרד הבריאות, אגף הרוקחות...	הסעיף ישאר ללא שינוי. יובהר כי ל מציע שיוכרז כספק זוכה חייב לספק לביה"ח שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים ועל כן הצעת כל מציע במכרז מחויבת להתייחס למתן שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים
92	נספח א'	סעיף 20.1.3	אנו יוצאים מנקודת הנחה שאספקת הגלילים לא כוללת מילוי גז, לכן למי שמגיש את סעיף 1.4 נדרש לבטל סעיף זה במידה ונדרש מילוי גז נבקש לתקן ל- "למציע או למוביל מטעמו אישור להובלת חומרים מסוכנים...	הסעיף ישאר ללא שינוי. יובהר כי ל מציע שיוכרז כספק זוכה חייב לספק לביה"ח שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים ועל כן הצעת כל מציע במכרז מחויבת להתייחס למתן שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים
93	נספח א'	סעיף 20.1.4	סעיף 20.1.4 למי שמגיש את סעיף 1.4 נא לבטל	הסעיף ישאר ללא שינוי. יובהר כי ל מציע שיוכרז כספק זוכה חייב לספק לביה"ח שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים

מ.ס	מסמך	סעיף	שאלה / הבהרה	התייחסות מרת"א
94	נספח א'	סעיף 20.1.6	סעיף 20.1.6 למי שמגיש את סעיף 1.4 נא לבטל	הסעיף ישאר ללא שינוי. יובהר כי ל מציע שיוכר כספק זוכה חייב לספק לביה"ח שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים ועל כן הצעת כל מציע במכרז מחויבת להתייחס למתן שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים
95	נספח א'	סעיף 20.1.7	סעיף 20.1.7 למי שמגיש את סעיף 1.4 נא לבטל	הסעיף ישאר ללא שינוי. יובהר כי ל מציע שיוכר כספק זוכה חייב לספק לביה"ח שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים ועל כן הצעת כל מציע במכרז מחויבת להתייחס למתן שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים
96	נספח א'	סעיף 20.1.8	סעיף 20.1.8 למי שמגיש את סעיף 1.4 נא לבטל	הסעיף ישאר ללא שינוי. יובהר כי ל מציע שיוכר כספק זוכה חייב לספק לביה"ח שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים ועל כן הצעת כל מציע במכרז מחויבת להתייחס למתן שירותי מילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים בגלילים
97	נספח ב' - הצעת מחיר	סעיף 13	סעיף 13 נא לציין מידות פיסיות של הגלילים הנדרשים 23,24,25,26	ראה הטבלה המעודכנת בנספח(חלק 2)
98	נספח ב' - הצעת מחיר	סעיף 13	האם הגלילים בסעיפים 23,24,25,26 כוללים מילוי גז?	כן