

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

דרישה 202030999

פניה לועדת המכרזים בענין פטור ממכרז

12099736

30/12
המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
מחלקת משפט
תל-השומר
רמת גן

• לצורך רכישת פראפלט למעבדת היסטולוגיה פנינו לחברת רניום (2201) וקבלנו הצעתה בסך

ת.ג. 511642449

• 149,000 ש"ח (סכום ללא מע"מ 127,350 ש"ח)

• בקשה לשנתיים

• אנו מבקשים אישור לפטור ממכרז, מהסיבות המפורטות להלן:

רצ"ב נימוק ספק יחיד חתום על ידי ד"ר רם דולמן-מנהל אגף המעבדות.

אלתה אהבה
חתימה

30.12.20 אורנה ארליך רכש ראגנטים

תאריך שם החותם על חו"ד תפקיד

פרטי- כל מס' _____
 12099736

בתאריך: 11/2021 דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן :-

וועדת המכרזים אישרה פטור
 ממכרז ספק יחיד ע"פ תקנה 3 (13) א'
 וזאת בהמשך לחו"ד הגורם המקצועי.

ד"ר מתי מנדל רוי"ח אג"ת אברמוביץ גב' ניצה פאר עו"ד עודד גורני ע-תורן מר דרי לוי



אגף מעבדות
צ'מק "ספק יחיד"

שם הפרטים: **פראפלסט למעבדות היסטולוגיה**

לפי הצעת מחיר מס': 360652 תכרה: 2/57 תאריך: _____
 סכום כולל פל"פ: 149,000 ש"ח סעיף תקציבי: אצ"ג

אנ מבקשים להגיד בסוף הג'ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

- ספק יחיד הוא בלתי
- ספק יחיד משנה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפרטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים שנה הפריט שאין לי מענה אצל הספקים האחרים).
- ספק יחיד לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
- רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ
- אחידות מערכת (פרט הצרכים הספציפיים בבי"ח לפרט זה ומדוע חשובה האחידות).
- אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
- אחר (פרט).

במעבדה להיסטולוגיה נעשה שימוש בפארפלאסט של חברת Leica לאורך השנים.

כל תהליכי העבודה במכון לפתולוגיה כויילו לפי פראפלסט זה.

הוא נמצא מתאים למגוון הרחב של הרקמות שמגיעות למעבדה וכמו כן מתאים לתהליכי העיבוד והחיתוך במכשירים השונים.

האחידות הזו חשובה מאד לקבלת תוצאות מעבדה טובות ואיכותיות

לא ידועים צרכנים נוספים בבית החולים.

תאריך	21.12.20	שם המעבדה	פתולוגיה	קוד מעבדה	71500	חתימת מנהל המעבדה
-------	----------	-----------	----------	-----------	-------	-------------------

* להשומת לב המעבדה: בא ליצור בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ם תה"ש של כל אחד מהפריטים

להחזרת כרטיסיהם בלבד -
 אישית הנחת אגף מעבדות

האשר _____ לא מאשר

נימוקים: הצעת המחיר ספקים אחרים, אך אולי יתכן, לא כיוון שהיא לא תה"ש של כל אחד מהפריטים הרקמות הנדרש. במידה יש צורך באחידות, כאשר משערים שהכל של הצרכים, אולם שנה אחת.

תאריך: _____
 חתימה: _____
 מנהל אגף מעבדות
 מרכז הרפואי לשי סאקלר