



13.01.21

לכבוד :

כלל המציעים :

**מכרז פומבי מס' 202929 אספקת שירותי מחזור ניקוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת דטרגנטים והודעה על הארכת מועד להגשת מכרז.**

1. מועד הגשת המכרז הוארך עד ליום: **25.01.2021 עד השעה 12:00**, את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' **202929** לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-).
2. סעיף 11 בנספח ב' חלק 2 מעודכן כדלקמן: "מרת"א יהא רשאי לשנות את היקף השירותים המוזמנים בגבולות של +/- 33%."
3. סעיף 30.2 בנספח ה' מעודכן כדלקמן: "מרת"א רשאי לשנות את הדרישות על פי צרכיו, להגדיל ב- 33% את היקף השירותים הנרכש, ואף להקטין ב- 33% את היקפו ונותן השירותים מתחייב לעמוד בדרישות אלו."
4. טבלת הצעת המחיר בנספח ב' חלק 2 מעודכנת כדלקמן:

מס'	שם הפריט	מק"ט יצרן	מטבע	סה"כ לא כולל מע"מ	הערה
1.	מחזור ניקוי וייבוש (באומדן של 6,000 מחזורים לשנה) הכוללים טיפול ואחזקה שוטפת וחומרים				החייב יהיה על בסיס נומרטור לסבב

5. מצ"ב נספח ב' חלק 2 המעודכן (הצעת המחיר), יש להגיש את הצעת המחיר בנספח המעודכן בלבד.
6. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	א	2	יצרן המכונות נמצא בחופשת סוף שנה וחוזר לפעילות ב 12.1. בנוסף לאור מצב הקורונה והבידודים אנו מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז ב 10 ימים נוספים.	מועד הגשת המכרז הוא עד ליום : 25.01.2021 עד השעה 12:00.
2	ג	1.א	בסעיף זה הנכם מבקשים : "המכונה למכון ריאות עם תא אחד בודד. המכונה של מרפאת אורולוגיה ומחלקת א.ס.ם - מכונה עם תא כפול"  נבקש לשנות סעיף זה שיהיה ניתן להציע 2 מכונות בעלות תא בודד במקום מכונה עם תא כפול. לדוגמא באופן הבא : "המכונה למכון ריאות עם תא אחד בודד. המכונה של מרפאת אורולוגיה ומחלקת א.ס.ם - מכונה עם תא כפול או לחילופין 2 מכונות בעלות תא בודד"  במסגרת א.ס.ם : תוצב מכונה אחת שתהא עם תא בודד אחד.  במרפאת אורולוגיה : תוצב מכונה אחת שתהא עם תא כפול.  ב-א.ס.ם : תוצב מכונה אחת שתהא עם תא כפול.	הבקשה נדחת. נוסח סעיף א.1 לנספח ג' יעודכן כדלקמן : "על המציע הזוכה לספק למרת"א במסגרת זכייתו, 3 מכונות כדלקמן ובמקומות שלהלן : - במכון ריאות : תוצב מכונה אחת שתהא עם תא בודד אחד.  במרפאת אורולוגיה : תוצב מכונה אחת שתהא עם תא כפול.  ב-א.ס.ם : תוצב מכונה אחת שתהא עם תא כפול.
3	ג	2א	המכונות שאנו מציעים עובדות בשלב החיטוי עם מי חמצן, מאושרות ולידציה ומסופקות ע"י יצרן המכונות. חומר הרשום באמ"ר, מאושר לשימוש בקופת חולים כללית ושרא"ל. כיום ישנן עשרות מכונות בארץ (במספר רב של בתי חולים) הפועלות בקונפיגורציה חומרים כפי שהגדיר יצרן המכונה (מי חמצן). <b>נבקש לאשר</b> שימוש בחומר חיטוי כפי שהוגדר ומאושר ע"י יצרן המכונות מפני שרק היצרן יכול לאשר את חומר החיטוי למערכת סגורה שעברה ולידציה לתהליך הניקוי/חיטוי.	מקובל, ניתן לבצע חיטוי במי חמצן.
4	ג	2.א	בסעיף זה הנכם כותבים : "המכונות יהיו עם יכולת לעבוד בחומר מסוג סידקס OPA ו/או בחומר פאראצטיק אסיד".  סיידקס הינו שם מסחרי של מוצר של חברת גיונסון & גיונסון.  נבקש לשנות את הסעיף לכך שהמכונות יוכלו לעבוד עם גלוטרלטהייד או פאראצטיק אסיד.	הסעיף מעודכן כדלקמן :  "המכונות יהיו עם יכולת לעבוד בחומר מסוג סידקס OPA ו/או בחומר פאראצטיק אסיד ו/או שווה ערך לחומרים אלה והכל לשביעות רצון בית החולים".
5	ג	3.א	בסעיף זה הנכם כותבים : "המזמין יוכל להשתמש ולשנות את סוג חומר החיטוי בהתאם לרצונו".	הסעיף מבוטל.

	<p>הרוב המוחלט של המכונות שטיפה וחיטוי הפועלות בישראל עושה שימוש בפרצטיק אסיד כחומר הפעיל לחיטוי.</p> <p>וכך גם המכונות המוצעות על ידנו למכרז זה.</p> <p>נבקש לבטל סעיף זה, או לחילופין בהמשך לסעיף א.2- לאשר להציע מכונות על בסיס פרצטיק אסיד או על בסיס אלדהייד</p>			
מקובל.	<p>נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי".</p>	1.ב	ג	6
הסעיף יוותר ללא שינוי.	<p>בסעיף זה הנכם כמבקשים :  <b>נותן השירותים יחויב להתאים ולחבר את המערכת לכל מקורות החשמל, המים והאנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה וכן למערכת הביוב באתר.</b></p> <p>נבקש להוסיף לסעיף זה הערה :  לא כולל עבודות תשתית שביה"ח נדרש להכין עבור חיבור והתקנת המכונות</p>	1.ג	ג	7
<p>סעיף א' – מקובל.  הנוסח ישונה בכל מסמכי המכרז במקומות הרלוונטיים ל: "אספקת שירותי מחזור ניקוי חיטוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת דטרגנטים"</p> <p>סעיף ב' - הסעיף יוותר ללא שינוי.</p>	<p>בפתיח ההסכם נכתב :  ומרת"א פרסם מכרז מס 202929 ' לאספקת שירותי מחזור ניקוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת דטרגנטים ל 3 -מכונות שטיפת אנדוסקופ (להלן: "המכרז")."</p> <p>נבקש :  א. להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי".  ב. לתקן את הסעיף שייכתב 3 מכונות שטיפה : 1 מכונה תא בודד 21 מכונות תא כפול או לחילופין 5 מכונות שטיפה של תא בודד.</p>	כללי	ה- הסכם ומוספיו	8
<p>מקובל.  הגדרת טובין בסעיף 2 לנספח ה' תעודכן לנוסח הבא :  <b>"טובין"</b> : דטרגנטים וחומרי חיטוי המשמשים לביצוע מחזור ניקוי חיטוי במכונות שטיפת אנדוסקופ."  יובהר כי הליך הייבוש ייעשה באמצעות המכונה ולא באמצעות הדטרגנטים.</p>	<p>"בסעיף זה הנכם כותבים :  <b>טובין</b> : "דטרגנטים המשמשים לביצוע מחזור ניקוי וייבוש במכונות שטיפת אנדוסקופ.</p> <p>א. נבקש להוסיף את המילה "וחומרי חיטוי" לאחר המילה "דטרגנטים".  ב. נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי".  ג. נבקש למחוק את המילה ייבוש, מכיוון שהדטרגנטים אינם מבצעים הליך של ייבוש</p>	2- הגדרות	ה- הסכם ומוספיו	9

	במכונה.			
10	ה- הסכם ומוספיו	2- הגדרות	בסעיף זה הנכם כותבים : <b>מכשור 3</b> : "מכונות שטיפת אנדוסקופ שיסופק למרת"א בהתאם לאמור בהזמנה, ועל יסוד הוראות המכרז ככלל והמפרט הטכני בפרט , ויהיה זהה למפרטים ו/או הדגמים שהתבקשו במכרז, ואם לא נקבעו מפרטים ו/או דגמים, יהיה המכשור המוזמן ממיטב האיכות , החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.  נבקש לתקן את הסעיף שייכתב 3 מכונות שטיפה : 1 מכונה תא בודד 21 מכונות תא כפול או לחילופין 5 מכונות שטיפה של תא בודד.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
11	ה- הסכם ומוספיו	2- הגדרות	בסעיף זה נכתב : <b>"השירותים</b> : "אספקת שירותי מחזור ניקוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת המכשור הכולל 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת הטובין הכולל דטרגנטים , הכל מפורט במסמכי המכרז.  א. נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי". ב. לתקן את הסעיף שייכתב 3 מכונות שטיפה : 1 מכונה תא בודד 21 מכונות תא כפול או לחילופין 5 מכונות שטיפה של תא בודד	סעיף א' – מקובל. הגדרת השירותים בסעיף 2 לנספח ה' תעודכן לנוסח הבא : " <b>השירותים</b> " : אספקת שירותי מחזור ניקוי, חיטוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת המכשור הכולל 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת הטובין הכולל דטרגנטים, הכל מפורט במסמכי המכרז."  סעיף ב' - הסעיף יוותר ללא שינוי.
12	ה- הסכם ומוספיו	3.1	בסעיף זה הנכם כותבים : 3.1 מהות ההתקשרות במסגרת הסכם זה הינה אספקת שירותי מחזור ניקוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת המכשור, הכולל 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת הטובין הכולל דטרגנטים, הכל כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז – המפרט הטכני , ובהתאם למסמכי המכרז.  א. נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי". ב. לתקן את הסעיף שייכתב 3 מכונות שטיפה : 1 מכונה תא בודד 21 מכונות תא כפול או לחילופין 5 מכונות שטיפה של תא בודד	סעיף א' – מקובל. סעיף 3.1 לנספח ה' יעודכן לנוסח הבא, כאשר בהתאמה ישונה הדבר בכל מסמכי המכרז במקומות הרלוונטיים :  "מהות ההתקשרות במסגרת הסכם זה הינה אספקת שירותי מחזור ניקוי חיטוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת המכשור, הכולל 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן אספקת הטובין הכולל דטרגנטים, הכל כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז – המפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז."

<p>סעיף ב' - הסעיף יוותר ללא שינוי.</p>				
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי.</p>	<p>בסעיף זה הנכם כותבים : ששת החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות הראשונה מהווים תקופת ניסיון ומרת"א יהא רשאי, בהודעה מראש של 7 ימים, להודיע לספק הזוכה על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה חייב לנמק סיבה זו.  נבקש להוסיף, שבמידה ומדובר על עניין של תקלה טכנית, יש לתת לספק הזדמנות לתקנו. בנוסף, נבקש לקבל נימוק לביטול ההתקשרות.</p>	<p>5.5</p>	<p>ה- הסכם ומוספיו</p>	<p>13</p>
<p>סעיף א' – מקובל. ראה הבהרה 12 לעיל. סעיף ב' - הסעיף יוותר ללא שינוי.</p>	<p>בסעיף זה נכתב : <i>המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי (להלן: "מרת"א") (מזמין בזאת הגשת הצעות לאספקת שירותי מחזור ניקוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ.</i>  א. נבקש להוסיף את המילה "חיתוי" לאחר המילה "ניקוי". ב. לתקן את הסעיף שייכתב 3 מכונות שטיפה : 1 מכונה תא בודד ו 21 מכונות תא כפול או לחילופין 5 מכונות שטיפה של תא בודד</p>	<p>.1</p>	<p>הודעה</p>	<p>14</p>
<p>סעיף א' – מקובל. ראה הבהרה 12 לעיל. סעיף ב' - הסעיף יוותר ללא שינוי.</p>	<p>בסעיף זה נכתב : <i>המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "מרת"א") (מזמין בזאת הגשת הצעות לאספקת שירותי מחזור ניקוי וייבוש, הכוללים אספקה ותחזוקת 3 מכונות שטיפת אנדוסקופ וכן, אספקת ודטרגנטים עובר מרת"א. מובהר בזאת, כי תיאור השירותים מושאי המכרז בסעיף זה, מהווה תמצית בלבד וההוראות המחייבות ביחס לשירותים הנדרשים, הן אלה המפורטות בכלל מסמכי המכרז, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהסכם ובמפרט הטכני בפרט.</i></p>	<p>1</p>	<p>נספח א'</p>	<p>15</p>

	א. נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי". לתקן את הסעיף שייכתב 3 מכוונות שטיפה : 1 מכוונה תא בודד 21 מכוונות תא כפול או לחילופין 5 מכוונות שטיפה של תא בודד			
16	נספח א'	12.1	נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "שטיפה".	מקובל. סעיף 12.1 לנספח א' יעודכן לנוסח הבא, כאשר בהתאמה ישונה הדבר בכל מסמכי המכרז במקומות הרלוונטים. " המציע הינו יצרן דטרנגטים ומכוונות שטיפה וחיטוי אנדוסקופ....."
17	נספח א'	12.2	נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "שטיפה".	מקובל. ראה הבהרה 16 לעיל.
18			נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "שטיפה".	מקובל. ראה הבהרה 16 לעיל.
	נספח א'	12.4		
19	נספח ב'- חלק 2 הצעת מחיר	4	נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי".	מקובל. ראה הבהרה 16 לעיל.
20	נספח ב'- חלק 2 הצעת מחיר	טבלת הצעה	נבקש להוסיף את המילה "חיטוי" לאחר המילה "ניקוי".	מקובל. ראה הבהרה 16 לעיל.
21	נספח ד'	1.8	נבקש להוסיף לסעיף זה : , לא כולל עבודות תשתית, על בית החולים להכין את התשתית הנדרשת על פי דרישות ההתקנה של המכונה מאת היצרן, שתועבר למרכז הרפואי".	הסעיף יוותר ללא שינוי.
22	נספח ד'	1.9	בהמשך להגדרות שעות העבודה במקרה תקלות, נבקש להוסיף לסעיף זה : " לא כולל ימי שישי וערבי חג וכן שבתות וחגי ישראל וימי שבתון".	מקובל. סעיף 1.9 לנספח ד' יעודכן כדלקמן : "במידה ואזכה, להיענות לדרישות /קריאות לתיקונים ו/או החלפת חלפים תוך 4 שעות ממועד הקריאה. במידה ולא ניתן לתקן את המכשיר, אציב במקומו מכשיר חילופי בתוך 24 שעות ממועד הקריאה. לוחות זמנים אלה אינם כוללים ימי שישי, ערבי חג, שבתות, חגי ישראל וימי שבתון".
23	נספח ד'	1.13	בהמשך להגדרות שעות העבודה במכרז זה, נבקש להוסיף : " לא כולל ימי שישי וערבי חג וכן שבתות וחגי ישראל וימי שבתון".	מקובל. סעיף 1.13 לנספח ד' יעודכן כדלקמן : לספק חומרי חיטוי וניקוי, חלקי חילוף ואחרים הנחוצים הפעלה נאותה של המכשיר

תוך 24 שעות מקבלת ההזמנה . לוח זמנים זה אינו כולל ימי שישי, ערבי חג, שבתות, חגי ישראל וימי שבתון".				
הסעיף מבוטל.	בסעיף זה הנכם כותבים : <i>נותן השירותים ימציא למרת"א חשבונית מס מקור המתייחסת לשירותים ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה. בהסכם תשלום על פי מחזור שטיפה ניקוי וחיטוי, אין הוצאת תעודת משלוח על מחזורים, לכן יש לתקן סעיף זה ולבטל את הבקשה לתעודת משלוח.</i>	11	נספח ה'	24
הסעיף מבוטל.	אין קישור בין המכונות לבין מערכות המחשוב של מרת"א, לכן נקש לבטל את הדרישה. <i>" תוכנות ופרטים טכניים הדרושים לקישור המכשור למערכות המחשוב במרת"א"</i>	12.3	נספח ה'	25
הסעיף מבוטל.	אין קישור בין המכונות לבין מערכות המחשוב של מרת"א, לכן נבקש לבטל את הדרישה : <i>" תוכנות ופרטים טכניים הדרושים לקישור המכשור למערכות המחשוב במרת"א"</i>	12.6	נספח ה'	26
12.10 לנספח הייעודכן כדלקמן : "למכשיר תהיה יכולת לחיטוי בתמיסות חיטוי המאושרות ע"י יצרן המכונה בלבד."	בסעיף זה נכתב : <i>"למכשיר תהיה יכולת לחיטוי בתמיסות חיטוי השכיחות בביה"ח"</i>  מכונות השטיפה העומדות בחוזר מנהל הרפואה וכן על פי תקן ISO 15883 הנדרש על פי מכרז זה, פועלות עם חומרים אשר מאושרים לשימוש במכונה על פי היצרן בלבד. לא ניתן לעשות שימוש בחומרים אחרים וואו של יצרנים אחרים. לפיכך, נבקש למחוק סעיף זה.	12.10	נספח ה'	27
הסעיף יוותר ללא שינוי.	נבקש להוסיף לסעיף זה : <i>" או בשימוש שלא בהתאם להוראות היצרן וואו בהתאם לאישור האמ"ר לציווד" או בהתאם לחוזר מנהל הרפואה- 2013\50 ."</i>	22.2	נספח ה'	28
הסעיף יוותר ללא שינוי.	הדרישה לתשלום פיצוי בגין השבתת המערכת ליותר מ5 שעות, בא בסתירה לשעות המקובלות על ידכם כפי שציינתם בנספח ד' בסעיפים 6 ו7 על תתי סעיפיו.	32.1	נספח ה'	29
הסעיף יוותר ללא שינוי.	בסעיף זה הנכם מבקשים : <i>"המכונה למכון ריאות עם תא אחד בודד. המכונה של מרפאת אורולוגיה ומחלקת א.ס.ס. - מכונה עם תא כפול"</i>  נבקש לשנות סעיף זה שיהיה ניתן	1.א	ג	30

	<p>להציע 2 מכוונות בעלות תא בודד במקום מכוונה עם תא כפול. לדוגמא באופן הבא :  "המכוונה למכון ריאות עם תא אחד בודד. המכוונה של מרפאת אורולוגיה ומחלקת א.ס.ם - מכוונה עם תא כפול או לחלופין 2 מכוונות בעלות תא בודד"</p>			
הסעיף יותר ללא שינוי.	<p>הצעת מחיר - עבור השירותים המבוקשים המציע יהיה ראשי להציע מספר סוגי טובין במחיר אחיד. חברתנו מעוניינת להגיש 2 הצעות במפרטים שונים. הסבה מכוונות קיימות /רכישה של מכוונות חדשות (2 אופציות ) לא ניתן להגיש את 2 האופציות במחיר זהה או לחלופין להתייחס למחיר הנמוך מהשתיים. חברתנו איננה רוצה לאבד את הזכות להציע גם מכוונות חדשות. איך ניתן לעשות זאת.</p>	18	א	31

**בכבוד רב,**

**יורם הלוי**

**מנהל יחידת מכרזים**

**הצעת מחיר + תנאים מיוחדים**

תאריך: \_\_\_\_\_

1. המציע חייב למלא את הצעתו ע"ג נספח ב - (חלק 2) ולפי כל תנאי המכרז.
2. ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיעה על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא נספח ב(חלק 1) או נספח ב(חלק 2) לפי העניין ייחשב כמי שלא ענה על המכרז.
3. משקל רכיב המחיר יהווה 70% מניקוד ההצעה.
4. מובהר כי הכמויות המצוינות במסגרת מסמכי המכרז לעניין מחזורי ניקוי וייבוש (ככל ומצוינות) הינם הערכה בלבד לצורך השוואה בין הצעות, ואינן מהוות התחייבות מטעם מרת"א להזמנת שירותים בהיקף כלשהו.
5. המחירים בהצעה זו הם סופיים וכוללים את כל ההתחייבויות ו/ או השירותים האמורים בהצעה, בהסכם ובנספחיהם, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שכר עבודה לעובדים, תנאים סוציאליים, הוצאות ביטוחים, הוצאות אריזה, העמסה, הובלה, איסוף ופריקה במקום שירה עליו מרת"א, מיסים, הוצאות מנהלה, נסיעות ורווח נותן השירותים, ולא ישולם לספק כל תשלום נוסף מעבר לסכום זה, זולת מע"מ שיתווסף לכל תשלום של מרת"א על פי שיעורו כדין בעת התשלום בפועל.
6. הצעת המחיר בה ינקוב המציע תהא ללא מע"מ.
7. הטובין המסופקים במסגרת מתן השירותים יהיו חדשים, לא מחודשים.
8. נקב המציע ביחס לאותו פריט, במקומות שונים בהצעתו, מחירים שונים, יהא מרת"א רשאי לקבוע את מחירו של אותו פריט בהתאם למחיר הנמוך אשר נקב על ידי המציע. מחיר זה יחייב את המציע לכל דבר ועניין וקביעת מרת"א בעניין זה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור
9. אם ניתנת הנחה/בונוס המותנים בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין מרת"א מתייחס להנחה/בונוס זו לצורך ניקוד הצעת המחיר, וכאילו שלא ניתנו כלל.
10. במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנית בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר המוצע מטעם המציע.
11. מרת"א יהא רשאי לשנות את היקף השירותים המוזמנים בגבולות של +/- 33%.
12. הפריטים יהיו בעלי סימון ברקוד ע"ג המכשיר לטובת קריאה ע"י סורק.

מס'	שם הפריט	מק"ט יצרן	מטבע	סה"כ לא כולל מע"מ	הערה
1.	מחזור ניקוי וייבוש (באומדן של 6,000 מחזורים לשנה) הכוללים טיפול ואחזקה שוטפת וחומרים				החייב יהיה על בסיס נומרטור לסבב

### 13. הערות

המחיר דלעיל משקלל בתוכו את כל המרכיבים וההוצאות הכרוכים במתן השירות על ידי נותן השירותים של הפעלת מחזור ניקוי וייבוש לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: התקנת המכונה, חיבורה והכשרתה עד למצב פעולה תקין לשביעות רצון מרת"א, וכן אספקת חומרי חיטוי ודטרגנטים וכן מתן שרות ואחריות, חלקי חילוף וטיפולים תקופתיים כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז..

14. ככל והמדובר בטובין שאינו בשימוש במרת"א, יפרט המציע באילו בתי חולים משתמשים בו ולצרף ע"פ שיקול דעתו חוו"ד/המלצות של בתי חולים אחרים כולל אנשי קשר:

- שם בית החולים בו נעשה שימוש בטובין: \_\_\_\_\_ איש קשר ופרטי התקשרות: \_\_\_\_\_.
- שם בית החולים בו נעשה שימוש בטובין: \_\_\_\_\_ איש קשר ופרטי התקשרות: \_\_\_\_\_.
- שם בית החולים בו נעשה שימוש בטובין: \_\_\_\_\_ איש קשר ופרטי התקשרות: \_\_\_\_\_.

שם החברה (הסוכן): \_\_\_\_\_ שם היצרן (נותן השירותים): \_\_\_\_\_  
הכתובת: \_\_\_\_\_ הכתובת: \_\_\_\_\_  
טלפון נייד: \_\_\_\_\_ טלפון נייד: \_\_\_\_\_  
איש קשר: \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_