

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	כינוע עיקאפאק
תאריך:	18/1/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
1098038730-ידיית וערכה חד פעמית למכשיר הטרייה בידית מים VERSAJET

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ לא _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	טרדיס גת
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.ב./ מספר עמותה)	16/2 ח.ב. 557222965
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 149,000
תקופת ההתקשרות:	24 חודשים

צ"מ
20203167

1098038730

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.




הפריט משמש את מחלקת פלסטיקה ח.נ.

מ/צ'בר	בפ"ח	הנש"מ	לנש"ר	ק"מ	ב.ח.נ.	ו.א.ו.
כך	ספן	י'ח'ר				

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בחלק פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

		
חתימה	ראש צוות פלסטיקה תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

L CENTER
ersity
AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המ
מסונף לבית הספר לרפואה
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

31 ביולי 2011
מספרנו: 0315-2011/ש
תיק: 1019-1, 1141

לכבוד
מר ציון אוליאל
פא-1-

נכבדי,

הנדון: יח' הכוונות -
חוו"ד לרכישת מכשיר להטרייה כירורגית באמצעות ידית מים

תכתובת מיום 19.5.2011

1. ד"ר חאייק מבקש לרכוש המכשיר שבנדון.
מדובר במכשיר המכצע הסרת רקמה רכה פגועה באמצעות סילון (JET) של מים בספיקה בתחום 90-220ml/min ב-10 שלבים לבחירת המשתמש ובתחום לחצים התואמים בתחום 123-795 bar (1787-11535psi).
2. המכשיר כולל את המרכיבים הבאים:
 - קונסולה.
 - דוושה לקביעת שיעור הספיקה.
 - ידית (סכין מתכלה לשימוש חד פעמי).
 - מיכל איסוף רקמה.
 - מים סטריליים.
3. פעולת המכשיר מבוססת על זרימת מים חזקה משולבת עם SUCTION, הגורמת להיפרדות רקמה לקויה (כוויה) מגוף המטופל. עוצמת זרם המים (הספיקה - Fluid Jet Flow Rate) ולחץ המפעיל על אזור הטיפול (הכוויה), קובעים את עובי הרקמה המוסרת. באמצעות פעילות זו נשמרת רקמה תקינה שבה מתח הפנים הטבעי תקין. עוצמת זרם המים נקבעת ע"י המפעיל במערכת ההפעלה בקונסולה.
4. ליצרו תנאי סף לשימוש במכשיר - רק מומחים בתחום הפלסטיקה שעברו הכשרה באחד מאתרי היצור המורשים בחו"ל ואשר הוסמכו על ידו לעבודה עם המכשיר.
ההתניה מקורה בעובדה כי חיתוך הרקמה מחייב מיומנות אישית גבוהה ביותר בשימוש במכשיר (עובי חיתוך ואיכותו).

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
מסונף לבית הספר לרפואת ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

הסוכן המקומי אינו ראשי להציע עיסקה ללא אישור היצרן וקבלת שם המומחה.
ד"ר חאייק עבר הסמכה בקנדה ולפיכך ברמה העקרונית ניתן לממש העיסקה.

5. ד"ר חאייק הבהיר כי הפריט המתכלה, קרי הסכין / הידית הנדרשת הינו באורך 14 מ"מ ובזווית 45°. מאחר וליצרן שתי אפשרויות של חפריט - לשימוש חיצוני עדין ולשימוש אגרסיבי, הבהיר ד"ר חאייק כי נדרש הפריט לשימוש חיצוני עדין בעל מקייט יצרן 50636. הכמות השנתית הצפויה עומדת על 50 יח.

מקייט הקונסולה + הדושה התואמים לזינה החשמלית בארץ הינו 50750.

6. רצי"ב הצעת חבי טרידס-גת, מס' 27/9/05-6208A, לרכישת הקונסולה, דגם VersaJet HydroSurgery System Power Console + הידית, דגם VersaJet Exact, הכוללת ערכה מתכלה מושלמת לשימוש חד פעמי.

7. מדובר ברכישת מכשיר שהינו פטנט ברמה עולמית של חבי Smith & Nephew ארה"ב. לא ידוע על יצרן חלופי שלו מערכת דומה.

ניתן לראות לפיכך היצרן ונציגתו בארץ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך (התייחסותו של ד"ר חאייק לעניין רצי"ב).

הרכישה תכלול אחריות לפריט המיכשור הקבוע למשך 24 חודשים. ספרות הפעלה ושרות תיכלל בעת הרכישה.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר
העתקים : ד"ר אייל וינקלר
ד"ר יוסי חאייק