

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	כראואה
תאריך:	16/2/21

_____ **מדינת ישראל** _____ **קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095086781	ICP MONITOR HDM29.2

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

צמל יעקובסון	שם הספק:
512788373	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
5548	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ	ספק זה הינו:
10,854 יורו + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

10 בפברואר 2021
מספרנו: יט/0062-2021
תיק: 1013, 1120

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: טראומה – חו"ד לרכישת ICP MONITOR תוצרת חב' SPIEGELBERG
דוא"ל מיום 8.2.2021

בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת הנדון בכמות 1 יח'.

מדובר במכשיר המנטר את הלחץ התוך מוחי באזורים:

- Epidural
- Parenchymal
- Ventricular

הדגם העדכני הינו 29.2HDM המחליף את דגם FD500 המצוי בשימוש בנוירוכירורגיה.

הדגם העדכני משופר מהמצוי בשימוש בנקודות הבאות:

- קליברציה אוטומטית עם ההפעלה לאחר חיבור הפרוב.
- קיום צג גדול (עם תאורה) לצפייה בנתוני הניטור Diastolic ICP, Systolic ICP, Mean ICP כולל אינדיקציה על מצב הסוללה ומצב הטעינה.
- קיום סוללה נטענת לעבודה במשך 6 שעות רצופות.
- יכולת חיבור ל-Bedside Monitor של החולה ולמחשב (נדרש כבלי חיבור מתאימים).
- דיוק מדידת לחץ $\pm 2\text{mmHg}$

הבהרה: סוגיית הפרובים הנדרשים לכל איזור במח לשיקול רפואי.

רצ"ב הצעת מחיר של חב' צמל אותה יש לממש.

לא ידוע על יצרן שלו יכולת לנטר בדיוק האיכות במצב ניח ובניידות ברמה הקיימת בדגם המוצע.

מאחר ויש קורלציה בפעילות עם מח' נוירוכירורגיה בה מצוי מכשור זה, נדרש לשמור על אחידות המכשור והמתכלים ולפיכך ניתן לראות היצרן ובנציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו.

אחריות 24 חודשים. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: ד"ר יורם קליין
ד"ר יורם שדמי