

**נספח למכרז קוצבי CRTP**  
**מכרז מס' 12199105**

○ **סט השתלת POLAR CRTP 4- תכולה :**

קוצב CRTP עם אפשרות WIFI (בהתאם לסוג אלקטרודת LV)  
אלקטרודה עלייתית אקטיב/פאסיב – לפי הצורך  
אלקטרודה חדרית אקטיב/פאסיב - לפי הצורך  
אלקטרודה LV – **4 polar** אלקטרודה אחת לפי הצורך  
Delivery System להכנסת אלקטרודה שמאלית כולל sub cannulation  
Swan Gans -1  
Wire for LV electrode – 1

○ **סט השתלת BIPOLAR CRTP תכולה :**

קוצב CRTP עם אפשרות WIFI (בהתאם לסוג אלקטרודת LV)  
אלקטרודה עלייתית אקטיב/פאסיב – לפי הצורך  
אלקטרודה חדרית אקטיב/פאסיב - לפי הצורך  
אלקטרודה LV – **BIPOLAR** אלקטרודה אחת לפי הצורך  
Delivery System להכנסת אלקטרודה שמאלית כולל sub cannulation  
Swan Gans -1  
Wire for LV electrode – 1

○ **סט לחידוש מיקום אלקטרודה**

Delivery System להכנסת אלקטרודה שמאלית כולל sub cannulation  
Swan Guns - 1  
Wire for LV electrode – 1

### רצ"ב תוספות נדרשות:

- קוצבים **Wi-Fi** המאפשרת בדיקת קוצבים ללא Wand
- שרות של **"קיוסק קידמי"** הכוונה שלחברה יש לעמיד שרות (עמדה עם פרוגרמר) באזור ההמתנה לאפשרות לבדיקה מרחוק ללא כניסה פיזית של המטופלים למרפאת קוצבים.
- **Home Monitoring + System for Home Monitoring**  
הניטור חייב להיות בהתאם להנחיות של משרד הבריאות וועדת ענן.  
הניטור מהבית חייב לעמוד בדרישה מינימלית של ניטור מהבית על פי דרישות של המחלקה:
  1. מרפאה וירטואלית – מעקב מטופל מרחוק פעם בחצי שנה.
  2. מעקב רציף של המטופלים – פניה למטופלים במקרים של התראות מהמכשיר בדומה למכשירים עם ICD
- **לכל שאלה יש לפנות סימנטוב דניאל בטלפון: 052-6045172**