



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 203003

יחידה מזמינה: לתיז-אב ת"א

מהות הרכישה: STEM. GRAFT THORAFLEX

סכום הרכישה מטבע ספק: 350,000 ש"ח כולל מע"מ

ספק פוטנציאלי: ר.י

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 350,000 ש"ח כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 1,050,000 ש"ח כולל מע"מ באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 23.2.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:
אבי בן זקו
סמנכ"ל לוגיסטיקה
הנדסת ומשת"ת

עו"ד רועי אדרי

רו"ת שירי בן זאב

רו"ן חרותי

ע"ש סוראסקי
Tel-Aviv Sourasky



המרכז הרפואי ת"א
Medical Center

Dept. of Cardiothoracic Surgery
Chairman: Yanai Ben-Gal, MD

Tel: 972-3-6973322
Fax: 972-3-69734439

המחלקה לניתוחי לב
מנהל המחלקה: ד"ר ינאי בן-גל

17.12.20

לכבוד:

וועדת המכרזים

הנידון: מערכת Thoraflex Hybrid לצורך ניתוחים מורכבים של אבי העורקים.

1. מערכת ה-Thoraflex Hybrid הינה מערכת אשר מיועדת לניתוחי אאורטה מורכבים. כאשר יש צורך בהחלפה של אאורטה עולה, קשת וחלק מהיורדת.
2. ניתוחים אלו מבוצעים בגישה פתוחה, דרך סטרנטומיה מרכזית, חיבור למכונת לב ריאה, קירור החולה ועצירת מחזור הדם תו"כ טכניקות שונות לשימור המוח בזמן זה.
3. מערכת זו הינה היחידה שנותנת מענה לטיפול מושלם להחלפת האאורטה העולה + קשת + חלק מהיורדת + עורקים ברכיוצפאליים + נקודת עגינה לסטנט עתידי באאורטה יורדת. מוצר זה ייחודי בתכונותיו, הספק בלעדי למוצר.
4. המערכת הנ"ל הינה ייחודית לניתוחים אלו וכבר בוצעו איתה מספר ניתוחים בליווי פרוקטור מחו"ל.
5. חברת Terumo הינה הנציגה של היצרנית Thoraflex.

בכבוד רב,

ד"ר ינאי בן-גל
מנהל המחלקה לניתוחי לב
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי