

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: <u>213130</u>	יחידה מזמינה: <u>פגייה</u>
	מהות הרכישה: <u>מכשיר הנשמה</u>
	סכום הרכישה מטבע ספק: <u>\$ 56,200 כולל מע"מ.</u>
	ספק פוטנציאלי: <u>יגב</u>

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 56,200 \$ (כולל מע"מ)
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% ^{100%} מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 25.3.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883


חתימות המאשרים:



רון חרותי



ד"ר שגיב בן זאב



עו"ד רועי אדרי

אבי בן זקן

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

9 במרץ 2021
סימוכין: 08-03

לכב'
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: רכישת 2 מכשירי הנשמה בחדר גבוה עבור מח' פגים

מדובר על מכונת הנשמה ייחודית להנשמת פגים העובדת בשיטת האוסצילציה. עושה שימוש בממברנה לצורך הכנסה והוצאה של גזים לריאות המונשם בשיטה פרפורציונלית בשאיפה ובנשיפה בהתאמה (INSPIRIUM AND EXPIRIUM ACTIVE) בתדר גבוה ובנפח ריאתי נמוך מאד (VERY LOW END TIDLE VOLUME). שיטה זו הוכחה כיעילה ביותר וללא שום אופציה חלופית אחרת בהנשמת חלק מהפגים הנמצאים במצב קריטי

מבדיקה שנעשתה במדיה האינטרנטית ובהתייעצות עם מומחים בתחום נמצא, שהמכשיר היחיד היכול להנשים פגים בשיטת הנשמה זו הנו דגם 3100A תוצרת חב' – SENSORMEDICS.

לאור נתונים אלו יש לראות בציווד הנ"ל מכשיר ייחודי ובחב' יגב (נציגו הבלעדי בארץ של היצרן SENSORMEDICS), ספק יחיד למקרה זה, ממנו יש לרכוש את המערכת.


בברכה
אלכס משיח
מהנדס מחלקת הנשמה