



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213143 יחידה מזמינה: מ"מ
מהות הרכישה: ציון לתואר למינור וסימני CPAP
סכום הרכישה מטבע ספק: 200000 ש"ח נ"ח
ספק פוטנציאלי: ינס

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 200000 ש"ח נ"ח
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 600000 ש"ח נ"ח באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 25.3.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883


רון חרותי


ר"ח שירי בר זאב


עו"ד רועי אדרי


חתימת המאשרים:
אבי בן זקן
סמנכ"ל לוגיסטיקה
הנדסה ותשתיות
אבי בן זקן

16/3/21

לכבוד
ועדת רכישות

שרי אבני

לבקשתך מצורף הסבר / הבהרה בנוגע לייחוד הציוד המבוקש, ובהתאם לבקשתה של גברת רותי ספורטס בישיבת ציוד מתכלה אחרונה.

א.ג.נ.,

הנדון: ציוד מתכלה לתמיכה נשימתית

1. חלק נכבד מהפגים הנתמכים נשימתית במחלקתנו, נתמכים על ידי תמיכה לא חודרנית: מכשירי NIPPV/CPAP.
2. צנרת ההנשמה במחלקתנו הינה מסוג חברת FISHER PAYKEL. לכל פג הנתמך בשיטה לא חודרנית על ידי NCPAP, מחובר לצנרת ההנשמה סט/מערכת ייעודי אשר מותאם לתינוק. הסט הנמצא בשימוש כיום אינו של חברת FISHER PAYKEL, ולכן שימוש בו כרוך בחיבור מאולתר לצנרת מכונת ההנשמה. מצב אשר יוצר שינוי בלחצי הנשמה הנמדדים וחוסר יכולת להעריך לחץ מדויק שניתן לתינוק. הסט היחיד המתחבר באופן ייעודי לצנרת ההנשמה במחלקה, אשר אינו דורש חיבור מאולתר, הינו זה אשר אנו מבקשים כעת כספק יחיד, גם הוא של חברת FISHER PAYKEL.
3. המוצר הנ"ל: מערכת FLEXITRUNK של חברת FISHER PAYKEL לשימוש ב- CPAP עבר פיילוט במחלקתנו, ונמצא מתאים לשימוש בפגים. הן עקב המתואר לעיל והן עקב שימוש בו בפגיות רבות בעולם ודיווח על שכיחות משמעותית נמוכה של נזק פצעי לחץ לאף בעקבותיו לעומת מערכות של חברות נוספות..
4. אנא אשרו אספקתו כספק יחיד.

בברכה,
ד"ר אלון חכם
מנהל ט.נ. פגים

ד"ר אלון חכם
מנהל טיפול נמרץ
מס': 38279
גפג ונילוד