

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רפ"א
יחידה מזמינה:	רפ"א חול שופר
תאריך:	18/4/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040021065	MIRI INCUBATOR 12 COMPARTMENT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

אל-רד מדיקל	שם הספק:
514055565	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
35200	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ	ספק זה הינו:
\$23,400 + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

5 אפריל 2021
מספרנו: מב/2021-0156
תיק: 1129, 4006

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש
2 א

הנדון: יח' להפריה חוץ-גופית (IVF) – חו"י לרכישת אינקובטור CO2 שטוח לגידול עוברים.

תכתובת מיום 5.4.2021

בסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.

מדובר באינקובטור קומפקטי בעל תצורה מלבנית ושטוחה, המכיל מספר רב של תאי גידול נפרדים אשר הינם ייעודיים לגידול של ביציות ועוברים. אינקובטור מסוג זה מאפשר לספק תנאי חמצן אופטימליים להתפתחות תקינה של עוברים, תוך הקפדה מקסימלית על הפרדה בין מקרי טיפול שונים ושמירה על תנאי הגידול המבוקרים עבור כל תאי הגידול האחרים, בעת פתיחה של תאי גידול מסוימים.

למעבדה נדרשים לכל הפחות תוספת של 12 תאי גידול בלתי תלויים (עבור 12 מקרי טיפול שונים), כאשר כל תא מכיל מקום לשתי צלחות גידול, וזאת על מנת לאפשר עמידה תקינה בנפחי העבודה הקיימים.

נבחנו ע"י משתמש הקצה דגמי מכשור של שני היצרנים המוכרים בתחום:

- היצרן K-SYSTEM – דגם G210 המכיל 10 תאי גידול (10 מטופלות).

- היצרן ESCO MEDICAL – דגם MIRI המכיל 12 תאי גידול (12 מטופלות).

מפאת הצורך הכרחי ללא פשרות לחיסכון במקום פיזי במעבדה, לנוכח מרחב העבודה הצפוף והמצומצם באופן חריג, ועל מנת לאפשר המשך התנהלות תקינה, יעילה ונוחה, מומלץ לממש רכישת המכשיר המאפשר להכיל מספר רב יותר של צלחות גידול תוך שהוא תופס שטח פיזי מצומצם יותר, קרי הדגם MIRI מתוצרת ESCO.

למען הסר ספק, אין בנמצא מקום מתאים לאחסון של יותר מאינקובטור שטוח אחד מפאת המגבלות הפיזיות והמבנה הארגוני של המעבדה, וזאת בהתאם להבהרת משתמשת הקצה ד"ר אדוה עזר בסימוכין.

מהנימוקים המתוארים לעיל יש לראות ביצרן ESCO MEDICAL באמצעות נציגותו המקומית חברת "אל-רד מדיקלי", ספק בלעדי לרכישה זו.

מומלץ לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 20925 לפריט 1 בלבד בהצעה.

על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

הערות:

המכשיר יירשם וייקלט ע"י המחלקה לשירותים טכניים ויהיו בתחום אחריותה.
יש לדאוג להתקנת שלוחה למרכזיית החנקן הקיימת לצורך הפעלת האינקובטור במיקום בו יותקן.

בברכה
מיטל בינטורי-נסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופי ראוול אורביטו
דרי אדוה עזר
דרי רם דולמן
דרי יורם שדמי
מר משה חמד
מר שמשון אפללו