

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רבי אור
יחידה מזמינה:	רפ"ק ע"ה
תאריך:	24/5/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1095080099	C73 TRIPLET MONITORING
3	1095061974	MONITOR FETAL AVALON FM20
1	1095061966	MONITOR FETAL AVALON FM30
5	1040021487	AVALON FM20/30-FLUSH WALL MOUNT
2	1040021487	AVALON FM20/30-FLUSH WALL MOUNT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

12 במאי 2021
מספרנו: יש/0209-2021
תיק: 5-1120, 4004

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: חדר לידה – החלפת מוניטורים למיילדות ולניטור עוברי (Fetal Monitor)

א. דוא"ל דר' אורית מורן מיום 19.4.2021
ב. דוא"ל רכש מיום 5.5.2021

בסימוכין א' מבקשת דר' אורית מורן לממש החלפת מוניטורים לניטור עוברי בשלושה המחזורים הבאים:

- א. מחזור I – דגם FM 30 – כמות 10 יח' –
דגם FM 20 – כמות 8 יח'
- ב. מחזור II – דגם FM 30 – כמות 3 יח' –
דגם FM 20 – כמות 5 יח'
- ג. מחזור III – דגם FM 20 – כמות 4 יח'

כל המוניטורים בחדרי הלידה מבוססים על סידרת AVALON תוצרת חברת PHILIPS.

דגם FM30 מאפשר ניטור חיצוני ופנימי של עובר יחיד ושל תאומים כאשר ניתן לנטר לחץ תוך רחמי (IUP), לחץ דם לא חודרני וסטורציה של היולדת (האם).

דגם FM20 מאפשר ניטור חיצוני של עובר יחיד ושל תאומים כאשר אופציונלית ניתן לנטר לחץ לא חודרני (NIBP) של היולדת (האם).

עבור מחזור I

א. דגם AVALON FM30 למימוש בהתאם להצעת מחיר 212503416, הכוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:

HR+NIBP ליולדת, x2 מתמרי US לניטור פנימי וחיצוני של עובר יחיד ותאומים, מתמר TOCO, מתאם חיבור ל-Direct+ECG+כבל DECG Reusable, זרוע תלייה ע"ג קיר.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

ב. דגם AVALON FM20 למימוש בהתאם להצעת מחיר 212503413 הכוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:

ניטור עוברי חיצוני, דופק יולדת, מתמר עם אופציה לניטור שלישיה, x2 מתמר US, מתמר TOCO, זרוע תלייה ע"ג קיר.

הבהרה: בשתי הצעות המחיר הנ"ל אין צורך לממש את הפריט האחרון בהצעה.

מאחר ובחדר לידה מצויים מוניטורים מתוצרת PHILIPS ובעקבות תוצאות בדיקת דר' מורן את המוניטור מתוצרת EDAN שנפסל לשימוש, קיים צורך לרכוש המוניטורים מתוצרת PHILIPS הן מטעמי אחידות שימוש ואבזורים ומתכלים והן מאחר ולא נמצא מכשיר העונה ברמה ובאיכות לנדרש.

בבירור הסתבר כי ליצרן MINDRAY אין מוניטורים למיילדות ולניטור עוברי המוגדר כ-Fetal Monitor.

מדובר במכשיר שחייב להיות Heavy Duty לנוכח פעילותו הרצופה למשך שנים. למוניטור מתוצרת PHILIPS הוכחות של שנים על יכולת פעילות איכותית.

יש לקבל איפוא את קביעתה של דר' מורן ולראות ביצרן PHILIPS ספק בלעדי לנדרש לכל דבר ועניין ועל על המשתמע מכך.

תקופת אחריות 24 חודשים.

בברכה,

דר' יורם שדמי

מנהל המחלקה להנדסה-רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' אייל סיון
פרופ' שלי מזעקי
דר' אורית מורן
דר' יורם שדמי
גב' אורית הורוביץ