

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מכרז מס' מכרז מס' 2/21

נושא : רכישת משקף לדברי דואר ושחרותים נלווים במעבר ביתוניא עבור המינהל האזרחי לאיו"ש

מענה לשאלות ההבהרה

להלן שאלות ההבהרה שנשלחו למנהל האזרחי אודות המכרז שבנדון עד למועד האחרון לשליחת שאלות ההבהרה (18/05/2021), והמענה להן.

כלל המציעים נדרשים לקרוא ולהכיר את השאלות ואת התשובות, ולצרף מסמך זה, כשהוא חתום בכל עמוד ע"י מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה, למסמכי המכרז בעת הגשת הצעתם.

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין מסמך זה, יגבר האמור להלן.

מס"ד	נושא השאלה	השאלה	מיקום במסמכי המכרז	תשובה
1	נתונים אודות המנהלים, השותפים ובעלי למעלה מ-5% מהון המניות בתאגיד המציע	האם צריך לצרף את כל הנתונים המפורטים בסעיף זה כבר בשלב ההגשה או רק לאחר זכיה	סעיפים 8.א. סעיפים קטנים 1 ו-2, עמודים 8 - 9	אין שינוי במסמכי המכרז
2	תנאי לא קשור למכרז שנכנס בטעות	ה"והואיל" השלישי, אינו קשור לנשוא המכרז (והואיל והמציע עוסק בין היתר בהדפסת מסמכים וטפסים למסמכים)	מסמך ההסכם שבעמוד 19 - "והואיל" השלישי	במקום האמור בסעיף ההואיל השלישי יבוא: "והואיל והמציע עוסק בין היתר באספקת משקף ושירותים נלווים"
3	ערבות המשך	5,000 ש"ח לערבות עבור תקופת התקשרות נוספת היא <u>גבוהה מאוד</u> ביחס לתמורה שתתקבל בהזמנת ההמשך, נבקש להעמיד את הערבות על אחוז מסך ההזמנה.	סעיף 3.2 - עמוד 21	הורדנו את גובה הערבות ל 2000 ₪
4	אופן הפעלה/הגדלת תמונה וכו'	אופן הפעלה והגדלה הוא בעזרת עכבר מחשב סטנדרטי ולא בשיטות המפורטות בסעיפים, נבקש לעדכן, להוסיף אותו לאפשרויות הפעלה.	סעיף ב. VIII, שבעמוד 37, סעיף ג. IX, שבעמוד 38	במקום סעיף ב. VIII יבוא: "משטח עקיבה ג'ויסטק ו/או עכבר מחשב סטנדרטי להפעלת זום או פונקציות נוספות". בסעיף ג. IX לאחר המילים: "מחשבים ניידים)" יבוא: ", או עכבר מחשב סטנדרטי."
5	נושא מקור קרינה	המפרט מדבר על מכשיר בעל מקור קרינה אחד, ולכן לא ברור הכיתוב בסעיף זה: "IV. כל מסך יציג תמונה של כל מקור". - נא הבהרתכם בנושא זה.	סעיף ג. IV, שבעמוד 38	בסעיף ג. IV במקום המילים "של כל מקור" יבוא: "של המקור"

<p>לאחר שהסבו את תשומת ליבנו, הוחלט לתקן את כותרת נספח י"ד באופן הבא: " תצהיר רו"ח בדבר היקפי הכנסות שנתיים"</p>	<p>נספח יד - עמוד 60</p>	<p>נספח יד' מצהיר כי הדו"חות המבוקרים לשנה מעידים על מחזור כספי של הגוף המבוקר. ולכן נספח זה תומך את תנאי הסף המפורט בסעיף 14 ב. שבעמוד 8 הדין במחזור הכנסות של המציע, (ואכן נושא נספח זה מופיע רק בסעיף האמור). התצהיר אינו אודות דבר היקפי הכנסות מהפרויקטים שצוינו בנספח הניסיון (שהינו התנאי סף האחר המפורט בסעיף 14 א.) ואינו יכול להעיד על היקפי ההכנסות הנ"ל היות והוא מצהיר על הדוח"ות השנתיים בלבד. ולכן נבקש לתקן כי הנספח הוא בדבר אישור מחזור הכספי של המציע ולא כפי שאמור בכותרת.</p>	<p>נושא נספח יד'</p>	<p>6</p>
<p>לאחר שהסבו את תשומת לבנו, הסעיף הוסר ממסמכי המכרז</p>	<p>עמוד 8 סעיף 10</p>	<p>בסעיף 10 " על המציע לא להיות בהתקשרות נוספת עם המינהל האזרחי, שבה הוא מעניק לו שירותים דומים, משיקים או זהים לשירותים במכרז זה, כפי שהם מפורטים במפרט הטכני. נבקש שסעיף זה ימחק היות והוא גורף מדי ועלול למנוע השתתפות של מציע אשר יש לו התקשרות כזו או אחרת עם המינהל האזרחי, או שיובהר במה הכוונה לשירותים דומים או זהים למכרז זה.</p>	<p>התקשרויות</p>	<p>7</p>
<p>לאחר שהסבו את תשומת ליבנו, נבהיר כי נספח י"ד יאומת על-ידי רו"ח בלבד.</p>	<p>עמוד 8 סעיף 14 ב</p>	<p>" הוכחת תנאי סף זה תיעשה באמצעות הגשת נספחים ו' וי"ד, כאשר הם חתומים מאומתים על-ידי עורך דין. נספח י"ד הינה הצהרה חתומה של משרד רואי חשבון על נייר מכתבים רשמי נבקש לבטל הצורך גם בחתימת עורך דין על נספח י"ד.</p>	<p>אימות מחזור הכנסות על ידי עורך דין על הצהרת רו"ח</p>	<p>8</p>
<p>לאחר שהסבו את תשומת ליבנו, שונה נוסח הסעיף באופן הבא: "המציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את יכולתו לספק משקף לדברי דואר ושירותים נלווים כמפורט בנספח הטכני. המינהל האזרחי יהיה רשאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים</p>	<p>עמוד 14 סעיף 11 ג</p>	<p>הסעיף " המציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את יכולתו להעניק את שירותי הייעוץ. נבקש לתקן זאת ל"יכולתו לספק ציוד שיקוף ושירותים נלווים</p>	<p>טעות ניסוח</p>	<p>9</p>

כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמצעים גם לאחר פתיחת ההצעות."				
נמחק ממסמכי המכרז	עמוד 19 " והואיל" שלישי	והואיל והמציע עוסק בין היתר בהדפסת מסמכים וטפסים למסמכים ; נבקש למחוק שורה זו או לשנות את תוכנה בהתאם לנושא המכרז	טעות ניסוח	10
אין שינוי במסמכי המכרז	עמ' 26 סעיף 10.2	נבקש לשנות את הרישא : "הספק אחראי לכל נזק ישיר או הפסד..."	אחריות לנזקים	11
אין שינוי במסמכי המכרז	עמ' 26 סעיף 10.3	נבקש למחוק את "תוך כדי" שהופך את הספק לאחראי על כל פעולה בכל זמן שהוא ולא רק במהלך ההתקנה או מתן השירות נבקש להוסיף " עקב ביצוע התחייבויותיו הישירות "	אחריות לנזקים	12
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 27 סעיפים 11.1 11.2 11.3	נבקש להסיר מסעיפי הביטוח את ביטוח עבודות קבלניות , שכן אין עבודות קבלניות כחלק מאספקת הציוד או בשרות הנלווה.	ביטוח עבודות קבלניות	13
מצ"ב תשריט של המבנה שיצורף כנספח כי למסמכי המכרז. המקום המיועד הינו "משקף" כמופיע בתשריט	עמוד 36 סעיף ב	הסעיף "על הספק לוודא כי ניתן להכניס את הציוד בשלמותו או בחלקים למקום המיועד" נבקש לציין שלא ניתן להענות לבקשה זאת ללא סיור מציעים באתר בכדי לבחון את דרכי הכניסה לאתר ועמידה בסעיף הנ"ל נבקש להתנות בסיור מציעים	הכנסת המשקף לאתר	14

15	סקר הערכת סיכונים	סקר הערכת סיכונים הוא חלק מתהליך קבלת אישור שימוש ממשרד איכות הסביבה ויכול להעשות רק על ידי בעל האתר או המשתמש הסופי באתר נבקש לשנות סעיף זה, שהאחריות לביצוע סקר הסיכונים היא באחריות בעל האתר או המשתמש	עמוד 39 סעיף 5 תת סעיף VI	אין שינוי במסמכי המכרז
16	זמן אספקה	נבקש לשנות את זמן האספקה ל 4 חודשים מקבלת הזמנת הרכש	עמוד 40 סעיף 6 א	בסעיף 6 א' במקום המילים: "תוך 90 ימים" יבוא: "תוך 180 ימים"
17	סוג מכונה	האם נדרשת מכונה שהיא SINGLE VIEW או DUAL VIEW או שזה לא משנה?	מיקום	מאחר ולא צוין מיקום הסעיף במסמכי המכרז לא ניתן להשיב לשאלה. אין שינוי במסמכי המכרז
18	צגים	האם ניתן כי צג אחד יהיה צבעוני והשני שחור-לבן	עמוד 38 ג, I	אין שינוי במסמכי המכרז
19	מציע/יצרן	האם הדרישות המפורטות צריכות להתקיים לגבי המציע או לגבי היצרן	נא להפנות למיקום	מאחר ולא צוין מיקום הסעיף במסמכי המכרז לא ניתן להשיב לשאלה. אין שינוי במסמכי המכרז
20	גודל מכונה	מהו גודל הפתח דרכו צריכה המכונה להיכנס למבנה? אודה לתמונה/שרטוט, והאם ישנם מכשולים כלשהם בהיקף המבנה שיכולים להשפיע על הכנסת המכונה?	עמוד 36 סעיף 3 ב'	מצ"ב תשריט של המבנה שיצורף כנספח כ' למסמכי המכרז. המקום המיועד הינו "משקף" כמופיע בתשריט
21	דרישות טכניות	הלחצן כמבוקש הוא מסוג פטריה ולכן הוא בהכרח בולט מגוף המכשיר/הפאנל, אולם הלחצן במיקום ופועל באופן שאינו פשוט להפעלה בלתי רצונית. האם הדבר עונה לדרישות?	נספח א'- מפרט טכני – סעיף 4 א' (IX) (עמ' 37)	לאחר שהסבו את תשומת ליבנו, שונה הסעיף המצוין באופן הבא: "מיקום הלחצנים יהיה במיקום נגיש

להפעלה, וימנע הפעלה בשוגג".				
ב סעיף 4 ב' (III) במקום המילים: "2 נוריות חיווי" יבוא: "לפחות נורית חיווי אחת".	נספח א'- מפרט טכני סעיף 4 ב' (III) (עמ' 37)	בלוח השליטה ישנה נורית חיווי לפעולת קרינת רנטגן. לא ברור מדוע נדרשות 2 נוריות חיווי לפעולת קרינת רנטגן? נשמח להבהרה לסעיף.	דרישות טכניות	22
סעיף זה מתייחס לפונקציה Continue Scanning	נספח א'- מפרט טכני סעיף 4 ב' (XI) (עמ' 38)	לא ברורה הדרישה בסעיף המדובר, נשמח להבהרה.	דרישות טכניות	24
חיובי	נספח א'- מפרט טכני סעיף 4 ב' (XII) (עמ' 38)	במכשיר התמונות נשמרות באופן אוטומטי, כמו כן ניתן לשמור תמונה בכלל הפורמטים המבוקשים דרך התוכנה- האם לכך הכוונה?	דרישות טכניות	25
אין שינוי במסמכי המכרז	נספח א'- מפרט טכני סעיף 4 ב' (II) (עמ' 38)	האם הכוונה לכך שכפתורי המסך (הפעלה/כיבוי, בהירות וכו') יהיו נגישים בחזית/תחתית המסך?	דרישות טכניות	26
Single View	נספח א'- מפרט טכני סעיף 4 ב' (IV) (עמ' 38)	האם הכוונה למכשיר DUAL-VIEW?	דרישות טכניות	27
בסעיף 4 ב' (IX) בסופו יבוא: "Real-Time – יכולת לעבד תמונה במקביל לביצוע שיקוף נוסף".	נספח א' - מפרט טכני סעיף 4 ב' (IX) (עמ' 38)	לא ברור מה הכוונה ב-Real-Time? מאחר ולא מדובר במקור רציף, רק לאחר סיום פעולת המקור מתקיים עיבוד וקבלת תמונת שיקוף. האם הכוונה ביכולת לעבד תמונה במקביל לביצוע שיקוף נוסף?	דרישות טכניות	28
מצ"ב תשריט של המבנה שיצורף כנספח כ' למסמכי המכרז. המקום המיועד הינו "משקף" כמופיע בתשריט	עמוד 35 נספח א- טכני סעיף 1 ד וגם סעיפים 36 עמוד 3, ב, ד	לאור סעיף זה נשמח לקבל שרטוט של מיקום המשקף כולל גודל דלתות/מעברים ומדרגות או לחילופין לקבל אפשרות לסיוור באתר	הכנסת מכונת שיקוף	29
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 37 סעיף 4 א V	אורך מכונת השיקוף 3.93 מטר רוחב מכונת השיקוף 1.38 מטר נא אישורכם	גודל מכונת השיקוף	30

31	נוריות חווי קרינה	במכונת השיקוף מדגם זה יש 4 נוריות קרינה פועלת במשקף. בלוח הבקרה יש מקש מואר על ידי 2 נוריות לד מאחוריו במסך יש חיווי על הפעלת קרינה האם זה מספק?	עמוד 37 סעיף 4 ב III	אין שינוי במסמכי המכרז
32	פורמט שמירת תמונה	התמונה נשמרת במחשב המכונה אותה אנו מספקים בפורמט PNG שהוא פורמט וינדודס (כנדרש אך לא מופיע במה שרשמתם) נא אישורכם	עמוד 38 סעיף 4 ב XII	בסעיף 4 ב XII לאחר המילה "JPEG" יבוא: "PNG/"
33	כמות מסכים	האם ניתן במקום 2 צגים (שמראים את אותה תמונה) צג אחד	עמוד 38 סעיף 4 ג I	אין שינוי במסמכי המכרז
34	כמות מסכים	בהתאמה למידות המכונה רשום בסעיף שכל מסך יציג תמונה של כל מקור ולכן אם יש מקור אחד נדרש מסך אחד נא אישורכם ובהתאמה גם לשאלה בסעיף קודם	עמוד 38 סעיף 4 ג IV	נדרש צבעוני ושחור לבן
35	זמן אספקה	עקב המצב העולמי נבקש הארכת מועד האספקה ל 120 ימי עבודה ממועד קבלת הזמנת רכש חתומה	עמוד 40 סעיף 6 א	ראה תשובה לשאלה 16
36	ביטוח	- נבקש למחוק את המילים "ביטוחים כנ"ל" ולהחליפם במילים "ביטוחים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם".	עמוד 27 סעיף 11.1	אין שינוי במסמכי המכרז
37	ביטוח	נבקש למחוק את המילה "ביטוחיו" ולהחליפה במילים "ביטוחי החבויות".	עמוד 27 סעיף 11.2	אין שינוי במסמכי המכרז
38	ביטוח	נבקש למחוק. [ביטוח עבודות קבלניות לא רלוונטי למכרז זה].	עמוד 27 סעיף 11.3	אין שינוי במסמכי המכרז
39	ביטוח	שורה 1 - נבקש למחוק את המילה "ביטוחיו" ולהחליפה במילים "ביטוחי הרכוש".	עמוד 27 סעיף 11.4	אין שינוי במסמכי המכרז
40	ביטוח	שורה 3 - נבקש למחוק את המילים "והפועלים מטעמה" ולהחליפם במילה "ומנהליה".	עמוד 27 סעיף 11.4	אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 27 סעיף 11.5	- נבקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות". [כידוע לעורך המכרז, ביטוחי הספק אינם נערכים עבור מכרז זה בלבד וכוללים פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של הספק, ועל כן נבקש כי עורך המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח].	ביטוח	41
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 28 סעיף 11.6	נבקש שיתווספו המילים "על אף האמור, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד הקבוע בסעיף ביטוח זה לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אלא אם חלפו 14 יום ממועד בקשת המדינה בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור".	ביטוח	42
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 23 סעיף 5.1	סעיף 5.1 להסכם: נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "למעט לחברות מקבוצת הספק"	הסבת הסכם	43
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 24 סעיף 5.3	סעיף 5.3 להסכם: נבקש להוסיף לאחר המילים: "להעביר או להסב" את המילים: "בכפוף להודעה מראש ובכתב לספק". כמו כן נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה".	הסבת הסכם	44
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 26 סעיף 10.2	סעיף 10.2 להסכם: נבקש להוסיף לאחר המילים: "הספק אחראי" את המילים: "על פי דין".	אחריות הספק לנזקים	45
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 26 סעיף 10.3	סעיף 10.3 להסכם: נבקש להחליף את המילים: "המלאה, הבלעדית והמוחלטת" במילים: "על פי דין	אחריות הספק לנזקים	46
אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 27 סעיף 10.5	סעיף 10.5 להסכם: נבקש להוסיף לאחר המילים: "על פי פשרה" את המילים: "שאושרה ע"י הספק או פסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק". כמו כן לאחר המילים: "לרבות כל ההוצאות" נבקש להוסיף: "סבירות".	אחריות הספק לנזקים	47

אין שינוי במסמכי המכרז	עמוד 27 סעיף 10.6	סעיף 10.6 להסכם: נבקש להוסיף בסיפא את המילה: "סבירות".	אחריות הספק לנזקים	48
אין שינוי במסמכי המכרז	נדרש סעיף חדש	נבקש להוסיף סעיף להסכם בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."	אחריות הספק	49
אין שינוי במסמכי המכרז	נדרש סעיף חדש	נבקש להוסיף סעיף להסכם בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המינהל או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."	אחריות הספק	50

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____

תאריך: _____

חתימת המציע: _____

**הנדון: אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים¹)
לתקופה 01/01/2018 עד 31/12/2020**

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:
 - 2.1. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום / בימים _____.
 - 2.2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים _____.
3. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 3.1 ו-3.2:
 - 3.1. דוח רואי החשבון המבוקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק ח', או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.
 - 3.2. דוח רואי החשבון המבוקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 4 להלן.
4. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף 14.ב.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.
- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

¹ אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצורת Aהלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.

הודעה על דחיית מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה ולהגשת הצעות

1. המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון למענה לשאלות הבהרה מיום 18.5.21 ליום 31.5.21, ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, מיום 31.5.21 ליום 15.6.21 עד השעה 12:00.
2. לידיעת המציעים, המענה לשאלות הבהרה ומסמכי המכרז המעודכנים יופיעו באתר מנהל הרכש הממשלתי, כמו כן ניתן לקבלם בפניה למייל המופיע בסעיף 4.
3. יתר הפרטים ללא שינוי.
4. לקבלת טפסי מכרז מעודכנים ופרטים נוספים, ניתן לפנות למר דודו כהן, במייל: cohend@moc.gov.il.