

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רפואה
יחידה מזמינה:	מנין 108
תאריך:	24/6/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095087680	PENTAX PREMIUM HD OPTIVISTA+VIDEO PROCESSOR AND LIGHT SOURCE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	37,900 יורו+מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

9 ביוני 2021
מספרנו: יש/0250-2021
תיק: 7005, 1130-6

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש
כ א נ

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת רכיב וידאו-פרוססור למערכת גסטרוסקופיה מתוצרת PENTAX.

תכתובת מיום 6.6.21

במכון גסטרו מצוי בשימוש מגדל אנטרוסקופי-גסטרוסקופי מתוצרת חברת PENTAX מזה כ-7 שנים.

בהתאם להבהרת נציג היצרן בסימוכין, רכיב הווידאו-פרוססור של מערכת זו נמצא תקול ללא אפשרות השמשה, וזאת בעקבות נזקי קורוזיה אשר נגרמו לרכיביו הפנימיים כתוצאה מחזירת מים למכשיר.

מדובר בדגם EPK-I7000 מתוצרת PENTAX (בעל מס' סידורי ECO10560), אשר הינו מרכיב חיוני במערכת מגדל אנטרוסקופי-גסטרוסקופי והכרחי להמשך פעילותה השוטפת.

אי לכך ובהתאם לזאת נדרשת רכישה של מכשיר וידאו-פרוססור חדש.

לחברת PENTAX הדגם EPK-I7010 המשמש כגרסה החדשה והמתקדמת של מכשיר הווידאו-פרוססור התקול המצוי בשימוש מכון גסטרו כיום. למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למערכת מתוצרת PENTAX הקיימת במכון, מרכיבים המיוצרים ע"י יצרן אחר.

לאור הנ"ל, יש לראות ביצרן PENTAX ספק בלעדי לרכישה זו.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת נציגת היצרן, חברת "גטר-גרופ" מס' 210148/2021 לפריט 1 בלבד בהצעה.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' יורם שדמי
דר' עידן לוי
גב' דורית סקינס