

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל- השומר

| | |
|---------------|-----------|
| משרד: | הכרטיס 14 |
| יחידה מזמינה: | פנימייה |
| תאריך: | 7/7/21 |

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|--|
| 1 | 1095082764 | CARESCAPE CENTRAL STATION V2 MAS 700 ATO MODEL |
| | | |


| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) |
|--|
| |
| עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי |
| |
| |
| |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| שם הספק: | לבנט |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 510021884 |
| מספר ספק בשיבא | 1707 |
| ספק זה הינו: | ספק יחיד _____ ספק חוץ _____ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 19,6364 + מע"מ |
| תקופת ההתקשרות | 24 חודשים |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

21 ביוני 2021
מספרנו : יש/2021-0272
תיק : 9-1120, 5003

לכבוד
גב' גילי נעים
כ א נ

הנדון : פנימית ג' – חוו"ד לרכישת תחנה מרכזית CENTRAL STATION

בפנימית ג' מצויה מע' ניטור מרכזית תוצרת חב' GE.

במחלקה על שני חלקיה (צפון+דרום) מצויה תחנה מדגם CIC בכמות 2 יח' אשר אינה נתמכת ע"י היצרן. מערכת ההפעלה הינה מסוג WIN XP אשר מהווה בעיה בהמשך קישוריות לקמיליון.

על מנת להבטיח פעילות תקינה ורציפה בקישוריות לקמיליון נדרש להחליף הקיים בדגם CARESCAPE בהתאם להצעה הרצי"ב **ובכמות 2 יח'.**

מדובר בצורך חיוני כדי למנוע השבתת מע' הניטור המרכזית וחוסר העברת נתונים לתיק חולה עקב כל תקלה כלשהי בכל אחת משתי התחנות הקיימות.

מאחר ומדובר במערכת ניטור מתוצרת חב' GE מחוייב להחליף הקיים בתחנות (CENTRAL STATION) מיצרן זה. למען הסר ספק לא ניתן לרכוש הנדרש מספק חלופי זולת יצרן מערכת הניטור הקיימת.

יש לראות ביצרן GE ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

התחנות הקיימות יושבתו עם קבלת החלופה (מקור תקציבי סעיף השבתות).

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות היצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+תכתובת

העתקים : פרופ' אבי ניסן
ד"ר יורם שדמי