

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	ח.י. מכני + הרפואה
תאריך:	7/7/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095082764	CARESCAPE CENTRAL STATION V2 MAS 700 ATO MODEL


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$51,540 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

21 ביוני 2021
מספרנו: יש/0271-2021
תיק: 1001, 1120-9

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ח.נ. מרכזי+התאוששות – חו"ד לרכישת תחנה מרכזית CENTRAL STATION

בחדרי הניתוח ובהתאוששות ח.נ. מרכזי מצויות 3 תחנות מרכזיות תוצרת GE דגם i-Central אשר אינן נתמכות ע"י היצרן, המשמעות – כל תקלה תשבית את יכולת העברת הנתונים לגיליון החולה מחד גיסא, ומאידך תשובש פעילות מערכות הניטור המרכזיות עד כדי השבתה.

על מנת לאפשר פעילות תקינה ורציפה נדרשת החלפת התחנות בדגם CARESCAPE בהתאם להצעת המחיר הרצ"ב ובכמות 3 יחידות.

מדובר במערכות ניטור מתוצרת GE שחלקן כולל את מכונות ההרדמה כולן מתוצרת GE. מחוייב לרכוש הנדרש מיצרן המוניטורים ומכונות ההרדמה. אין יכולת לחלופה מכל סוג שהוא.

יש לראות ביצרן GE ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

התחנות הקיימות יושבתו עם קבלת החלופה (מקור תקציבי סעיף השבתות).

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתקים: ד"ר דינה אורקין
פרופ' חיים ברקנשטט
ד"ר יורם שדמי
גב' לירון דניאלי-פור