

מענה לשאלות הבהרה מכרז בנושא רכישת מד לחץ דם אוטומטי משדר משולב
סטורציה וטמפרטורה מס' 12199351

סעיף 3. ג' (עמוד 2 לנספח א'):

בסעיף זה הדרישה היא כי טווח המדידה של הטמפרטורה יהיה $26-43^{\circ}\text{C}$ - **ישונה**
 $30-43^{\circ}\text{C}$ לטווח

נבקש כי יתקבל טווח טמפרטורה של $30-43^{\circ}\text{C}$ כפי הקיים במודולים של חברות מובילות בעולם כגון COVEDIAN.
לחילופין, נבקש כי סעיף זה יוגדר כיתרון או עדיפות. - **סעיף זה יישאר כדרישת סף.**

סעיף 3.ו' (עמוד 3 לנספח א'):

בסיפא של הסעיף מבוקש כי המכשיר יתאם מדידות חוזרות באינטרוולים או מדידות של מספר מטופלים בשעה (לפחות 6).
נבקש כי יתקבל מכשיר בעל פרוטוקול למדידה באינטרוולים ליחיד - **בקשה נדחית. הסעיף יישאר ללא שינוי. קצב בדיקות המטופלים מעל 6 בשעה.**
לחילופין, נבקש כי סעיף זה יוגדר כיתרון או עדיפות - **סעיף זה יישאר כדרישת סף.**

סעיף 16 (עמ' 4 לנספח א'):

בסעיף זה הדרישה היא כי "סנסור הסטורציה יהיה מתוצרת Nellcor/Masimo. המכשיר יוכל לעבוד עם 2 סוגי הסנסורים".
למיטב ידיעתנו, רק חברה אחת יודעת להציע פתרון זה.
נבקש כי יתקבלו מכשירים עם מודול מקורי של היצרן אותו אנו מציעים. לחילופין, נבקש להגיש מכשיר שיוכל לעבוד עם אחד מבין שני סוגי הסנסורים (Nellcor/Masimo) - **ניתן להציע מכשיר שיאפשר חיבור סנסור תוצרת MASIMO או תוצרת NELLCOR. יתרון למכשיר המאפשר שימוש בשני סוגי הסנסורים משני היצרנים.**
לחילופין, נבקש כי סעיף זה יוגדר כיתרון או עדיפות - **סעיף זה יישאר כדרישת סף.**