

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	קוצבים
תאריך:	27/6/21 108/2021

\_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_ X מדינת ישראל  
(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>Tight Rail, Rotating Dilator Sheath all size---1011944618</b>

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ X טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	גאמידה
מספר הספק	1768
(ח.פ./ ח.צ. ע.מ./ מספר עמותה)	511383374
ספק זה הינו:	_____ X ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	AP 1,000,000
תקופת ההתקשרות	94 חודשים

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

<b>משתמשים בפריט Tight Rail, Rotating Dilator Sheath</b>
בפעולות <b>EXTRACTION</b> במקומות שקטטר לייזר לא יכול להפריד את הרקמה ובאזורים שיכולים להיות מסוכנים בפרוזדור
בנוסף, המכשיר הרבה יותר בטיחותי, בתוך הצינורית ישנם סכינים שמסתובבים בכוונים מנוגדים, הסכינים לא יוצאים מחוץ למכשיר
וכך לא מסכנים את המטופל
גאמידה הינם ספק יחיד לפריט הנ"ל

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכר.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>
--	-------------------------------	----------------------------------

פרופ' רועי כינרת  
מנהל תחום להקרנות קרינה  
ממחלקת רפואת פנימית ובריאות הילדים  
מ.ר. 48499  
המרכז הרפואי שיבא