

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(מרכז) -
יחידה מזמינה:	כיוונית / יחיד / יחיד
תאריך:	26/7/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095087375	TM80 MAIN UNIT W.3/5/6-LEAD ECG
2	1040021230	CHARGER STATION FOR TELEMETRY EU WITH EUR POWER CORD

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$27,632 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

12 ביולי 2021
מספרנו: 0289-2021/יש
תיק: 1008, 1119-1

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ניתוחי חזה/כירורגיית כלי דם – חו"ד לרכישת משדרי טלמטריה

דוא"ל מר עומר בהאא מיום 12.7.2021

בכירורגיית כלי דם/ניתוחי חזה מצויה מערכת ניטור מרכזית מתוצרת חברי MINDRAY המשולבת עם מע' טלמטריה דגם TMS16 לשידור א.ק.ג וסטורציה.

כמות המשדרים הרשומה עומדת על 16 יח' דגם TMS16 כאשר המצב העדכני הינו כדלקמן:

2 יח' תקינות (מדגם TSM16 אשר ייצורו והתמיכה בו הופסקו ע"י היצרן).
3 יח' אבדו
11 יח' תקולות ואינן ניתנות לתיקון

בהתאם לסימוכין נדרשת רכישה של 8 משדרים מדגם TM80 – גירסה עדכנית.

מאחר והמערכת כולה מתוצרת MINDRAY מחוייב לרכוש הנדרש מיצרן זה.

רצ"ב הצעת מחיר חב' בפקס אותה יש לממש לפריטים 12 עד 15 בלבד בכמות הבאה:

פריטים 12, 13, 14 – בכמות 8 יח'

פריט 15 – בכמות 1 יח'

מהאמור לעיל ניתן לראות ביצרן ובנציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו. לא ניתן לרכוש הנדרש מיצרן חלופי למערכת קיימת.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

יש לדרוש תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+ הצעת מחיר

העתקים: פרופ' משה חלק
ד"ר רן-יוסף קרמר
ד"ר יורם שדמי
מר עומר בהאא