

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(המ"א) -
יחידה מזמינה:	J.C. י.א.א.א.א.א.
תאריך:	5/9/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074365	SPARQ ULTRASOUND SYSTEM


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$19,785 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

15 באוגוסט 2021
מספרנו: יש/2021-0339
תיק: 2-1125, 1009

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ט.נ. ניתוחי לב – חו"ד לרכישת אולטראסאונד קרדיאלי
דוא"ל מיום 11.8.2021

בשימוש ט.נ. ניתוחי לב אולטראסאונד תוצרת PHILIPS דגם SPARQ מס' סד' US82010006 אשר נרכש ביום 19.10.2020. המכשיר בתקופת אחריות.

עקב חדירת מים וכלור נגרם נזק לפריטים הבאים:

פריט 1 – EBOX – מחשב ייעודי למכשיר.

פריט 2 – MPA – לוח ניתוב מתמרים

פריט 3 – דיסק קשיח

המכשיר כולל 3 מתמרים:

SECTOR דגם S4-2

LINEAR דגם L12-4

TEE דגם X7-2T (מושבת עקב נשיכה)



יש לממש הרכישה בהקדם וניתן לראות ביצרן פיליפס ספק בלעדי לנוכח העובדה כי רק לדגמים מתוצרת יצרן זה ולדגם שניזוק בפרט ניתן לחבר המתמרים הקיימים.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 212505919 אותה יש לממש בהקדם.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: פרופ' ליאוניד סטרניק
פרופ' אהוד רענני
ד"ר אלכסנדר קוגן
ד"ר יורם שדמי
מר מיכאל יעקבלב