

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	אברהם
יחידה מזמינה:	מח' סיקור אורטופדיה
תאריך:	5/9/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040022030	מנורת ניתוח ניידת LCA 100

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	11974 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מִיטֵל בִּיסְטְרִי-פֶסַח	מֵהֶנְדֶּסֶת בִּיּו־רֶפּוּאִית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

26 ביולי 2021
מספרנו: מב/0310-2021
תיק: 1-1117, 6510

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש
כ א

הנדון: מח' שיקום אורתופדי/חדר טיפולים – חו"ד לרכישת מנורה כירורגית ניידת.

תכתובת מיום 11.7.21

בהתאם לסימוכין, עבור מח' שיקום אורתופדי נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'. המנורה תשמש בחדר טיפולים לצורך טיפול בפציעות וביצוע הליכים כירורגיים.

בקשת משתמש הקצה הינה לרכישת הדגם Lucea 100 מתוצרת MAQUET המשווקת בארץ ע"י חברת "מדטכניקה". מדובר במנורה בעלת תאורת לד בעוצמה של 120,000 Lux, שדה תאורה בקוטר 22 ס"מ ועומק תאורה של 60-110 ס"מ כתלות בעוצמת העבודה הנבחרת.

בסימוכין מבהיר דר' אורן ברזל כי מבדיקה שנערכה ע"י הצוות הרפואי, נמצא כי הדגם הנ"ל מספק את המענה המתאים ביותר לצורכי כלל המשתמשים, מהיבט איכות התאורה והתאמה לפרוצדורות המבוצעות במחלקה.

לאור נימוקי הצוות המשתמש המתוארים לעיל, יש לראות ביצרן MAQUET ספק בלעדי לרכישה זו ולממש בהתאם להצעת מחיר מס' 212504798 הרצ"ב.

על ההזמנה לכלול ספרות שימוש והדרכה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

המבשר ייקלט וירשם על ידי המחלקה לשירותים טכניים ויהיה תחת אחריותה.

בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' אורן ברזל
דר' אורי אופנהיים
דר' יורם שדמי
מר ראובן בן-אלי
מר אמיר חסון
מר שמשון אפללו