

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	הקיסרי רמת א
תאריך:	9/9/21

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095063939	OTOPORT SCREENER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים) _____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	למי אופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511382285
מספר ספק בשיבא	1728
ספק זה הינו:	_____
אומדן / שווי ההתקשרות:	ספק יחיד _____
תקופת ההתקשרות	24,265 לייש + מע"מ _____
	24 חודשים _____
	ספק חוץ _____

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

10 באוגוסט 2021
מספרנו: יש/2021-0336
תיק: 7001, 1139

לכבוד
גב' גילי נעים
כ.א.ן

הנדון: חוו"ד לרכישת מכשיר AOE לבדיקת סינון שמיעה ביולודים
דוא"ל פרופ' הנקין מיום 9.8.2021

בדיקת TEOAE מהווה בדיקת פלט אקוסטי המבוססת מזה שנים בביה"ח על טכנולוגיה של חב' OTODYNAMICS. המשמעות של השימוש בטכנולוגיה זו הינו בקיום רצף של נתונים בפורמט ספציפי שהצטברו במשך השנים.

על מנת לאפשר המשך שימוש במאגר הנתונים בפורמט הקיים נדרש להמשיך ולהשתמש בטכנולוגיה זו.

מעבר למאגר הנתונים קיימת פרוצדורת בדיקה שגם היא מבוססת על טכנולוגיית היצרן משך שנים ואשר משמשת גם את סקר היילודים בקמפוס.

כל הנתונים שהצטברו מצויים ברמת DATABASE ספציפי ולא ניתן ליישם ליצרן חלופי.

מסקנה – על מנת לאפשר המשך השימוש חובה להמשיך בטכנולוגיית חב' OTODYNAMICS.

בסימוכין מבהירות פרופ' הנקין ודרי ארי-אבן רוט הצורך החיוני בהחלפת המכשור הקיים עקב היותו מיושן, מסורבל וללא יכולת תמיכה של היצרן עקב גילו והתיישנותו. המכשירים הקיימים נרכשו בשנת 2010. עלויות הטיפול גבוהות עקב הכרח לטפל בכל המגברים ולהחליף המחשבים בכל מכשיר.

אכן קיים צורך וצדק רב בהחלפת הקיים אשר בנוסף יקצר משמעותית את משך זמן הבדיקות (AABR+TEOAE).

רצ"ב הצעת חב' OTODYNAMICS באמצעות חב' למיאופ לרכישת דגם OTOPORT SCREENER HANDHELD בתוספת קורא-ברקוד ייעודי ומודול לבדיקות AABR (כל מרכיבי ההצעה).

מאחר וכאמור יש לשמור על אחידות בדיקת ה-OAE בטכנולוגיית OTODYNAMICS כמפורט לעיל ובסימוכין, יש לראות יצרן זה ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה.

למען הסר ספק לא ניתן לקשר בין הטכנולוגיה הקיימת שהוכיחה עצמה מעל לכל ספק עם טכנולוגיה חלופית.

ההזמנה תכלול כמות של 5 יח' בהתאם לסימוכין.

ההזמנה תכלול ספרי שרות והפעלה.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' יעל הנקין
דרי דפנה ארי-אבן רוט
דרי יורם שדמי