

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	י-ע.י.ס. / נ.ס.א. / א.א.א.
תאריך:	26/9/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095071569	THORATEC SYSTEM MONITOR
1	1095067062	POWER MODULE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_  
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים) \_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	גאמידה בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511383374
מספר ספק בשיבא	1768
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/>
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$20,586+ מע"מ
	ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

15 באוגוסט 2021  
מספרנו: יש/2021-0340  
תיק: 1120, 1015

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: המח' לניתוחי לב/היח' להשתלות לב –  
חוו"ד לרכישת מוניטור ייעודי ללב מלאכותי (LVAD)

דוא"ל מיום 12.8.2021

בהמשך לסיומין אושרה רכישת המוניטור שבנדון בכמות 4 יח'.

בשימוש יח' ההשתלות מוניטורים ייעודיים מדגם T-1286 תוצרת חב' THORNTec המשמשים לשליטה ולבקרה על מושתלי לב בעת שלב ההשתלה (ניתוח) ובעת השלב שלאחר מכן (אשפוז). מוניטור זה תואם ללב מלאכותי מדור ראשון.

כיום משווק מוניטור דגם 1150HMT התואם ללב מלאכותי דור שני. דגם זה מאפשר בקרה, שליטה ושינוי פרמטרים של הלב המלאכותי.

POWER MODULE הינו ספק הכח של המוניטור או של הלב המלאכותי (ללא סוללות) מרשת החשמל, והוא נדרש לכל מוניטור.

מדובר במוניטור ייעודי התואם ללב מלאכותי ולפיכך קיים הכרח לממש הרכישה מיצרן מע' הלב המלאכותי באמצעות הסוכן המקומי חב' גאמידה.

בהתאם לאמור בני"ל ניתן לראות היצרן והסוכן המקומי ספק בלעדי לרכישה זו ולממשה בהתאם לקריטריון של מכשור רפואי וייחודי.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים למכשור שיירכש וכן תסופק ספרות שרות והפעלה. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' אהוד רענני  
פרופ' לאוניד סטרניק  
ד"ר דינה אורקין  
ד"ר יורם שדמי  
מר יוגב קציר