



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש אמצעים
טלפון: 08-9124503
פקס: 08-6476003
י"ד כסלו תשפ"ב
18 נובמבר 2021

הנדון: מכרז 97/2021 – בנושא רובוט להפרדת דגימות דנ"א

עדכון מס' 1

א. להלן העדכונים במסמכי המכרז:

1. סעיף 5 – לוחות זמנים למכרז עודכן כדלקמן:

עוד השעה	תאריך	נושא
15:00	21.11.2021	המועד האחרון להפניית שאלות הבהרה ובקשות לשינויים
15:00	28.11.2021	המועד האחרון להגשת הצעות

ב. סימון השינויים:

1. כלל העדכונים במכרז מסומנים בצבע **צהוב**.

ג. מענה לשאלות הבהרה:

מס"ד	פרק/סעיף	שאלה	מענה
1	פרק ג' סעיף 6.9.7	המחירים בטופס הצעת המחיר יוצעו במטבע ישראלי ללא מע"מ. נבקש לשנות את הצעת המחיר לפי מט"ח דולר (\$) או אירו (EUR) ובכך יימנע חישוב ההצמדה החודשי כפי שמפורט בסעיף 21.	הבקשה נדחת.
2	פרק ג' סעיף 10.4.3.1.1	אבקש לעדכן בשל עלות חלקי חילוף גבוהה, כי תשולם לזוכה תמורה שנתית בגובה 8% מהמחיר המוצע עבור הרובוט במס"ד 1 בטופס הצעת המחיר.	הבקשה מתקבלת. הסעיף עודכן בהתאם.
3	פרק ג' סעיף 10.4.3.2.1	אבקש לעדכן את המחיר לשעת עבודת טכנאי יהיה 350 ש"ח כולל מע"מ.	הבקשה מתקבלת. הסעיף עודכן בהתאם.
4	פרק ג' סעיף 17.2	לא צורך אישור ביטוח אחיד למסמכי המכרז.	הסעיף בוטל. המציע נדרש לחתום על נספח י' בלבד.
5	נספח י'	זהו לא אישור ביטוח אלא נספח ביטוח הצהרתי, יש לצרף אישור ביטוח בנוסח אחיד.	סעיף 17.2 בוטל. המציע נדרש לחתום על נספח י' בלבד.
6	פרק ד' נספח 1	נבקש להעביר מסמכים בעלי כמות גבוהה של דפים על גבי התקן נייד (disk on key) כפי שנהוג היה במכרזים קודמים.	הבקשה מתקבלת.



- בלמס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף	מס"ד
הכוונה בסעיף 1.5 הייתה לחומרים ומתכלים ספציפיים לפרוטוקול ולרובוט שמיוצרים על ידי היצרן במסגרת ערכת בדיקה או מתכלים עם מבנה ייחודי התואם ספציפית לרובוט. כל החומרים והמכשור שצוינו באדום הם חומרים שבשימוש שוטף במעבדה ונמצאים ברשות משטרת ישראל.	אספקת חומרים המיוצרים על ידי יצרן מסחרי שאיננו יצרן הרובוט המוצע איננה אפשרית. נבקש רוויזיה של סעיף זה בכל הנוגע לפריטים הבאים אשר אמורים וצריכים להיות מסופקים על ידי המשתמש מהסיבה שצוינה לעיל: Dilution Buffer (10 mM Tris ·Cl, 10 mM EDTA, 50 mM NaCl; alternatively, Tris-EDTA (buffer, pH 8.0 (10 mM Tris, 0.1 M EDTA (M dithiothreitol (DTT 1 • Molecular-grade water • Pipette tips (pipette tips with aerosol barriers • to prevent cross-contamination are (recommended µl pipettors 1000–10 • Microcentrifuge • Thermomixer or shaker incubator •	פרק ד' סעיף 1.5	7
ראו התייחסות לעיל. אין בחומרים המודגשים באדום ייחודיות כלשהי והם חומרים וציוד שגור וקיים במעבדה.	אספקת חומרים המיוצרים על ידי יצרן מסחרי שאיננו יצרן הרובוט המוצע איננה אפשרית. נבקש רוויזיה של סעיף זה בכל הנוגע לפריטים הבאים אשר אמורים וצריכים להיות מסופקים על ידי המשתמש מהסיבה שצוינה לעיל: Dilution Buffer (10 mM Tris ·Cl, 10 mM EDTA, 50 mM NaCl; alternatively, Tris-EDTA (buffer, pH 8.0 (10 mM Tris, 0.1 M EDTA (M dithiothreitol (DTT 1 • Molecular-grade water • Pipette tips (pipette tips with aerosol barriers • to prevent cross-contamination are (recommended µl pipettors 1000–10 • Microcentrifuge • Thermomixer or shaker incubator •	פרק ד' סעיף 1.6	8
כן, נדרש להסירם בצורה פיזית.	רכיבי ה BT וה- WiFi הבנויים בתוך חומרת המכשיר הינם פסיביים לגמרי ולא מופעלים כברירת המחדל. קרי, אי שימושכם ברכיבי תקשורת אלו משאירם כבויים. האם נצטרך פיזית להסירם בכל זאת?	פרק ד' סעיף 6.2.1	9
הכוונה בסעיף 6.2.2 שהמכשיר לא ישמור נתונים מתיקי בדיקה. אין בעיה שהמכשיר ישמור נתוני ריצה המיוצרים במהלך תהליך הבדיקה.	אי שמירת נתונים- המכשיר מאחסן נתוני הריצה הנקבעים על ידי המפעיל בתחילת תהליך ההפרדה. המכשיר מחויב לשמור נתוני הריצה כחלק מאבטחת האיכות וקריטריוני HID. האם כוונתכם שהמכשיר ימחק את נתוני ההריצה האחרונה באופן יזום ואוטומטי?	פרק ד' סעיף 6.2.2	10



אג'יסטיקת 100 לב



- בלמס -

ד. יובהר כדלקמן:

1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, יחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
2. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם משטרת ישראל או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,

מלאכי בן פורת, רפ"ק

מדור רכש אמצעים / מרו"מ