

טופס ח

משרד:	מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכש מכשיר לבדיקות נשיפה של גסטרואנטרולוגיה
למבחני נשימה בגסטרואנטרולוגיה יש צורך ברכישת מכשיר GASTROCH4ECK
ספק TAROM הוא הנציג הבלעדי שמשווק מכשיר המאפשר בין היתר מדידת גז מתאן, שיטה מדידה יחודית ובלעדית תוצרת BEDFONT. לכן ספק TAROM ספק יחיד למכשיר זה

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	TAROM
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511422180
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	15,945 לירה סטרלינג בתוספת מע"מ
תקופת ההתקשרות:	2021

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות


האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:
זהו מכשיר תוצרת BEDFONT המאפשר אבחון הפרעות גסטרואנטרולוגיות הכוללות אי סבילות לסוכרים, מדידת גאז מימן ומדידת גאז מתאן בצורה מיידית דרך נשיפה.
לאחרונה יצאו הנחיות חדשות לביצוע בדיקות נשימה בגסטרואנטרולוגיה מאיגוד הגסטרו המחייבות בין היתר בדיקת גאז מתאן.
נעשתה בדיקה מול בתי חולים אחרים ולרובם יש את המכשיר המוצע ולא מכירים ספק אחר שעונה לדרישות.
ספק TAROM הוא הנציג הבלעדי למכשיר בארץ.
ממצאי הבדיקה:
שיטת מדידת גז מתאן היא יחודית ליצרן BEDFONT, לכן ספק TAROM הוא הספק הבלעדי למכשיר GastroCH4ECK. ממליצה לרכוש את המכשיר

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מרכז רפואי שנייד ואסף תרופאו
 סטלה נחמאל-קרו נדסת MHA
 מנהלת יעוץ... (עבודות)
 טוה"ר טכנולוגיות והנרסה רפואית

		
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית