

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קריאל
יחידה מזמינה:	מען סרביניצקי
תאריך:	24/11/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095088407	E14CL4B BIPLANE ENDOCAVITY TRANSDUCER
1	1095077830	BK3000 ULTRASOUND SYSTEM
7	1040022626	(ARTICULATED ARM COMPLETE (HIGH LITHOTOMY
6	1040022618	DICOM ENCRYPTED
5	1040022600	REPROCESSING TRAY FOR 8848/9048 AND 8819/9019
4	1040022592	BRACHYTHERAPY APPLICATION PACK
3	1040022584	(VARIAN INTERFACE (LICENSE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

22 בנובמבר 2021
מספרנו: יש/2021-0461
תיק: 1-1125, 7002

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון לרדיותרפיה –

חוו"ד לרכישת אולטראסאונד טרנסרקטאלי לביצוע ברכתרפיה של סרטן הערמונית

דוא"ל פרופ' סיימון מיום 29.9.2021
דוא"ל חבי נבו מדיקל מיום 17.11.2021
דוא"ל פרופ' סיימון מיום 18.11.2021

מע' SONOLIS המצויה בשימוש פרופ' סיימון קרסה ולפיכך התבקשה פעילות למציאת חלופה.

נבדקו דגמי היצרנים הבאים:

דגם מתוצרת SIEMENS
דגם מתוצרת ALOKA
דגם מתוצרת B&K

תגובת חבי SIEMENS רצ"ב ומדברת בעד עצמה – אין מענה לנדרש.

דגמי היצרנים ALOKA ו-B&K נבדקו ע"י פרופ' סיימון ורצ"ב התוצאות שסיכומן מבהיר באופן חד משמעי כי הדגם היחיד המתאים לשימוש הינו הדגם מחבי B&K.

מדובר בדגם 3000 Premium שהינו דגם חדיש מותאם לאפליקציות אורולוגיות, ברכתרפיה לבלוטת הערמונית MR-US Fusion Biopsy.

הצעה למימוש דגם 3000 מתוצרת B&K כוללת מתמר 9048 שהינו Biplan לינארי ו-Convex במודים סגיטלי וטרנסוורסלי בתחום תדרים 4-14MHz המאפשר הדמיות טרנסרקטליות, טרנסווגינאליות עם דופלר צבע ואלסטוגרפיה.

רצ"ב הצעת חבי אמי טכנולוגיות אותה יש לממש על כל סעיפיה.

מאחר ומדובר במכשיר חדשני שנמצא תואם לכל שנדרש ע"י פרופ' סיימון ניתן לראות ביצרן B&K ספק בלעדי לרכישה זו על המשתמע מכך.

תקופת אחריות שנתיים כולל טיפולים תקופתיים עפ"י הנחיות היצרן.

ספרות הפעלה ושירות יכללו בהזמנה.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' צבי סיימון
ד"ר יורם שדמי