

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תאריך:	24/11/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095088324	SCD IIB
2	1040022576	SCD WAFER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$21,013 + מע"מ
	ספק חוץ _____

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

2 בנובמבר 2021
מספרנו: יש/2021-0445
תיק: 1240

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: **המרכז להנדסה גנטית – חו"ד לרכישת Tubing Welder**
דוא"ל גב' אוחיון יערה מיום 2.11.2021

- בהתאם לסימוכין נדרשת רכישת המכשיר בכמות 1 יח'.
מדובר במכשיר המשמש לחיבור בין שני צינורות מסוג C-flex המצויים בשימוש בסטים של המעבדה להנדסה גנטית ע"י החלמה סטרילית. פעולת ההלחמה מתבצעת באמצעות סכינים חד-פעמיים ייעודיים המחוממים לטמפ' של 260°C.
 - להלן הדרישות העיקריות מהמכשור:
 - מכשיר שולחני
 - יכולת הלחמת צינוריות מסוג PVC ו-C-flex בפרט וכלל הסוגים המשמשים במעבדה ומכאן ייחודיותו.
 - התאמה לצינוריות בקוטר של 5.64 מ"מ ועובדי דפן 0.84 מ"מ.
 - מע' הבקרה לתהליך מבוססת על נוריות המציגות את מצב ההלחמה.
 - ליצרן Terumo BCT המכשור הנדרש מדגם SCD IIB המשווק בארץ ע"י חב' בפקס. פעילות הדגם נבדקה ואושרה בוולידציה ב-NIH האמריקאי ומחייב שימוש בדגם הנדרש בלבד. במעבדה להנדסה גנטית ניתן אישור לרכישה בהתאם לסימוכין. לא ידוע על יצרן נוסף שיש לו אישור NIH שהינו תנאי חיוני לעבודת המעבדה.
 - לאור הנ"ל ניתן לראות ביצרן Terumo BCT באמצעות חברת בפקס ספק יחיד לרכישה זו.
 - הרכישה תמומש בהתאם להצעת מחיר מס' Q2103330 הרצי"ב **במלואה**, הכוללת את המכשיר מדגם SCD IIB + סט סכינים וקסטות (מתכלים).
על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה.
- תינתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בכרמה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר יורם שדמי
גב' יערה אוחיון