

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558, פקס: 03-
5303568

05 ינואר 2022

לכבוד :

ספקים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון : עדכון מכרז מס' 12199527 מכרז ארונות חכמים לניהול מלאי תרופות במחלקות

סעיף ג.6 בדרישות המכרז נכתב כי הארונות חייבים לעמוד בתקן ISO 12485, אנו מבטלים דרישה זאת מאחר וארונות חכמים אינם מוגדרים כציוד רפואי, במקומו יש לצרף עמידות היצרן בתקן ISO 9001.

ביתר פרטי המכרז אין שינוי.

בברכה,

הלה עוקשי
מנהלת ענף מכרזי ציוד.