

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל- השומר

משרד:	רפ"א
יחידה מזמינה:	אח"ת - פ"מ
תאריך:	16/1/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095088571	פוטוסליפ למפ דיגיטלי לד MW50D LED

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ג.ש אופטיקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514225606
מספר ספק בשיבא	54220
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$15,500 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

29 בדצמבר 2021
מספרנו: מב/0498-2021
תיק: 5-1117, 3506

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מח' עיניים/מעבדה לחקר הרשתית – חו"ד לרכישת מנורת סדק (Photo Slit Lamp).

דוא"ל מיום 26.12.21

בסימוכין נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח', אשר ישמש לצילום עיניים ואיסוף מידע מבריאים וחולים אונקולוגים לצורכי מחקר.

בשימוש צוות המחקר מנורת סדק מדגם MW50LED תוצרת חברת Righton. לאור הדרישה בסימוכין לרכישת מכשיר זה אשר יאפשר אחידות באופן איסוף המידע, ועל מנת להבטיח את המשכה התקין של הפעילות המחקרית, יש לראות ביצרן Righton ספק בלעדי לרכישה זו.

להלן מרכיבי הדגם MW50LED העיקריים:

- מיקרוסקופ בעל טווח הגדלה של 50x-5x המאפשרת צפייה בזווית רחבה.
- מצלמה דיגיטלית מסוג CMOS 1/2.5" בעלת הפעלת גיויסטיק.
- מקור תאורה 5W white LED.
- שולחן מתכוונן חשמלי
- מחשב All-in-one עם מסך מגע בגודל 24" ותוכנת צפייה.

רצ"ב הצעת חברת "ג.ש אופטיקס" מס' 5037 אותה יש לממש במלואה.

מקור תקציבי לרכישה – סעיף 28555 בהתאם לסימוכין.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' יגאל רוטנשטרייך
דרי' יפעת שר-רוזנטל