

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבריאל	משרד:
לטן 1708	יחידה מזמינה:
30/7/22	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

גל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

זבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095079604	VIDEOCOLONOSCOPE CF-HQ190L EVIS EXERA III


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

זאם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

זוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	22,100 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

תאריך: 18 בינואר 2022
מספרנו:
תיק:

לכבוד
גב' גילי נעים
רכש
כא 1

הנדון: מכון גסטרו – חוו"ד לרכישת וידאו-קולונוסקופ דגם OLYMPUS CF-HQ190L תוצרת OLYMPUS.

מכשיר וידאו-קולונוסקופ דגם OLYMPUS CF-H180AL תוצרת OLYMPUS (מס' סידורי 2309075) נשלח לתיקון עקב קונטרול שבור.

הובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון.

בהתאם להסכם חוזה השרות המכשיר יושבת ובמקומו ירכש חדש בעסקת טרייד-אין.

רצ"ב הצעת מחיר חב' מדטכניקה לדגם OLYMPUS CF-HQ190L אותה מומלץ לממש.

המכשיר מהסוג הנ"ל במכון גסטרו מבוסס על תוצרת OLYMPUS ומתחבר למרכיבים נוספים מתוצרת OLYMPUS, ולכן לא ניתן לרכוש וידאו-קולונוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות ביצרן זה ובנציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ- 24 חודשים מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: גב' חופית צדוק