

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	דגריאל
יחידה מזמינה:	אח"כ (א"ל)
תאריך:	30/7/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095078952	Z.ONE PRO ULTRASOUND SYSTEM
1	1095078952	Z.ONE PRO ULTRASOUND SYSTEM
4	1040022857	חיבור Z-ONE PRO לרשת אלחוטית
2	1040022857	חיבור Z-ONE PRO לרשת אלחוטית

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ארדון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510468051
מספר ספק בשיבא	1223



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

9 בינואר 2022
מספרנו: מב/2021-0006
תיק: 1,1125-1019

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מח' כוויית – חו"ד לרכישת מכשיר אולטרסאונד ZONARE

תכתובת מיום 3.1.22

בשימוש מח' כוויית מכשיר אולטרסאונד דגם Z-ONE תוצרת ZONARE בעל מסי סידורי 11889M213K, המחייב החלפה היות ומדובר במכשיר ישן (נרכש בשנת 2014), אשר הוכרז E.O.L ונותר ללא תמיכת יצרן וגיבוי בחלקי חילוף. אי לכך המכשיר יושבת.

רצ"ב הצעת חברת ארדון מסי 21002074 לדגם העדכני המחליף, Z-ONE PRO אשר נמצא עונה באופן מלא לדרישות משתמשי הקצה פרופ' חאייק וד"ר חרץ. המכשור מסופק עם סוללת גיבוי נטענת לעבודה של כשעתיים ללא הצורך בחיבור לרשת המחשמל, וכן חיבור אל-חוטי לרשת הממוחשבת ול-PACS אשר אושר ע"י יח' מערכות מידע. לציון כי ההצעה אינה כוללת מתמרים היות והקיימים תואמים עם הדגם החדש ולכן ההחלפה הינה למכשיר בלבד.

מעבר לכך, נדרשת עבור מח' כירורגיה פלסטית רכישה של מכשיר אולטרסאונד זהה עם שלושה מתמרים זהים לאלו המצויים בשימוש מח' כוויית.

שמירה על אחידות המכשור בין המחלקות ואופן תפעולו ע"י כלל המשתמשים, כולל תאימות לרכיבים קיימים ויכולת העברתם בין המכשירים, תבטיח במקרי הצורך יכולת גיבוי ותאפשר גמישות ורציפות עבודה מיטבית במקרים של תקלות מכשור.

לנוכח הנ"ל, יש לראות ביצרן ZONARE ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

המימוש יתבצע באופן הבא:

- הצעת מחיר מסי 21002074 במלואה עבור מח' כוויית.
- הצעת מחיר מסי 21002075 במלואה עבור מח' כירורגיה פלסטית.

ניתנה תקופת אחריות יצרן של 24 עבור כל מרכיבי המכשור. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

לכשיסופק המכשור החדש, יושבת הישן ואין בנמצא חלופה.

בברכה,

מיטל בייסטרין-ססח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: פרופ' יוסף חאייק
ד"ר מרדכי חרץ