

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרנרי
תאריך חוות דעת:	29.11.2021
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	לומיטרון
מספר הספק (פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	514197102
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	26,214 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	01/02/2022-31/12/2023

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

בטיפול בדוגמאות מרובות לאבחון וירולוגי וסרולוגי יש צורך להעביר נזלי דגימה ממבחנות/צלחות מרובות באריות לפורמט אחר, לדוגמא ממבחנות דם בהן נאספים נסיובים בשדה לצלחת עם 96 באריות בה נעשים מבחן מעבדתי ELISA. לחברת אפנדורף המיוצרת בארץ ע"י לומיטרון ישנם פיפטורים רב ערוצים ידניים בעלי אפשרות לכיוון המרחק בין היונקות וכיוון נפח השאיבה המאפשר מעבר בין פורמטים כנזכר לעיל, מוריד את הסיכוי לטעויות ומיעל את העבודה מבחינת מהירות.

פירוט תכונות המוצרים והנימוקים לבחירתם כמוצרים מספק יחיד

Eppendorf Research plus Move It, 8-channel, 9 mm cone distance, variable, 120 – 1,200 µL, Catalog No. 3125000206; Eppendorf Research plus Move It, 8-channel, 9 mm cone distance, variable, 30 – 300 µL, orange Catalog No. 3125000176; Eppendorf Research plus Move It, 6-channel, 9 mm cone distance, variable, 120 – 1,200 µL No. 3125000192; Eppendorf Research plus Move It, 6-channel, 9 mm cone distance, variable 30 – 300 µL, Catalog No. 3125000168

קיימות 3 תכונות נדרשות הייחודיות לפיטורים חברת אפנדורף המיוצגת בארץ ע"י חברת לומיטרון:

<p>1. כיוון ידני ולא אלקטרוני המאפשרים הפעלה פשוטה, ללא צורך בסוללות ייחודיות או טעינה ואמינות המכשירים לאורך זמן.</p> <p>2. אפשרות עיקור המכשיר כולו באוטוקלאב ללא צורך בפירוק וכיול מחדש במקרה והמכשיר הזדהם בגורם מחלה במהלך העבודה.</p> <p>3. תאימות לטיפים סטנדרטיים עם/בלי פילטר (לא רק עם טיפים מהיצרן הספציפי הזה). הדבר חשוב לזמינות גבוהה של טיפים (וגם מוזיל את הצריכה השוטפת של טיפים כמתכלים).</p> <p>• למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.</p>

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

הספק המקומי נתן אישור "ספק יחיד" מהיצרן.

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ) בדיקת המוצרים הנוספים נעשתה באופן הבא:

1. חיפוש ספקים ומוצרים מקבילים באינטרנט ובפרסומים מדעיים רלוונטיים.
2. יצירת קשר עם הספק וקבלת מידע לגבי מוצרים רלוונטיים.
3. בוצעה השוואה עם מוצר מקביל של חברת אגנטק (המייצגים את Mettler Toledo).

לא עומד בדרישות הבאות:

3.1 לא ניתן לעקר את כל המכשיר באוטוקלאב – חיוני בעבודה עם נגיפים בהם הפיפטורים עלולים להזדהם.

3.2 תאימות לטיפים מחברות אחרות – משמעותי הן בבחינת זמינות שוטפת ומניעת בעיות אספקה וזמינות והן במחיר לאורך זמן של מתכלים (הטיפים היחודיים של החברה יקרים).


המכשיר של חברת לומיטרון של היצרן Eppendorf עומד בשני התנאים האלו.

כאמור לעיל, בשל תכונותיהם הייחודיות, המוצרים המפורטים מעלה נותנים מענה ייחודי לצורכי האבחון המולקולרי והמחקר, והשימוש בהם חיוני להבטחת איכות והדירות הבדיקות, כמו גם הניסויים במסגרת עבודת המחקר במכון.

3. נימוקים והערות נוספות

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	חוקר	שרון קרניאלי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

