



**מדינת ישראל**  
**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**

**לקהל המציעים שלום,**  
**הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז מס' 4/2022 לאספקה, התקנה ותחזוקה של**  
**מכשיר עיבוד רקמות (היסטוקינט),**

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
1.	עמוד 6 סעיף 2.2.4 א	נבקש להאריך את תוקפת האספקה וההתקנה ל 14 שבועות מיום קבלת ההזמנה.	הבקשה מתקבלת
2.	עמוד 6 סעיף 2.2.3 יא	נבקש להבהיר כי אין הגבלה לגבי יצרני החומרים אך השימוש יעשה רק בחומרים המותרים לשימוש על פי הנחיות היצרן.	הבקשה מתקבלת
3.	עמוד 13 סעיף 4.3.3	למבקש למחוק את המילים "לפחות לתקופת האחריות (3 שנים ממעוד התקנת המכשיר באתר השו"ט)" האישור ניתן כל עוד המציע מייצג את היצרן.	הבקשה נדחית. המשרד מחויב לכיסוי אחריות כולל גיבוי של הצירן ל3 שנות אחריות לפחות.
4.	עמ' 49 סעיף 6.7	נבקש לעדכן את הקנסות כדלקמן: 1. 500 ₪, 2. 150 ₪ 3. נבקש למחוק	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז
5.	עמוד 57 סעיף 16.1	בשורה ראשונה לאחר המילה "לשאת" נבקש להוסיף "באחריות על פי דין".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז
6.	עמוד 57 סעיף 16.2	בשורה חמישית לאחר המילה "טרחה" להוסיף את המילה "סביר".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המופיע במסמך זה לנוסח המופיע במכרז, יגבר הנוסח במסמך זה. המציע יחתום על מסמך זה על ידי מורשה החתימה מטעמו ויצרף אותו להצעתו.

בברכה,  
משה חליאווה.  
מחלקת מכרזים.  
טלפון-03-9485207