

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הכניסו	משרד:
פג"ח	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074001	SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

קלינטיקה	שם הספק:
511287732	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
2151	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד _____	ספק זה הינו:
_____ ספק חוץ _____	אומדן / שווי ההתקשרות:
14,852 פרי"ש + מע"מ	תקופת ההתקשרות
24 חודשים	

61,170 ל"ה כולל מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

24 בפברואר 2022
מספרנו: הני"ר/0051-2022
תיק: 4503, 1120-16

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כאן

הנדון: פגיה – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2 (Transcutanus).

דוא"ל מיום 16.2.22

1. בהתאם לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.
2. מדובר במוניטור למדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של CO2 בדם. בנוסף מדידה של סטורציה, גל סטורציה ו-HR. מדידת PCO2 מתבצעת באמצעות אלקטרודת Severinghaus זעירה.
3. להלן תכונות המכשיר:
 - מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
 - מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
 - מדידת HR בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
 - התראות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
 - אפשרות לשמירת וליצוא נתונים.
 - סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
4. רצ"ב הצעת חברת קליניקה מס' PQ22000216 לדגם SDM מתוצרת חברת SENTEC, המצוי בשימוש בפועל בפגיה בכמות של 4 יח'. למכשיר מחבר תקשורת למוניטורים מתוצרת PHILIPS המצויים בשימוש המחלקה.
5. למען השמירה על אחידות המכשור בפגיה ואופן תפעול בידי הצוות, כולל השימוש בפריטים מתכלים ואביזרים נלווים, מומלץ לראות ביצורן SENTEC ספק בלעדי לרכישה זו, על כל המשתמע מכך.
6. מקור תקציבי לרכישה – סעיף 44503 בהתאם לסימוכין הרצ"ב.
7. יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,
מיטל ביסטוי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' ציפי שטראוס
גב' אירינה צודיקוביץ
גב' איריס דונצי