

## טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	פתולוגיה
תאריך חוות דעת:	08/03/22
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ■ 3(29) / □ 3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: □ כן ■ לא

סוג ההתקשרות:

□ טובין □ שירותים □ ביצוע עבודה

שם הספק:	אגנטק
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511243545
ספק זה הנו:	□ ספק יחיד ■ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	52,707 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	06/03/2022-31/12/2022

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני**

- המעבדה מעוניינת ברכישת מצלמת מיקרוסקופ חדשה ועדשת אובייקטיב.
- המצלמה הנוכחית שקיימת הינה באיכות ירודה ואינה מספקת מבחינה מקצועית ואקדמית. המצלמה המבוקשת היא באיכות הגבוהה ביותר שקיימת בשוק ועתידה להחזיק מעמד שנים רבות.
  - מדובר במצלמה הטובה ביותר של חברת ניקון בארץ. על פי מיטב ידיעתנו ולאחר בדיקה. לא מוכרת מצלמה באיכות זו, המיוצרת בחברה אחרת וגם אם יש לא ניתן להשתמש עם מצלמה של יצרן אחר.
    - 2.1 מאפייני המצלמה ייחודיים וכוללים:
      - a. 16.25 מגה פיקסל
      - b. גודל החיישן 36 מ"מ/23.9 מ"מ - חיישן בפורמט גדול
      - c. המצלמה מתחברת למיקרוסקופ בעדשת ריליי שמרחיבה את עדשת האור פי 2.5 על מנת שאלומת האור העגולה בולעת בתוכה את החיישן הגדול ויוצרת ניצול של כל גודל החיישן. פונקציה זו משדרגת משמעותית את איכות הצילום, המאפשר אבחון באופן מיטבי ביותר.
  3. נדרש לספק עדשת אובייקטיב 40 למיקרוסקופ המדובר. העדשה הקיימת, גם לאחר

2. נדרש לספק עדשת אובייקטיב 40 למיקרוסקופ המדובר. העדשה הקיימת, גם לאחר טיפול טכנאי, אינה תקינה וצלולה ולא מאפשרת עבודה ברמת אבחון נאותה. שוב, אובייקטיבים של חברות שונות יכולים תיאורטית להתברג למיקרוסקופ אך לא יספקו איכות תמונה מיטבית, אם בכלל ועל כן יש לרכוש אובייקטיב התואם לחברת המיקרוסקופ.
3. ניקון הינה ספק יחיד של המצלמה והאובייקטיב המדוברים.

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו:  
 – המלצת היצרן לשימוש תקין ואידיאלי הוא במוצרים ותוספות של אותו היצרן על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר.
2. קבלת אישור בלעדיות מטעם היצרן
3. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
- המצלמה הינה המצלמה היחידה בשוק עם המאפיינים הנ"ל. לא קיימת לה תחרות.**

3. נימוקים והערות נוספות

חברת אגנטק הינה הנציגה הבלעדית והיחידה של תוספות האלה. התוספים המבוקשים הינם התוספים הטובים ביותר בשוק כיום וזאת על מנת להבטיח לנו עבודה ברמה הגבוהה ביותר כנדרש ממכון אבחון ממשלתי ופרסום מאמרים ברמה הגבוהה ביותר ושעומד בסטנדרט המדעי. כמו כן, תוספים אלה מחזיקים מעמד לשנים ארוכות ללא תקלות והסיבה היחידה להחליפם היא כאשר הרכיבים מיושנים ואינם עומדים בסטנדרט החדש (כפי שקורה בפועל בשלב זה כיום).

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רופאה וטרינרית, המעבדה לפתולוגיה	ליאור מוס
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית