

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558, פקס: 03-
5303568

09 מאי 2022

לכבוד :

ספקים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון : מכרז מס' 12299262 בנושא צינורות הרדמה- הבהרה

הצינורות המוצעים צריכים להיות בקוטר של 15 מ"מ,
סעיף זה הינו חלק בלתי נפרד מדרישות המכרז.
ביתר פרטי המכרז אין שינוי.

בברכה,

הלה עוקשי
מנהלת ענף מכרזי ציוד.