


<b>טופס:</b>		<b>חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ</b>	
פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז		
הוראה מקשרת:	7.6.3		
מספר טופס:	7.6.3.1.ט		
מהדורה:	01		

אל: ועדת המכרזים

משרד:	
יחידה מזמינה:	מע' מיקרובילוגית
תאריך:	23.03.2022

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
עסקת ריאגנטים לביצוע בדיקות סרולוגיות במכשיר VIRCLIA LOTUS

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	גאמידור דיאגנוסטיקה
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511053126
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	300,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	3 שנים

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
- נימוקים והערות נוספות

אנו מעוניינים ברכש מכשיר <b>VIRCELL LOTUS</b> תוצרת חברת <b>VIRCELL</b> המיוצגת בארץ על ידי חברת גאמידור דיאגנוסטיקה, באמצעות עסקת ריאגנטים.
הסיבות לכך שמדובר במערכת יחידה (מכשיר + ריאגנטים):
1. מכשיר סרולוגיה המאפשר ביצוע במקביל של בדיקות סרולוגיות רבות על דגימה בודדת של חולה ללא צורך באיסוף דגימות (BATCH).
2. המערכת האוטומטית היחידה שניתן לבצע בה מגוון רחב של בדיקות סרולוגיות, כולל אלו המבוצעות כיום במעבדות חיצוניות או מבוצעות כיום באופן ידני בלבד והנדרשות במרכז הרפואי הלל יפה: דנגי, הרפס 6, אכינוקוקוס, גלקטומנאן, קדחת הנילוס המערבי, ברטונלה, ברוצלה, מיקופלזמה ועוד.
3. מערכת המאפשרת הרצת בדיקה ללא צורך בהרצת בקרות במקביל, דבר המאפשר חסכון רב בפחת.
4. מערכת שבה הבדיקות מבוצעות ללא מתכלים נלוים, דבר המאפשר חסכון במקום ובפינוי פסולת.
אין מערכת נוספת בה ניתן לבצע כל האמור לעיל.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת מע' מיקרוביולוגית	ד"ר שרית פרימן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית