

פרוטוקול וועדת פטור משרדית מה-4.5.2022- בקשה להתקשרות בפטור ספק יחיד לעסקת ריאגנטים לביצוע בדיקות סרולוגיות במכשיר VIRCLIA LOTUS- גאמידור דיאגנוסטיקה
משתתפים : ד"ר מיקי דודקביץ, עו"ד מיכל דיקשטיין, רו"ח לוי משעלי, גבי אפרת קולטון זלמה.

רקע:

מגישת הבקשה: ד"ר שרית פרימן, מנהלת מעבדה מיקרוביולוגית.
שווי ההתקשרות: 300,000 ₪
תקופת ההתקשרות: 1.5.2022 - 31.12.2025.
פרסום במערכת מנהל הרכש: הבקשה לפטור פורסמה ב- 30.3.22, מועד אחרון להשגה 24.4.22- לא הוגשו השגות.
המלצת הגורם המקצועי:

אנו מעוניינים ברכש מכשיר VIRCELL LOTUS תוצרת חברת VIRCELL המיוצגת בארץ על ידי
חברת גאמידור דיאגנוסטיקה, באמצעות עסקת ריאגנטים.
הסיבות לכך שמדובר במערכת ייחידה (מכשיר + ריאגנטים) :
1. מכשיר סרולוגיה המאפשר ביצוע במקביל של בדיקות סרולוגיות רבות על דגימה בודדת של חולה
ללא צורך באיסוף דגימות (BATCH).
2. המערכת האוטומטית היחידה שניתן לבצע בה מגוון רחב של בדיקות סרולוגיות, כולל אלו המבוצעות
כיום במעבדות חיצוניות או מבוצעות כיום באופן ידני בלבד והנדרשות במרכז הרפואי הלל יפה :
דנגי, הרפס 6, אכינוקוקוס, גלקטומנאן, קדחת הנילוס המערבי, ברטוולה, ברוצלה, מיקופלזמה ועוד.
3. מערכת המאפשרת הרצת בדיקה ללא צורך בהרצת בקורות במקביל, דבר המאפשר חסכון רב בפחת.
4. מערכת שבה הבדיקות מבוצעות ללא מתכלים נלוים, דבר המאפשר חסכון במקום ובפינוי פסולת.
אין מערכת נוספת בה ניתן לבצע כל האמור לעיל.

ועדת המכרזים מה- 2.5.2022, אישרה את מתן הפטור בהתאם לתקנה 3(29) לתח"מ, בכפוף להחלטת ועדת פטור משרדית במרכז הרפואי.

הוועדה מתבקשת לאשר התקשרות בפטור ספק יחיד.

החלטת ועדת פטור משרדית:

הוועדה דנה בבקשה.

הוועדה מקבלת את חוות דעת הגורם המקצועי, כי מכשיר VIRCELL LOTUS הינו המכשיר היחיד המאפשר לבצע בדיקות סרולוגיות רבות על דגימה בודדת של חולה.
ועדת הפטור המשרדית מקבלת את המלצת ועדת המכרזים מה- 2.5.2022 ומאשרת את מתן פטור ספק יחיד בהתאם לתקנה 3(29) לתח"מ.

רשמה : אפרת קולטון זלמה

העתקים:
חברי וועדת מכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
מר אלון נצר, מנהל מחלקת הנדסה רפואית
תיק

שם	תפקיד	חתימה
ד"ר מיקי דודקביץ	יו"ר	
עו"ד מיכל דיקשטיין	יועצת משפטית	
רו"ח ליז משעלי	מנהלת כספים	
גבי אפרת קולטון זלמה	מרכזת הוועדה	