

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכריז
יחידה מזמינה:	מחלקת
תאריך:	19/4/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095040606	INCUBATOR TRANSPORT:TI-500

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	עמוס גזית
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510469893
מספר ספק בשיבא	2008
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	14,000 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים
	60,610 ס"א כולל א"א

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מיטל ביסטרי-פסח	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

9 במרץ 2022
מספרנו: הני"ר/0070.2022
תיק: 1-1129, 4503

לכבוד
גב' גילי נעים
רכש
1 א 1

הנדון: מח' פגים – חו"ד לרכישת אינקובטור נייד (להעברות).

א. ת. השבתה + דוא"ל מיום 1.2.22

ב. הצהרת יצרן מיום 17.1.22

בהתאם לסימוכין א', הושבת המכשיר שבנדון דגם TI-100 מתוצרת DRAGER (מס' סידורי LF04534) וכנגדו נדרשת רכישה של מכשיר חדש.

להלן מרכיבי המערכת ומאפייניה העיקריים:

א. אינקובטור:

- אינקובטור סגור בעל דפנות שקופות כפולות.
- אפשרות גישה ופתיחה מהירה לטיפול/הוצאת התינוק.

ב. מערכות בקרה:

- בקרה וניטור טמפי בחלל הטמפי וניטור טמפי עור.
- בקרה וניטור חמצן בחלל האינקובטור.

ג. מערכת התראה:

התראות מערכת קוליות וויזואליות, מצב סוללה, חמצן, טמפי וטמפי עור.

ד. עגלת נייד:

- עגלה ייעודית מותאמת לנשיאת האינקובטור.
- תכולת מקום ייעודי לנשיאת בלון חמצן בנפח 10 ליטר ועמודי עירוי.
- אפשרות ניתוק האינקובטור מבסיס הגלגלים לצורך הכנסתו והסעתו ברכב חירום.

ה. מרכיבים נוספים:

- סוללה ל-3 שעות הפעלה מלאה.
- מוט עירוי בעל מספר מצבי טיפולים.
- אחסון ומגש טיפולים.


לאחר בחינת דגמי מכשור מתוצרת היצרנים Drager ו- GE Healthcare, נמצא כי אינקובטור הטרנספורט היחיד העונה לנדרש הינו הדגם TI-500 מתוצרת Drager. דגם זה הינו היחיד הכולל עגלת נשיאה מותאמת לטרנספורט, עם אפשרות ניתוק האינקובטור מהעגלה והפעלה מלאה ממושכת (3 שעות) באמצעות סוללה אינטגרלית במכשיר.

למען הסר ספק, הפתרון המוצע ע"י היצרן GE לצורך נייד הינו תוספת של "שאתל" המתחבר לאינקובטור, המספק עבודה של 45 דקות ללא חיבור לרשת החשמל. פתרון זה נמצא מאסיבי ומסורבל לשימוש ולא מותאם לדרישות מחלקת פגים לצורכי טרנספורט.

הבהרה: מבדיקה עם נציגת היצרן ATOM, חברת "סיסטמדיק" הוברר כי אין באפשרותה להציע מענה לנדרש (סימוכין ב').

לאור הני"ל, יש לראות ביצרן Drager ספק בלעדי לרכישה זו ולממשה באמצעות הצעת מחיר מס' 20Q14455 במלואה.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ- 24 החל מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' ציפי שטראוס
גב' אירינה צודיקוביץ'
מר משה צחייק