

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הברי אלמ
יחידה מזמינה:	ה'3/סו ו'פ/א'מ
תאריך:	8/5/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095089363	ALARIS ENTERAL PLUS SYRINGE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____

שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	
אומדן / שווי ההתקשרות:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> _____
תקופת ההתקשרות	80,325 שח' + מע"מ
	24 חודשים
	ספק חוץ _____

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

12 באפריל 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0116
תיק: 6-1111, 4503

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כ א נ

הנדון: החלפת משאבות עירוי מזרק מדגם GH תוצרת ALARIS במשאבות מזרק להזנה אנטרלית.

בהנדסה רפואית מצויה כמות של 20 משאבות עירוי מזרק מסדרת GH syringe pump תוצרת ALARIS, ישנות אשר הוגדרו EOSL ע"י היצרן. מדובר במכשור ללא תמיכה, אפשרות שדרוג או יכולת השמשה.

רצ"ב הצעת חברת DB להחלפה (טרייד-אין) של המכשור ב-20 משאבות מזרק מדגם Enteral syringe pump תוצרת ALARIS, ייעודיות להזנה אנטרלית, אשר ייקלטו במחלקת פגים.

המכשור מהסוג הני"ל, בהיותו מבוסס משאבת מזרק, מספק הזנה בגישה הבטוחה, המדויקת והמותאמת ביותר לטיפול ביילודים ופגים. בהתייחס לתוכנה מדובר במכשור מתקדם מבחינת פרוטוקולים, כולל אפשרות הטמעת פרוטוקולים ייעודיים להזנת פגים/יילודים. המשאבה מקבלת מזרקים בנפח 5ml-60ml, מספקת עירוי בטווח קצב של 0.1-200ml/h במשך 1min-24hrs בהתאם למגודר.

הדגם Enteral syringe pump הינו זהה ל- GH/GH G PLUS syringe pump בדגש על ממשק המשתמש, תצוגה ואופן הצגת הנתונים הקריטיים על המסך, ובהתייחסות ללחצנים ברורים ורחוקים זה מזה ולבהירות ההצגה של נתוני ה-Delivery. הדגמים נבדלים זה מזה בפרוטוקולי השימוש, בסטים המתכלים (מזרקים + צנרת הזנה) ובצבען החיצוני של המשאבות מטעמי בטיחות שימוש. למען חסר ספק, פיזית לא ניתן לחבר למשאבת הזנה סט של משאבת עירוי ולהפך.

משאבות המזרק המקובלות לשימוש בביה"ח הינן תוצרת ALARIS. נמצא כי מכשור זה מספק את המענה המתאים ביותר לנדרש מהיבט קליני, מהיבט הסייעודי וכן מהיבט ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות לשימוש נכון ובטיחותי, כולל השימוש וההתאמה של הסטים, ללא תלות במחלקה הספיציפית או המשתמש הנקודתי.

מהנימוקים המתוארים לעיל, ולמען שמירה על האחידות מטעמי בטיחות שימוש והמשך עבודה סדירה במחלקות השונות, ניתן לראות ביצרן ALARIS ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעת חברת BD רצ"ב טרייד אין.

הערות:

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים (לחלפים ועבודה), החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

על המציע להתחייב למתן הדרכה, הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני של ביה"ח (ברמת טכנאי יצרן), תוך השתתפות בפועל במספר הפעלות ראשוניות על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונים במערכת המוצעת.

בברכה
מיטל בלסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' ציפי שטראוס
גב' אירינה צודיקוביץ