

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-6959505

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 9.6.2022

הבהרת עורך המכרז

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 18/2022

נושא: אספקת מכשיר ספקטרומטרי XRF עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי
מועד אחרון להגשה – נדחה לתאריך: 3.7.2022 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

הבהרת עורך המכרז:

בהמשך לשאלות הבהרה שנתקבלו ובדיקתן על ידי הגורמים המקצועיים, עלה כי יש צורך לשנות חלק מהמפרט הטכני מקצועי במכרז בסעיף 7.
כיוון שכך, המפרט הטכני מקצועי ישונה במספר סעיפים ויפורסם בעיתונות ובאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי (מצ"ב המפרט המתוקן בטבלה מטה).

עדכון תאריכים במסמכי המכרז – כמפורט:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב בלבד - נדחה לתאריך: 16.6.2022
מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה - נדחה לתאריך: 21.6.2022
מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים - נדחה לתאריך 3.7.2022 (עד השעה 12:00)
תוקף ההצעה – הוארך עד ליום: 31.8.2022

ביתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

כמו כן ניתן להוריד את טפסי המכרז המתוקן באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי בכתובת: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he> כל שינוי במסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט הממשלתי.

מפרט טכני מקצועי - מתוקן :

1.	מכשיר שולחני בטכנולוגיית edxrf
2.	טווח מינרלים לזיהוי - Na - U
3.	נורת x ray של לפחות 50 קילו וולט
4.	כולל אמצעים אופטיים אוטומטיים להגברת קריאה וסינון החזר
5.	רגש עם קירור חשמלי (פלטת פלטייר)
6.	יכולת ואבזורים עבודה עם הליום
7.	תאימות לעבודה בואקום (ברכישת עתידית)
8.	התאמה לעבודה עם אבקות יבשות בנפחים קטנים (2 מ"ל)
9.	כולל דוגם אוטומטי ל-10 דוגמאות או יותר
10.	ייצוא קבצים מקוריים של החזרי בליעה על כלל הספקטרום

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

מוטי ניר
מ"מ יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה