

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558,
פקס: 03-5303568

14 יוני 2022

לכבוד:

ספקים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' 12299275 לרכישת מערכות תאורה לחדרי ניתוח- הבהרות

בהמשך לסיור ספקים שנערך, להלן מסמך הבהרות שיש להפיץ לכל הספקים שהשתתפו בסיור ספקים:

עבור סעיף 1א – ניתן להשתמש בפלאנג' (עוגן) הקיים בצמוד לאישור קונסטרוקטור. אישור קונסטרוקטור יהיה באחריות מחלקת הנדסה של בית החולים.

עבור סעיף 1 י"ז – העלויות להשתלמות טכנאים אצל היצרן יכולו העלויות הקורס בלבד.

עבור סעיף 2 ט – קוטר ראש התאורה לא יעלה מ 75 ס"מ, כאשר קוטר שדה הניתוח יהיה 18-30 ס"מ.

עבור סעיף 3 ד – רזולוציית המצלמה הנדרשת תהיה לפחות 2MP.

עבור סעיף 1 י"ג – נשאר בעינה

הבהרות כלליות:

1. לא קיימים חדרי ניתוח המוגדרים כחדרי ניתוח עם תקרה נמוכה.
2. הצעת המחיר לאספקת המסך(בלבד), לא יילקח בתחשיב הכללי של ההצעה למכרז. יחד עם זאת, מחויב מגיש ההצעה לתמחר עלויות אספקת המסך.

בכר דוד
מ"מ ס.מנהל הנדסה רפואית
משרד: 03-5303589 נייד: 052-6667812
WWW.SHEBA.CO.IL