



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות	מספר טופס: 7.2.6.2.ט

נושא	חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ 510848690 – מערכת שיקוף ניידת לביה"ח וולפסון
-------------	---

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	ועדת המכרזים המשרדית עבור המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
מר 6-22	17.7.22

רשם	אביעד עיני
------------	------------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(29) – ספק יחיד.

רקע:

1. לבית חולים וולפסון נדרשת מערכת שיקוף ניידת באופן דחוף למחלקת הגסטרו, עקב כך שהמערכת הנוכחית יצאה מכלל שימוש. לצורך כך, נבחנו מספר מערכות בתחום המבוקש, ע"פ פרמטרים שהוגדרו ע"י הגורם המקצועי במחלקת הנדסה והגורמים הקליניים (דגמים בהספק גבוה מעל 15 קילו וואט עם דיטקטור 30 ס"ס לפחות).

2. להלן רשימת החברות שנעשו בדיקות ההתאמה על מערכת השיקוף שלהן:

- GE
- PHILIPS VERADIUS
- SIEMENS CIOSALPH
- ZIEHM

3. הבדיקה כללה את הפרמטרים הבאים:

- FOV
- ANGLE
- ORBITAL RANGE
- WEIGHT

4. ממצאי הבדיקה העלו, כי המערכת מ דגם **C-ARM** של חברת **GE** המיוצגת בישראל ע"י חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ, היא המערכת המתאימה ביותר, ובעלת התכונות הביצועיות המיטביות עם הצוות המפעיל. כמו כן, למרות יתרונותיה המובהקים של המערכת על פני המערכות האחרות שנבדקו, עלותה אינה שונה משמעותית. יצוין שבמסגרת הבדיקה, נוסו שלושת המערכות האחרות (המפורטות בסעיף 2) למשך מספר חודשים.

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.2.2

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

מספר טופס: ט. 7.2.2.8

5. להלן יתרונו המערכת של חברת GE:

- א. זרוע ניידת השיקוף, נושאת את השפופרת והדיטקטור וכוללת זרוע נוספת בין גוף הניידת לזרוע. זרוע ייחודית זו, מאפשרת תנועה של ה-C-ARM בזוויות גדולות יותר עד מצב לטרפלי של 185 מעלות, ללא צורך להזיז את גוף הניידת ממקומה.
- ב. בעלת זרוע מסך המאפשרת לרופא לשלוט בתמונה בזמן הטיפול. יחידת העיבוד כוללת זרוע מתכוננת למסך המאפשרת לקרב את המסך קרוב לפניו של הרופא. אופציה זו, מאפשרת לרופא לשלוט בעצמו על התמונה במסך ולעבור בין סוגי השיקוף בלחיצת כפתור. כמו כן, המערכת מאפשרת כתיבה על המסך.
- ג. ניתוק פיזי בין הניידת ליחידת המחשב, ללא צורך בכבוי של המערכת, המאפשר שמירה של רצף העבודה וחיסכון בזמן הפעולות, כאשר נדרש להעביר את יחידת העיבוד מצד אחד לצד שני, בזמן הבדיקה.
- ד. שלמות התמונה גם לאחר סיבובה. זו היא המערכת היחידה שמציגה תמונה מלאה, גם לאחר סיבוב התמונה ב 90 מעלות.

6. ועדת המכרזים מציינת כי בוצע הליך פרסום בהתאם לסעיף 3א' ולא היו השגות בעניין, מספר פרסום – 4000551399.

החלטה:

7. ועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ, לצורך רכש מערכת שיקוף ניידת לביה"ח וולפסון.

היקף ההתקשרות: EURO 142,740 כולל מע"מ (EURO 122,000 ללא מע"מ), להתקשרות של 24 חודשים.

תקופת ההתקשרות: 16/7/2024 - 17/7/2022

תקנה תקציבית:

מס' פרסום בנעמ"ה:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	היועצת המשפטית	חשב המשרד
	פרופ' נחמן אש	עו"ד דנה גיפלד	רו"ח חסן אסמעיל
			