

משרד:	רמ"ע
יחידה מזמינה:	ח.א.א.א.
תאריך:	21/7/22

מדינת ישראל _____ **קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1104507794	SYSTEM 8 DUAL TRIGGER ROTARY DRILL
1	1104507786	SYSTEM 8 SAGGITAL SAW
3	1095083242	SYSTEM 8 STERNUM SAW
4	1040015125	S7 SHORT STERNUM GUARD

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	א.מ.י טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511283194
מספר ספק בשיבא	1012

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :**

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מיטל ביסטרי-פסח	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

17 ביולי 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0296
תיק: 1141, 1001

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח מרכזי – חו"ד לרכישת מנועים ידניים תוצרת STRYKER.

א. הודעת יצרן על הפסקת שירות
ב. דוא"ל מיום 27.6.22 – גב' לירון דניאלי

מצ"ב בסימוכין א' הודעת היצרן STRYKER על הפסקת ייצור המכשור הנדון החל משנת 2017, וכן הפסקת מתן שירות ותמיכה למכשור החל משנת 2022.

ברשות חדר ניתוח מערכות מדגם System 6 מתוצרת STRYKER לניתוחי מפרקים באורתופדיה בכמות 8 יח' ומערכות לניתוחי לב-חזה בכמות של 7 יח'.

בהתאם לסימוכין ב', על מנת לאפשר המשך פעילות רציפה ותקינה בחדר ניתוח, נדרשת החלפה של כלל המנועים הידניים השייכים למערכות הנ"ל במנועי מערכות מדגם System 8.

רצ"ב הצעת נציגת היצרן, חברת "אמי טכנולוגיות" מס' PQ22001372 לרכישת המנועים הדרושים בעסקת טרייד-אין.

להלן הפריטים הנדרשים למימוש מתוך ההצעה:

- פריט 1 – משור Sagittal Saw (אורתופדי) בכמות 8 יח'.
- פריט 2 – מנוע קידוח Dual trigger rotary drill (אורתופדי) בכמות 8 יח'.
- פריט 9 – משור Sternum Saw (לב-חזה) בכמות 7 יח'.
- פריט 10 – מחבר לייצוב משור סטרנום- Short Sternum Guard (לב-חזה) בכמות 7 יח'.

לציין כי יחידות הקצה השונות (Attachments) המצויות בשימוש חדר ניתוח, מותאמות לחיבור למנועי מערכות System 8 החדשים ולכן אינן מצריכות החלפה.

המכשור מהסוג הנ"ל בחדר הניתוח המרכזי מבוסס על תוצרת STRYKER ומתחבר ליחידות קצה, סוללות ומרכיבים נוספים מתוצרת STRYKER, ולכן מטעמי שמירה על אחידות הצידוד ותאימות למערכות קיימות, יש לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך. למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למערכות חדר ניתוח הקיימות, מכשור מיצרן אחר זולת STRYKER.

יש לדרוש עבור ארבעת הפריטים, תקופת אחריות שלא תפחת מ- 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות היצרן.

על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.

בברכה,
מיטל בן-טרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין
גב' לירון דניאלי