ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

מכרז מס׳ 26/2022 אספקת מיטות רפואיות סיעודיות חשמליות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות

המועד האחרון להגשת הצעות:

תאריך: 18/08/2022 שעה 12:00

בתיבת המכרזים של ועדת המכרזים לשירותים וטובין הנמצאת במגדלי הבירה, בניין ב׳, רח׳ ירמיהו 39, קומת כניסה, - משרד הבריאות – ירושלים.

תמוז, תשפ״ב **יולי, 2022**

רח׳ ירמיהו 39, ירושלים, ת.ד. 1176, טלפון: 5400*, פקס: 02-5655969

39 Yirmiyahu st., Jerusalem, P.O.B. 1176

דואר אלקטרוני: ppld@moh.gov.il

תוכן עניינים

#	נושא	עמוד
פרק 1	פנייה למציעים	3
פרק 2	מפרט השירות	44
פרק 2 נספח 1	דרישות אבטחת מידע עבור ספקי מכשור רפואי.	56
פרק 3	מפרטים טכניים	58
פרק 3 (1)	מפרט טכני למיטה קטגוריה א'	59
פרק 3(2)	מפרט טכני למיטה קטגוריה ב'	72
פרק 3(3)	מפרט טכני למיטה קטגוריה ג'	87
פרק 3(4)	מפרט טכני למיטה קטגוריה ד'	100
נספח א'	חוברת ההצעה	113
נספח א'1	תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	124
נספח א'2	אישור עורך דין בדבר המורשים להתחייב מטעם המציע	125
נספח א'3	תצהיר בדבר עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות	126
נספח א'4	הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור	128
נספח א'5	תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	129
נספח א'6	תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים	130
נספח א'7	אישור רו"ח אודות העדר הערת עסק חי	131
נספח א'8	נוסח ערבות להגשת הצעה	132
נספח א'9	נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	133
נספח א'10	אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	135
נספח א'11	תצהיר עסק בשליטת אישה	136
נספח א'12	אישור לחתימת רו"ח	137
נספח א'13	הצהרת קיום מערכת אבטחת איכות- Declaration of Quality Assurence יצרן ישראלי	139
נספח א'14	הצהרת קיום מערכת אבטחת איכות- Declaration of Quality Assurence יצרן שאינו ישראלי	140
נספח א'15	אישור לחתימת יצרן – מוצר שלא נאסר לשימוש	141
נספח א'16	מענה המציע: פירוט נתוני המוצר כולל תנאי סף	142
נספח ב'	הצעת מחיר	170
נספח ב'1	הצעת מחיר – אביזרים אופציונליים וחלקי חילוף נוספים	172
נספח ג'	הסכם	174
נספח ג'1	נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים	197
נספח ג'2	נוסח ערבות הסכם (ביצוע)	198

פרק 1 פניה למציעים

1. **<u>כללי</u>**

1.1 משרד הבריאות, באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות (להלן: "המזמין"), מזמין בזאת גופים המעוניינים לספק למשרד הבריאות מיטות סיעודיות רפואיות, העומדים בתנאי הסף שיפורטו להלן, להגיש הצעותיהם במסגרת מכרז זה.

1.2 מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום עם המשרד על חוזה בנוסח המצורף כנספח א' למכרז וכן להעביר ערבות וביטוחים כנדרש בהסכם ההתקשרות, ורק לאחר מכן ייכלל ברשימת הספקים של המשרד לתחום מיטות סיעודיות רפואיות.

1.3 מובהר כי אין בזכייה במכרז או בחתימה על חוזה ההתקשרות משום התחייבות של המזמין להזמין מהספק מיטות או מוצרים בהיקף מינימאלי כלשהו.

2. **<u>הגדרות</u>**

2.1 **המזמין או המשרד** - משרד הבריאות.

2.2 **מיטות או מוצרים או ציוד** - מיטות סיעודיות רפואיות חשמליות.

2.3 **זכאי** - אדם הזכאי לציוד נשוא מכרז זה על-פי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, ועל-פי החלטת משרד הבריאות.

2.4 **היחידה** - היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.

2.5 **לשכת בריאות** - כל אחת מלשכות הבריאות הנפתיות של משרד הבריאות ברחבי הארץ דרכן מתבצעות הזמנות הציוד.

2.6 **המכרז -** מכרז מס' 26/2022 לאספקת מיטות סיעודיות רפואיות עבור המחלקה למכשירי שיקום וניידות.

2.7 **מפרטים -** מפרטי המוצרים המורשים (קטגוריות א' עד ד') מצורפים כפרק 3 לחוברת המכרז.

2.8 **חלקי חילוף:** בהתאם להנחיות לכל מוצר בפרק 3 המצ"ב ולרבות מנועים חשמליים, קופסת פיקוד של המנועים, גלגל המיטה, שלט, מנגנון נעילת דופן צד, זוג מובילים לדופן צד, תושבת לדופן צד, מראשה (לפי סוגים), מרגלה (לפי סוגים), מעקות (לפי סוגים), מערכת **Ratchet**, תיקון חיפוי במראשות ומרגלות, טרפז.

2.9 **מחיר חלקי חילוף**: בהתאם למחירי תקרה שמפורטים בפרק 3 עליהם תחול הנחת מציע שאותה המציע יציין בנספח ב'. במידת הצורך המציע רשאי להציע חלקי חילוף נוספים במקום המיועד לכך בנספח ב'1.

2.10 **אביזרים אופציונליים:** בהתאם להנחיות לכל מוצר בפרק 3 המצ"ב ולרבות הארכת מיטה, הגבהת דופן, סוללת גיבוי נטענת, שלט מגע רגיש, הפעלת משענת שוקיים.

2.11 **מחיר אביזרים אופציונליים**: בהתאם להצעת המציע שאותה המציע יפרט בנספח ב'1.

2.12 **אתר תצוגה -** אתר שבו הספק יציג את מוצריו לזכאים בהתאם לאמור בפרק 2 מפרט השירותים סעיף **3.3**.

2.13 **מעבדת שירות** – אתר קבועהמופעל על ידי הספק לצורך ביצוע תיקונים והתאמות בציוד, ובו לפחות טכנאי אחד מיומן בביצוע תיקונים והתאמות הנ"ל.

2.14 **ספק** - מציע שהצעתו נבחרה כאחת ההצעות הזוכות במכרז.

2.15 **ספק משנה** - גורם מטעם הספק, המורשה מטעמו להציג את המוצרים באתר תצוגה, בכפוף לאישור נציג היחידה, המפעיל אתר ייעודי לתצוגת מיטות סיעודיות / ציוד רפואי וכיו"ב.

2.16 **אישור רכישה או הזמנה** - אישור בכתב שניתן לזכאי מאת לשכת הבריאות, המעיד על זכאותו למוצר מסוים (ואוצ'ר).

2.17 **השירותים** - כל התפקידים והמטלות הנדרשים מהספק על פי החוזה והמכרז.

2.18 **נציג המשרד או נציג המזמין** - מי שמונה על ידי המשרד למילוי התפקידים המוטלים עליו בחוזה זה.

2.19 **אזור הצפון** - אזור צפון הארץ, מחדרה צפונה.

2.20 **אזור הדרום** - אזור דרום הארץ, מגדרה דרומה.

2.21 **אזור המכרז -** אזור מרכז הארץ, בין חדרה בצפון לגדרה בדרום, למעט אזור ירושלים.

2.22 **אזור ירושלים** - העיר ירושלים או מרחק שלא יעלה על 40 ק"מ מירושלים.

2.23 **ציוד רפואי -** מיטות ו/או מנופים ו/או מעלי מדרגות ו/או כסאות גלגלים ו/או עמידונים ו/או הליכונים ו/או כסאות רחצה.

3. **<u>רקע</u>**

3.1 המשרד מעוניין להתקשר עם ספקים עבור אספקת מיטות. המכרז כולל ארבע קטגוריות שונות (קטגוריה א' עד ד'). מציע רשאי להגיש הצעה לקטגוריה אחת או למספר קטגוריות. **בכל קטגוריה, המציע רשאי להגיש הצעה למוצר אחד בלבד.**

3.2 מטרת המכרז והחוזה הינה לערוך התקשרויות אשר יבטיחו שירות מיטבי לזכאים.

3.3 המשרד ירכוש את המיטות מכוח תפקידו לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994.

3.4 המשרד יזמין את המוצר מהספק עבור הזכאי רק לאחר שהזכאי יקבל אישור בכתב ממשרד הבריאות בדבר זכאותו. הספק לא ידרוש מהמשרד או מכל גורם אחר תמורה כלשהי אלא עבור מוצר שסופק לאחר קבלת האישור הנ"ל ולאחר האספקה בפועל לפי תנאי המכרז.

3.5 הזמנת המוצרים מהספק תהיה על-פי החלטתו הבלעדית של משרד הבריאות ועל-פי שיקול דעתו המקצועי, תוך התחשבות בבחירתו של הזכאי, וזאת בכפוף לקבוע בחוזה. עם זאת יובהר כי המשרד אינו מחויב להזמין מוצרים מהספק לפי בחירת הזכאי.

3.6 מציע שהצעתו תזכה במכרז יעניק למשרד שירות שיכלול בין היתר: אספקת הציוד, אספקת קטלוגים של סוגי המוצרים השונים לפי דרישת המשרד, ביצוע התאמות, אספקת אביזרים נוספים לציוד ("אביזרים אופציונליים"), בהתאם לדרישת המשרד, הדרכת המשתמש, מתן אחריות למוצר לרבות אספקת חלקי חילוף, איסוף הציוד בתום השימוש בו, השמשתו, הגשת שירות תיקונים ומלאי חלקי חילוף ועוד, והכל כמפורט בחוזה ובנספחים המצורפים.

3.7 בכל אספקת מיטה הספק יספק לזכאי גם מזרן בהתאם לאמור בסעיף 9 במפרט השירות. את המזרן יספק ספק שנבחר על ידי משרד הבריאות במכרז נפרד. המשרד רשאי להעביר לספק המיטות הנחיות לאופן אספקת המזרנים לרבות בנושא זהות ספק המזרנים.

3.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף לקבוע בחוזה, יודגש כי הספק יהיה זכאי לקבל מהמשרד תמורה עבור אספקת המוצרים, בהתאם למחיר שבו נקב בהצעתו, ובהתאם

לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 13 בהסכם המצ"ב; הספק יהיה חייב לספק מוצרים זהים ובהתאם לדגם שעליו התחייב בהצעתו; הספק מתחייב לספק את כל הציוד, לרבות חלקי חילוף; הספק יעניק לציוד אחריות, כהגדרתה בחוזה.

3.9 התמורה לספק תהיה על פי ביצוע ואספקה בפועל ובהתאם להצעתו, כמפורט **בנספח ב'** למכרז (בתוספת עדכון כמפורט בחוזה, בנסיבות של עלייה במדד), לפי חלוקה של:

3.9.1. מחיר לאספקת מיטה, כולל 4 שנות אחריות בהתאם לתנאי האחריות המפורטים במכרז.

3.9.2. מחיר לאספקת חלקי חילוף.

3.9.3. מחיר חלקי חילוף נוספים ואביזרים אופציונאליים (נספח ב'1).

3.10 התמורה לספק תשולם בהתאם לדיווחים שהספק ימסור למשרד כמוגדר בחוזה ובכפוף לו. לידיעת הספק: המשרד מייחס חשיבות גבוהה להעברת דיווחים תקופתיים מדוייקים על כמות מוצרים שסופקו, תקלות שחלו במוצרים, תיקונים שבוצעו וכד'. הספק נדרש להעביר למזמין דיווחים באופן שוטף בהתאם לאמור במכרז ובהסכם שלהלן. אי דיווח כאמור עשוי להביא להפסקת ההתקשרות עם הספק כמפורט בהסכם ההתקשרות.

3.11 <u>לידיעה בלבד</u>: להלן ההיקף השנתי של מיטות סיעודיות רפואיות שסופקו על-ידי משרד הבריאות באמצעות כלל הספקים מכח המכרז הקודם. להערכת המשרד, **מרבית המיטות שמוזמנות ומסופקות הן מקטגוריה א'. להלן פירוט:**

שנה	מיטות חדשות שסופקו	מיטות מחודשות שסופקו	סה"כ
2019	2,994	2,187	5,181
2020	2,649	3,122	5,771
2021	1,999	3,545	5,544

3.12 **יודגש** כי הנתונים האמורים בסעיף 3.11 לעיל נמסרים לצורך הערכה בלבד ואין בהם כדי להוות התחייבות של המשרד להיקף עתידי או לרכישה של ציוד בהיקף כלשהו.

3.13 **יודגש,** אין בזכייה במכרז ו/או בחתימה על החוזה משום התחייבות של המשרד להפנות לספק הזמנות בהיקף כלשהו. הספק מתחייב שלא לבוא למשרד בטענה או דרישה אם היקף הרכישות / ההזמנות שהמשרד יבצע יהיה נמוך מהכמות לה ציפה.

3.14 כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "**מסמכי המכרז**") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לפסילת ההצעה.

3.15 מוצרים ישווקו בישראל בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת רישום האמ"ר או אם הם מנויים בתוספת השנייה בחוק הציוד הרפואי. מטרת הרישום היא להבטיח את הבטיחות והיעילות של האביזרים והמכשירים הרפואיים הנמצאים בשימוש במערכות הבריאות במדינת ישראל.

4. **<u>לוח זמנים</u>**

4.1 המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות: 28/07/2022 בשעה 15:00.

4.2 המועד האחרון להגשת ההצעה: 18/08/2022 בשעה 12:00.

4.3 מועד תוקף הערבות ותוקף ההצעות: עד 31/01/2023.

4.4 המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר המשרד ובאתר מינהל הרכש הממשלתי. כמו כן המסמך יישלח לכל מי שנרשם לקבלת עדכונים שוטפים.

5. **<u>תנאים מקדימים להשתתפות במכרז – תנאי סף</u>**

5.1 תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף- תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

5.2 **תנאי סף מנהליים** –

5.2.1 הגוף המציע הינו עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.

5.2.2 המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

5.2.3 ככל שהמציע תאגיד - המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

5.2.4 אם הגוף המציע הינו עמותה, חל"צ או מלכ"ר עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף.

5.2.5 המציע אינו בעל הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

5.2.6 המציע מתחייב כי מתן השירותים הינם במסגרת סמכויות התאגיד וכי הצעתו חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

5.2.7 המציע מקיים את ההוראות לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

5.2.8 המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

5.2.9 המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.

5.2.10 המציע יתחייב כי לא יועסקו עובדים זרים, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

5.2.11 לא קיים חשש לקיומו של המציע כעסק חי.

5.2.12 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך של 25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף ₪), בת חילוט ולא צמודה, כמפורט בסעיף 6.12 להלן **ובנוסח נספח א'8 למכרז.**

5.3 **תנאי סף מקצועיים למציע** –

5.3.1 המציע סיפק לפחות 100 מיטות במהלך שנה, במשך שלוש שנים כלשהן, מתוך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. יובהר כי אין חובה ששלוש השנים הנדרשות יהיו רצופות.

5.3.2 המציע סיפק ציוד רפואי, בהיקף שנתי של 1,000,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ) במשך 3 שנים, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז. יובהר כי אין חובה ששלוש השנים הנדרשות יהיו רצופות.

5.3.3 מעבדת שירות באתר קבוע: המציע מפעיל מעבדת שירות באתר קבוע, לצורך ביצוע תיקונים, התאמות ושינויים הנדרשים במוצרים המסופקים על-ידו. מעבדת השירות כוללת לפחות טכנאי אחד מיומן בביצוע תיקונים והתאמות הנ"ל.

5.3.4 תקן איכות למציע: למציע תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 במהדורתו האחרונה, מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות ומאושר על-ידי גוף התעדה ישראלי או בינלאומי.

5.3.5 יצרן או ספק מורשה: המציע הינו יצרן של המוצר או ספק מורשה של היצרן או של בעל המותג של הציוד המוצע על-ידו.

5.4 **תנאי סף לציוד המוצע**

המציע רשאי להציע במכרז רק מוצרים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בסעיף זה. מוצר שאינו עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן- יפסל.

5.4.1 תקן איכות ליצרן המוצר או לבעל המותג: תקן האיכות נדרש על פי אחת החלופות הבאות:

5.4.1.1 ליצרן המוצר המוצע או לבעל המותג תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ומאושר על-ידי גוף התעדה מאחת המדינות שלהלן: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, ישראל, נורבגיה, ניו זילנד, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה, שבדיה ושוויץ (להלן "מדינות מוכרות").

או;

5.4.1.2 יצרן המוצר או בעל המותג פנה לגוף התעדה מוסמך במדינה מוכרת והחל בהליך לשם השגת תקן איכות ISO 13485ו/או ISO 9001.

או;

5.4.1.3 יצרן המוצר או בעל המוצג מיישם מערכת אבטחת איכות (Quality Management System) לביקורת קבלה (incoming inspection), ביקורת תהליך (in-process inspection), ביקורת סופית (final inspection), טיפול בתלונות לקוח והודעה לרשויות (complaints handling and vigilance) ובקרה על שינויים הנדסיים (control of engineering changes).

5.4.2 <u>דרישות תקינה למוצרים מיובאים</u>: המוצר עומד בדרישות התקינה בארה"ב או באיחוד האירופי (לצורך מכרז זה ובמסגרת דרישות הרגולציה בלבד, בריטניה תחשב כחלק מהאיחוד האירופי), כמפורט להלן:

<u>ארה"ב</u>

5.4.2.1 המוצר רשום במאגר הנתונים של ה- FDA בארה"ב - Establishment Registration and Device Listing לפי FDA CFR 807;

5.4.2.2 המוצר עומד בדרישות התקינה בארה"ב (Consensus Standards) ובעל התקנים הבאים לגבי מיטות חשמליות:

5.4.2.2.1 תקן IEC 60601-2-52 Edition 1.0 2009-12;

5.4.2.2.2 תקן ES60601-1: 2005/(R)2012 and A1: 2012;

5.4.2.2.3 תקן IEC 60601-1-2: 2007/(R)2012 או IEC 60601-1-2 Edition 4.0 2014-02;

או

<u>אירופה</u>

5.4.2.3 הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי (MDR) 2017/745.

5.4.2.4 המוצר עומד בדרישות התקינה באירופה (Harmonized Standards) לגבי מיטות חשמליות:

5.4.2.4.1 תקן EN 60601-2-52: 2010/AC: 2011;

5.4.2.4.2 תקן EN 60601-1: 2006/A1: 2013;

5.4.2.4.3 תקן EN 60601-1-2: 2015.

5.4.2.5 מהדורות התקנים המוזכרים לעיל הם המהדורות העדכניות לזמן פרסום המכרז. ניתן להציע מוצר העומד בדרישות התקינה של מהדורות מעודכנות יותר של התקנים המוזכרים לעיל, ובלבד שהמהדורה המעודכנת מתייחסת למוצר המוצע. ניתן להציע מוצר העומד בדרישות התקינה של מהדורות קודמות של התקנים המוזכרים לעיל, ובלבד שאין בשינוי המהדורה כדי להשפיע על הבטיחות, יעילות והביצועים של המוצר.

5.4.3 <u>דרישות תקינה למוצרים מייצור מקומי</u>: המוצר עומד בדרישות התקינה בישראל, כמפורט להלן:

5.4.3.1 המוצר עומד בדרישות התקינה הבאות לגבי מיטות חשמליות:

5.4.3.1.1 תקנים ישראלים מחייבים ו/או תקנים אזוריים: התקינה בארה"ב (Consensus Standards) או התקינה באירופה (Harmonized Standards) שהוזכרו לעיל.

5.4.3.1.2 תקינה בינלאומית הכוללת את תקני IEC או תקני ISO.

5.4.4 <u>רישום בפנקס אמ"ר</u>: המוצר נרשם בפנקס אמ"ר או הוגשה בקשה לרישום בפנקס אמ"ר לפי הנחיות הענף למכשור רפואי במשרד הבריאות.

5.4.4.1 יצרן מקומי המבקש לרשום בפנקס אמ"ר מוצר ושאין בידו אישורים רגולטוריים המעידים על עמידתו בדרישות התקינה בארה"ב או באיחוד האירופי - ערך ניסויים קליניים או סקר ספרות השקולה לו וכן ביצע סקר ניהול סיכונים (RISK MANAGEMENT) .

5.4.5 <u>מוצר שלא נאסר לשימוש</u>: בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה, לא נאסר השימוש במוצר על ידי רשויות תקינה כלשהן בארץ או בעולם, מסיבות בטיחותיות.

5.4.6 **<u>תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א'</u>**

5.4.6.1 מבנה המיטה:

5.4.6.1.1 רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm

5.4.6.1.2 אורך מצע: 195 ÷203 cm

5.4.6.1.3 מצע המיטה עשוי מארבעה חלקים: משענת גב ,משענת גב תחתון (ישבן) ,משענת ירכיים ומשענת שוקיים.

5.4.6.1.4 מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרן – שני חלקים, דפנות – שני חלקים).

5.4.6.1.5 על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. (הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.)

5.4.6.1.6 המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות.

5.4.6.1.7 תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות.

5.4.6.1.8 גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור.

5.4.6.2 תנועות המיטה:

5.4.6.2.1 תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים).

5.4.6.2.2 פעולת Hi – Lo חשמלית:

5.4.6.2.2.1 מנוע/י Hi-Lo מוסתרים בתוך גוף המיטה: שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה או מנוע אחד לפתיחת המיטה בשיטת מספריים. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (לא מוסתרים ע"י חיפוי עץ/דמוי עץ).

5.4.6.2.2.2 במידה ושני מנועים ממוקמים במראשות ומרגלות המיטה הם ללא חיפוי או חיפוי איכותי ומוגן בפני נוזלים וחיכוך.

5.4.6.2.3 הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm.

5.4.6.2.4 הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm., הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס"מ.

5.4.6.2.5 על פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65° לפחות.

5.4.6.2.6 פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:

5.4.6.2.6.1 קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25° לפחות.

5.4.6.2.6.2 תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין: 0 ÷ 15° לפחות.

5.4.6.2.6.3 אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, על ידי מנגנון הכולל לאורך התנועה 4 תחנות לפחות, מכני או חשמלי.

5.4.6.3 מראשות ומרגלות:

5.4.6.3.1 מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד.

5.4.6.3.2 מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח".

5.4.6.3.3 מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד.

5.4.6.3.4 מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים.

5.4.6.4 דפנות הצד:

5.4.6.4.1 עולות - יורדות, מחוברות למראשות ולמרגלות באמצעות פינים, ונעות במסילה מתכתית. פינים על פי אחת החלופות הבאות:

5.4.6.4.1.1 פינים מתכתיים.

או:

5.4.6.4.1.2 פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים בחלופה זו אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.

5.4.6.4.2 גובה הדפנות במצב מקופל (מורד), נמוך מגובה המזרן (הערה: הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס"מ).

5.4.6.4.3 גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס״מ לפחות מעל מצע המזרן.

5.4.6.4.4 על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות).

5.4.6.4.5 המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס״מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות).

5.4.6.4.6 המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס״מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות).

5.4.6.4.7 נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות.

5.4.6.4.8 דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת.

5.4.6.4.9 על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח.

5.4.6.5 גלגלי המיטה:

5.4.6.5.1 על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך.

5.4.6.5.2 כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל (נעילה מתכתית לצידוד וגלגול).

5.4.6.5.3 קוטר הגלגלים- 4'' לפחות (10 ס״מ).

5.4.6.5.4 מסב כדורי לצידוד.

5.4.6.5.5 מסב / בוקסה לגילגול.

5.4.6.5.6 צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane.

5.4.6.5.7 כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד.

5.4.6.5.8 מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב״מ (פלדה בלתי מחלידה).

5.4.6.6 שלט הפעלה:

5.4.6.6.1 מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת).

5.4.6.6.2 ניתן לתליה משני צדי המיטה.

5.4.6.6.3 קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים).

5.4.6.6.4 אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במקרה בוקיימת.

5.4.6.6.5 קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט.

5.4.6.7 דרישות כלליות:

5.4.6.7.1 כושר נשיאה מקסימאלי 170 kg :(Safety Work Load-SWL) לפחות.

5.4.6.7.2 רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה: IPx4 .

5.4.6.7.3 על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז.

5.4.6.7.4 על המיטה לכלול הכנה ל- 2 עמודי עירוי בכל אחת מפינות המיטה, בצדי המראשות, בהתאם לעובי עמוד עירוי – 12 מ״מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon).

5.4.6.7.5 כל מיטה תסופק עם מזרן בהתאם למפרט שיקבע במכרז נפרד שיפורסם ע״י משרד הבריאות (עלות המזרן תקבע בהתאם לתוצאות מכרז המזרונים ולא כלולה בעלות המיטה).

5.4.6.8 תנאי בטיחות:

5.4.6.8.1 אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל.

5.4.6.8.2 על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה.

5.4.7 **תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב׳**

5.4.7.1 מבנה המיטה:

5.4.7.1.1 רוחב מצע: לא פחות מ- 110 cm ולא יותר מ-120 ס״מ.

5.4.7.1.2 אורך מצע: 195 ÷203 cm.

5.4.7.1.3 אורך כללי (חיצוני) של המיטה, לא יותר מ- 225 ס״מ.

5.4.7.1.4 על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler): משענת גב, משענת גב תחתון (ישבן), משענת ירכיים, משענת שוקיים.

5.4.7.1.5 מרווח (Clearance)

5.4.7.1.5.1 על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. (הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס״מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס״מ).

5.4.7.1.5.2 למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס״מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.

5.4.7.1.5.3 עבור מיטה בעלת מנגנון מספריים לעליה וירידה (סעיף 2.2.1.2 בפרק 3 המצ"ב "מפרט טכני") המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך של1 מטר לפחות במרכז המיטה: 50 ס"מ לפחות לכיוון מראשות ו- 50 ס"מ לפחות לכיוון מרגלות.

5.4.7.1.5.4 עבור מיטה עם שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות (סעיף 2.2.1.1 במפרט הטכני) המיטה המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות.

5.4.7.1.5.5 על מצע המיטות להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ-5 × 15 cm או לפי המפורט בסעיף בדרישות האופציונאליות:

5.4.7.1.5.6 מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי: (Vacuum Forming) ABS או(HPL) High Pressure Laminate , ניתנים לשליפה לצורך ניקוי, כולל פתחים לא גדולים מ-15 X 5 ס"מ לצורך אוורור בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL.

5.4.7.1.5.7 גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור.

5.4.7.1.5.8 תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות.

5.4.7.2 תנועות המיטה:

5.4.7.2.1 תנועות המיטה החשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)

5.4.7.2.2 פעולת Hi – Lo חשמלית:

5.4.7.2.2.1 מנוע/י Hi-Lo מוסתרים בתוך גוף המיטה: שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה או מנוע אחד לפתיחת המיטה בשיטת מספריים. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (לא מוסתרים ע"י חיפוי עץ/דמוי עץ).

5.4.7.2.2.2 במידה ושני מנועים ממוקמים במראשות ומרגלות המיטה הם ללא חיפוי או חיפוי איכותי ומוגן בפני נוזלים וחיכוך.

5.4.7.2.2.3 הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm.

5.4.7.2.2.4 הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 ס"מ.

5.4.7.2.3 פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:

5.4.7.2.3.1 תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25° לפחות.

5.4.7.2.3.2 תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין: 0 ÷ 15° לפחות.

5.4.7.2.3.3 אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, על ידי מנגנון הכולל לאורך התנועה 4 תחנות לפחות, מכני או חשמלי.

5.4.7.2.4 על פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65° לפחות.

5.4.7.2.5 סוללת גיבוי V9 לצורך איפוס המיטה.

5.4.7.3 מראשות ומרגלות:

5.4.7.3.1 מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד.

5.4.7.3.2 מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח". (במידה וקיימת במיטות עם מנגנון עליה/ירידה מספרים).

5.4.7.3.3 מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד.

5.4.7.3.4 מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים.

5.4.7.4 דפנות הצד:

5.4.7.4.1 עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו עשויים ממתכת או לחילופין פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, בהתאם להנחיות בתנאי הסף בסעיף 5.4.6.4.1.2 לעיל (מיטה מקטגוריה א').

5.4.7.4.2 גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרן (הערה: הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס"מ).

5.4.7.4.3 גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן.

5.4.7.4.4 על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות).

5.4.7.4.5 המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות).

5.4.7.4.6 המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות).

5.4.7.4.7 נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות.

5.4.7.4.8 על הדפנות להיות עשויות מעץ און דמוי עץ או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח.

5.4.7.5 גלגלי המיטה:

5.4.7.5.1 על גלגלי המיטה להיות מתוצרת אחד מהיצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך.

5.4.7.5.2 כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל (נעילה מתכתית לצידוד וגלגול).

5.4.7.5.3 קוטר הגלגלים - 4'' לפחות.

5.4.7.5.4 מסב כדורי לצידוד.

5.4.7.5.5 מסב / בוקסה לגלגול.

5.4.7.5.6 צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane.

5.4.7.6 שלט הפעלה:

5.4.7.6.1 מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת).

5.4.7.6.2 ניתן לתליה משני צדי המיטה.

5.4.7.6.3 קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים).

5.4.7.6.4 אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg אם קיימת.

5.4.7.6.5 קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט.

5.4.7.7 דרישות כלליות:

5.4.7.7.1 כושר נשיאה מקסימאלי 220 kg :(Safety Work Load-SWL) לפחות.

5.4.7.7.2 רמת אטימות של מערכת ההנעה החשמלית ושלט ההפעלה: IPx4 לפחות.

5.4.7.7.3 על המיטה לכלול הכנה ל- 2 עמודי עירוי בכל אחת מפינות המיטה, בצדי המראשות, בהתאם לעובי עמוד עירוי – 12 מ״מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon).

5.4.7.7.4 על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז.

5.4.7.8 תנאי בטיחות:

5.4.7.8.1 אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל.

5.4.7.8.2 על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה.

5.4.8 **תנאי סף טכניים מיטה חשמלית ארוכה – קטגוריה ג'**

5.4.8.1 מבנה המיטה:

5.4.8.1.1 רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm .

5.4.8.1.2 אורך מצע: 220 ÷210 cm .

5.4.8.1.3 על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler): משענת גב, משענת גב תחתון, משענת ירכיים ומשענת שוקיים.

5.4.8.1.4 1.4. מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרן – שני חלקים, דפנות – שני חלקים).

5.4.8.1.5 מרווח (Clearance).

5.4.8.1.6 על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף.

הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.

5.4.8.1.7 המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות.

5.4.8.1.8 על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 5 × 15 cm או לפי המפורט בסעיף לדרישות אופציונאליות:

5.4.8.1.8.1 מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי: (Vacuum Forming) ABS או(High Pressure Laminate (HPL, פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור. מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL.

5.4.8.1.9 תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות.

5.4.8.1.10 גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור.

5.4.8.2 תנועות המיטה:

5.4.8.2.1 תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים).

5.4.8.2.2 פעולת Hi – Lo חשמלית.

5.4.8.2.3 מנוע/י Hi-Lo מוסתרים בתוך גוף המיטה: שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה או מנוע אחד לפתיחת המיטה בשיטת מספריים. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (לא מוסתרים ע"י חיפוי עץ/דמוי עץ).

5.4.8.2.4 במידה ושני מנועים ממוקמים במראשות ומרגלות המיטה הם ללא חיפוי או חיפוי איכותי ומוגן בפני נוזלים וחיכוך.

5.4.8.2.5 הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm .

5.4.8.2.6 הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm.

5.4.8.2.7 הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס״מ.

5.4.8.2.8 על פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65° לפחות, נא לציין זווית.

5.4.8.2.9 פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:

קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25° לפחות.

תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין: 0 ÷ 15° לפחות.

אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, על ידי מנגנון הכולל לאורך התנועה 4 תחנות לפחות, מכני או חשמלי.

5.4.8.3 מראשות ומרגלות:

5.4.8.3.1 מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד.

5.4.8.3.2 מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה ״ח״.

5.4.8.3.3 מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד.

5.4.8.3.4 מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים.

5.4.8.4 דפנות הצד:

5.4.8.4.1 עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו עשויים ממתכת או לחילופין פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, בהתאם להנחיות בתנאי הסף בסעיף 5.4.6.4.1.2 לעיל (מיטה מקטגוריה א׳).

5.4.8.4.2 גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרן (הערה:הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס״מ.).

5.4.8.4.3 גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס״מ לפחות מעל מצע המזרן.

5.4.8.4.4 על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות).

5.4.8.4.5 המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס״מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות).

5.4.8.4.6 המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס״מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות).

5.4.8.4.7 נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות.

5.4.8.4.8 על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח.

5.4.8.5 גלגלי המיטה:

5.4.8.5.1 על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך .

5.4.8.5.2 כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל.

5.4.8.5.3 נעילה מתכתית לצידוד וגלגול.

5.4.8.5.4 קוטר הגלגלים- 4'' לפחות (10 ס״מ)

5.4.8.5.5 כושר נשיאה לגלגל אחד 100 ק״ג לפחות.

5.4.8.5.6 מסב כדורי לצידוד.

5.4.8.5.7 מסב / בוקסה לגילגול.

5.4.8.5.8 צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane

5.4.8.5.9 כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד .

5.4.8.5.10 מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב״מ (פלדה בלתי מחלידה)

.

5.4.8.6 שלט הפעלה:

5.4.8.6.1 מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת).

5.4.8.6.2 ניתן לתליה משני צדי המיטה.

5.4.8.6.3 קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת המקשים). נא לציין אופן נעילה

5.4.8.6.4 אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת

5.4.8.6.5 קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט.

5.4.8.7 דרישות כלליות:

5.4.8.7.1 כושר נשיאה מקסימאלי 170 kg :(Safety Work Load-SWL) לפחות.

5.4.8.7.2 רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה: IPx4.

5.4.8.7.3 על המיטה לכלול הכנה ל- 2 עמודי עירוי בכל אחת מפינות המיטה, בצדי המראשות, בהתאם לעובי עמוד עירוי – 12 מ״מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon).

5.4.8.7.4 על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז.

5.4.8.8 תנאי בטיחות:

5.4.8.8.1 משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה.

5.4.8.8.2 על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה.

5.4.9 **תנאי סף טכניים מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד׳**

5.4.9.1 מבנה המיטה:

5.4.9.1.1 רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm.

5.4.9.1.2 אורך מצע: 195 ÷203 cm.

5.4.9.1.3 על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler): משענת גב, משענת גב תחתון (ישבן), משענת ירכיים ומשענת שוקיים.

5.4.9.1.4 מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרן – שני חלקים, דפנות – שני חלקים). מרווח (Clearance).

5.4.9.1.5 על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף.הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס״מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס״מ.

5.4.9.1.6 המרווח בסעיף הקודם (15 ס״מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות.

5.4.9.1.7 על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ״מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 5 × 15 cm או לפי המפורט בסעיף לדרישות אופציונאליות:

5.4.9.1.8 מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי: (Vacuum Forming) ABS או(High Pressure Laminate (HPL, פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור.
מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ״מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ״מ לפחות עבור HPL.

5.4.9.1.9 תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות.

5.4.9.1.10 גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור.

5.4.9.2 תנועות המיטה:

5.4.9.2.1 תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים).

5.4.9.2.2 פעולת Hi – Lo חשמלית:

5.4.9.2.3 מנוע/י Hi-Lo מוסתרים בתוך גוף המיטה: שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה או מנוע אחד לפתיחת המיטה בשיטת מספריים. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (לא מוסתרים ע"י חיפוי עץ/דמוי עץ).

5.4.9.2.4 במידה ושני מנועים ממוקמים במראשות ומרגלות המיטה הם ללא חיפוי או חיפוי איכותי ומוגן בפני נוזלים וחיכוך.

5.4.9.2.5 הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-30 cm.

5.4.9.2.6 הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm.

הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס"מ.

5.4.9.2.7 על פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65° לפחות.

5.4.9.2.8 פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:

קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25° לפחות.

תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין: 0 ÷ 15° לפחות.

אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, על ידי מנגנון הכולל לאורך התנועה 4 תחנות לפחות, מכני או חשמלי.

5.4.9.3 מראשות ומרגלות:

5.4.9.3.1 מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד.

5.4.9.3.2 מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח".

5.4.9.3.3 מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד.

5.4.9.3.4 מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים.

5.4.9.4 דפנות הצד:

5.4.9.4.1 עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו עשויים ממתכת או לחילופין פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, בהתאם להנחיות בתנאי הסף בסעיף 5.4.6.4.1.2 לעיל (מיטה מקטגוריה א').

5.4.9.4.2 גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרן. הערה: הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס"מ.

5.4.9.4.3 גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן.

5.4.9.4.4 על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות).

5.4.9.4.5 המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות).

5.4.9.4.6 המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות).

5.4.9.4.7 נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות.

5.4.9.4.8 על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח.

5.4.9.5 גלגלי המיטה:

5.4.9.5.1 על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך.

5.4.9.5.2 כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל.

5.4.9.5.3 נעילה מתכתית לצידוד וגלגול.

5.4.9.5.4 קוטר הגלגלים- 4'' לפחות (10 ס"מ).

5.4.9.5.5 מסב כדורי לצידוד.

5.4.9.5.6 מסב / בוקסה לגילגול.

5.4.9.5.7 צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane.

5.4.9.6 שלט הפעלה:

5.4.9.6.1 מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת).

5.4.9.6.2 ניתן לתליה משני צדי המיטה.

5.4.9.6.3 קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים).

5.4.9.6.4 אפשרות לנעילת פונקציית Reverse / Trendelenburg Trendelenburg אם קיימת.

5.4.9.6.5 קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט.

5.4.9.7 דרישות כלליות:

5.4.9.7.1 כושר נשיאה מקסימאלי 170 kg :(Safety Work Load-SWL) לפחות.

5.4.9.7.2 רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה: IPx4.

5.4.9.7.3 על המיטה לכלול הכנה ל- 2 עמודי עירוי בכל אחת מפינות המיטה, בצדי המראשות, בהתאם לעובי עמוד עירוי – 12 מ״מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon).

5.4.9.7.4 על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז.

5.4.9.8 תנאי בטיחות:

5.4.9.8.1 אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל (נא לציין אופן איפוס של משענת גב).

5.4.9.8.2 על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה.

6. <u>מסמכים הנדרשים להוכחת תנאי סף</u>

6.1 להוכחת תנאי סף בסעיף 5.2.1 לעיל, המציע יצרף תעודת עוסק מורשה. בנוסף, אם המציע הינו תאגיד, יצרף המציע אישור על רישומו במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו.

6.2 להוכחת תנאי סף בסעיף 5.2.2 לעיל, המציע יצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - התשל״ו- 1976.

6.3 להוכחת תנאי סף בסעיף 5.2.3, במידה והמציע הינו תאגיד, המציע יצרף אישור על כך שבמועד הגשת ההצעה, אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בצורת נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת ״הפקת נסח חברה״.

6.4 להוכחת תנאי סף בסעיף 5.2.4, לעיל, אם המציע הינו עמותה, יצרף אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה הנוכחית.

6.5 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף 5.2.5 לעיל לעניין העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, יש לצרף להצעה את נספח א׳1 - תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

6.6 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 5.2.6, המציע יצרף אישור עו"ד על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם, בנוסח נספח א'2.

6.7 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף 5.2.7, יש לצרף להצעה הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוסח ההצהרה המופיעה בנספח א'3 הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

6.8 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף 5.2.8 בנושא שימוש בתוכנות מקור, המציע יצרף להצעתו הצהרה של המציע שתאומת על ידי עורך דין מטעם המציע, בהתאם לנוסח נספח א'4 – הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור.

6.9 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 5.2.9, המציע יציג הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנוסח נספח א'5.

6.10 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף 5.2.10 לעיל, המציע יתחייב כי לא יועסקו עובדים זרים, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בנוסח בנספח א'6.

6.11 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 5.2.11 לעיל, יש לצרף את נספח א'7 אישור רו"ח על היעדר הערת עסק חי, חתום ע"י רו"ח ועל גבי נייר לוגו של רו"ח.

6.12 לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.2.12 לעיל לעניין הגשת ערבות בנקאית, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בת חילוט, לא צמודה, בסך 25,000 ש"ח, שתהא בתוקף עד למועד הנקוב בסעיף 4.3 , בהתאם לנוסח בנספח א'8 להלן.

6.12.1. **כתב הערבות יהיה מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי ההצעה ולהבטחת ההתקשרות עם המציע אם ייקבע כזוכה.**

6.12.2. אי צירוף ערבות בנקאית / צירוף ערבות שאינה עומדת בתנאים, יביא לפסילת ההצעה.

6.12.3. הערבות תהא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א-1981 ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

6.12.4. הערבות תיחתם על ידי שני מורשי חתימה מטעמו של הבנק או מטעמה של חברת הביטוח וחותמת הבנק או חברת הביטוח.

6.12.5. המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז לבקשת המשרד, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

6.12.6. הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז. המציע שיזכה במכרז, יחליף ערבות זו בערבות לביצוע ההסכם, כאמור בסעיף 12 להסכם.

6.13 להוכחת עמידתו בתנאי בסף בסעיף 5.3.1 לעיל, על המציע לפרט בטופס ההצעה, נספח ב' למכרז, את [1] מספר המיטות שסיפק במהלך 3 שנים כלשהן במהלך עשר השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ; [2] שמות הלקוחות שלהם סיפק את המיטות ; [3] פרטי הלקוח או איש קשר מטעם הלקוח. במסגרת הצגת ניסיון המציע בסעיף זה ניתן להציג גם אספקת מיטות לזכאי משרד הבריאות (ככל שהמציע סיפק מיטות למשרד).

6.14 <u>לחילופין</u>: להוכחת עמידתו בתנאי בסף בסעיף 5.3.1 הנ"ל (אספקת מיטות סיעודיות חשמליות לאנשים פרטיים), המציע יהיה רשאי לצרף אישור רו"ח המאמת את עמידתו

בתנאי זה, מבלי לפרט בהצעה את שמות הלקוחות עצמם. **נוסח האישור צורף כנספח א'12 לחוברת המכרז סעיף 4.1.**

6.15 להוכחת עמידת המציע בתנאי סף בסעיף 5.3.2 לעיל, על המציע לצרף אישור בחתימת רו"ח מטעמו. **נוסח האישור צורף כנספח א'12 לחוברת המכרז סעיף 4.2.**

6.16 להוכחת עמידתו בתנאי בסעיף 5.3.3 לעיל, על המציע לפרט בהצעתו את כתובת סדנת השירות. בנוסף, המציע מתבקש לפרט מה מספר העובדים המועסקים בה, מאפייניה, השירותים המוענקים בה. הנתונים יוצגו באמצעות נספח ב' (חוברת הגשת הצעה) סעיף 10.4.

6.17 להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף 5.3.4 לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידה בתקן איכות כאמור.

6.18 לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף 5.3.5 לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור רשמי ובתוקף מטעם היצרן או מטעם בעל המותג של הציוד המוצע על ידו. רשמי פירושו, שהאישור צריך להיות על גבי נייר רשמי של היצרן, חתום על ידי יצרן הציוד או על ידי בעל המותג, המעיד בבירור כי המציע הינו ספק מורשה שלו.

6.19 לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף 5.4.1.1 לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידה בתקן האיכות כמפורט בסעיף.

6.20 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.4.1.2 לעיל, יש לצרף להצעה העתק פנייה של היצרן לגוף התעדה מוסמך במדינה מוכרת שלפיה החל בהליך לשם השגת תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 וכמו כן אישור גוף ההתעדה על כך שהפנייה הוגשה ונמצאת בטיפול.

6.21 להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף 5.4.1.3 לעיל, על המציע לצרף להצעה הצהרת יצרן בנוסח נספחים א'13, א'14 המאשרים שהחברה מיישמת מערכת אבטחת איכות (Quality Management System). במקרה זה יש לצרף להצהרת היצרן העתקים חתומים של נהלי האיכות (Quality procedures) לתהליכים אלו.

6.22 אם הציוד המוצע מיובא, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.4.2 לעיל, על המציע לצרף להצעתו:

6.22.1 להוכחת עמידה בדרישות בתנאי הסף בסעיף 5.4.2.1 לעיל, על המציע לצרף להצעתו הוכחת רישום המוצר והחברה (Establishment Registration and Device Listing) ברשומות ה- FDA.

6.22.2 להוכחת עמידה בדרישות בתנאי הסף בסעיף 5.4.2.2 לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה (שאינה מופעלת מטעם המציע), או דו"ח מעבדה של היצרן המעיד על עמידה בדרישות התקנים המפורטים בסעיף 5.4.2.2.

6.22.3 להוכחת עמידה בדרישות בתנאי הסף בסעיף 5.4.2.3 לעיל, על המציע לצרף להצעתו הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי (MDR) 2017/745.

6.22.4 להוכחת עמידה בדרישות בתנאי הסף בסעיף 5.4.2.4 לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה (שאינה מופעלת מטעם המציע),

או דו"ח מעבדה של היצרן המעיד על עמידה בדרישות התקנים המפורטים בסעיף 5.4.2.4 לעיל.

6.22.5 בהתאם לאמור בתנאי הסף בעיף 5.4.2 לעיל, אם המוצר אושר הן בארה"ב והן באירופה יש לצרף לכל הפחות את אחד האישורים (ארה"ב או אירופה), אך רצוי לצרף את שניהם.

6.23 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.4.4.1 לעיל, יצרן מקומי יצרף להצעתו סיכום ניסויים קליניים שבוצעו על המוצר המוצע או סקירת ספרות אודות סוג המוצר המוצע וכן מסמך ניהול סיכונים (RISK MANAGEMENT) .

6.24 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף 5.4.3.1 לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה (שאינה מופעלת מטעם המציע), או דו"ח מעבדה של היצרן המעיד על עמידתו בדרישות התקנים המפורטים בסעיף 5.4.2.

6.25 לעניין הוכחת עמידה תנאי הסף בסעיף 5.4.2 לעיל, מובהר:

6.25.1 במקרה שמציע מצרף אישור המתייחס למהדורה קודמת מאלו שצוינו בסעיף 5.4.2 לעיל, עליו לצרף הסבר המבהיר מדוע אין השפעה מבחינת נוסח המהדורה על הבטיחות, יעילות והביצועים של המוצר המוצע, ההסבר צריך להנתן על ידי מעבדה מוסמכת או על ידי היצרן תוך ציון כישוריו הרלוונטיים לנושא של המצהיר.

6.25.2 על המציע לצרף להצעתו, עבור כל אחד מהמוצרים המיובאים המוצעים על ידו, אישורים בהתאם להנחיות בסעיף 5.4.2 לעיל.

6.26 בנוסף לכל הדרישות להוכחת עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל, לעניין הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.4, יש לצרף להצעה גם הצהרות יצרן כמפורט להלן:

6.26.1 תנאי בטיחות: על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה.

6.26.2 כושר נשיאה לגלגל אחד 100 ק"ג לפחות.

6.27 להוכחת עמידה בדרישות רישום בפנקס אמ"ר, כנדרש בתנאי הסף בסעיף 5.4.4 לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור רישום בפנקס אמ"ר או אישור בקשה לרישום בפנקס אמ"ר.

6.28 לצורך הוכחת עמידה בדרישות בנושא "מוצר שלא נאסר לשימוש" בסעיף 5.4.5 לעיל, על המציע לצרף להצעתו, עבור כל אחד מהמוצרים המוצעים על ידו, אישור מיצרן המוצר או בעל המותג המעיד על עמידת המוצר בדרישה זו.

6.29 להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.4.6.4.1.2, 5.4.7.4.1,5.4.8.4.1, 5.4.9.4.1, : מציע שבחר בחלופה של <u>פינים מחומר פלסטי מחוזק בסיבי פחם</u> נדרש לצרף להצעה אישור יצרן שלפיו חוזק החומרים בפינים בחלופה זו שווה ערך לחוזק החומרים בחלופה של פינים ממתכת. דרך הוכחה זו תקפה למיטות בכל הקטגוריות א' עד ד'.

6.30 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הטכניים, על המציע לצרף להצעתו, לגבי כל מוצר המוצע על ידו (קטגוריה א' עד ד'):

6.30.1 על המציע למלא ולהשלים את הנתונים בנספח א'16 – בנספח זה על המציע להוכיח שכל מוצר המוצע על ידו עומד בכל תנאי הסף בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים כנספח א'16 למכרז.

6.30.2 מפרט טכני – נספח א'16, בהתאם לסוג המוצר: יש למלא את המפרט בהתאם למאפייני המוצר המוצע.

6.30.3 מפרט טכני של יצרן המוצר;

7. **דרישות נוספות**

7.1 במידה והמציע מעוניין להציע חלקי חילוף נוספים ו/או אביזרים אופציונליים נוספים, מעבר לאביזרים המפורטים בפרק 3, עליו לציין בנספח ב'1 מחירי חלקי חילוף ואביזרים אופציונליים נוספים.

7.2 על המציע לצרף את פרק א'16 ולפרט בו את נתוני המוצר.

7.3 המציע יצרף התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים (נספח א'9).

7.4 המציע יצרף את נספח א'10, התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים במהלך ההתקשרות, חתום ע"י עו"ד.

7.5 יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה (נספח א'), הצעת המחיר (נספח ב') ייחתמו גם על ידי מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.

7.6 מציעה אישה המעוניינת כי תינתן לה העדפה בשל עובדה זו תצרף להצעתה אישור ותצהיר בנוסח נספח א'11. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

7.7 המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים אם הוא יזכה בהתאם לסעיף 6 לחוברת ההצעה, כולל נימוקים בהתאם להוראות סעיף 21למכרז.

7.8 המציע יצרף את מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה. המציע יחתום בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

8. **תקופת ההתקשרות**

8.1 תקופת ההתקשרות תהיה לשנתיים בהתאם לתאריכים שייקבעו בהחלטת הוועדה על הזכיה במכרז (להלן: "ההתקשרות הראשונה"). למזמין בלבד עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרקי זמן נוספים של עד שנה, בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסה"כ (כולל ההתקשרות הראשונה) (להלן: "ההתקשרות המקורית").

8.2 בתום תקופת ההתקשרות המקורית, למשרד קיימת האופציה, להאריך את ההתקשרות עם הספק לתקופות של עד 12 חודשים כל אחת, וזאת לצורך מתן שירותי תיקונים, תחזוקה, איסוף, השמשה ואספקת חלקי חילוף למוצרים שסיפק הספק בתקופת ההתקשרות המקורית (להלן: "התקשרות לצורך מתן אחריות"). תקופת ההתקשרות לצורך מתן אחריות תהיה לכל היותר שבע שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות המקורית.

8.3 הספק יחזיק מלאי של חלקי חילוף לכל המוצרים המורשים, וזאת למשך שבע שנים מתום תקופת ההתקשרות המקורית. הספק ימשיך במתן שירותי תיקונים, תחזוקה, איסוף, השמשה וכד' במתכונת הנ"ל, גם לאחר תקופה של 7 שנים ממועד האספקה, וזאת בכפוף להימצאות חלקי חילוף, בתנאים זהים לתנאי המכרז וההסכם, לרבות לעניין תנאי ההצמדה, ובכפוף להסכמת הספק.

8.4 בהגשת הצעתו, הספק מתחייב לספק את השירותים בכל תקופות ההתקשרות.

8.5 בכל תקופת ההתקשרות, למזמין קיימת האפשרות להודיע לספק על סיום ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף 4.6 להסכם המצ"ב.

8.6 ששת החודשים הראשונים של ההתקשרות בין המזמין לספק ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותים ואספקת המוצרים. באם בתום תקופה זו לא יהיה המזמין שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה או מהתנהלות הספק מול המשרד, תסתיים ההתקשרות עם הזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות והמוצרים שסיפק עד מועד סיום ההתקשרות. במקרה שכזה, יהא רשאי המזמין לפנות למציע שדורג הבא אחריו על ידי ועדת המכרזים להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים ובלבד שההתקשרות עמו תהיה במסגרת היקף ההתקשרות שנקבעה מראש כאמור.

9. **<u>תוקף ההצעות</u>**

9.1 ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד לתאריך המופיע בסעיף 4 לעיל. אם בתקופה זו, לא תתקבל החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם עד לתאריך שיקבע על ידו והמציעים יהיו מחוייבים לעשות כן.

10. **<u>אחריות</u>**

10.1 הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של אספקת השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי נציג המזמין. השירות יוגש על ידי הספק הזוכה עצמו. לצורך הגשת השירותים או חלקם, הספק הזוכה לא יפעיל ספק משנה מטעמו אלא אם קיבל אישור לכך מהמזמין מראש ובכתב.

11. **<u>הגשת ההצעות</u>**

11.1 את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.

11.2 על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 9 בנספח א' יוגשו בחוצצים נפרדים.

11.3 על המעטפה להכיל שני עותקים מלאים של ההצעה בעותק קשיח: 2 עותקים מודפסים (מקור והעתק), כרוכים או ערוכים בקלסר (להלן: עותקים "קשיחים") ובנוסף שני התקנים ניידים הכוללים פורמט דיגיטלי של ההצעה (דיסק און קי).

11.4 עותק מלא של ההצעה יכלול את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את מסמכי הפנייה בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שהתקבל מהמזמין בהקשר למכרז מס' 26/2022 **ולמעט הצעת המחיר.**

11.5 ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במלואה. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן

למספרם.

11.6 העותק הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר (נספח ב' המצ"ב), והשנייה ובה שאר פרטי ההצעה. **אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר למעט בטופס הצעת המחיר המיועד לכך שיוכנס למעטפת המחיר סגורה.**

11.7 מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין עותק דיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח.

11.8 על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

11.9 יש להגיש את ההצעות בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית - יתורגמו לעברית או לאנגלית.

11.10 **חתימה על מסמכי ההצעה:**

11.10.1 כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.

11.10.2 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.

11.11 **הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:**

11.11.1 על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.

11.11.2 על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחותמות המציע במקומות הנדרשים.

11.11.3 העותקים הדיגיטליים של ההצעה יכילו את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר), על נספחיה בפורמט PDF.

11.11.4 על מציע לוודא שהעתק הדיגיטלי קריא וברור.

11.11.5 מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה.

12. <u>שאלות ובירורים</u>

12.1 אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת PPLD@moh.gov.il עד התאריך המצויין בסעיף 4 לעיל באמצעות מסמך "וורד", תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים. שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו וכל מקרה לא יחייבו את המזמין. **<u>ניתן לשלוח שאלות הבהרה נוספות, רק בנושאים שבהם הוכנסו שינויים מהותיים, כמפורט בסעיפים 5 עד 10 במבוא למענה לשאלות הבהרה.</u>**

12.2 הפנייה תכלול את שם המכרז, עמוד מספר הסעיף בחוברת המכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני, באופן הבא:

#	עמוד בחוברת המכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה

12.3 לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שצוין בסעיף 4 לעיל.

12.4 תשובות לשאלות שיתקבלו כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ויועברו למציעים שנרשמו

לקבלת עדכונים באתר.

12.5 רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של משרד הבריאות ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז' יחייבו את משרד הבריאות.

12.6 <u>לתשומת לב המציעים: בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך מענה לשאלות הבהרה חתום על ידו.</u>

13. <u>שינויים והסתייגויות</u>

13.1 לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

13.1.1 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

13.1.2 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

13.1.3 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

13.1.4 לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת, לרבות בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית או טעות סופר הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. אם יבוצע שינוי או תיקון כאמור, תימסר למציע הודעה על כך.

14. <u>אופן הערכת ההצעות</u>

ההצעות ייבדקו בהתאם לשלבים הבאים

14.1 <u>בשלב ראשון</u>: ועדת המכרזים תבחן האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז (ראה סעיפים 5.2 עד 5.3 לעיל), ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים. הבחינה בשלב זה תהיה של המציע עצמו, ללא בדיקת המוצר שהוא הציע במסגרת ההתמודדות במכרז. מציעים שלא יעמדו בתנאי הסף- יפסלו.

14.2 <u>בשלב השני</u>: ועדת המכרזים תבחן האם המוצרים שהוצעו על-ידי המציעים שעברו את השלב הראשון, עומדים בתנאי הסף לציוד המוצע (ראה סעיף 5.4 לעיל). ועדת המכרזים תפסול מוצרים שאינם עומדים בתנאי הסף לציוד המוצע המוגדרים במכרז. תנאי סף טכניים למוצרים מפורטים בנספח א'16 המצ"ב.

14.3 <u>בשלב השלישי</u>: ועדת המכרזים תבחן את איכות ההצעות שעמדו בתנאי הסף כולל איכות המוצרים ואיכות המציע. בדיקת איכות המציע תתבצע על ידי קבלת חוות דעת לקוחות שהמציע סיפק להם ציוד רפואי.

14.4 <u>בשלב הרביעי</u>: ועדת המכרזים תבחן את הצעות המחיר של ההצעות שעמדו בשלב האיכות כאמור.

14.5 <u>בשלב החמישי</u>: ועדת המכרזים תדרג את המוצרים בהתאם לציון המשוקלל שייקבע לפי אמות מידה של איכות (60%) ומחיר (40%). הציון המשוקלל יקבע כלהלן: 0.6 * ניקוד האיכות + 0.30 * ניקוד בגין מחיר + 0.10 * ניקוד בגין אחוז הנחה על מחירי תקרה של חלקי חילוף. כל מציע ידורג בנפרד בהתאם לקטגוריה (קטגוריה א' / קטגוריה ב' / קטגוריה ג' / קטגוריה ד').

14.6 בשלב השישי: ועדת המכרזים תקבע את הספקים הזוכים ואת המוצרים המורשים בהתאם לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר לכל קטגוריה כמפורט לעיל. כאמור לעיל, בקטגוריה א' ייבחרו עד 4 ספקים, בקטגוריות ב' - ד' ייבחרו עד 2 ספקים לכל קטגוריה. מציע שהמוצר המוצע על ידו ייכלל ברשימת המוצרים המורשים, יוכרז כאחד הזוכים במכרז וייכלל ברשימת הספקים המורשים של המשרד.

14.1.6.1 ועדת המכרזים רשאית, אך אינה חייבת, לצמצם את מספר הזוכים בכל קטגוריה, אם הפער בניקוד שבין מציע למציע שדורג לפניו עולה על 15 נקודות.

14.1.6.2 ועדת המכרזים רשאית, אך אינה חייבת, להרחיב באחד את רשימת הזוכים עבור סוג מוצר מסוים, אם הפער בניקוד שבין המציע האחרון ברשימה למציע שדורג אחריו קטן מ- 5 נקודות.

15. **ניקוד האיכות - 60% מהציון המשוקלל**

15.1 כאמור לעיל, הצעה שתעמוד בתנאי הסף של המכרז תעבור לשלב ניקוד האיכות. ניקוד האיכות להצעה יחושב באופן הבא:

15.1.1 ניקוד איכות למוצר (ייבדק לכל קטגוריה בנפרד) 90%.

15.1.2 ניקוד איכות למציע על סמך חוות דעת לקוחות: 10%.

15.1.3 סה"כ: 100%.

15.2 אמות המידה לניקוד האיכות לכל מוצר מפורטות בסעיפים 15.5.1 עד 15.5.4 שלהלן.

15.3 למכרז מצורף פרק 3 הכולל מפרט טכני לכל מוצר (פרק 3 (1) עד פרק 3 (4)). בנספח א'16 המציע נדרש להשלים את הנתונים על המוצר לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, וכן כמענה על דרישות האיכות. לצורך כך על המציע לציין את נתוני המוצר בטור "מענה המציע" בנספח א'16. הנתונים שהמציע יציין בפרק זה ישמשו את המשרד לצורך מתן ניקוד האיכות לכל מוצר.

15.4 מובהר כי המשרד רשאי לבצע בדיקה עצמאית על מנת לוודא את הנתונים שהוזנו על ידי המציע.

15.5 להלן פירוט הסעיפים והנספחים הרלוונטיים לניקוד האיכות (קטגוריה א' עד ד'):

קטגוריה	המוצר	סעיף לפירוט אמות מידה לניקוד איכות למוצר	נספח שבו המציע נדרש לציין את נתוני המוצר בטור "מענה המציע"
א	מיטה חשמלית Full Fowler +Hi-Low - רמה א'	15.5.1	א'16 (1)
ב	מיטה חשמלית לכבדי משקל	15.5.2	א'16(2)
ג	מיטה חשמלית ארוכה Full Fowler +Hi-Low	15.5.3	א'16(3)

קטגוריה	המוצר	סעיף לפירוט אמות מידה לניקוד איכות למוצר	נספח שבו המציע נדרש לציין את נתוני המוצר בטור "מענה המציע"
ד	מיטה חשמלית נמוכה Full Fowler +Hi-Low	15.5.4	א'16(4)

15.5.1 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית Hi Low + Full Fowler קטגוריה א' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(1) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**ציון מירבי**
1. <u>מבנה ותפקוד המיטה:</u>		
1.1. אורך המיטה פחות מ-218 ס"מ	**(1.3)**	**6**
1.2. מראשות ומרגלות עשויות עץ ללא תוספת מחיר	**(3.2)**	**6**
2. <u>תנועות המיטה:</u>		
2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	**(2.2.2)**	
2.1.1. פחות מ-40 ס"מ ויותר מ-37 ס"מ **או**		**3**
2.1.2. 37 ÷ 33 ס"מ **או**		**5**
2.1.3. 33 ÷ 30 ס"מ		**6**
2.2. זווית משענת גב מעל 65°	**(2.3)**	**5**
3. <u>גלגלים:</u>		
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	**(5.9)**	**6**
4. <u>שלט להפעלה ופונקציות חשמליות:</u>		
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	**2.6** **6.4**	**6**
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	**7.5**	**7**
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	**9.3**	**9**
5. <u>פונקציות מכניות / חשמליות:</u>		

15.5.1 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית Hi Low + Full Fowler קטגוריה א' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(1) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**ציון מירבי**
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	(2.2.2)	
5.1.1. מנגנון מכני מרכזי **או**		**0**
5.1.2. מנגנון מכני משני צדי המצע או חשמלי		**5**
6. <u>דרישות נוספות:</u>		
6.1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**
6.2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד		**12**
6.3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**
6.4. רמת הגימור של המיטה		**12**
7. סה"כ		**100**

15.5.2 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית לכבדי משקל קטגוריה ב' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(2) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**נקוד**
1. <u>מבנה המיטה:</u>		
1.1. אורך המיטה פחות מ-218 ס"מ	(1.3)	**4**
1.2. מראשות ומרגלות עשויות עץ ללא תוספת מחיר	(1.3)	**4**
1.3. אורך ה-Clearance של 15 ס"מ במצב המיטה הנמוך ביותר:		
1.3.1. בהתאם לתת- סעיפים 1.7.1 עד 1.7.3 **או**	(1.7)	**0**
1.3.2. מעל 120 ס"מ **או**		**3**
1.3.3. לכל האורך המיטה (בין גלגלים)		**5**

15.5.2 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית לכבדי משקל קטגוריה ב' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(2) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**נקוד**
2. <u>תנועות המיטה:</u>		
2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	**2.2.3**	
2.1.1. פחות מ-40 ס"מ ויותר מ-37 ס"מ **או**		**3**
2.1.2. 37 ÷ 33 ס"מ **או**		**5**
2.1.3. 33 ÷ 30 ס"מ		**6**
3. <u>גלגלים:</u>		
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	**5.9**	**5**
4. <u>שלט להפעלת ופונקציות חשמליות:</u>		
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	**2.5** **6.1**	**5**
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	**7.5**	**5**
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	**9.3**	**5**
5. <u>פונקציות מכניות / חשמליות:</u>		
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	**2.3.3**	
5.1.1. מנגנון מכני מרכזי **או**		**0**
5.1.2. מנגנון מכני משני צדי המצע או מנגנון חשמלי		**5**
5.2. פעולת Retraction של משענת גב ללא תוספת עלות	2.4.1	**6**
6. <u>דרישות כלליות:</u>		
6.1. משקל נשיאה המרבי של המיטה (Safety Work Load):	**7.1**	
6.1.1. 220 ÷ 239 ק"ג **או**		**0**
6.1.2. 240 ומעלה		**6**

15.5.2 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית לכבדי משקל קטגוריה ב' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(2) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**נקוד**
7. <u>דרישות נוספות:</u>		
7.1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**
7.2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד		**12**
7.3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**
7.4. רמת הגימור של המיטה		**12**
סה"כ		**100**

15.5.3 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית ארוכה Hi-Low + Full Fowler קטגוריה ג' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(3) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**ציון**
1. <u>מבנה המיטה</u>		
1.1. מראשות ומרגלות עשויות מעץ ללא תוספת מחיר		**6**
2. <u>תנועות המיטה:</u>		
2.1. פעולת Hi – Lo חשמלית : גובה מינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה מ-37 ס"מ ומטה	**(2.2.2)**	**8**
2.2. זווית משענת גב מעל 65°	**(2.3)**	**7**
3. <u>גלגלים:</u>		
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	**(5.9)**	**7**
4. <u>שלט להפעלת פונקציות חשמליות:</u>		
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	2.5 **6.4**	**7**
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	**7.5**	**8**
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	**9.3**	**8**
5. <u>פונקציות מכניות:</u>		
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	**(2.2.2)**	
5.2. מנגנון מכני מרכזי **או**		**0**

15.5.3 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית ארוכה Hi-Low + Full Fowler קטגוריה ג' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(3) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**ציון**
5.3. מנגנון מכני משני צדי המצע או חשמלי		**5**
6. **<u>דרישות נוספות:</u>**		
7. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**
8. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.		**12**
9. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**
10. רמת הגימור של המיטה		**12**
11. סה"כ		**100**

15.5.4 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית נמוכה Hi Low + Full Fowler קטגוריה ד' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(4) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**ציון**
1. **<u>מבנה ותפקוד המיטה:</u>**		
1.1. אורך המיטה פחות מ-218 ס"מ	**(2.3)**	**6**
1.2. מראשות ומרגלות עשוי עץ ללא תוספת מחיר	**(2.3)**	**5**
2. **<u>תנועות המיטה:</u>**		
2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-30 cm (נא לציין)	**(2.2.2)**	
1.1.1. גובה מינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה בין 23 – 26 **או**		**4**
1.1.2. גובה מינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה בין 20 – 23 cm או פחות		**6**
2.2. זווית משענת גב מעל 65°	**(2.3)**	**8**

15.5.4 - אמות מידה לניקוד איכות מיטה חשמלית נמוכה Hi Low + Full Fowler קטגוריה ד' (על המציע לציין את הנתונים לכל מוצר בנספח א16(4) שלהלן).		
תיאור	**סעיף במפרט הטכני**	**ציון**
3. <u>גלגלים:</u>		
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	**(5.9)**	**6**
4. <u>שלט להפעלת ופונקציות חשמליות:</u>		
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	**2.6** **6.4**	**6**
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	**7.5**	**7**
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	**9.3**	**6**
5. <u>פונקציות מכניות / חשמליות:</u>		
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	**(2.2.2)**	
5.1.1. מנגנון מכני מרכזי **או**		**0**
5.1.2. מנגנון מכני משני צדי המצע או מנגנון חשמלי		**6**
6. <u>דרישות נוספות:</u>		
6.1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**
6.2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד		**12**
6.3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**
6.4. רמת הגימור המיטה		**12**
7. סה"כ		**100**

15.6 שביעות רצון לקוחות: בדיקה זו תיעשה באמצעות קבלת חוות דעת ממליצים שהמציע סיפק להם ציוד רפואי במשך לפחות שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המשרד רשאי לפנות ללקוחות נוספים שלא צוינו בהצעה לפי שיקול דעתו והמידע שקיים ברשותו. המשרד יפנה לשלושה ממליצים ויבקש מהם להתייחס ולנקד את הנושאים הבאים בין 1 ל-10 נקודות:

15.6.1 עמידה בלוחות זמנים (5).

15.6.2 איכות המוצר (5).

15.6.3 רמת השירות,אמינות ומענה לדרישות המזמין (5).

15.6.4 התרשמות כללית (5).

15.7 הציון הסופי לשביעות רצון לקוחות יהיה ממוצע ציוני הממליצים, כאשר ציון 10 יקבל את מלוא הניקוד (10 נקודות) וכל ציון נמוך יותר ינוקד באופן יחסי.

15.8 משקל הניקוד עבור שביעות רצון לקוחות יהווה כאמור 10% ממשקל ניקוד האיכות הכולל.

15.9 על המציע לציין בפרטי אנשי הקשר בחוברת ההצעה איש קשר אצל הלקוח.

15.10 המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת את הניקוד 0 אם יירשמו פרטי התקשרות שאינם רלוונטיים, או אם המשרד לא יצליח להשיג את איש הקשר לאחר שבוצע נסיון סביר להשיגו.

15.11 המשרד רשאי לפנות לפחות ממליצים, ובלבד שיפנה לאותו מספר ממליצים לכל המציעים. התקבלה החלטה כאמור לאחר שכבר בוצעה פניה לשלושה ממליצים אצל אחד או יותר מהמציעים, ייחשבו רק הממליצים עם הציונים הגבוהים ביותר, בהתאם למספר הממליצים שקבע על ידי המשרד.

15.12 **ככל שהמציע נתן שירות למשרד בעבר, המשרד יהיה ממליץ אחד מבין הממליצים.** עוד שומר לעצמו המשרד את הזכות לפנות ללקוחותיו של המציע, בין אם צוינו ובין שלא צוינו בהצעתו, לצורך התרשמותו מניסיונו ו/או ניסיון הצוות המוצע מטעמו כפי שפורט בהצעה לשם קבלת פרטים על השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

15.13 אם מציע לא יצרף להצעתו נתונים על לקוחות הוא יקבל בסעיף זה 0 נקודות.

16. **<u>הגשת הצעת מחיר</u>**

16.1 הצעת המחיר שהמציע יציין בנספח ב' המצ"ב היא סופית וכוללת את כל הפעולות שיידרשו מהספק בהתאם למכרז ולחוזה, לרבות, עלות המוצר, עלות ההובלה של המוצר עד לפתח ביתו של הזכאי, או למקום אחר שיורה לו המזמין, מתן חוברות הדרכה, התאמת המוצר לצרכיו של הזכאי, אחריות כוללת על המוצר (כהגדרתה בחוזה), איסוף הציוד והשמשה וכן כל מס ישיר או עקיף.

16.2 השוואה בין הצעות המחיר תיעשה לפי מחיר הכולל מע"מ. המשרד לא ישלם לספק כל תמורה נוספת עבור מתן השירותים במכרז לרבות במקרה שבו עקב הפסקת התקשרות עם הספק יהיה צורך לאסוף מוצרים מבית הזכאים ו/או להחזיר ולהוביל מוצרים למשרד.

16.3 עבור כל אתר הממוקם דרומית לדימונה (לא כולל תחום העיר דימונה) וכן כל אתר בתחומי מ.א. תמר : בגין האספקה, המשרד ישלם לספק תוספת חד פעמית 300 ₪, כולל מע"מ, לצורך הובלה. למען הסר ספק, אם הספק ביצע עבור אותו זכאי הובלה אחת, שכללה מספר מוצרים, התוספת החד פעמית הנ"ל תשולם לספק פעם אחת בלבד.

16.4 על המציע לגלם בהצעת המחיר את כלל העלויות, ישירות ועקיפות, הנדרשות לצורך אספקת הציוד ומכלול השירותים כולל הפעלת מערך השירות נשוא המכרז. ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר, המצורפת בזאת בנספח ב' מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה כולל כוח אדם, עלויות שכר ועלויות זכויות סוציאליות, נסיעות, הובלות, חומרים, חלקים, הפעלת סדנת שירות, אתרי תצוגה, הגשת דוחות, מענה ומוקד טלפוני, הכנה ואספקת קטלוגים, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, תקורות, ניהול ורווח הספק מכל דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ.

16.5 עבור כל אתר הממוקם דרומית לדימונה (לא כולל תחום העיר דימונה) וכן כל אתר בתחומי מ.א. תמר : בגין האספקה, המשרד ישלם לספק תוספת חד פעמית 300 ₪, כולל מע"מ, לצורך הובלה. למען הסר ספק, אם הספק ביצע עבור אותו זכאי הובלה אחת, שכללה מספר מוצרים, התוספת החד פעמית הנ"ל תשולם לספק פעם אחת בלבד.

16.6 על המציע לגלם בהצעת המחיר את כלל העלויות, ישירות ועקיפות, הנדרשות לצורך אספקת הציוד ומכלול השירותים כולל הפעלת מערך השירות נשוא המכרז. ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר, המצורפת בזאת בנספח ב' מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה כולל כוח אדם, עלויות שכר ועלויות זכויות סוציאליות, נסיעות, הובלות, חומרים, חלקים, הפעלת סדנת שירות, אתרי תצוגה, הגשת דוחות, מענה ומוקד טלפוני, הכנה ואספקת קטלוגים, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, תקורות, ניהול ורווח הספק מכל דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ.

16.7 התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים וספק.

16.8 מוצהר ומוסכם כי התמורה המגיעה לזוכה, המופיעה בנספח ב' להצעתו וכן בהסכם ההתקשרות, הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, או על פי כל דין. הספק מצהיר בזאת כי זוהי התמורה הסופית המגיעה לו מהמזמין.

17. <u>ניקוד בגין מחיר המוצר - 30% מהציון המשוקלל</u>

17.1 בשלב זה כל מציע שעמד בכל תנאי הסף למציע ולמוצר, יועבר לבדיקת הצעת המחיר (נספח ב' - טופס הצעת המחיר).

17.2 המשרד ישווה בין הצעות המחיר כשהן כוללות מע"מ (רכיב "מחיר למיטה").

17.3 המוצר הזול ביותר באותה קטגוריה יקבל את הציון המרבי (100 נקודות). מוצרים יקרים יותר יקבלו ציון יחסי על פי הנוסחה הבאה:

100 * (Pn / Px); Pn = מחיר המוצר הזול ביותר; Px = מחיר המוצר שאותו רוצים לנקד.

18. **<u>ניקוד בגין הנחה על מחירי תקרה של חלקי חילוף - 10% מהציון המשוקלל</u>**

18.1 בשלב זה יינתן ניקוד בגין מתן הנחה על מחירי התקרה של חלקי החילוף למוצר (להלן: "הפריטים"), המפורטים בפרק 3 למכרז.

18.1.1 במקרה שהמציע לא יציע אחוז הנחה כלשהו על מחירי התקרה של הפריטים, יראו במציע כמי שהציע 0% הנחה.

18.2 המציע שיציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר עבור חלקי חילוף יקבל ניקוד מקסימלי (100 נקודות). מציע שיציג אחוזי הנחה נמוכים יותר יקבל ניקוד יחסי בהתאם. לדוגמא אם ההנחה המוצעת הגבוהה ביותר עבור חלקי חילוף היא 15% אזי הצעה זאת תקבל ניקוד מלא של 100 נקודות, הצעה להנחה של 12% תקבל 80 נקודות. להלן הנוסחה לחישוב ניקוד עבור הנחה על חלקי חילוף:

18.3 100 * Pn/Px, Px = אחוז ההנחה הגבוה ביותר שהוצע על ידי כלל המציעים במכרז; Pn = אחוז ההנחה המוצע עבור חלקי חילוף למוצר הנבדק.

18.4 מובהר כי על מציע שיזכה במכרז יהיה לספק עבור כל המוצרים אותם נבחר לספק, את חלקי החילוף המפורטים בפרק 3, את האביזרים האופציונליים, שהוגדרו כ"אופציה חובה" בפרק 3 וכן את האביזרים הנוספים אותם הציע.

19. **<u>אמות מידה לדירוג ההצעות</u>**

19.1 ועדת המכרזים תדרג את ההצעות אשר עומדות בתנאי הסף לציוד המוצע, לפי אמות המידה הבאות:

19.1.1 איכות - 60% מהציון המשוקלל.

19.1.2 מחיר אספקת מיטה (בהתאם להצעת המחיר בנספח ב' המצ"ב) - 30% מהציון המשוקלל.

19.1.3 אחוז הנחה על מחירי תקרה של חלקי חילוף (בהתאם להצעת המחיר בנספח ב' המצ"ב) - 10% מהציון המשוקלל.

19.2 הציון המשוקלל = 0.6 * ניקוד האיכות + 0.30 * ניקוד בגין מחיר + 0.10 * ניקוד בגין אחוז הנחה על מחירי תקרה של חלקי חילוף.

19.3 כל קטגוריה א' - ד' תדורג בנפרד.

20. **<u>הזוכים במכרז</u>**

20.1 מציעים שיקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים, בכפוף למספר הזוכים המקסימלי בכל קטגוריה.

20.2 במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל עם המציעים מו"מ על המחירים המוצעים, לפצל את הזכייה, לעשות הגרלה בה יבחר הזוכה והכול כראות עיניה.

20.3 המזמין רשאי, אך לא חייב, לפתוח בהליך תחרותי נוסף.

20.4 מקום בו לשני מציעים או יותר ציון משוקלל זהה או בפער המצדיק לדעת הועדה הליך תחרותי נוסף או אם בהתאם לשיקול דעת הוועדה, הצעות המחיר חורגות באופן ניכר מהסביר.

20.5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14.6 לעיל, ארבעת המציעים שיידרגו ראשונים בקטגוריה א', ושני המציעים שידורגו במקום הראשון בקטגוריות ב' עד ד' יזכו במכרז. אין מניעה שאותו מציע יוכל לזכות בכל הקטגוריות.

21. **<u>התחייבות ואישורים שידרשו מהמציע הזוכה</u>**

21.1 על הזוכה במכרז וטרם חתימת ההסכם על ידי המשרד, להמציא אישור/ים בדבר קיום ביטוחים, בגין הביטוחים שנדרש לערוך כמפורט בחוזה.

21.2 על הזוכה במכרז להמציא ערבות ביצוע, או הוראת קיזוז, העומדים בתנאי סעיף 12 להסכם. במקרה בו יעביר הספק הוראת קיזוז עליו לצרף בנוסף להוראה אישור רו"ח המעיד על איתנותו הפיננסית כאמור בסעיף 12 להסכם ההתקשרות.

21.3 את המסמכים העונים על דרישות סעיף זה יש להציג בתוך 7 ימים מקבלת ההודעה על הזכיה. מילוי הדרישות הנ"ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות. לא הפקיד המציע הזוכה במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מילוי התחייבויותיו לפי מכרז זה והמשרד יהיה רשאי לבטל את זכיית הספק במכרז ו/או לחלט את ערבות ההצעה.

21.4 במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי הפנייה, יהיה המזמין רשאי לפעול בהתאם להוראת סעיף זה וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.

22. **<u>עיון בהצעת הזוכה</u>**

22.1 בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

22.2 מציע המבקש כי פרטים בהצעתו יהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים יפרט בנספח א' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים ואת הנימוק לכך. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייחשב כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.

22.3 יובהר כי ההחלטה על חיסיון סעיפים תהא בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שחלקים אלה ייחשבו כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.מובהר בזאת, כי ההחלטה האם חלק כלשהו בהצעת המציע יהיה חסוי, תהיה נתונה אך ורק לועדת המכרזים של המשרד וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, להציג בפני המציעים, שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר, להערכתה המקצועית, אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.

22.4 יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

22.5 עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז יעשה לאחר תשלום בסך 200 ₪ שישולם מראש לפקודת משרד הבריאות.

22.6 עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם אגף הרכש של משרד הבריאות.

23. **<u>שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים</u>**

23.1 המציע יצרף להצעתו טופס התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח שבנספח א'9 ויתחייב בחתימתו לשמור על סודיות כאמור במכרז זה.

23.2 הזוכה במכרז יחתים כל עובד שלו או מי מטעמו, טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת סודיות. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

23.3 המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע) על גבי סעיף 4 לטופס הגשת ההצעה שבנספח א'. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות שיש בהן חשש למצב של ניגוד עניינים על פי שיקול דעתה.

24. **<u>זכויות המזמין</u>**

24.1 לצורך בחינת עמידתו של המוצר בתנאי הסף, ולצורך הענקת הניקוד למוצר, ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לספק לה פרטים נוספים / משלימים על המוצר, וכן לאפשר בחינה פיזית של המוצר במקום ובזמן שתקבע לכך ועדת המכרזים ;

24.2 לצורך בחינת עמידתו של המוצר בתנאי הסף, ולצורך הענקת הניקוד למוצר, ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לספק לה פרטים נוספים / משלימים על המוצר, וכן לאפשר בחינה פיזית של המוצר במקום ובזמן שתקבע לכך ועדת המכרזים;

24.3 הימנעות של המציע מלספק פרטים נדרשים בהתאם לדרישת הוועדה או לאפשר בדיקה פיזית של המוצר, תהווה עילה לפסילת המוצר.

24.4 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה במידה והמוצר המוצע אינו תואם את המפרט הטכני המצורף בפרק 3.

24.5 המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר את עמידת המוצרים בתנאי הסף באמצעות בדיקה עצמאית.

24.6 המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי המחיר ולגבי יתר התנאים.

24.7 פיצול הזכייה – המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים, להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

24.8 המזמין רשאי לפי שיקול דעתו, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר או איכות או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה, או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת הערכת ההצעה כראוי.

24.9 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

24.10 למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או לבקר במתקני המציע ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

24.11 במסגרת בדיקת תנאי הסף ובדיקת האיכות ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג לוועדה את המוצר המוצע על-ידו, יחד עם האביזרים הנלווים, לצורך בדיקתם הפיזית. המשרד יבצע את הבדיקה בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו במכרז. הצגת המוצר והאביזרים הנלווים תעשה ביחידה למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות, ברחוב נח מוזס 15, תל-אביב, או במיקום אחר שיימסר למציעים.

24.12 על המציע להוביל את המיטה והאביזרים בהתאם למיקום ולמועדים כפי שיורה לו המשרד ובתום הבדיקה המציע יידרש לפנות את המיטה ואת האביזרים מהמקום. ההובלה לאתר הבדיקה תבוצע על חשבונו של המציע בלבד והמשרד לא יממן את ההובלה בשום צורה שהיא. ועדת המכרזים עשויה לפסול הצעה של מציע שלא יוביל את המוצרים והאביזרים לבדיקה בהתאם למועד ולמיקום כפי שיקבע על ידי המשרד. למען הסר ספק, על המציע לוודא הובלת כלל המוצרים הנדרשים לרבות האביזרים השונים בהתאם למיקום ולוח הזמנים שקבע המשרד.

24.13 המזמין רשאי לבחור כשיר שני ושלישי. אם המזמין לא יהיה מרוצה מעבודתו של הזוכה יוכל לפנות לכשיר הבא בתור לביצוע העבודה.

24.14 פסילת הצעות:

24.14.1 ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות בהתאם להוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, רשאית הוועדה לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה אחרת, וכן בכל מקרה בו קיום ההצעה עשויה לעמוד בניגוד עניינים עם התקשרויות אחרות של המציע, לרבות התקשרויות המציע עם החברה בעניינים אחרים נשוא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב, או לתקנם

24.14.2 מבלי לגרוע מהאמור, ועדת המכרזים רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה של מציע אשר למשרד קיים לגביו ניסיון שלילי, ו/או כושל בהתקשרויות קודמות של המשרד עם המציע, בין ביחס לשירות זה או ביחס לשירותים אחרים שנתן המציע למשרד. הוועדה רשאית להחליט כן אם החליטה כי התנהלות המציע מצדיקה מניעת התקשרות עימו, כגון במקרה של אי שביעות רצון ניכר של המשרד מהמציע או מאופן מתן השירותים, אי עמידה חוזרת בהנחיות המשרד, אי עמידה בסטנדרטים הדרושים לביצוע העבודה, הפרת התחייבויות כלפי המשרד, התנהלות לא הגונה או לא ראויה מצד המציע, חשד למרמה או התנהגות שאינה בתום לב ביחסים על המשרד וכיו"ב. טרם קבלת החלטה על פסילת הצעה עקב ניסיון שלילי כאמור, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן החלטה סופית, והכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים ; פסילה כאמור יכול שתיעשה על הסף או בכל אחד משלבי המכרז, והכל בהתאם לנסיבות המקרה.

בברכה,

אורית אפרתי לב
מנהלת אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
משרד הבריאות

פרק 2 - מפרט שירותים

1. מבוא

1.1. הספק יספק את המוצרים, לזכאים או למשרד, על פי דרישות והנחיות המשרד.

1.2. במהלך כל תקופת ההתקשרות, הספק מתחייב להיות בעל הידע, הניסיון, המומחיות, הכישורים והיכולת המקצועית, לרבות כח האדם, הציוד והמנגנון הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי תנאי המכרז וההסכם.

1.3. הספק יבצע את המטלות הנדרשות במיומנות, ביעילות וברמה מקצועית מעולה, תוך התחשבות בטובת הזכאים ולשם מתן שירות מיטבי להם.

1.4. כל מוצר יסופק בכפוף לכך שקיבל אישור מטעם היחידה לאביזרים ומכשור רפואי במשרד הבריאות (אמ"ר).

1.5. לעניין עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.4.1.2 בחוברת המכרז פרק 1 לעיל, מובהר בזאת כי על המציע להמציא את אישור העמידה בתקן בתוך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, במידה והאישור לא יומצא משרד הבריאות שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק.

1.6. הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק במסמכים, באישורים ובתקנים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות וכן המסמכים והאישורים התקפים כנדרש בתנאי הסף. הספק מתחייב להציגם למזמין בכל עת שיידרש ע"י המזמין.

1.7. הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו או החלטה שניתנו כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

1.8. הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

1.9. הספק ימנה נציג מטעמו שיעמוד בקשר עם המשרד בכל נושא הקשור למתן השירותים (להלן נציג הספק).

1.10. נציג הספק ישמש כבא כוחו של הספק לכל דבר ועניין בקשר עם ביצוע מטלות הספק, מבלי שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הספק ומאחריותו. פניה של הספק למשרד תיעשה באמצעות נציג הספק. פניה או הודעה של המשרד לנציג הספק תיחשב כפניה או הודעה לספק.

1.11. הספק יודיע למשרד על הכוונה להחליף את נציגו בהקדם האפשרי עם הוודע לו על כך. הנציג החלופי יאושר ע"י המשרד.

1.12. על פי דרישת המשרד, יחליף הספק את נציגו בתוך 7 ימים.

2. הפעלת מערך האספקה

2.1. הספק יפעיל מערך אספקה, לטיפול בהזמנות שיופנו אליו, לא יאוחר מ- 60 (שישים) יום מיום החתימה על החוזה.

2.2. במפרט זה, "מערך אספקה" יכלול את כל המרכיבים שלהלן:

2.1.1. מערך חלוקה - מערך המופעל על ידי הספק לחלוקת הציוד ולביצוע חובותיו של הספק לפי החוזה.

2.1.2. מוקד שירות טלפוני - לטיפול בפניות הזכאים או בני משפחתם ומענה להן.

2.1.3. מערך מחשוב - לטיפול בהזמנות שיופנו לספק, בפניות של זכאים, בהעברת דיווחים למשרד ובכל עניין אחר הנדרש במסגרת החוזה.

3. <u>הספק ובית העסק - כללי</u>

3.1. הספק יחזיק, למשך כל תקופת החוזה, אישור תקף של גוף מתעיד על עמידה בתקן איכות ISO 13485 או ISO 9001.

3.2. אם יחול שינוי בתקינה במשך השנים, הספק יידרש להחזיק תקן מקביל, בהתאם להנחיית המשרד, וזאת ככל שיחול שינוי בתקנים האמורים במהלך תקופת ההתקשרות.

3.3. הספק יציג את מוצריו לזכאים באמצעות משרד, חנות או אולם תצוגה, אשר יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות (להלן אתר תצוגה). אתר התצוגה יעמוד בדרישות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח - 1998 לצורך התאמה לאנשים עם מוגבלות. בעת קבלת החלטה על המוצר שיוזמן לזכאי, המשרד יהיה רשאי להביא בחשבון את מיקום אולם התצוגה של הספק, כחלק משיקוליו אשר לזהות הספק ממנו תבוצע הזמנה של מוצר.

3.4. לצורך תצוגה, הספק יחזיק ברשותו את הדגמים של כל המוצרים המורשים שאותם התחייב לספק לשם הדגמה, בהתאם לקטגוריות שבהן הצעתו נבחרה.

3.5. המשרד רשאי לפנות לספק על מנת שיציג את מוצריו לזכאים גם באמצעות משרד או חנות או אולם תצוגה באזור הצפון, הדרום, המרכז וירושלים. הספק יפעיל אתרים אלה במידת יכולתו. מובהר כי פתיחת אולם תצוגה נוסף אינה מזכה את הספק בתמורה נוספת כלשהי מלבד תמורה עבור מוצרים שהוזמנו על ידי המשרד.

3.6. הספק יציב בעסקו שלט במקום בולט בנוסח הבא: "<u>שימו לב, בהתאם להוראות משרד הבריאות ניתן לרכוש מיטה סיעודית במסגרת מימון משרד הבריאות רק אם ניתן לכך אישור המשרד בכתב ומראש</u>".

3.7. מתן שירותים באמצעות משווקים מטעם הספק:

3.7.1. הספק רשאי להציג ולשווק את מוצריו באמצעות משווק מטעמו רק אם המשווק יציג את המוצרים באתר ייעודי לתצוגת מיטות סיעודיות / ציוד רפואי. הפעלת אתר על ידי משווק מטעם הספק בכפוף לאישור המשרד מראש.

3.7.2. כמות ספקי משנה מטעם הספק באזור מסוים לא תעלה על שניים (פרט לספק עצמו).

3.7.3. על ספק משנה מטעם הספק יחולו הדרישות המפורטות בסעיף זה, למעט הדרישה בסעיף 3.1 לעיל.

3.7.4. יובהר כי האחריות המלאה לפעילות ספק המשנה תחול באופן בלעדי על הספק. למשרד לא תהיה כל אחריות על פעילות ספק המשנה וספק המשנה לא יהיה צד להתקשרות בין המשרד לספק.

3.7.5. המשרד יהיה רשאי לבקש מהספק מידע ונתונים על פעילות ספקי המשנה בקשר למתן השירותים.

3.7.6. המשרד יהיה רשאי להורות לספק לחדול לשווק מוצרים באמצעות ספק משנה מטעמו אם מתקיימים טעמים המצדיקים, לרבות שווק הציוד שלא בהתאם להוראות המכרז ו/או ההסכם ו/או הנחיות המשרד, זאת ובתוך תקופה שתימסר בהודעה בכתב לספק. דרש המשרד כאמור, יודיע על כך הספק לספק המשנה ולמשרד לא תהיה אחריות בקשר להפסקת פעילותו.

4. כוח אדם מקצועי

4.1. על הספק להפעיל מערך טכנאים מיומנים בכמות הדרושה על מנת לעמוד ברמת השירות המוגדרת במכרז לרבות לצורך מתן אחריות, תיקון תקלות וכיו"ב.

4.2. לבקשת המשרד, הספק ידריך טכנאי מטעם המשרד בכל הקשור לביצוע תיקון המוצר, ללא תמורה.

5. סדנת שירות

5.1. הספק יפעיל סדנת שירות לצורך ביצוע תיקונים, התאמות ושינויים הנדרשים במוצרים המסופקים על-ידו. סדנת שירות תכלול לפחות טכנאי אחד מיומן בביצוע תיקונים והתאמות הנ"ל.

6. קטלוגים ודפי מידע

6.1. הספק יחזיק באתר התצוגה קטלוג מצולם של כל המוצרים המורשים שהוא מספק.

6.2. כמו כן הספק יחזיק באתר התצוגה חוברת הדרכה לתפעול המוצרים המורשים שהוא מספק בשפות: עברית, ערבית, רוסית, ואנגלית. כפי שיפורט להלן, הספק ימסור לזכאי חוברת הדרכה במעמד ההדרכה עצמה בהתאם לשפה הנדרשת על ידי הזכאי, ללא תשלום נוסף.

6.3. על הספק לתרגם את הוראות ההפעלה גם לשפות הבאות: ערבית, רוסית ואנגלית, כל זאת מגולם בהצעת המחיר.

6.4. הספק ימציא ליחידה למכשירי שיקום וניידות קטלוג וחוברת הדרכה עבור כל מוצר מורשה שהוא מספק, וזאת במספר עותקים שידרוש המזמין.

7. אישורים ותקינה

7.1. הספק יחזיק בכל תקופת החוזה, תעודות ואישורים תקפים ומעודכנים כמפורט בתנאי הסף בסעיפים 5.3 + 5.4 לחוברת המכרז פרק 1 לעיל.

7.2. הספק יחזיק בכל תקופת החוזה, לגבי כל אחד מהמוצרים המורשים שהוא מספק, תעודות או אישורים תקפים ומעודכנים כמפורט בתנאי הסף בסעיף 5.4 לחוברת המכרז פרק 1 לעיל.

7.3. במהלך כל תקופת ההתקשרות, הספק מתחייב לפעול ברציפות לשמירת האישורים והתקנים וחידושם.

7.4. במקרה בו פג תוקף או בוטל אישור או תקן כלשהו מאלו הנדרשים מהספק בהתאם למכרז, להסכם או לפמרט השירותים, הספק מתחייב לפנות באופן מידי לממונה ולהודיע לו על כך. במקרה כזה המשרד רשאי להחליט על הקפאת הזמנת מוצרים נוספים מהספק או לחילופין סיום ההתקשרות עם הספק, והכל לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

7.5. בהתאם לאמור לעיל, הספק יודיע לממונה מראש גם על מקרה שבו קיים חשש שאישור או תקן כלשהו לא יחודש.

7.6. הספק מתחייב להודיע לספק על כל מקרה בו חל עיכוב בקבלת אישור מגוף התעדה או גוף תקינה מוסמך.

7.7. מוצר יוזמן מהספק רק בכפוף לכך שאותו מוצר אושר על ידי אמ"ר.

8. <u>אופן אספקת המוצרים</u>

8.1. הספק יספק את כל המוצרים המורשים שהוא התחייב לספק במסגרת הצעתו.

8.2. <u>מובהר כי ההסכם מיועד לאספקת מיטות חשמליות קטגוריה א'.</u> אספקת דגמים מסוג מיטה חשמלית לכבדי משקל (קטגוריה ב'), מיטה חשמלית ארוכה (קטגוריה ג') ומיטה חשמלית נמוכה (קטגוריה ד'), אפשרית רק בכפוף לאישור מיוחד וחריג בכתב ומראש של המזמין. אין לספק לזכאי דגם אחר זולת מיטה חשמלית קטגוריה א' אלא אם התקבל אישור כאמור. ככל שסופק לזכאי דגם אחר שאינו מיטה חשמלית קטגוריה א' ללא קבלת אישור מיוחד וחריג מהמזמין, הספק לא יקבל תוספת תשלום כלשהי בנוסף למחיר שאושר למיטה חשמלית קטגוריה א'.

8.3. הספק יספק רק מוצרים מדגם זהה לחלוטין למוצרים המורשים שהורשה לספק בעקבות זכייתו במכרז. לצורך סעיף זה, "מוצר מדגם זהה לחלוטין" - לרבות משקלו, החומרים המרכיבים אותו, שם היצרן, ארץ הייצור, שמו המסחרי וקוד הפריט אצל היצרן.

8.4. הספק יחזיק, מלאי של לפחות שלושה מוצרים מכל אחד מהמוצרים המורשים המסופקים על ידו.

8.5. בכל הזמנה, הספק יספק מיטה חדשה או מיטה מושמשת בהתאם לאישור שהתקבל מהמזמין.

8.6. כתנאי לאספקת המוצר, הזכאי יעביר לספק העתק מאישור הזכאות הכולל את שם הספק מטעם משרד הבריאות. יובהר כי המשרד לא ישלם לספק בגין מוצר שסופק מבלי שניתן לגביו אישור רכישה. בנוסף מובהר כי הספק יספק את המוצר לזכאי <u>רק לאחר שהזכאי שילם לספק את סכום ההשתתפות העצמית</u>. לצורך כך, על הספק לבצע את התיאומים המוקדמים מראש.

8.7. הספק יספק את הציוד בהתאם למפורט באישור הרכישה שהציג בפניו הזכאי. הספק יבצע את ההזמנה בדייקנות וימלא אחר ההוראות שבאישור הרכישה לגבי סוג המוצר, מאפייניו ומידותיו.

8.8. הספק לא יספק לזכאי ציוד ברמה גבוהה יותר מהמפורט באישור הרכישה (להלן: "ציוד משודרג") וזאת גם אם הזכאי פנה לספק וביקש ממנו לספק לו ציוד משודרג.

8.9. המשרד ו/או הזכאי לא ישלמו לספק בשום מקרה תוספת מחיר כלשהי בגין אספקת ציוד או ציוד משודרג.

8.10. הספק מתחייב לספק את הציוד באיכות הראויה לשיווק מסחרי, ובכל מקרה לא לספק מוצר המוגדר כ: "סוג ב'", "פגום", "לא למכירה" "עודפים" או כל הגדרה מקבילה.

8.11. הספק יבצע התאמות ויתקין תוספות לציוד כפי שיידרש על-ידי המשרד. התשלום עבור תוספת שאושרה על ידי המשרד יעשה בהתאם למחירים במפרטים.

8.12. בעת האספקה של המוצר יחתים הספק את הזכאי וערב נוסף או ערב בלבד על תעודה המאשרת את קבלת המוצר (להלן: "תעודת קבלה") ועל כתב התחייבות ושטר חוב. חתימת הזכאי והערב מטעמו או הערב בלבד על תעודת הקבלה ועל כתב ההתחייבות ושטר חוב מהווה תנאי לאספקת המוצר. על הספק לוודא שעל גבי מסמכי האספקה הנ"ל קיימת חתימה מקורית של הערב. לא תתקבל חתימת ערב שהועברה באמצעות פקס / צילום וכד'. על הספק לבצע את התיאומים המוקדמים מול הזכאי ומול הערב מראש.

8.13. מסמכי אספקה: נוסח תעודת קבלה, כתב התחייבות ושטר חוב – יועבר למציע הזוכה לקראת חתימה על ההסכם. מובהר כי המשרד יהיה רשאי לשנות את נוסח טפסים אלה מעת לעת. על הספק לוודא שהערב לזכאי יחתום על מסמכים אלה חתימה מקורית. המשרד רשאי להודיע לספק על הכנסת שינוי בתוכן / מבנה המסמכים, לבטל מסמכים, להוסיף מסמכים, לפי שיקול דעתו.

8.14. אם אין ביכולתו של הזכאי להציג ערב, יחתים הספק את הזכאי בלבד על תעודת הקבלה ועל כתב ההתחייבות ושטר החוב, בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת המשרד.

8.15. החלפת דגמים:

8.15.1. ועדת המכרזים של המשרד רשאית לאשר לספק, במקרים מיוחדים, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לספק לזכאים דגם חלופי לדגם שהציע הספק בהצעתו המקורית באותה קטגוריה (לרבות דגם חדש של המוצר).

8.15.2. מחיר הדגם החלופי לא יהיה גבוה מהמחיר שהוצע על ידי הספק עבור הדגם המקורי.

8.15.3. על הדגם החלופי לעמוד בכל דרישות התקינה, האיכות וכיו"ב כמפורט בהוראות המכרז והסכם ההתקשרות.

8.15.4. למען הסר ספק, אם אישר המזמין לספק לספק את הדגם החלופי, לספק לא תעמוד הזכות לחזור לספק את הדגם הישן והדבר יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

8.15.5. יובהר כי מנגנון החלפת דגמים לא נועד להרחבת היצע המוצרים של הספק ו/או לאפשר אספקת מוצרים שלא הוצעו במסגרת הצעתו המקורית. לכן, ככלל ועל פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין, יאושר לספק דגם חלופי רק בכפוף להוצאת דגם אחר באותה קטגוריה מהיצע המוצרים של הספק.

8.15.6. המזמין יהיה רשאי להגביל את מספר הפעמים בהם ידון בהחלפת מוצרים לאותו ספק ולספק לא יהיו טענות בקשר לכך.

8.15.7. בכל מקרה הספק יהיה אחראי להמשיך לתת את כל השירותים הנדרשים עבור דגמים שהמזמין אישר לספק להחליפם או להפסיק לספקם, ביחס למוצרים מדגמים אלה שהמשרד כבר רכש (ונמצאים אצל זכאים או אצל הספק או אצל המזמין) ובכלל זה, השמשת המוצרים, תיקונם, אספקת חלקי חילוף ומתן אחריות.

8.15.8. במקרה של הפסקת ייצור של דגם מסויים ו/או החלטת יצרן על הפסקת הפצתו בישראל, המזמין יאשר את הפסקת אספקת המוצר על ידי הספק ואינו חייב לאשר

לספק לספק דגם חלופי. ביקש הספק להפסיק לספק מספר דגמים, המזמין יהיה רשאי לאשר את הבקשה או להפסיק את ההתקשרות עם הספק ו/או לצאת למכרז משלים, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

8.15.9. לא יהיו לספק טענות ו/או תביעות בקשר לדחיית הבקשה להחלפת דגמים בהתאם לסעיף זה.

9. אספקת מיטה כולל מזרן

9.1. הספק יספק לזכאי מיטה כולל מזרן בהתאם למפורט להלן:

9.1.1. כתנאי לאספקת מיטה הכוללת מזרן הזכאי יעביר לספק העתק מאישור הרכישה מטעם משרד הבריאות ובו מצויין במפורש כי ההזמנה כוללת מזרן. הספק יעביר את אישור הרכישה לספק המזרונים המורשה המצוין באישור הרכישה. ספק המזרנים יספק את המזרן לספק, והספק יספק את המזרן יחד עם המיטה לביתו של הזכאי. תשלום לספק המזרנים נעשה על ידי משרד הבריאות.

9.1.2. יובהר כי הספק אינו רשאי לספק מזרן שונה מהמזרן המפורט באישור הרכישה ו/או מספק שאינו מצוין באישור הרכישה. במידה וההזמנה כוללת גם מזרן, המזרן יסופק רק באמצעות ספק מזרנים מורשה שזהותו נקבעה על ידי משרד הבריאות.

9.1.3. עוד יובהר כי אין באספקת המזרן כדי להטיל על הספק אחריות כלשהי בעניין המזרן.

9.2. בעת אספקה של מיטה כולל מזרן הספק יחתים את הזכאי וערב נוסף או ערב בלבד שהזכאי הסמיכו לכך, בנוסף על המסמכים המפורטים בסעיפים 8.12 - 8.14 לעיל, על תעודה המאשרת את קבלת המזרן. הספק ימציא את תעודת הקבלה לעניין המזרן לספק המזרנים המורשה לרבות פרטים מזהים אודות הזכאי (במסגרת טופס אישור קבלת מכשיר) וישמור ברשותו העתק מאישור זה.

10. הדרכה

10.1. הספק ידריך את הזכאי, את בני משפחתו ו/או את המטפלים בו בתפעול המוצר.

10.2. במעמד ההדרכה, הספק יספק לזכאי חוברת הדרכה למוצר שנבחר על ידו בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית בהתאם לבחירת הזכאי.

11. מועדי אספקה

11.1. הספק יספק את המוצר לזכאי בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מהמועד בו הציג הזכאי לספק את אישור משרד הבריאות.

11.2. לא ביצע הספק את ההזמנה במסגרת הזמן הנקובה לעיל, יודיע על כך למשרד, תוך שהוא מפרט את הנימוקים לאיחור.

11.3. המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק, כפיצוי מוסכם, תשלום בגין כל יום איחור באספקת המוצר, בהתאם לתנאים בסעיף "פיצויים מוסכמים" בסעיף 22.6 בהסכם המצ"ב.

12. מקום האספקה ותיאום מועד

12.1. הספק יספק את המיטה, כולל מזרן כאמור בסעיף 9 לעיל, לביתו של הזכאי.

12.2. האחריות על תיאום מועד האספקה עם הזכאי או מי מטעמו חלה על הספק בלבד. לא תתקבל כל טענה מצד הספק, אם הזכאי או מי מטעמו לא המתינו לקבלת המיטה מהספק. על הספק לבצע את כל התיאומים המוקדמים מראש עם הזכאי או מי מטעמו. למען הסר ספק, אם נדרשת הובלה נוספת כתוצאה מאי נוכחות הזכאי במועד האספקה, המזמין לא ישלם לספק תמורה נוספת ו/או כל פיצוי אחר ו/או החזר הוצאות.

13. <u>מוקד שירות לקוחות טלפוני</u>

13.1. הספק מתחייב להפעיל מוקד שירות לקוחות טלפוני, אשר יטפל בפניות של זכאים או מטעמם בנושא הציוד, וייתן מענה לכל שאלה שתתעורר.

13.2. מוקד שירות הלקוחות יפעל לפחות בין השעות 9:00 - 17:00 בימים א'-ה', ובין השעות 09:00– 12:00 בימי ו'.

13.3. שירות הלקוחות יכול להינתן על ידי הספק עצמו או מי מטעמו.

13.4. הספק מתחייב כי המענה שיינתן יהיה אדיב ומקצועי.

13.5. בתום שעות העבודה של מוקד השירות, יעמיד הספק לשירות הזכאים תא קולי, אשר יהיה זמין במשך עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע. הספק ישיב לפניות הלקוחות תוך יום עבודה ממועד הפנייה.

13.6. הספק ימסור לזכאי את מספר הטלפון של המוקד, שעות פעילות המוקד ואיש הקשר המטפל בהזמנה מיד עם תחילת הטיפול בהזמנה.

13.7. הספק יערוך רישום של כל פניה שהתקבלה. הרישום יכלול: שם הפונה, תאריך הפניה, שעת הפניה, מהות הפניה ואופן הטיפול בה.

13.8. כפי שמפורט בסעיף 21 שלהלן, הספק יעביר למזמין דיווח לגבי הפניות שהגיעו אליו ברבעון הקודם ולגבי אופן הטיפול בהן, בפורמט שייקבע על-ידי המזמין.

13.9. מצא המזמין כי פניה למוקד השירות הטלפוני לא טופלה כראוי על ידי הספק ו/או שהדיווח שהספק נמסר לגביה אינו נכון, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק, פיצויים מוסכמים, בהתאם לתנאים בסעיף "פיצויים מוסכמים" בסעיף 22.6 בהסכם המצ"ב.

14. <u>זיהוי וזהות מוצרים</u>

14.1. הספק מתחייב שעל כל מוצר המסופק על-ידו יוטבע או יודבק סימון היצרן, באופן שמאפשר לזהות את שם היצרן, דגם המוצר ותאריך ייצור המוצר.

15. <u>אחריות ושירות תיקונים</u>

15.1. הספק ייתן אחריות כוללת על המוצר, כולל על השלדה, למשך ארבע (4) שנים ממועד האספקה (להלן: "תקופת האחריות").

15.2. "אחריות כוללת" משמעותה כל הדרוש לתיקון המוצר ובכלל זה, איסוף והובלת המוצר לשם תיקונו והחזרתו לזכאי, שעות העבודה, הציוד, הכלים, חלקי החילוף וכיוצ"ב. האחריות הכוללת תכלול לפחות את הרכיבים הבאים:

15.2.1 אחריות בלתי מוגבלת לתקינות המוצר כולל תיקון כל קלקול, תקלה, פגם, ליקוי או נזק של המוצר, אספקת החלקים, למעט אם הם נבעו מנזק שנגרם במזיד או משימוש במוצר שיש בו משום רשלנות רבתי.

15.2.2 השלמת תיקון המוצר והחזרתו לשימוש הזכאי תוך 5 (חמישה) ימי עבודה, לכל היותר, ממועד ההודעה לספק על קיומה של התקלה.

15.2.3 במקרה של תקלה שאינה מאפשרת שימוש סביר במוצר, הספק יגיע לבית הזכאי לשם תיקון המוצר או איסופו לצורך תיקונו תוך ארבעים ושמונה שעות לכל היותר ממועד ההודעה לספק (לא כולל ערבי שבת וחגים).

15.2.4 במקרה של תקלה אחרת הספק יגיע לבית הזכאי לשם תיקון המוצר או איסופו לצורך תיקונו תוך 72 שעות (לא כולל ערבי שבת וחגים).

15.2.5 במקרה של תקלת חירום שתוגדר ותאושר על ידי המשרד בלבד, על הספק להגיע לבית הזכאי לביצוע התיקון בתוך 24 (עשרים וארבע) שעות. במקרה של תקלת חירום, הספק לא יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי

15.2.6 ככל שתקופת התיקון עולה על 24 (עשרים וארבע) שעות ממועד הגעתו של הספק לבית הזכאי, מתחייב הספק לספק מיטה חלופית למשך כל תקופת התיקון. מבלי לגרוע מהאמור, אם אין כל אפשרות לעשות שימוש במוצר והתיקון אינו מידי, הספק ידאג למיטה חלופית עד גמר התיקון, גם אם תקופת התיקון תהיה פחות מ-24 (עשרים וארבע) שעות.

15.2.7 ככל שהמוצר אינו ניתן לתיקון הספק יספק לזכאי מוצר זהה חדש, ללא תמורה נוספת, בכפוף לקבלת אישור המשרד.

15.3. בכל הגעה לתיקון המוצר, הספק מחוייב לבחון את המוצר מבחינה בטיחותית ולוודא שלא קיימת במוצר תקלה בטיחותית. במידה והספק איתר תקלה בטיחותית במוצר, עליו לתקנה עד לפתרון מלא של התקלה. על הספק להודיע לממונים במשרד באופן מידי על כל תקלה בטיחותית שאיתר.

15.4. בנוסף לכל זכות העומדת למשרד על פי הסכם ההתקשרות, אם הספק לא ביצע את התיקון במועד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק, פיצויים מוסכמים, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות.

15.5. האחריות הכוללת בהתאם לסעיף זה, תחל ממועד אספקת המוצר לזכאי בפועל ותימשך בכל התקופה שצוינה בסעיף 15.1 לעיל, גם לאחר תום תקופת ההתקשרות שנקבעה בסעיף 4 בהסכם. לדוגמא, אם הספק סיפק את המוצר לזכאי בתאריך 31.12.2026, הספק מתחייב לתת אחריות כוללת למוצר במשך ארבע שנים ממועד האספקה (כולל אחריות על השלדה), דהיינו עד ליום 31.12.2030.

16 <u>שירות תיקונים לאחר תום תקופת האחריות הכוללת:</u>

16.1. בתום ארבע שנים ממועד אספקת המוצר (בתום תקופת האחריות) הספק יהיה אחראי לתיקון המוצר עד לתום שבע שנים ממועד סיום ההתקשרות המקורית. התמורה לספק עבור שירות התיקונים בתקופה זו, יהיו בהתאם לתנאי התמורה שנקבעו בהסכם. ככל שהנזק נגרם כתוצאה משימוש רשלני של הזכאי ו/או כתוצאה מגרימת נזק בזדון, התמורה לספק תשולם על ידי הזכאי עצמו. במקרים אלה על הספק לקבל את אישור המשרד מראש ולגבות את התשלום בטרם ביצוע התיקון.

16.2. הספק יעביר למזמין דיווחים על תיקונים שבוצעו בהתאם לסעיף זה, במסגרת הדיווחים הנדרשים כמפורט בסעיף 21 במפרט השירות להלן.

16.3. לצורך שירות התיקונים, הספק מחוייב לספק חלקי חילוף למשך 7 שנים לפחות ממועד אספקת המוצר. מחיר חלקי החילוף בהתאם למחירים שנקבעו במכרז, צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן.

17 תיקון מיטות שסופקו בעבר

17.1. המזמין רשאי להזמין מהספק שירותי תיקון והשמשה של מיטות שסופקו בעבר, בין היתר מתוקף מכרזים קודמים, לרבות מיטות שסופקו על ידי ספקים אחרים במסגרת התקשרויות נפרדות של המזמין (לדוגמא, תיקון ו/או השמשה של מיטות שסופקו על ידי ספק שנבחר במכרז קודם שהמזמין פרסם בעבר, להלן: "הספק המקורי"). מתן שירותים לפי סעיף זה יעשה בתיאום ובכפוף להסכמת הספק. תנאי ההתקשרות יהיו זהים לתנאי ההתקשרות הנוכחית.

18 איסוף הציוד בתום השימוש בו וחידושו

18.1. במקרה שהמזמין יודיע לספק על תום השימוש במוצר (מכל סיבה שהיא, לרבות פטירת הזכאי), הספק יאסוף את המוצר המשומש מבית הזכאי, בתיאום עם הזכאי או בני משפחתו, וידווח על כך למזמין.

18.2. על הספק לאסוף את המוצר בתוך עשרה ימי עבודה, לכל היותר, ממועד קבלת ההודעה. הספק יאסוף גם את המזרן, אם נדרש לכך על ידי הזכאי או משפחתו או המזמין.

18.3. הספק יתקן את המוצר ו/או יחליף בו חלקים ככל הנדרש, על מנת שניתן יהיה לעשות בו שימוש חוזר סביר (להלן: "השמשה"). בתום ההשמשה, הספק יחזיר את המוצר המחודש למלאי וידווח על כך למשרד.

18.4. מצא הספק כי לא ניתן להשמיש את המוצר או כי השמשתו כרוכה בעלות בלתי סבירה, ידווח על כך למשרד, והמשרד יהיה רשאי לפטור את הספק מהשמשתו. החלטת המשרד בבקשה למתן פטור מהשמשה תימסר לספק בתוך 60 (שישים) ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה למשרד.

18.5. הספק לא ישמיש מוצר שחלפו מעל לשמונה שנים משנת ייצורו, אלא אם קיבל את אישור המשרד על כך מראש ובכתב. אין באמור לעיל מלגרוע מחובת הספק לאיסוף המוצרים מבית הזכאי, כאמור לעיל.

18.6. לא תשולם לספק תמורה נפרדת עבור העלויות הכרוכות באיסוף, נסיעות, הובלה והשמשת המוצר.

18.7. יובהר כי הן מוצר חדש והן מוצר מחודש הינם קניין המשרד.

18.8. על כל מוצר שהושמש, הספק מחוייב לתקופת אחריות של שנה אחת לפחות. בנוסף לכך, אם המוצר חודש במהלך תקופה של עד 3 שנים ממועד האספקה, יחולו על המוצר תנאי האחריות כמפורט בסעיף 15 לעיל.

18.9. על הספק להעביר למזמין דיווח אודות מוצרים שהושמשו וזאת במסגרת הדיווח החודשי למזמין.

19 הזמנת המוצרים - כללי

19.1. המזמין יפנה את הזכאים לרשימת הספקים המורשים של מיטות, וימנע רכישה של מוצר מורשה רק מספקים אלה.

19.2. הזמנת המוצרים תהיה על-פי החלטתו הבלעדית של המזמין ועל-פי שיקול דעתן (לרבות שיקולים של ניהול מלאי, לצורך אספקת מוצרים מחודשים), תוך התחשבות בבחירתו של הזכאי במידת האפשר (מובהר כי המשרד אינו מחויב לספק לזכאי את המוצר שהזכאי בחר).

19.3. מובהר כי אין בזכייה במכרז או בחתימה על חוזה ההתקשרות משום התחייבות של המזמין להפנות לספק הזמנות בהיקף מינימאלי כלשהו, כזה או אחר.

20 מנגנון להכרעה במחלוקות בין הספק לזכאי

20.1. הספק יודיע ליחידה על מחלוקת שהתעוררה בינו לבין הזכאי או בני משפחתו, בכל הנוגע למתן השירותים, כגון טיפול בהזמנה או במוצר, תחולת האחריות וכד'.

20.2. נמסרה ליחידה הודעה (בין אם על-ידי הספק ובין אם על-ידי הזכאי) על קיומה של מחלוקת כאמור, המזמין יערוך בירור של המחלוקת באמצעות מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות שבמשרד (להלן: "המנהלת") או מי מטעמה.

20.3. לבקשת היחידה, הספק יעביר למנהלת דיווח מפורט על אופן הטיפול בהזמנה או בציוד אשר לגביו התעוררה המחלוקת.

20.4. הספק יהיה רשאי להציג את עמדתו בפני המנהלת או מי מטעמה.

20.5. הכרעתה של המנהלת או מי מטעמה בבירור תהיה סופית ומחייבת.

21 תיעוד, רישום, דיווח וביקורת

21.1. דיווח על פעילות מוקד שירות טלפוני: אחת לרבעון, במועדים 1 ינואר, 1 אפריל, 1 יולי ו-1 אוקטובר, הספק יעביר למזמין דיווח לגבי הפניות שהגיעו למוקד השירות הטלפוני ברבעון הקודם ולגבי אופן הטיפול בהן, בפורמט שייקבע על-ידי המזמין. על הספק להעביר את הדיווח למזמין ביוזמתו, בהתאם למועדים הנ"ל. עיכוב בהעברת הדיווח למזמין יגרום להטלת פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 22 בהסכם המצ"ב.

21.2. הספק מתחייב לנהל רישום המתעד את הפניות שהועברו אליו לתיקון המוצר וכמו כן להעביר למזמין דיווח רבעוני על אודות התיקונים שבוצעו ועלויותיהם, בהתאם למועדים שצוינו בסעיף 21.1 במפרט השירות לעיל. הרישום והדיווח שיועבר למזמין יכללו נתונים על מוצרים שנמצאים בתקופת האחריות ועל מוצרים שתקופת האחריות עבורם הסתיימה. הרישום והדיווח למזמין יכללו את הפרטים הבאים:

21.2.1 שם הזכאי כולל שם פרטי, משפחה, ת.ז., כתובת, מספרי טלפון, לשכת בריאות.

21.2.2 סוג הציוד.

21.2.3 דגם הציוד.

21.2.4 מועד הרכישה והאספקה של הציוד.

21.2.5 מועד קבלת הפניה בדבר התקלה.

21.2.6 מהות התקלה.

21.2.7 האם התקלה שאותרה פוגעת בבטיחות השימוש במוצר.

21.2.8 פירוט התיקון שבוצע בפועל.

21.2.9 מועד תחילת הטיפול בתקלה.

21.2.10 מועד סיום התיקון של התקלה.

21.2.11 עלות התיקון בהתאם למחירון כולל מספר מק"ט של כל פריט.

21.2.12 כל מידע נוסף רלוונטי לפי הנחיות המשרד שיועברו לספק.

21.3 מבנה הדו"ח החודשי יועבר למציע הזוכה לקראת חתימה על ההסכם.

21.4 הספק יתעד בצורה מפורטת את ההליכים הקשורים למתן השירותים וזאת באופן ממוחשב ובדרך שתאפשר הנפקת דו"חות ממוכנים מופרדים מכל פעילות אחרת של הספק. לדרישת המזמין, יעביר הספק למזמין דו"חות כאמור, ערוכים לפי הנחיות המזמין.

21.5 הספק ידווח למזמין על כל אירוע חריג חמור שהתרחש בקשר למוצר המורשה (Serious Adverse Events), על איסוף מוצרים מהשטח (Recall) ועל קבלת מכתבי אזהרה (warning letters) מרשויות תקינה כלשהן. כמו כן, מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות כאמור, אם יתקבלו.

21.6 הספק יעביר למזמין, בתחילת כל חודש ולא יאוחר מ- 20 (עשרים) יום לאחר סוף החודש שבו סופקו המוצרים, את הדיווחים הבאים לגבי מוצרים שסופקו על-ידו בחודש הקודם:

21.6.1 <u>ליחידה</u> - דו"ח חודשי על כל המוצרים שסופקו על-ידי הספק בחודש הקודם. הדו"ח יכלול: פירוט המוצרים שסופקו בפועל בחלוקה לפי לשכות הבריאות שהפנו את הזכאים לספק ובציון סוג המוצר שסופק לכל זכאי; התמורה המגיעה לספק בגין כל אחד מהמוצרים שסיפק; סכום ההשתתפות העצמית ששולמה על ידי הזכאי בגין כל אחד מהמוצרים שסופקו. הדו"ח יועבר באמצעות דוא"ל. מבנה הדו"ח החודשי יועבר למציע הזוכה לקראת חתימה על ההסכם.

21.6.2 <u>ללשכת הבריאות שהנפיקה את אישור הרכישה</u>

21.6.2.1 חשבונית מס לגבי התמורה המגיעה לספק (ללא סכום ההשתתפות העצמית) בגין המוצרים שסיפק בחודש שחלף. הספק יצרף לחשבונית המס תעודת משלוח, העתק חשבונית "השתתפות עצמית" שהספק הנפיק לזכאי וכן טופס נלווה לפירוט המוצר שסופק. הספק יעביר את הדיווח באמצעות טפסים שתוכנם ייקבע על ידי המשרד. במידה ובחודש מסויים הספק סיפק מספר מוצרים, חשבונית המס תועבר באופן מרוכז, ותכלול את נתוני כלל המוצרים שסופקו באותו חודש.

21.6.2.2 אישור חתום על-ידי הזכאי או מי מטעמו המאשר את קבלת הציוד לשביעות רצונו.

21.6.2.3 טופס התחייבות ושטר חוב החתומים על ידי הזכאי וערב נוסף או על ידי ערב בלבד שהזכאי הסמיכו לכך (על הספק להעביר למשרד את הטפסים הכוללים את החתימות המקוריות של הזכאי ושל הערב).

21.7 המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק, מעת לעת, דיווחים נוספים ו/או דיווחים במבנה שונה, שיועברו למזמין בתדירות שתקבע ולפי הנחיות המזמין, והספק ימסור למזמין דיווחים כאמור תוך העמדת כל המידע והנתונים הרלוונטיים לרשות נציג המזמין. המזמין רשאי להטיל על הספק פיצויים מוסכמים, במקרה של עיכוב במסירת הדוחות למזמין, העברת דיווח חלקי או שאינו מדוייק, כמפורט בסעיף 22 בהסכם המצ"ב

21.8 נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת וללא הודעה מוקדמת בכל מקום שבו פועל הספק, עובדיו או מי מטעמו, לשם פיקוח והערכת מתן השירותים והספק ומי מטעמו ישתפו פעולה עם נציג המזמין.

21.9 מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על-ידי המזמין בקשר לחוזה זה.

21.10 נציג המזמין רשאי לבדוק בכל עת את המוצרים המסופקים על-ידי הספק ולבחון את התאמתם להתחייבותו של הספק על-פי החוזה. נציג המזמין רשאי לבחון את המוצרים כאמור אצל הספק, בבית הזכאי או בכל מקום אחר על-פי שיקול דעתו.

21.11 המזמין יהיה רשאי להשתמש במסקנות הביקורת ו/או ההערכה לכל צורך שהוא, ובכלל זה לצורך החלטה בדבר הארכת ההתקשרות עם הספק, וכן לצורך מכרזים עתידיים, אם וכאשר יהיו.

21.12 למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפנות לזכאים על מנת לבקר את אופן אספקת המוצרים על ידי הספק או לכל צורך אחר. מובהר, כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין תיעוד, רישום, דיווח וביקורת, כמפורט בפרק זה, לרבות בגין שינוי או תוספת בדיווחים שתידרש על ידי המזמין.

22 <u>נהלי עבודה</u>

22.2 משרד הבריאות מפרסם מעת לעת נהלי עבודה המגדירים בין היתר את מטלות הספק בכל הקשור לתהליך האספקה, השירות, האחריות, התיקונים, הדיווח, עדכונים במוצרים, וכיו"ב. נהלים אלה מחייבים את הספק לכל דבר ועניין.

22.3 על הספק לפעול בהתאם לנהלי עבודה אלה, לרבות בהתאם לכל עדכון שהמשרד יוציא במהלך תקופת ההתקשרות.

<u>פרק 2 – נספח 1 - דרישות אבטחת מידע עבור ספקי מכשור רפואי.</u>

שימת לב המציע לדרישות המשרד בתחום אבטחת מידע להלן. המשרד יערוך מול כל מציע זוכה, בירור שמטרתו לוודא עמידתו בדרישות אבטחת המידע. אם הזוכה לא יעמוד בדרישות אבטחת המידע, המשרד יהיה רשאי לבטל את זכייתו ואת ההתקשרות עימו.

אם הזוכה יצהיר כי הוא אינו עומד באחת או יותר מדרישות אבטחת המידע כמפורט להלן, ההצהרה תועבר לבדיקת נציג אבטחת מידע וסייבר לצורך קבלת אישורו.

1. רישום מאגר מידע ברשות להגנת הפרטיות (יש לצרף אישור) במידה ולא קיים, התחייבות לרישום בתוך שלושה חודשים.
2. הספק מתחייב לשמור ולעמוד על חוקי המדינה בכלל, ובפרט על החוקים הנוגעים להגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ותקנות ההגנה על מאגרי המידע, והחוקים הנוגעים לחוק המחשבים התשנ"ה 1995.
3. גישה חיצונית לרשת המחשבים (במידה וקיימת) באמצעות הזדהות חזקה בלבד.

   תאר מצב קיים : _____

4. חסימת גישה משרתי הספק לרשת הכללית [אינטרנט].

   תאר מצב קיים :_____

5. מערכות הפעלה עם גרסה מעודכנת ביותר וכן עדכוני אבטחה לפחות אחת לחצי שנה.

   תאר מצב קיים :_____

6. אנטי וירוס עם עדכון שמתעדכן תדיר.

   תאר מצב קיים :_____

7. חסימת אמצעי אחסון חיצוני בתחנות עבודה.

   תאר מצב קיים :_____

8. החתמת כלל העובדים על הסכם שמירה על סודיות.

   תאר מצב קיים : _____

9. העברת מידע אישי – ייעשה באמצעות תווך מוצפן בלבד וכן בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט ובפרט הצפנת תווך מידע בעת העברתו בתווך ציבורי.
10. הספק מתחייב על העברת מידע למשרד הבריאות על פי בקשת המשרד בכל עת ומחיקת המידע לפי בקשת משרד הבריאות או בסיום התקשרות.

11. הספק מתחייב לאפשר ולשתף פעולה בכול זמן שיידרש ולאפשר למשרד הבריאות לבצע ביקורות אבטחת מידע הן בתיאום והן ללא התרעה מוקדמת. (הביקורות נועדו לשמר את רמת אבטחת המידע ולא יפגעו במתן השירות)

12. הספק מתחייב למחוק בצורה מאובטחת (גריסה במידה וזה נייר, מחיקה במידה וזה מידע אלקטרוני) ולא לשמור בכל דרך, כל מידע שאינו נדרש לצורך אספקת הציוד

13. הספק מתחייב שלא להעביר כל מידע על האזרח לגורם אחר ללא אישור בכתב של האזרח.

14. הספק מתחייב לדווח למשרד הבריאות במקרים של דלף מידע או אירוע סייבר

לטלפון 02-5083111.

פרק 3 - מפרטים לסוגי המוצרים

בפרק 3 (על כל חלקיו), אין למלא נתון כלשהו. את מענה המציע ואת נתוני המוצר על המציע לפרט בנספח א'16 המצ"ב בלבד.

1. **רשימת הפרקים**

- **פרק 3 (1) -** מיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler - רמה א';
- **פרק 3 (2)** - מיטה חשמלית לכבדי משקל;
- **פרק 3 (3) -** מיטה חשמלית ארוכה Hi-Low+ Full Fowler;
- **פרק 3 (4) -** מיטה חשמלית נמוכה Full Fowler +Hi-Low (תסופק במקרים חריגים בלבד באישור המזמין);

2. **מבנה כל פרק 3(1) עד 3(4):**

א. מפרט טכני.

1) על המוצר לעמוד בדרישות המפרט הטכני.
2) בכל מקום שבו המציע נדרש להשלים פרטים על המוצר, המציע יציין נתונים אלה בנספח א'16. אין לציין נתונים כלשהן בטבלאות בפרק 3.

ב. אביזרים אופציונליים:

3) כול האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת המיטה או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה.
4) לא יינתן כל תשלום נוסף מעבר לרשום במחירון האמור.
5) שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת בנספח ב'1.
6) אביזרים אופציונליים וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם נדרשים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת.
7) לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.
8) על הספק לדאוג להתאמה מלאה של מיטה למשתמש.
9) בכל מקום שבו כתוב "מחירון ספק": במידה וקיימות אופציות נוספות שאינן כלולות בטבלה, יש לציין בנספח ב'1 את האופציה והמחיר. לא יינתנו תשלומים בגין אופציות שלא רשומות.

ג. מחירי תקרה לחלקי החילוף:

1) בפרק 3 להלן מפורטים מחירי תקרה /של חלקי חילוף. המציע נדרש לספק את כל חלקי החילוף המפורטים בנספח ב', בהתאם לדרישת שיועברו אליו על ידי המזמין.
2) בנספח ב' על המציע לציין שיעור הנחה אחיד על חלקי החילוף.
3) התמורה לספק עבור אספקת חלקי חילוף אלה, תחושב בהתאם למחירי התקרה שיפורטו בפרק 3 להלן, עליהם תחול ההנחה שהציע המציע בנספח ב'.
4) הצעה להנחה תוגש כשיעור הנחה אחיד לכל חלקי החילוף.
5) בנוסף, במידת הצורך, בנספח ב'1, המציע רשאי להציע חלקי חילוף נוספים, כולל ציון הצעת המחיר. כאמור לעיל, במידה וקיימים חלקי חילוף נוספים שלא הוזכרו בפרק 3, על המציע לציין בנספח ב'1 את החלק ואת הצעת המחיר. הספק לא יהיה זכאי לתמורה בגין חלקי חילוף נוספים שלא הוגשה עבורם הצעת מחיר.

ד. אמות מידה לניקוד האיכות של המוצר, משקלן ואופן שקלולן:

1) נתוני אמות המידה מוצגים לידיעת המציע. המציע אינו נדרש לציין נתון כלשהו.

2) ניקוד האיכות ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם משרד הבריאות יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

3) ניקוד איכות המוצר ייקבע על ידי צוות בדיקה שימונה על ידי ועדת המכרזים. ועדת המכרזים תתעלם ולא תתחשב בכל פירוט מטעם המציע בפרקים אלו.

4) טופס בדיקה למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler: ינוקד בטווח 1 – 5, הטופס מיועד לשימוש צוות הבדיקה בלבד. בטופס זה המציע אינו נדרש למלא נתונים כלשהם.

פרק 3 (1) למכרז

אפיון למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler - קטגוריה א'

א. מפרט טכני

נתונים טכניים- מיטה חשמלית קטגוריה א'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
1. מבנה המיטה:	
1.1. רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm (נא לציין רוחב בס"מ)	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 195 ÷203 cm (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.3. בנספח א'16 על המציע לציין מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	
1.4. בנספח א'16 על המציע לציין משקל עצמי של המיטה (נא לציין בק"ג)	
1.5. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):	**תנאי סף**
1.5.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית קטגוריה א'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
1.6. מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרון – שני חלקים, דפנות – שני חלקים). נא לציין כמות חלקים וסוג	**תנאי סף**
1.7. **<u>מרווח (Clearance)</u>**	
1.7.1. על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. <u>הערה</u>: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.	**תנאי סף**
1.7.2. המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות	**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 5 × 15 cm או לפי המפורט בסעיף 9.4 לדרישות אופציונאליות	**תנאי סף**
1.9. תומכי מזרון משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות	**תנאי סף**
1.10. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור	**תנאי סף**
2. **<u>תנועות המיטה:</u>**	
2.1. תנועות המיטה **חשמליות**: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)	**תנאי סף**
2.2. <u>פעולת Hi – Lo **חשמלית**</u>:	

נתונים טכניים- מיטה חשמלית קטגוריה א'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
2.2.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (ללא חיפוי או חיפוי המבטיח הגנה מפני נוזלים וחיכוך)	**תנאי סף**
2.2.2. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על- 41 cm (נא לציין)	**תנאי סף**
2.2.3. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm (נא לציין)	
2.2.3.1. הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס"מ	**תנאי סף**
2.3. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65º לפחות, נא לציין זווית	**תנאי סף**
2.4. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:	
2.4.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרון ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25º לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**
2.4.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרון ומשענת שוקיים נעה בין: 0 ÷ 15º לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**
2.4.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, ע"י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לפחות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי).	**תנאי סף**
2.5. פעולת משענת גב עם Retraction (נא לציין בס"מ במידה וקיים)	
2.6. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (יש לציין בנספח א'16 האם קיים)	
2.6.1. הזווית בפעולות Trendelenburg/ Reverse Trendelenburg - ±12° (בנספח א'16 יש לציין זווית מדויקת)	

נתונים טכניים- מיטה חשמלית קטגוריה א'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
2.7. בנספח א'16 יש לציין פונקציות נוספות במידה וקיימות	
3. **<u>מראשות ומרגלות</u>**:	
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד	**תנאי סף**
3.2. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים <u>(נא לציין את האפשרויות הקיימות)</u>	**תנאי סף**
3.3. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח"	**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד	**תנאי סף**
4. <u>דפנות הצד:</u>	
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.	**תנאי סף**
4.2. גובה הדפנות מורדות, נמוך מגובה המזרון **<u>הערה</u>**: הגובה המינימאלי של המזרון – 12 ס"מ	**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון	**תנאי סף**
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)	**תנאי סף**
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)	**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית קטגוריה א'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
4.7. נא לציין בנספח א'16 האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה	
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות	**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	
4.10. על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר ציפוי,צבעים ומהן האופציות הקיימות)	**תנאי סף**
5. <u>גלגלי המיטה:</u>	
5.1. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני	
5.2. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל	**תנאי סף**
5.2.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול	**תנאי סף**
5.3. קוטר הגלגלים- "4 לפחות (10 ס"מ)	**תנאי סף**
5.4. כושר נשיאה לגלגל אחד (נא לצרף נתונים טכניים)	
5.5. מסב כדורי לצידוד	**תנאי סף**
5.6. מסב / בוקסה לגילגול (נא לציין סוג)	**תנאי סף**
5.7. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane	**תנאי סף**
5.8. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**
5.9. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית קטגוריה א'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
6. <u>שלט הפעלה:</u>	
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)	**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה	**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים). נא לציין אופן נעילה.	**תנאי סף**
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט	**תנאי סף**
7. <u>דרישות כלליות:</u>	
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL) : 170 kg לפחות. (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	**תנאי סף**
7.2. רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה : IPx4	**תנאי סף**
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל-2 עמודי עירוי בפינות בצדי המראשות לפי עובי עמוד העירוי – 12 מ"מ, יחד עם בידוד (בוקסה) מחומר פלסטי עמיד (נא לציין בנספח א'16 האם קיים)	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז	**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין בנספח א'16 סוג המערכת)	
7.6. כל מיטה תסופק עם מזרן בהתאם למפרט שיקבע במכרז נפרד שיפורסם ע"י משרד הבריאות (עלות המזרון תקבע בהתאם לתוצאות מכרז המזרונים ולא כלולה בעלות המיטה)	
8. <u>תנאי בטיחות:</u>	
8.1. אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל (נא לציין אופן איפוס של משענת גב)	**תנאי סף**

ב. אביזרים אופציונליים מיטה קטגוריה א'

9. דרישות אופציונאליות – מיטה חשמלית קטגוריה א':	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)	מחיר תקרה
9.1. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה	**אינו אביזר חובה**	**ללא תוספת עלות**
9.2. מיטה ניתנת להארכה 10 ס"מ לפחות (נא לציין בנספח א'16 האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה). לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרון. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא)		**מחירון ספק**
9.3. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף להצעה מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן		**מחירון ספק**
9.4. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי : ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL), פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור. מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL. נא לציין סוג החומר, ועובי		**ללא תוספת עלות**
9.5. אביזרי הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):		**ללא תוספת עלות**
9.5.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי) וללא השארת סימנים על הקיר		
9.5.2. מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין בנספח א'16 אופן החיבור)		
9.5.3. ניתנים להחלפה		

9. **דרישות אופציונאליות – מיטה חשמלית קטגוריה א':**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**	**מחיר תקרה**
9.6. פונקציה בשלט ההפעלה להפעלת משענת גב ומשענת רגליים בו – זמנית (נא לציין בנספח א'16 האם מדובר בשלט שונה)		**ללא תוספת עלות**
9.7. פונקציה בשלט ההפעלה להעברת המיטה למצב CPR		**ללא תוספת עלות**
9.8. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים: V, AH וזמן פעולה ללא חשמל)		**מחירון ספק**
9.9. אופציה למיטה ברוחב 80 cm (מידות פנים)		**ללא תוספת עלות**
9.10. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם. **במידה ובשימוש חוזר יותקנו הגלגלים ללא עלות**		**ללא תוספת עלות**
9.11. שלט עם מגע רגיש (touch)		**מחירון ספק**
9.12. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה	**אופציה חובה**	600

ג. מחירי תקרה - חלקי חילוף

פרוט הנתונים	**מחיר תקרה - בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ**
1. מנועים חשמליים לפונקציות חשמליות של המיטה (לציין לכל מנוע בנפרד):	
1.1. מנוע Hi-Lo	700
1.2. מנוע משענת גב	750
1.3. מנוע משענת ירכיים	750

פרוט הנתונים	מחיר תקרה - בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ
1.4. מנוע משולב – משענת גב + ירכיים	2,000
2. קופסת פיקוד של המנועים	1,400
3. גלגל המיטה כולל מעצור	280
4. שלט	550
5. מנגנון נעילת (לחצן) דופן צד ליחידה	80
6. מוביל לדופן צד (אחד)	110
7. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
8. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
9. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
10. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
11. מעקות עשויות עץ/דמוי עץ עמיד ומוגן (זוג)	800
12. מערכת Ratchet עבור משענת שוקיים	100
13. החלפת פלטת עץ במראשות ומרגלות (אחד)	600
14. טרפז	790

ד. אמות מידה לניקוד איכות למיטה חשמלית קטגוריה א'

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. למילוי על ידי צוות הבדיקה מטעם משרד הבריאות. המציע אינו נדרש למלא נתון כלשהו.

תיאור	סעיף במפרט	ניקוד מקסימלי	פירוט לגבי הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
1. מבנה ותפקוד המיטה:			
1.1. אורך המיטה פחות מ-218 ס"מ	(1.3)	6	
2.2. מראשות ומרגלות עשויות עץ ללא תוספת מחיר	(3.2)	6	
2. תנועות המיטה:			
2.3. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	(2.2.2)		
2.3.1. פחות מ-40 ס"מ ויותר מ-37 ס"מ **או**		3	
2.3.2. 37 ÷ 33 ס"מ **או**		5	
2.3.3. 33 ÷ 30 ס"מ		6	
2.4. זווית משענת גב מעל 65°	(2.3)	5	
3. גלגלים:			
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	(5.9)	6	
4. שלט להפעלה ופונקציות חשמליות:			
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	**2.6** **6.4**	6	

תיאור	סעיף במפרט	ניקוד מקסימלי	פירוט לגבי הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	**7.5**	**7**	
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	**9.3**	**9**	
5. פונקציות מכניות / חשמליות:			
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	**(2.2.2)**		
5.1.1. מנגנון מכני מרכזי **או**		**0**	
5.1.2. מנגנון מכני משני צדי המצע או מנגנון חשמלי		**5**	
6. דרישות נוספות:			
6.1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**	
6.2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד		**12**	
6.3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**	
6.4. רמת הגימור של המיטה		**12**	
7. סה"כ		**100**	

דוגמא: טופס בדיקה למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler – לציין באופן כללי שינוקד בטווח 1 – 5 לשימוש צוות הבדיקה בלבד, המציע לא יציין נתון כלשהו בנספח זה

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור המיטה (פרק 3(1) למכרז כמפורט לעיל), כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה							
2. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.							
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל							
4. רמת הגימור של המיטה							

חתימת הבודק: _____

תאריך:_____

ריכוז סיכום בדיקות למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler קטגוריה א'

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה 1 –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{\max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$\max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות.

תיאור	ציון ממוצע בין הבודקים	ניקוד לפי טבלת נקודות איכות	ציון משוקלל לפי משוואה 1	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**			
2. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.		**12**			
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**			
4. רמת הגימור של המיטה		**12**			

פרק 3(2) למכרז

אפיון למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler – עבור כבדי משקל - קטגוריה ב'

א. מפרט הטכני:

נתונים טכניים – מיטה חשמלית לכבדי משקל קטגוריה ב'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
1. מבנה המיטה:	
1.1. רוחב מצע: לא פחות מ- 110 cm ולא יותר מ-120 ס"מ (נא לציין רוחב בס"מ והאופציות הקיימות)	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 195 ÷203 cm (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.3. אורך כללי (חיצוני) של המיטה, לא יותר מ- 225 ס"מ	**תנאי סף**
1.4. נא לציין בנספח א'16 מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	
1.5. נא לציין בנספח א'16 משקל עצמי של המיטה, נא לציין בק"ג	
1.6. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):	**תנאי סף**
1.6.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.6.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.6.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.6.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.7. מרווח (Clearance)	

נתונים טכניים – מיטה חשמלית לכבדי משקל **קטגוריה ב'**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**
1.7.1. על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.	**תנאי סף**
1.7.2. עבור מיטה בעלת מנגנון מספריים לעליה וירידה (סעיף 2.2.1.2) המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך של 1 מטר לפחות במרכז המיטה: 50 ס"מ לפחות לכיוון מראשות ו- 50 ס"מ לפחות לכיוון מרגלות	**תנאי סף**
1.7.3. עבור מיטה עם שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות (סעיף 2.2.1.1) המיטה המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות	**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטות להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 15 cm × 5 או לפי המפורט בסעיף 9.4 בדרישות האופציונאליות	**תנאי סף**
1.9. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור	
1.10. תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות	**תנאי סף**
1.11. פסי הגנה הקיפים בצד מראשות ומרגלות לכל הרוחב המיטה (נא לציין האם קיים)	
2. <u>תנועות המיטה:</u>	

נתונים טכניים – מיטה חשמלית לכבדי משקל **קטגוריה ב'**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**
2.1. תנועות המיטה ה**חשמליות** : Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)	**תנאי סף**
2.2. פעולת Hi – Lo **חשמלית** :	
2.2.1. מנוע/י Hi-Lo מוסתרים בתוך גוף המיטה :(נא לציין בנספח א'16 האם קיים)	
2.2.1.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה או 2.2.1.2. מנוע אחד לפתיחת המיטה בשיטת מספריים נא לציין שיטה	**תנאי סף**
2.2.2. במידה ושני מנועים ממוקמים במראשות ומרגלות המיטה הם ללא חיפוי או חיפוי המבטיח הגנה מפני נוזלים וחיכוך	**תנאי סף**
2.2.3. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	**תנאי סף**
2.2.4. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 ס"מ (נא לציין בנספח א'16)	
2.3. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא :	
2.3.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרון ומשענת ירכיים נעה בין : 0 ÷ 25º לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**
2.3.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרון ומשענת שוקיים נעה בין : 0 ÷ 15º לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**

נתונים טכניים – מיטה חשמלית לכבדי משקל **קטגוריה ב'**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**
2.3.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, ע"י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לפחות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי).	**תנאי סף**
2.3.3.1. ידיות הפעלה של משענת שוקיים נמצאות משני צדי המיטה	
2.4. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות : 0 ÷ 65º לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**
2.4.1. פעולת משענת גב עם Retraction (נא לציין בס"מ במידה וקיים)	
2.5. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (נא לציין האם קיים)	
2.5.1. הזווית בפעולות Trendelenburg/ Reverse Trendelenburg - ±12° (נא לציין זווית מדויקת)	
2.6. סוללת גיבוי 9V לצורך איפוס המיטה	**תנאי סף**
2.7. נא לציין פונקציות נוספות במידה וקיימות	
3. **<u>מראשות ומרגלות:</u>**	
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד	**תנאי סף**
3.2. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים <u>(נא לציין את האפשרויות הקיימות)</u>	**תנאי סף**
3.3. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח" (במידה וקיימת במיטות עם מנגנון עליה/ירידה מספרים)	**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד	**תנאי סף**

נתונים טכניים – מיטה חשמלית לכבדי משקל קטגוריה ב'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
4. דפנות הצד:	
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.	**תנאי סף**
4.2. גובה הדפנות מורדות, נמוך מגובה המזרון הערה: הגובה המינימאלי של המזרון – 12 ס"מ	**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון	**תנאי סף**
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)	**תנאי סף**
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)	**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)	**תנאי סף**
4.7. נא לציין האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה	
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות	**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	
4.10. על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר, ציפוי, צבעים ומהן האופציות הקיימות)	**תנאי סף**
5. גלגלי המיטה:	

נתונים טכניים – מיטה חשמלית לכבדי משקל **קטגוריה ב'**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**
5.1. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת אחד מהיצרנים : Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני	
5.2. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל	**תנאי סף**
5.2.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול	**תנאי סף**
5.3. קוטר הגלגלים - 4" לפחות	**תנאי סף**
5.4. כושר נשיאה לגלגל אחד (נא לצרף נתונים טכניים)	
5.5. מסב כדורי לצידוד	**תנאי סף**
5.6. מסב / בוקסה לגלגול (נא לציין)	**תנאי סף**
5.7. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane	**תנאי סף**
5.8. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**
5.9. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**
6. **<u>שלט הפעלה</u>:**	
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)	**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה	**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים). נא לציין אופן נעילה.	**תנאי סף**

נתונים טכניים – מיטה חשמלית לכבדי משקל **קטגוריה ב'**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט	**תנאי סף**
7. דרישות כלליות:	
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL) : 220 kg לפחות (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	**תנאי סף**
7.2. רמת אטימות של מערכת ההנעה החשמלית ושלט ההפעלה : IPx4 לפחות	**תנאי סף**
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל- 2 עמודי עירוי בכל אחת מפינות המיטה, בצדי המראשות, בהתאם לעובי עמוד עירוי – 12 מ"מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon)	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז	**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין סוג המערכת)	
7.6. עבור כל הידיות להפעלת פונקציות פניאומאטיות ועבור הדוושות להפעלת פעולת נעילת גלגלים, קיימים סימונים גראפיים עמידים לשטיפה על גבי גוף המיטה	
7.7. כל מיטה תסופק עם מזרון בהתאם למפרט שיקבע במכרז נפרד שיפורסם ע"י משרד הבריאות (עלות המזרון תקבע בהתאם לתוצאות מכרז המזרונים ולא כלולה בעלות המיטה)	
8. תנאי בטיחות:	
8.1. אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל (נא לציין אופן איפוס של משענת גב)	**תנאי סף**

ב. אביזרים אופציונליים מיטה קטגוריה ב'

9. דרישות אופציונאליות – מיטה חשמלית כבדי משקל:	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)	מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)
9.1. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה	**אביזר חובה**	**ללא תוספת עלות**
9.2. תוספת הארכה 10 ס"מ לפחות (נא לציין האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה) לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרן. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא).		**מחירון ספק**
9.3. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן		**מחירון ספק**
9.4. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי : ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL) , ניתנים לשליפה לצורך ניקוי, כולל פתחים לא גדולים מ-15 X 5 ס"מ לצורך אוורור בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL.		**ללא תוספת עלות**
9.5. הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):		**ללא תוספת עלות**
9.5.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי) וללא השארת סימנים על הקיר		
9.5.2. מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין אופן החיבור)		
9.5.3. ניתנים להחלפה		
9.6. הפעלת משענת שוקיים באמצעות מנגנון פניאומאטי (למשל ע"י בוכנה פניאומאטית המאפשרת עצירה רציפה)		**מחירון ספק**

9. **דרישות אופציונאליות – מיטה חשמלית כבדי משקל:**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**	**מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)**
9.6.1. ידיות הפעלה עבור המנגנון הפניאומאטי נמצאות משני צדי המיטה		
9.7. פונקציה בשלט ההפעלה להפעלת משענת גב ומשענת רגליים בו - זמנית		**ללא תוספת עלות**
9.8. פונקציה בשלט ההפעלה להעברת המיטה למצב CPR		**ללא תוספת עלות**
9.9. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים: V, AH וזמן פעולה ללא חשמל)		**מחירון ספק**
9.10. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם. במידה ובשימוש חוזר יותקנו הגלגלים ללא עלות		**ללא תוספת עלות**
9.11. שלט עם מגע רגיש (touch)		**מחירון ספק**
9.12. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה	**אופציה חובה**	600

ג. מחירי תקרה – חלקי חילוף מיטה קטגוריה ב'

פרוט הנתונים – מיטה חשמלית כבדי משקל קטגוריה ב'	**עלות מרבית בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ**
1. מנועים חשמליים לפונקציות חשמליות של המיטה (לציין לכל מנוע בנפרד)	
1.1. מנוע Hi-Lo	800
1.2. מנוע משענת גב	750

פרוט הנתונים – מיטה חשמלית כבדי משקל קטגוריה ב'	עלות מרבית בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ
1.3. מנוע משענת ירכיים	750
1.4. מנוע משולב – משענת גב + ירכיים	2,400
2. קופסת פיקוד של המנועים	1,800
3. גלגל המיטה כולל מעצור	320
4. שלט	600
5. מנגנון נעילת (לחצן) דופן צד ליחידה	110
6. מוביל לדופן צד (אחד)	150
7. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
8. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
9. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
10. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
11. מעקות עשויות עץ/דמוי עץ עמיד ומוגן (זוג)	800
12. מעקות עשויות אלומיניום או חומר אל חלד ש"ע אחר	800
13. מערכת Ratchet עבור משענת שוקיים	100
14. החלפת פלטת עץ במראשות ומרגלות (אחד)	240
15. טרפז	790

ד. אמות מידה לניקוד האיכות - מיטה חשמלית לכבדי משקל

קטגוריה ב'

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. למילוי על ידי צוות הבדיקה מטעם משרד הבריאות. המציע אינו נדרש למלא נתון כלשהו.

תיאור	סעיף במפרט	נקוד	ניקוד הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
1. מבנה המיטה:			
1.1. אורך המיטה פחות מ-218 ס"מ	**(1.3)**	**4**	
1.2. מראשות ומרגלות עשויות עץ ללא תוספת מחיר	**(1.3)**	**4**	
1.1. אורך ה-Clearance של 15 ס"מ במצב המיטה הנמוך ביותר:			
1.1.1. בהתאם לתת- סעיפים 1.7.1 עד 1.7.3 **או**	**(1.7)**	**0**	
1.1.2. מעל 120 ס"מ **או**		**3**	
1.1.3. לכל האורך המיטה (בין גלגלים)		**5**	
2. תנועות המיטה:			
2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	**2.2.3**		
2.1.1. פחות מ-40 ס"מ ויותר מ-37 ס"מ **או**		**3**	
2.1.2. 37 ÷ 33 ס"מ **או**		**5**	
2.1.3. 33 ÷ 30 ס"מ		**6**	

תיאור	סעיף במפרט	נקוד	ניקוד הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
3. <u>גלגלים:</u>			
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	**5.9**	**5**	
4. <u>שלט להפעלת ופונקציות חשמליות:</u>			
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	**2.5** **6.1**	**5**	
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	**7.5**	**5**	
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	**9.3**	**5**	
5. <u>פונקציות מכניות / חשמליות:</u>			
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	2.3.3		
5.1.1. מנגנון מכני מרכזי **או**		**0**	
5.1.2. מנגנון מכני משני צדי המצע או מנגנון חשמלי		**5**	
5.2. פעולת Retraction של משענת גב ללא תוספת עלות	**2.4.1**	**6**	
6. <u>דרישות כלליות:</u>			
6.1. משקל נשיאה המרבי של המיטה (Safety Work Load):	**7.1**		
6.1.1. 220 ÷ 239 ק"ג **או**		**0**	
6.1.2. 240 ומעלה		**6**	

תיאור	סעיף במפרט	נקוד	ניקוד הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
7. <u>דרישות נוספות:</u>			
7.1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**	
7.2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד		**12**	
7.3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**	
7.4. רמת הגימור של המיטה		**12**	
סה"כ		**100**	

Hi-Low+ Fowler – עבור כבדי משקל

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור המיטה (פרק 3 (2) למכרז), כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	ציון הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה							
2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד							
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל							
4. רמת הגימור של המיטה							

חתימת הבודק: _____

תאריך:_____

ריכוז סיכום בדיקות למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler – עבור כבדי משקל

- קטגוריה ב'

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה 2 –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{maxGrade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$maxGrade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות.

תיאור	ניקוד לפי טבלת נקודות איכות	הערות	ציון הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה	**8**		
2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד	**12**		
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל	**12**		
4. רמת הגימור של המיטה	**12**		

פרק 3 (3) למכרז

מיטה חשמלית ארוכה Hi-Low+ Full Fowler - קטגוריה ג'

א. מפרט טכני

נתונים טכניים- מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
1. מבנה המיטה:	
1.1. רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm (נא לציין רוחב בס"מ)	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 220 ÷210 cm (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.3. נא לציין בנספח א'16 מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	
1.4. משקל עצמי של המיטה (בנספח א'16 נא לציין בק"ג)	
1.5. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):	**תנאי סף**
1.5.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.6. מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרון – שני חלקים, דפנות – שני חלקים). נא לציין כמות חלקים וסוג	**תנאי סף**
1.7. מרווח (Clearance)	

נתונים טכניים- מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
1.7.1. על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. <u>הערה</u>: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.	**תנאי סף**
1.7.2. המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות	**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 15 cm × 5 או לפי המפורט בסעיף 9.4 לדרישות אופציונאליות	**תנאי סף**
1.9. תומכי מזרון משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות	**תנאי סף**
1.10. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור	**תנאי סף**
2. <u>תנועות המיטה:</u>	
2.1. תנועות המיטה **חשמליות**: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)	**תנאי סף**
2.2. <u>פעולת Hi – Lo **חשמלית**</u>:	
2.2.1. מנוע/י Hi-Lo, נא לציין מיקום:	
2.2.1.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (לא מוסתרים ע"י חיפוי עץ/דמוי עץ)	**תנאי סף**
2.2.2. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
2.2.3. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm (נא לציין)	
2.2.3.1. הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס"מ	**תנאי סף**
2.3. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות: 65º ÷ 0 לפחות, נא לציין זווית	**תנאי סף**
2.4. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:	
2.4.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרון ומשענת ירכיים נעה בין: 25º ÷ 0 לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**
2.4.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרון ומשענת שוקיים נעה בין: 15º ÷ 0 לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**
2.4.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, ע"י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לפחות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי).	**תנאי סף**
2.5. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (נא לציין האם קיים)	
2.5.1. הזווית בפעולות Trendelenburg/ Reverse Trendelenburg - ±12° (נא לציין זווית מדויקת)	
3. **<u>מראשות ומרגלות</u>**:	
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד	**תנאי סף**
3.2. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים <u>(נא לציין את האפשרויות הקיימות)</u>	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
3.3. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח"	**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד	**תנאי סף**
4. <u>דפנות הצד:</u>	
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.	**תנאי סף**
4.2. גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרון **<u>הערה</u>**: הגובה המינימאלי של המזרון – 12 ס"מ	**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– **36** ס"מ לפחות מעל מצע המזרון	**תנאי סף**
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)	**תנאי סף**
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)	**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)	**תנאי סף**
4.7. נא לציין האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה	
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות	**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	
4.10.על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר, ציפוי, צבעים ומהן האופציות הקיימות)	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
5. <u>גלגלי המיטה:</u>	
5.1. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) (עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני)	
5.2. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל	**תנאי סף**
5.2.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול	**תנאי סף**
5.3. קוטר הגלגלים- "4 לפחות (10 ס"מ)	**תנאי סף**
5.4. כושר נשיאה לגלגל אחד 100 ק"ג לפחות (לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, יש לצרף הצהרת יצרן)	**תנאי סף**
5.5. מסב כדורי לצידוד	**תנאי סף**
5.6. מסב / בוקסה לגילגול (נא לציין סוג)	**תנאי סף**
5.7. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane	**תנאי סף**
5.8. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**
5.9. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**
6. <u>שלט הפעלה:</u>	
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולתTrendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)	**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה	**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת המקשים). נא לציין אופן נעילה	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט	**תנאי סף**
7. <u>דרישות כלליות:</u>	
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL) : 170 kg לפחות. (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	**תנאי סף**
7.2. רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה : IPx4	**תנאי סף**
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל-2 עמודי עירוי בפינות בצדי המראשות לפי עובי עמוד העירוי – 12 מ"מ, יחד עם בידוד (בוקסה) מחומר פלסטי עמיד (נא לציין האם קיים)	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז	**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין סוג המערכת)	
8. <u>תנאי בטיחות:</u>	
8.1. משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה (נא לציין אופן איפוס של משענת הגב)	**תנאי סף**

ב. אביזרים אופציונליים מיטה קטגוריה ג'

9. דרישות אופציונאליות – מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג':	תנאי סף	מחיר תקרה (ללא מע"מ וכולל עבודה)
9.1. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה	**אביזר חובה**	**ללא תוספת עלות**
9.2. מיטה ניתנת להארכה 10 ס"מ לפחות (נא לציין האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה) לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרן. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים. (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא)		**מחירון ספק**
9.3. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן		**מחירון ספק**
9.4. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי : ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL), פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור. מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL. נא לציין סוג החומר, ועובי		**ללא תוספת עלות**
9.5. הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):		
9.5.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי) וללא השארת סימנים על הקיר		
9.5.2. מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין אופן החיבור)		
9.5.3. ניתנים להחלפה		

9.6. פונקציה בשלט ההפעלה להפעלת משענת גב ומשענת רגליים בו – זמנית (נא לציין האם מדובר בשלט שונה)		**ללא תוספת עלות**
9.7. פונקציה בשלט ההפעלה להעברת המיטה למצב CPR		**ללא תוספת עלות**
9.8. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים : V, AH וזמן פעולה ללא חשמל)		**מחירון ספק**
9.9. אופציה למיטה ברוחב 80cm (מידות פנים)		**ללא תוספת עלות**
9.10. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם		**ללא תוספת עלות**
9.11. שלט עם מגע רגיש (touch)		**מחירון ספק**
9.12. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה	**אופציה חובה**	600

ג. <u>מחירי תקרה - חלקי חילוף</u>

פרוט הנתונים – מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	**מחיר תקרה - בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ**
1. מנועים חשמליים לפונקציות חשמליות של המיטה (לציין לכל מנוע בנפרד)	
1.1. מנוע Hi-Lo	700
1.2. מנוע משענת גב	750
1.3. מנוע משענת ירכיים	750
1.4. מנוע משולב – משענת גב + ירכיים	2,000

פרוט הנתונים – מיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'	מחיר תקרה - בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ
2. קופסת פיקוד של המנועים	1,400
3. גלגל המיטה כולל מעצור	280
4. שלט	550
5. מנגנון נעילת (לחצן) דופן צד ליחידה	80
6. מוביל לדופן צד (אחד)	110
7. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
8. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
9. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
10. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
11. מעקות עשויות עץ/דמוי עץ עמיד ומוגן (זוג)	800
12. מערכת Ratchet עבור משענת שוקיים	100
13. החלפת פלטת עץ במראשות ומרגלות (אחד)	240
14. טרפז	790

ד. אמות מידה לניקוד איכות למיטה חשמלית ארוכה קטגוריה ג'

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. למילוי על ידי צוות הבדיקה מטעם משרד הבריאות. המציע אינו נדרש למלא נתון כלשהו.

תיאור	סעיף במפרט	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מבנה המיטה			
1.1. מראשות ומרגלות עשויות מעץ ללא תוספת מחיר	(2.3)	6	
2. תנועות המיטה:			
2.1. פעולת Hi – Lo חשמלית : גובה מינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה מ-37 ס"מ ומטה	(2.2.2)	8	
2.2. זווית משענת גב מעל 65°	(2.3)	7	
3. גלגלים:			
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	(5.9)	7	
4. שלט להפעלת פונקציות חשמליות:			
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	2.5 6.4	7	
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	7.5	8	
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	9.3	8	
5. פונקציות מכניות:			
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	(2.2.2)		

תיאור	סעיף במפרט	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
5.1.1. מנגנון מכני מרכזי **או**		**0**	
5.1.2. מנגנון מכני משני צדי המצע או חשמלי		**5**	
6. דרישות נוספות:			
7. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**	
8. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.		**12**	
9. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**	
10. רמת הגימור של המיטה		**12**	
11. סה"כ		**100**	

טופס בדיקה למיטה חשמלית ארוכה Hi-Low+ Full Fowler - קטגוריה ג'

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור המיטה (פרק 3 (3) למכרז), כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה							
2. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.							
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל							
4. רמת הגימור של המיטה							

חתימת הבודק: _____

תאריך:_____

ריכוז סיכום בדיקות למיטה חשמלית ארוכה Hi-Low+ Full Fowler קטגוריה ג'

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה 3 –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{\max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$\max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות.

תיאור	ציון ממוצע בין הבודקים	ניקוד לפי טבלת נקודות איכות	ציון משוקלל לפי משוואה 1	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**10**		
2. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.		**12**		
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**		
4. רמת הגימור של המיטה		**12**		

פרק 3(4) למכרז

אפיון למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler נמוכה - קטגוריה ד'

הערה: מיטה נמוכה תסופק במקרים חריגים בלבד ובאישור מיוחד

א. מפרט טכני

נתונים טכניים- מיטה חשמלית נמוכה קטגוריה ד'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
1. **מבנה המיטה:**	
1.1. רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm (נא לציין רוחב בס"מ)	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 195 ÷203 cm (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.3. נא לציין בנספח א'16 מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	
1.4. משקל עצמי של המיטה (נא לציין בק"ג)	
1.5. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):	**תנאי סף**
1.5.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.5.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	**תנאי סף**
1.6. מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרון – שני חלקים, דפנות – שני חלקים). נא לציין כמות חלקים וסוג	**תנאי סף**
1.7. **מרווח (Clearance)**	
1.7.1. על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ.	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית נמוכה קטגוריה ד'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
1.7.2. המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות	**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 15 cm × 5 או לפי המפורט בסעיף 9.4 לדרישות אופציונאליות	**תנאי סף**
1.9. תומכי מזרון משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות	**תנאי סף**
1.10. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור	**תנאי סף**
2. <u>תנועות המיטה:</u>	
2.1. תנועות המיטה **חשמליות**: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)	**תנאי סף**
2.2. <u>פעולת Hi – Lo **חשמלית**</u>:	
2.2.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (ללא חיפוי או חיפוי המבטיח הגנה מפני נוזלים וחיכוך)	**תנאי סף**
2.2.2. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-30 cm (נא לציין)	**תנאי סף**
2.2.3. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm (נא לציין)	
2.2.3.1. הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס"מ	**תנאי סף**
2.3. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65º לפחות, נא לציין זווית	**תנאי סף**
2.4. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:	
2.4.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרון ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25º לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית נמוכה קטגוריה ד'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
2.4.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרון ומשענת שוקיים נעה בין: 15º ÷ 0 לפחות (נא לציין זווית)	**תנאי סף**
2.4.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, ע"י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לפחות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי).	**תנאי סף**
2.5. פעולת משענת גב עם Retraction (נא לציין בס"מ במידה וקיים)	
2.6. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (נא לציין האם קיים)	
2.6.1. הזווית בפעולות Trendelenburg/ Reverse Trendelenburg - ±12° (נא לציין זווית מדויקת)	
2.7. נא לציין פונקציות נוספות במידה וקיימות	
3. **<u>מראשות ומרגלות</u>**:	
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד	**תנאי סף**
3.2. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים <u>(נא לציין את האפשרויות הקיימות)</u>	**תנאי סף**
3.3. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח"	**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד	**תנאי סף**
4. <u>דפנות הצד:</u>	
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית נמוכה קטגוריה ד'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
4.2. גובה הדפנות מורדות, נמוך מגובה המזרון **<u>הערה</u>**: הגובה המינימאלי של המזרון – 12 ס"מ	**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון	**תנאי סף**
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)	**תנאי סף**
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)	**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)	**תנאי סף**
4.7. נא לציין האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה	
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות	**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	
4.10. על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר, ציפוי, צבעים ומהן האופציות הקיימות)	**תנאי סף**
5. <u>גלגלי המיטה:</u>	
5.1. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני	
5.2. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל	**תנאי סף**
5.2.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול	**תנאי סף**
5.3. קוטר הגלגלים- "4 לפחות (10 ס"מ)	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית נמוכה קטגוריה ד'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
5.4. כושר נשיאה לגלגל אחד (נא לצרף נתונים טכניים)	
5.5. מסב כדורי לצידוד	**תנאי סף**
5.6. מסב / בוקסה לגילגול (נא לציין סוג)	**תנאי סף**
5.7. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane	**תנאי סף**
5.8. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**
5.9. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין בנספח א'16 סוג החומר)	**תנאי סף**
6. <u>שלט הפעלה:</u>	
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולתTrendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)	**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה	**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים). נא לציין אופן נעילה.	**תנאי סף**
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט	**תנאי סף**
7. <u>דרישות כלליות:</u>	
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL) : 170 kg לפחות. (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	**תנאי סף**
7.2. רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה : IPx4	**תנאי סף**

נתונים טכניים- מיטה חשמלית נמוכה קטגוריה ד'	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל-2 עמודי עירוי בפינות בצדי המראשות לפי עובי עמוד העירוי – 12 מ"מ, יחד עם בידוד (בוקסה) מחומר פלסטי עמיד (נא לציין האם קיים)	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז	**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין האם קיים)	
7.6. כל מיטה תסופק עם מזרון בהתאם למפרט שיקבע במכרז נפרד שיפורסם ע"י משרד הבריאות (עלות המזרון תקבע בהתאם לתוצאות מכרז המזרונים ולא כלולה בעלות המיטה)	
8. <u>תנאי בטיחות</u>:	
8.1. אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל (נא לציין אופן איפוס של משענת גב)	**תנאי סף**
8.2. כל מיטה תסופק עם מזרון ספוג סטנדרטי לרצפה ולאורך המיטה	**תנאי סף**

ב. <u>אביזרים אופציונליים מיטה קטגוריה ד'</u>

9. <u>דרישות אופציונאליות – מיטה נמוכה קטגוריה ד'</u>	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**	**מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)**
9.1. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה	**אביזר חובה**	**ללא תוספת עלות**

9. **דרישות אופציונאליות – מיטה נמוכה** **קטגוריה ד'**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**	**מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)**
9.2. מיטה ניתנת להארכה 10 ס"מ לפחות (נא לציין האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה) לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרן. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים. (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא)		**מחירון ספק**
9.3. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן		**מחירון ספק**
9.4. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי : ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL), פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור. מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL. נא לציין סוג החומר, ועובי		**ללא תוספת עלות**
9.5. אביזרי הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):		**ללא תוספת עלות**
9.5.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי) וללא השארת סימנים על הקיר		
9.5.2. מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין אופן החיבור)		
9.5.3. ניתנים להחלפה		
9.6. פונקציה בשלט ההפעלה להפעלת משענת גב ומשענת רגליים בו – זמנית (נא לציין האם מדובר בשלט שונה)		**ללא תוספת עלות**
9.7. פונקציה בשלט ההפעלה להעברת המיטה למצב CPR		**ללא תוספת עלות**

9. **דרישות אופציונאליות – מיטה נמוכה** **קטגוריה ד'**	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**	**מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)**
9.8. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים : V, AH וזמן פעולה ללא חשמל)		**מחירון ספק**
9.9. אופציה למיטה ברוחב 80cm		**ללא תוספת עלות**
9.10. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם. **במידה ובשימוש חוזר יותקנו הגלגלים ללא עלות**		**ללא תוספת עלות**
9.11. שלט עם מגע רגיש (touch)		**מחירון ספק**
9.12. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה	**אופציה חובה**	600

ג. מחירי תקרה - חלקי חילוף

פרוט הנתונים – מיטה נמוכה קטגוריה ד'	**מחיר תקרה - בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ**
1. מנועים חשמליים לפונקציות חשמליות של המיטה (לציין לכל מנוע בנפרד)	
1.1. מנוע Hi-Lo	700
1.2. מנוע משענת גב	750
1.3. מנוע משענת ירכיים	750
1.4. מנוע משולב – משענת גב + ירכיים	2,000
2. קופסת פיקוד של המנועים	1,400
3. גלגל המיטה כולל מעצור	280

פרוט הנתונים – מיטה נמוכה קטגוריה ד'	מחיר תקרה - בש"ח כולל עבודה וללא מע"מ
4. שלט	550
5. מנגנון נעילת (לחצן) דופן צד ליחידה	80
6. מוביל לדופן צד (אחד)	110
7. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
8. מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
9. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ	600
10. מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי חלק פלסטי	600
11. מעקות עשויות עץ/דמוי עץ עמיד ומוגן (זוג)	800
12. מערכת Ratchet עבור משענת שוקיים	100
13. החלפת פלטת עץ במראשות ומרגלות (אחד)	240
14. טרפז	790

ד. אמות מידה לניקוד איכות למיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. למילוי על ידי צוות הבדיקה מטעם משרד הבריאות. המציע אינו נדרש למלא נתון כלשהו.

תיאור	סעיף במפרט	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
1. מבנה ותפקוד המיטה:			
1.1. אורך המיטה פחות מ-218 ס"מ	(2.3)	6	

תיאור	סעיף במפרט	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
1.2. מראשות ומרגלות עשוי עץ ללא תוספת מחיר	(2.3)	5	
2. תנועות המיטה:			
2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-30 cm (נא לציין)	(2.2.2)		
2.1.1. גובה מינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה בין 23 – 26 **או**		4	
2.1.2. גובה מינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה בין 20 – 23 cm או פחות		6	
2.2. זווית משענת גב מעל 65°	(2.3)	8	
3. גלגלים:			
3.1. מזלג הגלגל עשוי פלב"מ	(5.9)	6	
4. שלט להפעלה ופונקציות חשמליות:			
4.1. קיימת פונקציה מובנת לתנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg וניתנת לנעילה	2.6 6.4	6	
4.2. מנועים ושלט עובדים על בסיס 24V	7.5	7	
4.3. מתקן הגבהת הדופן קיים בערכת המיטה	9.3	6	
5. פונקציות מכניות / חשמליות:			
5.1. מנגנון מכני או חשמלי עם 4 תחנות לפחות להפעלת משענת שוקיים	(2.2.2)		
5.1.1. מנגנון מכני מרכזי **או**		0	

תיאור	סעיף במפרט	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע – למילוי על ידי צוות הבדיקה
5.1.2. מנגנון מכני משני צדי המצע או מנגנון חשמלי		**6**	
6. דרישות נוספות:			
6.1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**	
6.2. מידת הקושי בהורדה והעלאה של דופן הצד		**12**	
6.3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**	
6.4. רמת הגימור המיטה		**12**	
7. סה"כ		**100**	

טופס בדיקה למיטה חשמלית Hi-Lo+ Full Fowler נמוכה - קטגוריה ד'

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור המיטה (פרק 3 (4) למכרז), כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה							
2. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.							

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל							
4. רמת הגימור המיטה							

חתימת הבודק: _____

תאריך:_____

ריכוז סיכום בדיקות למיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler נמוכה

קטגוריה ד'

דגם המיטה: _____

יצרן המיטה: _____

שם המציע:_____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה 4 –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{\max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$\max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות.

תיאור	ציון ממוצע בין הבודקים	ניקוד לפי טבלת נקודות איכות	ציון משוקלל לפי משוואה 1	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מידת הקושי בפירוק המיטה לאחסון והובלה		**8**		
2. מידת הקושי בהורדה ועליה של הדפנות המיטה.		**12**		
3. מידת הקושי בהורדת משענת גב בעת תקלה במערכת החשמל		**12**		
4. רמת הגימור המיטה		**12**		

נספח א'

מכרז מס' 26/2022 אספקת מיטות רפואיות סיעודיות חשמליות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות

חוברת הצעה

שם מלא של הגוף המציע,
כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

חתימה וחותמת
המציע

הצעתנו מוגשת לקטגוריות הבאות (יש לסמן בעיגול):

קטגוריה א'	קטגוריה ב'	קטגוריה ג'	קטגוריה ד'

נספח א' - טופס הגשת הצעה

לכבוד
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
משרד הבריאות

הנדון : הצעה למכרז מס' 26/2022 אספקת מיטות חשמליות סיעודיות רפואיות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות משרד הבריאות

1. אני החתום מטה מציע בזה את שירותי למתן השירותים שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.
2. הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
3. אני חותם בזה על נוסח ההסכם (נספח ג')
4. **העדר ניגוד עניינים** : להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים) :
   1. _____
   2. _____
   3. _____
5. אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.
6. להלן **העמודים** בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה :_____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים להצעת המחיר, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

7. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שיחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו ; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.

8. **פרטים על המציע (ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטים):**

	הגוף המציע
8.1. שם המציע:	
8.2. המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.):	
8.3. סוג התארגנות (חברה, שותפות):	
8.4. תאריך התארגנות:	
8.5. שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות):	
8.6. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:	
8.7. שם המנהל הכללי:	
8.8. מען המציע (כולל מיקוד):	
8.9. איש הקשר מטעם המציע למכרז זה:	
8.10. טלפונים:	
8.11. פקסימיליה:	
8.12. מס' טלפון נייד:	
8.13. אי-מייל:	

הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים.

תאריך	שם נציג המציע	חתימת המציע וחותמת

9. **<u>מסמכים, אישורים ונספחים מצורפים</u>**

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה או לא צורפה להצעה.

סעיף במכרז	הנושא	דרך ההוכחה	ככל שצורף להצעה - יש לסמן V בהתאם
	הוכחות על עמידה בתנאי סף		
5.2.1	אישור המצהיר כי המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי ו\או עוסק מורשה.	אישור עוסק מורשה ותעודת רישום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.	
5.2.2	אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976	אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.	
5.2.3	במידה והמציע תאגיד - המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה ואינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק	נסח חברה	
5.2.4	אם הגוף המציע הינו עמותה: בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.	אישור מלכ"ר ואישור ניהול תקין בתוקף	
5.2.5	המציע אינו בעל הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.	**נספח א'1** חתום כדין	
5.2.6	המציע מתחייב כי מתן השירותים הינם במסגרת סמכויות התאגיד וכי הצעתו חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.	**נספח א'2** אישור מורשי חתימה	
5.2.7	המציע מקיים את ההוראות לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.	**נספח א'3** הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	
5.2.8	המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.	**נספח א'4** הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור	
5.2.9	המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.	**נספח א'5** תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	
5.2.10	המציע יתחייב כי לא יועסקו עובדים זרים, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.	**נספח א'6** תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים	
5.2.11	לא קיים חשש לקיומו של המציע כעסק חי	**נספח א'7** אישור רו"ח אודות העדר הערת עסק חי	

סעיף במכרז	הנושא	דרך ההוכחה	ככל שצורף להצעה - יש לסמן V בהתאם
5.2.12	ערבות בנקאית	**נספח א'8**	
5.3	הוכחת עמידה בתנאי סף מקצועיים	**נספח א'** - טופס הגשת הצעה	
6.13	אישור רו"ח על אספקת מיטות חשמליות	**נספח א'12**	
6.14	אישור רו"ח על אספקת ציוד רפואי	**נספח א'12**	
5.3.4	תקן איכות למציע: למציע תקן איכות ISO13485 או ISO 9001 במהדורתו האחרונה, מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות ומאושר על-ידי מוסד מוכר ישראלי או בינלאומי.	על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידה בתקן איכות כאמור.	
5.3.1	המציע הינו יצרן של המוצר או ספק מורשה של היצרן או של בעל המותג של הציוד המוצע על-ידו.	על המציע לצרף להצעתו אישור רשמי ובתוקף מטעם היצרן או מטעם בעל המותג של הציוד המוצע על ידו. תקף רשמי פירושו, שהאישור צריך להיות על גבי נייר רשמי של היצרן, חתום על ידי יצרן הציוד או על ידי בעל המותג, המעיד בבירור כי המציע הינו ספק מורשה שלו.	
5.4.1.1	ליצרן המוצר המוצע תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ומאושר על-ידי מוסד מוכר מאחת המדינות שלהלן: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, נורבגיה, ניו זילנד, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה, שבדיה ושוויץ.	על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידה בתקן האיכות כמפורט בסעיף.	
5.4.1.2	תקן איכות ליצרן המוצר או לבעל המותג: יצרן המוצר פנה לגוף התעדה מוסמך במדינה מוכרת והחל בהליך לשם השגת תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001.	יש לצרף להצעה העתק פנייה של היצרן לגוף התעדה מוסמך במדינה מוכרת שלפיה החל בהליך לשם השגת תקן איכות ISO 13485ו/או ISO 9001.	
5.4.1.3	החברה מיישמת מערכת אבטחת איכות (Quality Management System).	הצהרת יצרן **בנוסח נספחים א'13, א'14**	
5.4.2	דרישות תקינה למוצרים מיובאים	הוכחת רישום המוצר והחברה ברשומות ה- FDA.	

סעיף במכרז	הנושא	דרך ההוכחה	ככל שצורף להצעה - יש לסמן V בהתאם
		אישור מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה (שאינה מופעלת מטעם המציע), או דו"ח מעבדה של היצרן המעיד על עמידה בדרישות התקנים. הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי 2017/745 (MDR).	
05.4.2.3	הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי (MDR) 2017/745.	יש לצרף הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי 2017/745 (MDR).	
5.4.4.1	דרישות תקינה למוצרים מייצור מקומי: המוצר עומד בדרישות התקינה בישראל	יצרן מקומי יצרף להצעתו סיכום ניסויים קליניים שבוצעו על המוצר המוצע או סקירת ספרות אודות סוג המוצר המוצע וכן מסמך ניהול סיכונים (RISK MANAGEMENT).	
5.4.3.1	המוצר עומד בדרישות התקינה הבאות לגבי מיטות חשמליות	על המציע לצרף להצעתו אישור מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה (שאינה מופעלת מטעם המציע), או דו"ח מעבדה של היצרן המעיד על דרישות התקינה לגבי מיטות חשמליות כנדרש בסעיף 5.4.3.1 הנ"ל.	

סעיף במכרז	הנושא	דרך ההוכחה	ככל שצורף להצעה - יש לסמן V בהתאם
5.4.4	הוכחת עמידה בדרישות רישום בפנקס אמ"ר	על המציע לצרף להצעתו אישור רישום בפנקס אמ"ר או אישור בקשה לרישום בפנקס אמ"ר.	
5.4.5	"מוצר שלא נאסר לשימוש"	נספח א'15	
6.26	בין היתר, לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.4 : תנאי בטיחות : על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה. כושר נשיאה לגלגל אחד 100 ק"ג לפחות.	לכל נושא יש לצרף הצהרת יצרן	
	הוכחות עמידה בדרישות נוספות		
7.1	התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים	**נספח א'9**	
7.4	התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים במהלך ההתקשרות.	**נספח א'10** התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים במהלך ההתקשרות חתום ע"י עו"ד.	
7.5	מסמכי המכרז חתומים	חוברת המכרז חתומה	
7.6	אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה	**נספח א'11** - תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת אישה.	
7.7	רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה	נספח א' - טופס הגשת הצעה – סעיף 6	
7.8	המציע יצרף את מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה.	מענה לשאלות הבהרה חתום	

10. **<u>ניסיון המציע</u>**

10.1. כנדרש בתנאי סף בסעיף 5.3.1, המציע סיפק לפחות 100 מיטות במהלך שנה, במשך שלוש שנים כלשהן, מתוך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. יובהר כי אין חובה ששלוש השנים הנדרשות יהיו רצופות. להלן פירוט:

שנה: _____ **סך כל המיטות שסופקו בשנה זו: _____**		
שם הלקוח	מספר פריטים שסופקו ללקוח	פרטי איש הקשר מטעם הלקוח (שם, תפקיד וטלפון נייד)
שנה: _____ **סך כל המיטות שסופקו בשנה זו: _____**		
שם הלקוח	מספר פריטים שסופקו ללקוח	פרטי איש הקשר מטעם הלקוח (שם, תפקיד וטלפון נייד)
שנה: _____ **סך כל המיטות שסופקו בשנה זו: _____**		
שם הלקוח	מספר פריטים שסופקו ללקוח	פרטי איש הקשר מטעם הלקוח (שם, תפקיד וטלפון נייד)
שנה: _____ **סך כל המיטות שסופקו בשנה זו: _____**		
שם הלקוח	מספר פריטים שסופקו ללקוח	פרטי איש הקשר מטעם הלקוח (שם, תפקיד וטלפון נייד)

שנה: _____ **סך כל המיטות שסופקו בשנה זו: _____**		
שם הלקוח	מספר פריטים שסופקו ללקוח	פרטי איש הקשר מטעם הלקוח (שם, תפקיד וטלפון נייד)

10.2. לחילופין, לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.3.1 לחוברת המכרז, בכל הקשור לאספקת המוצר ללקוחות פרטיים, המציע יהיה רשאי לצרף אישור ר"ח המאמת את עמידת המציע בתנאי זה, מבלי לפרט בהצעה את שמות הלקוחות עצמם. נוסח האישור צורף כנספח א'12 לחוברת המכרז.

10.3. ניסיון המציע באספקת ציוד רפואי לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.3.2 לחוברת המכרז: המציע סיפק ציוד רפואי, בהיקף שנתי של 1,000,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ) במשך 3 שנים, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז. יובהר כי אין חובה ששלוש השנים הנדרשות יהיו רצופות. יש לצרף אישור בחתימת רו"ח באמצעות נספח א'12 המצ"ב.

10.4. סדנת שירות: לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.3.3 לעיל, להלן נתונים על מעבדת שירות שמופעלת על ידי המציע לצורך ביצוע תיקונים, התאמות ושינויים הנדרשים במוצרים המסופקים על-ידו:

שם המעבדה:	**כתובת:**	**טלפון:**
מספר טכנאים המועסקים במעבדה:	**סוגי השירותים מוענקים במעבדה:**	**פרטים רלוונטיים נוספים:**

10.5. <u>תקן איכות למציע</u>: לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 5.3.4 לעיל להלן נתוני תקן האיכות למציע:

סוג התקן: נדרש ISO 13485 או 9001	**הגוף המאשר: יש לצרף אישור תקף על עמידה בתקן**

10.6. לצורך מתן ניקוד האיכות עבור חוות דעת לקוחות כמפורט בסעיף 15.6 במכרז לעיל, על המציע לפרט להלן לפחות שלושה ממליצים שהמציע סיפק להם ציוד רפואי במשך שלוש שנים אחרונות לפחות:

שם הלקוח	**סוג הציוד הרפואי שסופק ללקוח**	**תקופה שבה הציוד סופק ללקוח (החל מ-חודש / שנה ועד חודש / שנה)**	**פרטי איש הקשר מטעם הלקוח (שם, תפקיד וטלפון נייד)**

11. **<u>פירוט המוצרים</u>**

טבלה זו <u>אינה</u> באה במקום נספחים אחרים אותם נדרש המציע לצרף למכרז

#		**קטגוריה א' - דגם** _____	**קטגוריה ב' - דגם** _____	**קטגוריה ג' - דגם** _____	**קטגוריה ד' - דגם** _____
א	**שם היצרן או בעל המותג**				
ב	**מצ"ב אישור מאת היצרן או בעל המותג המעיד כי המציע הוא ספק מורשה שלו** סמן ✓				
ג	**מצ"ב אישור תקף על עמידת היצרן בתקן איכות ISO 13485 ו/או 9001 במהדורתו האחרונה** סמן ✓				
ד	**מצ"ב אישור Registration and Listing בארה"ב או Declaration of Conformity באירופה**				
ה	**אישורי מעבדה + הסבר (אם נדרש).** סמן ✓ לגבי מוצרים שאינם מיוצרים בישראל				
ו	**מצ"ב נספחים א'12, א'13, א'14 למכרז** סמן ✓				
ז	**מצ"ב נספח א'16 למכרז** סמן ✓				
ח	**מצ"ב מפרט טכני של היצרן** סמן ✓				

הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים.

תאריך_____ שם החותם בשם המציע_____ חתימת המציע וחותמת _____

<u>אישור עורך הדין</u>

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____

מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך :_____ מספר רישיון : _____ חתימה וחותמת _____

נספח א'1 תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ____/____/_____

לכבוד
משרד הבריאות

תצהיר – עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן : "**המציע**") בקשר עם מכרז מספר 26/2022 אספקת מיטות עבור משרד הבריאות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "**בעל זיקה**" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן : "**חוק עסקאות גופים ציבוריים**"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "**עבירה**" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

☐ המציע ובעל זיקה אליו **לא הורשעו** ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן : "**מועד להגשה**") מטעם המציע בהתקשרות מספר_____לאספקת _____ עבור _____.

☐ המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **וחלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

☐ המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **ולא חלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
תאריך	שם	חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
תאריך	מספר רישיון	חתימה וחותמת

<u>אישור עורך דין בדבר המורשים להתחייב מטעם המציע</u>

אני החתום מטה, עו"ד _____, מכתובת _____,
מאשר בזאת כי החתומים על מסמכי מכרז מס' 26/2022 לאספקת מיטות סיעודיות חשמליות רפואיות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות, שפרסם משרד הבריאות, פרטי החתומים: _____ (מר/גב', ת.ז., חותמת וחתימה), אשר זיהה/תה עצמו/עצמה על פי ת"ז שמספרה _____, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע _____ (שם המציע) וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.

_____	_____	_____
תאריך	שם מלא ומ.ר של עורך-דין	חתימה וחותמת

נספח א'3 – תצהיר בדבר עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: mateh.shiluv@economy.gov.il.
לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: info@mtlm.org.il, **טלפון: 1700507676**.

תצהיר בדבר עמידה בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "**המציע**") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 26/2022 לאספקת מיטות חשמליות סיעודיות רפואיות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 **חלות על המציע** נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

☐ המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

☐ המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

☐ המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 , ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

☐ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	**שם מלא של החותם בשם המציע**	**חתימה וחותמת המציע**

<u>אישור עורך הדין</u>

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה

בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב'

_____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי

באופן אישי, ומוסמך/ת לחתום בשם המציע על גבי תצהיר זה, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
תאריך	חותמת ומספר רישיון	חתימה

נספח א'4 - הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

תאריך : ___/___/_____

לכבוד
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ירושלים
א.ג.נ

<u>הנדון: הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור</u>

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד הבריאות במסגרת מכרז זה (להלן : "**המציע**"). אני מכהן כ_____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'_26/2022 אספקת מיטות חשמליות רפואיות ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד הבריאות.
3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	**שם מלא של החותם בשם המציע**	**חתימה וחותמת המציע**

<u>אישור עו"ד</u>

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך	**שם מלא של עו"ד**	**חתימה וחותמת**

נספח א'5 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

<u>תצהיר</u>

אני הח"מ_____ מס ת"ז _____ המוסמך להתחייב בשם המציע _____ מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

הכמויות ו/או הפרטים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

הכמויות ו/או הפרטים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

<u>יש לסמן V במקום המתאים</u>

☐ למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

_____

_____

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

_____	_____	_____	_____	_____
תאריך	שם התאגיד	חותמת התאגיד	שם המצהיר	חתימת המצהיר

<u>אישור עורך הדין</u>

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה

בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב'

_____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

נספח א'6 תצהיר על אי העסקה של עובדים זרים

תצהיר

אני החתום מטה, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה [כותרת] (להלן: "המכרז").

המציע לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז, עובדים זרים, למעט מומחה חוץ ועובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994 וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה ויזכה במכרז.

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

ולראיה באתי על החתום:

_____	_____	_____
תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני הנציג _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
תאריך	שם מלא ומ.ר של עו"ד	חתימה וחותמת

נספח א'7 אישור רו"ח אודות העדר הערת עסק חי

נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

תאריך: _____

לכבוד

_____ (עורך המכרז)

א.ג.נ,

הנדון: **בעניין מכרז _____ לאספקת מיטות רפואיות חשמליות (להלן: "המכרז") אישור רואה החשבון בדבר היעדר הערת "עסק חי"**

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע"), הרינו לאשר כדלקמן:

א. הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _____, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה בתאריך _____.

לחילופין (נא למחוק את המיותר):

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום _____, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך _____.

ב. חוות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

ג. קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

ד. ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 570 של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים ג' ד'.

בכבוד רב,

_____

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר, אושר עם לשכת רואי החשבון בישראל – נובמבר 2018.
- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

נספח א'8 נוסח ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס : _____

<u>כתב ערבות</u>

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס'_____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 25,000 _____ש"ח

(במילים : עשרים וחמישה אלף ש"ח)

אשר תדרשו מאת : _____(להלן "החייב") בקשר

למכרז מס' 26/2022 לאספקת מיטות רפואיות סיעודיות חשמליות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _____.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_____

שם הבנק/חב' הביטוח

_____	_____
מס' הבנק ומס' הסניף	כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

_____	_____	_____
תאריך	שם מלא	חתימת וחותמת מורשה החתימה

<u>נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים</u>

מסמך זה ייחתם על ידי המציע

תאריך : ____/____/_____

לכבוד

משרד הבריאות

א.ג.נ

<u>הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים</u>

הואיל ומשרד הבריאות (להלן "המשרד") פרסם מכרז מס' 26/2022 לאספקת מיטות חשמליות רפואיות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות (להלן :"השירותים") ;

והואיל והמציע_____ (להלן : "המציע) מעוניין להשתתף במכרז זה ;

והואיל והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע ;

והואיל והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, על מקבלי השירות ובני משפחותיהם ;

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית ;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם על מקבלי השירות ובני משפחותיהם.
2. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא המתייחס למקבלי השירות ובני משפחותיהם, ולמעט למי שמוסמך כדין לקבלו.
3. לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
4. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

5. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

6. להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו באם אזכה במכרז.

7. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע אלא אם הדבר הותר בתנאי המכרז על נספחיו וצרופותיו או על פי כל דין.

8. שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

9. בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

10. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: _____ בחודש: _____ שנת: _____

המציע:

שם פרטי ומשפחה: _____ ת"ז: _____ כתובת: _____

חתימה: _____

נספח א'10 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/_____

לכבוד

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

<u>ירושלים</u>

א.ג.נ.,

<u>אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים</u>

אני, _____, נציג המציע _____, מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל עובדי המועסקים על ידי, המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה, ובכללם החוקים המפורטים להלן :

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945
- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949
- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
- חוק החניכות, תשי"ג-1953
- חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
- חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967
- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
- חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988
- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991
- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006
- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997
- חוק למניעת העסקה של עבריינים מין במוסדות מסויימים, התשס"א-2001
- המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.

תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת המציע

<u>אישור עו"ד</u>

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני הנציג _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
תאריך	שם מלא ומ.ר של עו"ד	חתימה וחותמת

נספח א'11 - תצהיר עסק בשליטת אישה

תצהיר

אני החתומה מטה, גב' _____, נושאת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בכתב כדלקמן:

1. _____ (להלן: "**המציע**"), הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מושגים אלה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

2. אני מחזיקה בשליטה במציע לבדי / בשיתוף עם _____ ת.ז _____, _____ ת.ז _____, _____ ת.ז _____ (מחקי את המיותר).

- מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה חשבון, כמשמעות המונח אישור בסעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____
תאריך	חתימת המצהיר

אישור

<u>אישור עו"ד</u>

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני הנציג _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
תאריך	שם מלא ומ.ר של עו"ד	חתימה וחותמת

נספח א'12 למכרז – אישור רו"ח

(יוגש על נייר מכתבים של משרד רו"ח)

תאריך: _____

לכבוד

_____ [שם המציע]

הנדון: **אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים לתקופה: DD/MM/YYYY עד DD/MM/YYYY**
[יושלם על ידי רואה החשבון]

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2 2.2:

2.1. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום / בימים _____.

2.2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים _____.

3. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 3.1 ו-3.2 3.2:

3.1. דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

3.2. דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 4 להלן.

4. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאים הנדרשים במכרז בסעיפים 5.3.1 + 5.3.2 כמפורט להלן:

4.1. תנאי סף בסעיף 5.3.1: המציע סיפק לפחות 100 מיטות במהלך שנה, במשך שלוש שנים כלשהן, מתוך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. יובהר כי אין חובה ששלוש השנים הנדרשות יהיו רצופות.

4.2. תנאי סף בסעיף 5.3.2: המציע סיפק ציוד רפואי, בהיקף שנתי של 1,000,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ) במשך 3 שנים, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז. יובהר כי אין חובה ששלוש השנים הנדרשות יהיו רצופות.

בכבוד רב,

_____

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.
- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

נספח א'13 למכרז – הצהרת קיום מערכת אבטחת איכות- Declaration of Quality Management System (QMS) יצרן ישראלי

נוסח עברי ימולא ע"י "יצרן" ישראלי.

אני החתום מטה, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. / דרכון מספר _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק במדינתי אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "היצרן") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעתו של _____ (להלן: "המציע") **במכרז מס' 26/2022 לאספקת מיטות חשמליות סיעודיות רפואיות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות** (להלן: "המכרז").

2. אני מאשר בזאת שהיצרן _____ מיישם מערכת אבטחת איכות (Quality Management System) לביקורת קבלה (incoming inspection), ביקורת תהליך (in process inspection) ביקורת סופית (final inspection) טיפול בתלונות לקוח והודעה לרשויות (complaints handling and vigilance) ובקרה על שינויים ההנדסיים (control of engineering changes).

3. מצורף בזאת העתקים מאושרים של הוראות העבודה (Quality procedures) לתהליכים אלו.

4. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	**שם מלא של החותם בשם היצרן**	**חתימה וחותמת היצרן**

נספח א'14 למכרז – הצהרת קיום מערכת אבטחת איכות- Declaration of Quality Assurence יצרן שאינו ישראלי

נוסח לועזי ימולא ע"י "יצרן" שאינו ישראלי.

Tender # _26/2022

I _____ (full name and position) hereby declare that _____(full company name and address) implements a Quality Management System at our premises for:

- Incoming inspection.
- In process inspection.
- Final Inspection.
- Complaints handling and vigilance.
- Control of engineering changes.

Attached are the approved signed copies of the quality procedures, related to the quality processes described herein.

Full name and position	Date	Company name and stamp as applicable

נספח א'15 למכרז – אישור לחתימת יצרן – מוצר שלא נאסר לשימוש

אני הח"מ _____, מורשה חתימה מטעם _____
מאשר בזאת כי המוצר/ים המפורטים להלן לא נאסרו לשימוש על ידי רשויות תקינה כלשהן מסיבות בטיחותיות וזאת במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

שם היצרן או בעל המותג: _____ מספר מזהה: _____

שם המאשר: _____ תפקיד ביצרן או בעל המותג: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

<u>לנוחיות המציעים להלן נוסח אישור באנגלית למוצרים מיובאים:</u>

I,_____ ,the undersigned, am the authorized signatory for _____.

I hereby confirm that the following products were not banned from use due to safety reasons during the last two years from the last date for submitting the proposals to the Tender No. __

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Name of manufacturer or owner of the brand:_____

Registered No.: _____

Name of the signatory: _____

Roll of signatory at the manufacturer or owner of the brand: _____

Date: _____

Signature:_____

נספח א'16 למכרז – פירוט נתונים אודות המוצר המוצע כולל הוכחת עמידה בתנאי סף טכניים והערות רלוונטיות

- **נספח א16(1) -** מיטה חשמלית Hi-Low+ Full Fowler - רמה א';
- **נספח א16(2)** - מיטה חשמלית לכבדי משקל;
- **נספח א16(3) -** מיטה חשמלית ארוכה Hi-Low+ Full Fowler;
- **נספח א16(4) -** מיטה חשמלית נמוכה Hi-Low+ Full Fowler;
- **בנספחים א'16(1) עד א'16(4) להלן, על המציע לפרט את נתוני המוצר בטור "מענה המציע", לצורך מתן הסבר על המוצר, וכמו כן על מנת להוכיח את עמידת המוצר בתנאי הסף. מוצר שאינו עומד באחד מתנאי הסף יפסל.**
- **תנאי הסף לכל מוצר מפורטים בפרק תנאי הסף וכן בפרק 3 לעיל.**
- **בנספח א'16 אין אין לפרט ואין לציין מחירים כלשהם. את הצעת המחיר יש למלא בנספח ב' בלבד (כולל מחירי אביזרים אופציונליים וחלקי חילוף נוספים שאותם יש למלא בנספח ב'1).**

נספח א16(1) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א'	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי**
1. <u>מבנה המיטה:</u>		
1.1. רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm (נא לציין רוחב בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 195 ÷203 cm (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.3. נא לציין מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	מידות:	ניקוד איכות
1.4. משקל עצמי של המיטה	_____ק"ג	
1.5. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):		**תנאי סף**
1.5.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**

נספח א16(1) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
1.5.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.5.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.5.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.6. מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרן – שני חלקים, דפנות – שני חלקים). נא לציין כמות חלקים וסוג	יש לפרט כמות חלקים וסוג: מראשות: מרגלות: מצע מזרן – שני חלקים: דפנות:	**תנאי סף**
1.7. מרווח (Clearance)		
1.7.1 על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.7.2 המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 5 × 15 cm או לפי המפורט בסעיף 9.4 של דרישות אופציונאליות	יש לפרט סוג המצע:	**תנאי סף**
1.9. תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות		**תנאי סף**
1.10. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור		**תנאי סף**

נספח א16(1) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א׳	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
2. <u>תנועות המיטה:</u>		
2.1. תנועות המיטה **חשמליות**: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)		**תנאי סף**
2.2. <u>פעולת Hi – Lo **חשמלית**</u>:		
2.2.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (ללא חיפוי או חיפוי המבטיח הגנה מפני נוזלים וחיכוך)		**תנאי סף**
2.2.2. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	_____ס״מ	**תנאי סף** אמות מידה לאיכות
2.2.3. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm (נא לציין)	_____ס״מ	
2.2.3.1. הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס״מ	_____ס״מ	**תנאי סף**
2.3. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65º לפחות, נא לציין זווית	נא לציין זווית:	**תנאי סף** אמות מידה לאיכות
2.4. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:		
2.4.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25º לפחות (נא לציין זווית)	נא לציין זוית:	**תנאי סף**
2.4.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין: 0 ÷ 15º לפחות (נא לציין זווית)	נא לציין זוית:	**תנאי סף**
2.4.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, ע״י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לפחות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי).	נא לציין אופן פעולה: טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים: מספר התחנות האפשרי:	**תנאי סף**. אמות מידה לאיכות.

נספח א16(1) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
2.5. פעולת משענת גב עם Retraction (נא לציין בס"מ במידה וקיים)	קיים / לא קיים _____ס"מ	
2.6. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	אמות מידה
2.6.1. הזווית בפעולות Trendelenburg/ Reverse Trendelenburg - ±12° (נא לציין זווית מדויקת)	קיים / לא קיים	
2.7. נא לציין פונקציות נוספות במידה וקיימות	מענה המציע:	
3. **<u>מראשות ומרגלות</u>**:		
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
3.2. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים <u>(נא לציין את האפשרויות</u>	קיים / לא קיים נא לציין את האפשרויות הקיימות:	**תנאי סף**
3.3. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח"	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4. <u>דפנות הצד:</u>		
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.		**תנאי סף**
4.2. גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרן **<u>הערה</u>**: הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס"מ		**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן		**תנאי סף**
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)		**תנאי סף**
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)		**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)		**תנאי סף**

נספח א16(1) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
4.7. נא לציין האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה		
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות		**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	קיים / לא קיים	
4.10. על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר ציפוי,צבעים ומהן האופציות הקיימות)	נא לציין האפשרויות הקיימות :	**תנאי סף**
5. <u>גלגלי המיטה:</u>		
5.1. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים : Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני	לציין יצרן ולצרף מפרט הטכני לגלגל הרלוונטי :	
5.2. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל		**תנאי סף**
5.2.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול		**תנאי סף**
5.3. קוטר הגלגלים- 4'' לפחות (10 ס"מ)	קוטר :	**תנאי סף**
5.4. כושר נשיאה לגלגל אחד 100 ק"ג לפחות (נא לצרף נתונים טכניים)	נתונים טכניים : _____	**תנאי סף**
5.5. מסב כדורי לצידוד		**תנאי סף**
5.6. מסב / בוקסה לגילגול (נא לציין סוג)	סוג :_____	**תנאי סף**
5.7. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane	לציין חומר : _____	**תנאי סף**
5.8. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין סוג החומר)	קיים / לא קיים חומר :_____	**תנאי סף**

נספח א16(1) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
5.9. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין סוג החומר)	לציין סוג החומר: _____	**תנאי סף**
6. <u>שלט הפעלה:</u>		
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולתTrendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)	קיימת/לא קיימת	**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה		**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים). נא לציין אופן נעילה.	אופן נעילה:	**תנאי סף**
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט		**תנאי סף**
7. <u>דרישות כלליות:</u>		
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL): 170 kg לפחות. (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	משקל נשיאה מרבי: _____ק"ג משקל מטופל מרבי: _____ק"ג	**תנאי סף**
7.2. רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה: IPx4	IPX: _____	**תנאי סף**
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל-2 עמודי עירוי בפינות בצדי המראשות לפי עובי עמוד העירוי – 12 מ"מ, יחד עם בידוד (בוקסה) מחומר פלסטי עמיד (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז		**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין סוג המערכת)	סוג מערכת: _____	אמות מידה

נספח א16(1) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית – קטגוריה א׳	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
7.6. כל מיטה תסופק עם מזרן בהתאם למפרט שיקבע במכרז נפרד שיפורסם ע״י משרד הבריאות (עלות המזרן תקבע בהתאם לתוצאות מכרז המזרונים ולא כלולה בעלות המיטה)		
8. **<u>תנאי בטיחות:</u>**		
8.1. אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל (נא לציין אופן איפוס של משענת גב)	לציין אופן איפוס:	**תנאי סף**
8.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה	לצרף הצהרת יצרן	**תנאי סף**

9. **<u>דרישות אופציונאליות מיטה חשמלית קטגוריה א׳:</u>**	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**מחיר תקרה**
9.1. Trapeze: ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה	**קיים / לא קיים**	**ללא תוספת עלות**
9.2. מיטה ניתנת להארכה 10 ס״מ לפחות (נא לציין האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה). לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרון. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא)	מענה המציע:	**מחירון ספק, יש לפרט בנספח ב׳1**
9.3. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף להצעה מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן	מענה המציע:	**מחירון ספק, יש לפרט בנספח ב׳1**

9. <u>דרישות אופציונאליות מיטה חשמלית קטגוריה א':</u>	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	מחיר תקרה
9.4. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי: ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL), פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור. מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL. נא לציין סוג החומר, ועובי	סוג חומר ועובי:	**ללא תוספת עלות**
9.5.אביזרי הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):	קיים / לא קיים	**ללא תוספת עלות**
9.5.1.עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי) וללא השארת סימנים על הקיר	קיים / לא קיים	
9.5.2.מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין בנספח א'16 אופן החיבור)	מענה המציע:	
9.5.3.ניתנים להחלפה	קיים / לא קיים	
9.6. פונקציה בשלט ההפעלה להפעלת משענת גב ומשענת רגליים בו – זמנית (נא לציין בנספח א'16 האם מדובר בשלט שונה)	מענה המציע:	**ללא תוספת עלות**
9.7. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים: AH ,V וזמן פעולה ללא חשמל)	נתונים טכניים:	**מחירון ספק**
9.8. פונקציה בשלט ההפעלה להעברת המיטה למצב CPR	קיים / לא קיים	**ללא תוספת עלות**
9.9. אופציה למיטה ברוחב cm80 (מידות פנים)	קיים / לא קיים	**ללא תוספת עלות**
9.10. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם	קיים / לא קיים	**ללא תוספת עלות**
9.11. שלט עם מגע רגיש (touch)	קיים / לא קיים	**מחירון ספק**

9. <u>דרישות אופציונאליות מיטה חשמלית קטגוריה א':</u>	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**מחיר תקרה**
9.12. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה	קיים / לא קיים	**600**

נספח א16(2) תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב'	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי**
1. <u>מבנה המיטה</u>:		
1.1. רוחב מצע: לא פחות מ- 110 cm ולא יותר מ-120 ס"מ (נא לציין רוחב בס"מ והאופציות הקיימות)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 195 ÷203 cm (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.3. אורך כללי (חיצוני) של המיטה, לא יותר מ- 225 ס"מ	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.4. נא לציין מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	מידות פנימיות וחיצוניות:	
1.5. משקל עצמי של המיטה, נא לציין בק"ג	משקל עצמי ק"ג:	
1.6. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):	קיים / לא קיים:	**תנאי סף**
1.6.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**

נספח א16(2) תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
1.6.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.6.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.6.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.7. **מרווח (Clearance)**		
1.7.1. על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.7.2. עבור מיטה בעלת מנגנון מספריים לעליה וירידה (סעיף 2.2.1.2) בפרק 3 המצ"ב "מפרט טכני") המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך של 1 מטר לפחות במרכז המיטה: 50 ס"מ לפחות לכיוון מראשות ו- 50 ס"מ לפחות לכיוון מרגלות	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.7.3. עבור מיטה עם שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות (סעיף 2.2.1.1 במפרט הטכני) המיטה, המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטות להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 5 × 15 cm או לפי המפורט בסעיף 9.4 בדרישות האופציונאליות	יש לפרט סוג המצע:	**תנאי סף**
1.9. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור	קיים / לא קיים	
1.10. תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות	קיים / לא קיים	**תנאי סף**

נספח א16(2) תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
1.11. פסי הגנה הקיפים בצד מראשות ומרגלות לכל הרוחב המיטה (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	
2. תנועות המיטה:		
2.1. תנועות המיטה ה**חשמליות** : Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
2.2. פעולת Hi – Lo **חשמלית** :		
2.2.1. מנוע/י Hi-Lo מוסתרים בתוך גוף המיטה :(נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	
2.2.1.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה או 2.2.1.2. מנוע אחד לפתיחת המיטה בשיטת מספריים	קיים / לא קיים – יש לפרט :	**תנאי סף**
2.2.2. במידה ושני מנועים ממוקמים במראשות ומרגלות המיטה הם ללא חיפוי או חיפוי המבטיח הגנה מפני נוזלים וחיכוך	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
2.2.3. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	_____ס"מ	**תנאי סף**
2.2.4. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 ס"מ (נא לציין)	_____ס"מ	
2.3. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא :		
2.3.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין : 25º ÷ 0 לפחות (נא לציין זווית)	נא לציין זווית :	**תנאי סף**
2.3.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין : 15º ÷ 0 לפחות (נא לציין זווית)	נא לציין זווית :	**תנאי סף**
2.3.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, ע"י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לפחות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי)	נא לציין אופן פעולה : טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים : מספר התחנות האפשרי :	**תנאי סף**
2.3.3.1. ידיות הפעלה של משענת שוקיים נמצאות משני צדי המיטה	קיים / לא קיים	
2.4. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות : 65º ÷ 0 לפחות (נא לציין זווית)	נא לציין זווית :	**תנאי סף**

נספח א16(2) תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
2.4.1. פעולת משענת גב עם Retraction (נא לציין בס"מ במידה וקיים)	קיים / לא קיים _____ס"מ:	
2.5. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	
2.5.1. הזווית בפעולות Trendelenburg/ Reverse Trendelenburg - ±12° (נא לציין זווית מדויקת)	נא לציין זווית:	
2.6. סוללת גיבוי 9V לצורך איפוס המיטה		**תנאי סף**
2.7. פונקציות נוספות ככל שקיימות	להן פירוט:	
3. **מראשות ומרגלות:**		
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
3.2. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים (נא לציין את האפשרויות)	אפשרויות קיימות:	**תנאי סף**
3.3. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח"	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4. דפנות הצד:		
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4.2. גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרן הערה: הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס"מ	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)	קיים / לא קיים	**תנאי סף**

נספח א16(2) תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
4.7. נא לציין האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה	פירוט:	
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	קיים / לא קיים	
4.10. על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר ציפוי,צבעים ומהן האופציות הקיימות)	קיים / לא קיים פירוט חומרים, ציפוי, צבעים וכד':	**תנאי סף**
5. <u>גלגלי המיטה:</u>		
9.1. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני	לציין יצרן ולצרף מפרט הטכני לגלגל הרלוונטי:	
5.1. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
5.1.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
5.2. קוטר הגלגלים - 4" לפחות	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
5.3. כושר נשיאה לגלגל אחד (נא לצרף נתונים טכניים)	נתונים טכניים:	
5.4. מסב כדורי לצידוד	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
5.5. מסב / בוקסה לגלגול (נא לציין)	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
5.6. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
5.7. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין סוג החומר)	קיים / לא קיים חומר: _____	**תנאי סף**
5.8. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין סוג החומר)	לציין סוג החומר: _____	**תנאי סף**
6. <u>שלט הפעלה:</u>		

נספח א16(2) תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)	קיים / לא קיים לציין :	**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים). נא לציין אופן נעילה.	קיים / לא קיים אופן נעילה :	**תנאי סף**
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית / Trendelenburg Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	קיים / לא קיים לציין :	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
7. <u>דרישות כלליות:</u>		
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load- SWL) : 220 kg לפחות (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	קיים / לא קיים משקל נשיאה מרבי : משקל מטופל מרבי :	**תנאי סף**
7.2. רמת אטימות של מערכת ההנעה החשמלית ושלט ההפעלה : IPx4 לפחות	קיים / לא קיים לציין רמת IPX :	**תנאי סף**
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל- 2 עמודי עירוי בכל אחת מפינות המיטה, בצדי המראשות, בהתאם לעובי עמוד עירוי – 12 מ"מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon)	קיים / לא קיים	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין סוג המערכת)	סוג מערכת :	אמות מידה
7.6. עבור כל הידיות להפעלת פונקציות פניאומאטיות ועבור הדוושות להפעלת פעולת נעילת גלגלים, קיימים סימונים גראפיים עמידים לשטיפה על גבי גוף המיטה	קיים / לא קיים	
7.7. כל מיטה תסופק עם מזרן בהתאם למפרט שיקבע במכרז נפרד שיפורסם ע"י משרד הבריאות (עלות המזרן תקבע בהתאם לתוצאות מכרז המזרונים ולא כלולה בעלות המיטה)	קיים / לא קיים	
8. <u>תנאי בטיחות:</u>		
8.1. אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל (נא לציין אופן איפוס של משענת גב)	קיים / לא קיים אופן איפוס משענת גב :	**תנאי סף**

נספח א16(2) תנאי סף טכניים למוצר מיטה חשמלית לכבדי משקל - קטגוריה ב'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
8.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה, נא לצרף הצהרת היצרן	קיים / לא קיים	**תנאי סף**

9. דרישות אופציונאליות מיטת כבדי משקל - קטגוריה ב':	תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)	מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)
9.1. תוספת הארכה 10 ס"מ לפחות (נא לציין האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה) לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרן. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא).	מענה המציע:	**מחירון ספק**
9.2. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן	מענה המציע:	**מחירון ספק**
9.3. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי: ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL) , ניתנים לשליפה לצורך ניקוי, כולל פתחים לא גדולים מ-15 X 5 ס"מ לצורך אוורור בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL. **נא לציין סוג החומר, ועובי**	סוג חומר ועובי:	**ללא תוספת עלות**
9.4. הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):		**ללא תוספת עלות**
9.4.1.מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין אופן החיבור) 9.4.2.עשויים מחומר גמיש (Vinil, גומי) וללא השארת סימנים על הקיר	אופן חיבור: קיים / לא קיים:	
9.5. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים: AH ,V וזמן פעולה ללא חשמל)	נתונים טכניים:	**מחירון ספק**
9.6. Trapeze: ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה	קיים / לא קיים	**תנאי סף, ללא תוספת עלות**

9. <u>דרישות אופציונאליות מיטת כבדי משקל - קטגוריה ב':</u>	**תנאים (חובה לעמוד בכל סעיף שהוגדר תנאי סף)**	**מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)**
9.7. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם. במידה ובשימוש חוזר יותקנו הגלגלים ללא עלות	קיים / לא קיים	**ללא תוספת עלות**
9.8. שלט עם מגע רגיש (touch)	קיים / לא קיים	**מחירון ספק**
9.9. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה – אופציה חובה		**600**

נספח א16(3) - תנאי סף טכניים מיטה חשמלית ארוכה – קטגוריה ג'	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי**
1. <u>מבנה המיטה:</u>		
1.1. רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm (נא לציין רוחב בס"מ)	רוחב בס"מ:	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 220 ÷210 cm (נא לציין אורך בס"מ)	אורך בס"מ:	**תנאי סף**
1.3. נא לציין מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	מידות פנימיות וחיצוניות:	
1.4. משקל עצמי של המיטה (נא לציין בק"ג)	משקל עצמי:	
1.5. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):		**תנאי סף**
1.5.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	אורך ס"מ	**תנאי סף**
1.5.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	אורך ס"מ	**תנאי סף**
1.5.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	אורך ס"מ	**תנאי סף**
1.5.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	אורך ס"מ:	**תנאי סף**
1.6. מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרן – שני חלקים, דפנות – שני חלקים). נא לציין כמות חלקים וסוג	כמות חלקים וסוג:	**תנאי סף**

נספח א16(3) - תנאי סף טכניים מיטה חשמלית ארוכה – קטגוריה ג'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
1.7. **מרווח (Clearance)**		
1.7.1. על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. הערה: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ. למיטות עם גובה מצע מינימאלי מעל 40 ס"מ, המדידה היא בגובה המצע המינימאלי.	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.7.2. המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 15 cm × 5 או לפי המפורט בסעיף 9.4 של דרישות אופציונאליות	קיים / לא קיים לציין:	**תנאי סף**
1.9. תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות		**תנאי סף**
1.10. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור		**תנאי סף**
2. <u>תנועות המיטה:</u>		
2.1. תנועות המיטה **חשמליות**: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)		**תנאי סף**
2.2. <u>פעולת Hi – Lo **חשמלית**</u>:		
2.2.1. מנוע/י Hi-Lo, נא לציין מיקום:		
2.2.1.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (לא מוסתרים ע"י חיפוי עץ/דמוי עץ)	מיקום:	**תנאי סף**
2.2.2. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-41 cm (נא לציין)	גובה בס"מ:	**תנאי סף**
2.2.3. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm (נא לציין)	גובה בס"מ:	
2.2.3.1. הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס"מ	הפרש גבהים:	**תנאי סף**
2.3. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65º לפחות, נא לציין זווית	יש לציין זווית:	**תנאי סף**
2.4. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:		

נספח א16(3) - תנאי סף טכניים מיטה חשמלית ארוכה – קטגוריה ג'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
2.4.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25º לפחות (נא לציין זווית)	נא לציין זווית:	**תנאי סף**
2.4.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין: 0 ÷ 15º לפחות (נא לציין זווית)	נא לציין זווית:	**תנאי סף**
2.4.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת, ע"י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לפחות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי)	נא לציין אופן פעולה: טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים: מספר התחנות האפשרי:	**תנאי סף**
2.5. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	
2.5.1. הזווית בפעולות Trendelenburg/ Reverse Trendelenburg - ±12° (נא לציין זווית מדויקת)	זווית מדוייקת:	
3. <u>מראשות ומרגלות</u>:		
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד		**תנאי סף**
3.2. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח"		**תנאי סף**
3.3. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד		**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים <u>(נא לציין את האפשרויות</u>	אפשרויות קיימות:	**תנאי סף**
4. <u>דפנות הצד:</u>		
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.		**תנאי סף**
4.2. גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרן **<u>הערה</u>**: הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס"מ		**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– **36** ס"מ לפחות מעל מצע המזרן	גובה ס"מ:	**תנאי סף**
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)		**תנאי סף**

נספח א16(3) - תנאי סף טכניים מיטה חשמלית ארוכה – קטגוריה ג'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)		**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)		**תנאי סף**
4.7. נא לציין האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה	יש לפרט:	
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות		**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	קיים / לא קיים	
4.10. על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר לא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר ציפוי,צבעים ומהן האופציות הקיימות)	סוג חומר: ציפוי: צבעים: אופציות קיימות:	**תנאי סף**
5. <u>גלגלי המיטה:</u>		
9.2. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני	לציין יצרן ולצרף מפרט הטכני לגלגל הרלוונטי:	
5.1. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל		**תנאי סף**
5.1.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול		**תנאי סף**
5.2. קוטר הגלגלים- 4" לפחות (10 ס"מ)	לציין קוטר	**תנאי סף**
5.3. כושר נשיאה לגלגל אחד 100 ק"ג לפחות (לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, יש לצרף הצהרת יצרן)	כושר נשיאה לגלגל בק"ג:	**תנאי סף**
5.4. מסב כדורי לצידוד		**תנאי סף**
5.5. מסב / בוקסה לגילגול (נא לציין סוג)	סוג:	**תנאי סף**
5.6. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane		**תנאי סף**
5.7. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין סוג החומר)	קיים / לא קיים חומר:_____	**תנאי סף**

נספח א16(3) - תנאי סף טכניים מיטה חשמלית ארוכה – קטגוריה ג'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
5.8. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין סוג החומר)	לציין סוג החומר: _____	**תנאי סף**
6. <u>שלט הפעלה:</u>		
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולתTrendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)		**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה		**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת המקשים). נא לציין אופן נעילה	אופן נעילה:	**תנאי סף**
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט		**תנאי סף**
7. <u>דרישות כלליות:</u>		
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL): 170 kg לפחות. (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	משקל נשיאה מירבי: משקל מטופל מירבי:	**תנאי סף**
7.2. רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה: IPx4	רמת אטימות:	**תנאי סף**
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל-2 עמודי עירוי בפינות בצדי המראשות לפי עובי עמוד העירוי – 12 מ"מ, יחד עם בידוד (בוקסה) מחומר פלסטי עמיד (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים:	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז		**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין סוג המערכת)	קיים / לא קיים: סוג המערכת:	אמות מידה
8. <u>תנאי בטיחות:</u>		
8.1. משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה (נא לציין אופן איפוס של משענת הגב)	אופן איפוס משענת גב:	**תנאי סף**
8.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה, נא לצרף הצהרת היצרן		**תנאי סף**

9. **דרישות אופציונאליות מיטה ארוכה – קטגוריה ג':**	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**מחיר תקרה** (ללא מע"מ וכולל לעבודה)
9.1. מיטה ניתנת להארכה 10 ס"מ לפחות (נא לציין האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה) לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרן. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים. (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא)	מענה המציע:	**מחירון ספק**
9.2. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף להצעה מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן	מענה המציע	**מחירון ספק**
9.3. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי: ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL), פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור. מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL. נא לציין סוג החומר, ועובי	סוג חומר ועובי	**ללא תוספת עלות**
9.4. הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):		
9.4.1. מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין אופן החיבור)	אופן חיבור	
9.5. פונקציה בשלט ההפעלה להפעלת משענת גב ומשענת רגליים בו – זמנית (נא לציין האם מדובר בשלט שונה)	מענה המציע	**ללא תוספת עלות**
9.6. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים: V, AH וזמן פעולה ללא חשמל)	נתונים טכניים:	**מחירון ספק**
9.7. אופציה למיטה ברוחב 80cm (מידות פנים)	מידות פנים:	**ללא תוספת עלות**
9.8. Trapeze: ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה		**ללא תוספת עלות**

9.9. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם		**ללא תוספת עלות**
9.10. שלט עם מגע רגיש (touch)		**מחירון ספק**
9.11. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה		**600**

נספח א16(4) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי**
1. <u>מבנה המיטה:</u>		
1.1. רוחב מצע: 85 ÷ 93 cm (נא לציין רוחב בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.2. אורך מצע: 195 ÷203 cm (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.3. נא לציין מידות פנימיות וחיצוניות של המיטה המוצעת	מידה חיצוניות: _____ס"מ מידה פנימיות: _____ס"מ	אמות מידה איכות
1.4. משקל עצמי של המיטה (נא לציין בק"ג)	משקל עצמי ק"ג:	
1.5. על מצע המיטה להיות עשוי מארבעה חלקים (Full Fowler):		**תנאי סף**
1.5.1. משענת גב (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.5.2. משענת גב תחתון (ישבן) (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.5.3. משענת ירכיים (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.5.4. משענת שוקיים (נא לציין אורך בס"מ)	_____ס"מ	**תנאי סף**
1.6. מיטה מתפרקת ו/או מתקפלת לצורך העברה (6 חלקים לפחות: מראשות, מרגלות, מצע מזרן – שני חלקים, דפנות – שני חלקים). נא לציין כמות חלקים וסוג	כמות חלקים: מתפרקת / מתקפלת	**תנאי סף**
1.7. **<u>מרווח (Clearance)</u>**		

נספח א16(4) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
1.7.1. על המרווח בין הרצפה והמסגרת התחתונה של המיטה (Clearance) להיות בגובה 15 cm לפחות, על מנת לאפשר כניסת רגליי מנוף. <u>הערה</u>: למיטות עם גובה מצע מינימאלי נמוך מ- 40 ס"מ, המרווח נמדד בגובה 40 ס"מ.	גובה _____ס"מ	**תנאי סף**
1.7.2. המרווח בסעיף הקודם (15 ס"מ) הוא לאורך המיטה בין מראשות ומרגלות		**תנאי סף**
1.8. על מצע המיטה להיות רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים), העשויה חוט עגול מגולוון בעובי 5 מ"מ לפחות, צבוע בצבע אפוקסי בתנור, כאשר חללי הרשת לא גדולים מ- 15 cm × 5 או לפי המפורט בסעיף 9.6 של דרישות אופציונאליות	יש לפרט סוג ההמצע	**תנאי סף**
1.9. תומכי מזרן משני צדי המיטה, במראשות ובמרגלות	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
1.10. גוף המיטה עשוי מתכת, צבוע בצבע אפוקסי בתנור	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
2. <u>תנועות המיטה:</u>		
2.1. תנועות המיטה **חשמליות**: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים)		**תנאי סף**
2.2. <u>פעולת Hi – Lo **חשמלית**</u>:		
2.2.1. שני מנועים הממוקמים במראשות ובמרגלות המיטה (ללא חיפוי או חיפוי המבטיח הגנה מפני נוזלים וחיכוך)		**תנאי סף**
2.2.2. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על-30 cm (נא לציין)	_____ס"מ	**תנאי סף**
2.2.3. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה לא יעלה על 82 cm (נא לציין)	_____ס"מ	
2.2.3.1. הפרש הגבהים בפעולת HI-LO לא פחות מ- 30 ס"מ	לציין טווח בס"מ: _____	**תנאי סף**
2.3. על פעולת משענת הגב **החשמלית** של המיטה לנוע בטווח זוויות: 0 ÷ 65º לפחות, נא לציין זווית	זווית: _____	**תנאי סף**, אמות מידה לאיכות
2.4. פעולת משענת הרגליים תהיה באופן הבא:		
2.4.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית. הזווית בין מצע המזרן ומשענת ירכיים נעה בין: 0 ÷ 25º לפחות (נא לציין זווית)	זווית:	**תנאי סף**

נספח א16(4) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
2.4.2. תנועת משענת השוקיים נגררת לאחר משענת ירכיים. הזווית בין מצע המזרן ומשענת שוקיים נעה בין: 15º ÷ 0 לפחות (נא לציין זווית)	זווית:	**תנאי סף**
2.4.3. אפשרות שינוי הזווית של משענת השוקיים באמצעות יד אחת ע"י הפעלת מנגנון הכולל 4 תחנות לאורך התנועה, מכני או חשמלי (נא לציין את טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים, את מספר התחנות האפשרי)	נא לציין אופן פעולה: טווח הזוויות לתנועת משענת השוקיים: מספר התחנות האפשרי:	**תנאי סף**
2.5. פעולת משענת גב עם Retraction (נא לציין בס"מ במידה וקיים)	קיים / לא קיים _____ס"מ	
2.6. תנועה חשמלית Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	אמות מידה איכות
2.6.1. הזווית בפעולות Reverse /Trendelenburg Trendelenburg - ±12° (נא לציין זווית מדויקת)	זווית מדוייקת: _____	
2.7. <u>נא לציין פונקציות נוספות במידה וקיימות</u>		
3. <u>מראשות ומרגלות:</u>		
3.1. מראשות ומרגלות עשויות כחלק אחד		**תנאי סף**
3.2. מסגרת מתכתית של מראשות ומרגלות בנויה בצורה "ח"		**תנאי סף**
3.3. מראשות ומרגלות בנויות בצורה מלבנית בלבד		**תנאי סף**
3.4. מראשות ומרגלות המיטה עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) וללא חיפוי של מנועים <u>(נא לציין את האפשרויות</u>	מענה המציע:	**תנאי סף**
4. <u>דפנות הצד:</u>		
4.1. עולות - יורדות, המחוברות באמצעות פינים למראשות ולמרגלות, ונעות במסילה מתכתית. הפינים יהיו מחומר מתכתי (פינים מתכתיים) או פינים עשויים פלסטיק, מחוזקים בסיבי פחם, ובלבד שהיצרן אישר שרמת חוזק החומרים אינה פחותה בהשוואה לפינים מתכתיים.		**תנאי סף**
4.2. גובה הדפנות במצב מקופל, נמוך מגובה המזרן **<u>הערה</u>**: הגובה המינימאלי של המזרן – 12 ס"מ		**תנאי סף**
4.3. גובה הדפנות במצב מורם– 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן	_____ס"מ	**תנאי סף**

נספח א16(4) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
4.4. על דפנות הצד להיות לכל האורך המיטה משני הצדדים. (בין המראשות והמרגלות)	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
4.5. המרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-12 ס"מ במצב בו הדפנות מורמות (פתוחות)		**תנאי סף**
4.6. המרווחים בין שלבי הדפנות הם לא פחות מ-2.5 ס"מ במצב בו הדפנות למטה (מקופלות)		**תנאי סף**
4.7. נא לציין האם הדפנות שומרות על מרווח קבוע ביניהן בעת הרמה והורדה	קיים / לא קיים	
4.8. נעילת דפנות נפרדת משני צדי המיטה - במראשות ומרגלות		**תנאי סף**
4.9. דפנות ניתנות לפתיחה/סגירה בעזרת יד אחת	קיים / לא קיים	
4.10. על הדפנות להיות עשויות עץ מלא או דמוי עץ עם ציפוי עמיד למניעת שחיקה (דוגמת פורמיקה) או מחומר ללא מחליד, דוגמת אלומיניום, פלסטיק קשיח (נא לציין סוג החומר ציפוי,צבעים ומהן האופציות הקיימות)	לציין את האופציות הקיימות	**תנאי סף**
5. <u>גלגלי המיטה:</u>		
9.3. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: Tente, Rombus, Colson, Steinco או שווה ערך (נא לציין) עבור גלגל שאינו מאחד היצרנים אלו יש לצרף מפרט הטכני	לציין יצרן ולצרף מפרט הטכני לגלגל הרלוונטי:	
5.1. כל הגלגלים בעלי מעצור המופעל בעזרת הרגל		**תנאי סף**
5.1.1. נעילה מתכתית לצידוד וגלגול		**תנאי סף**
5.2. קוטר הגלגלים- "4 לפחות (10 ס"מ)	לציין קוטר בס"מ:	**תנאי סף**
5.3. מסב כדורי לצידוד		**תנאי סף**
5.4. מסב / בוקסה לגילגול (נא לציין סוג)		**תנאי סף**
5.5. צמיגים מלאים עשויים thermoplastic או polyurethane	לציין חומר:	**תנאי סף**
5.6. כיסוי הגלגלים, במידה וקיים, מחומר אל חלד (נא לציין סוג החומר)	קיים / לא קיים חומר: _____	**תנאי סף**

נספח א16(4) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
5.7. מזלג הגלגל עשוי מחומר אל חלד או פלב"מ (נא לציין סוג החומר)	לציין סוג החומר: _____	**תנאי סף**
6. <u>שלט הפעלה:</u>		
6.1. מאפשר הפעלה של כל הפונקציות החשמליות מלבד פעולת Trendelenburg / Reverse Trendelenburg (במידה ופונקציה קיימת)		**תנאי סף**
6.2. ניתן לתליה משני צדי המיטה		**תנאי סף**
6.3. קיימת אפשרות לנעילת הפעולות בשלט (נעילת מקשים). נא לציין אופן נעילה.		**תנאי סף**
6.4. אפשרות לנעילת פונקציית Trendelenburg / Reverse Trendelenburg במידה וקיימת	קיים / לא קיים	**תנאי סף**
6.5. קופסת פיקוד חשמלית, אליה מחוברים המנועים והשלט		**תנאי סף**
7. <u>דרישות כלליות:</u>		
7.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load- SWL : 170 kg) לפחות. (נא לציין משקל נשיאה מרבי ומשקל מטופל מרבי)	משקל נשיאה מירבי ק"ג: _____ משקל מטופל מירבי: _____	**תנאי סף**
7.2. רמת האטימות של מערכת ההנעה החשמלית יחד עם שלט הפעלה: IPx4	רמת אטימות:	**תנאי סף**
7.3. על המיטה לכלול הכנה ל-2 עמודי עירוי בפינות בצדי המראשות לפי עובי עמוד העירוי – 12 מ"מ, יחד עם בידוד (בוקסה) מחומר פלסטי עמיד (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	
7.4. על המיטה לכלול הכנה, בשתי פינות בצד המראשות, עבור טרפז		**תנאי סף**
7.5. מנועים ושלט מופעלים ע"י מתח 24V (נא לציין האם קיים)	קיים / לא קיים	אמות מידה
7.6. כל מיטה תסופק עם מזרן בהתאם למפרט שיקבע במכרז נפרד שיפורסם ע"י משרד הבריאות (עלות המזרן תקבע בהתאם לתוצאות מכרז המזרונים ולא כלולה בעלות המיטה)		
8. <u>תנאי בטיחות:</u>		
8.1. אפשרות לאיפוס ידני של משענת גב בעת תקלה של מערכת החשמל או הפסקת החשמל (נא לציין אופן איפוס של משענת גב)	אופן איפוס:	**תנאי סף**

נספח א16(4) תנאי סף טכניים מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'	מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:	המידע נדרש לצורך: תנאי סף / ניקוד איכות / מידע כללי
8.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה	יש לצרף להצעה הצהרת יצרן	**תנאי סף**
8.3. כל מיטה תסופק עם מזרן ספוג סטנדרטי לרצפה ולאורך המיטה		**תנאי סף**
8.4. כושר נשיאה לגלגל מיטה אחד : יש לצרף להצעה נתונים טכניים	ק"ג :	

9. **<u>דרישות אופציונאליות</u> מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'**	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)**
9.1. מיטה ניתנת להארכה 10 ס"מ לפחות (נא לציין האם קיים מובנה במיטה ולציין מידה) לאופציה זאת נדרשת התאמה של מעקות המיטה ותוספת משטח ספוג להארכת המזרן. תוספת עלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים האמורים. (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא)	מענה המציע :	**מחירון ספק**
9.2. מתקן הגבהת הדופן, יש לצרף מפרט עם ממדים ולציין אופן חיבור/ניתוק לדופן	יש לצרף מפרט ולציין אופן חיבור / ניתוק :	**מחירון ספק**

9. **דרישות אופציונאליות מיטה חשמלית נמוכה - קטגוריה ד'**	**מענה המציע: בטור זה על המציע לפרט את נתונים אודות הדגם המוצע, להוסיף הערות רלוונטיות וכן להשלים נתונים להוכחת עמידת המוצר בתנאי הסף:**	**מחיר תקרה בש"ח (ללא מע"מ וכולל לעבודה)**
9.3. מצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד או פלסטי: ABS (Vacuum Forming) או High Pressure Laminate (HPL), פסי פלדה צבועים בצבע אפוקסי בתנור. מצע מחורר לצורך אוורור, בעובי 3 מ"מ לפחות עבור Vacuum Forming, ו- 4 מ"מ לפחות עבור HPL. נא לציין סוג החומר, ועובי	סוג חומר ועובי:	**ללא תוספת עלות**
9.4. אביזרי הגנה על פינות המיטה (Bumper Wheels):		**ללא תוספת עלות**
9.4.1. מחוברים בצורה מאובטחת (נא לציין אופן החיבור)	אופן חיבור:	
9.5. פונקציה בשלט ההפעלה להפעלת משענת גב ומשענת רגליים בו – זמנית (נא לציין האם מדובר בשלט שונה)	מענה המציע:	**ללא תוספת עלות**
9.6. פונקציה בשלט ההפעלה להעברת המיטה למצב CPR		**ללא תוספת עלות**
9.7. סוללת גיבוי נטענת (נא לציין נתונים טכניים: V, AH וזמן פעולה ללא חשמל)	נתונים טכניים:	**מחירון ספק**
9.8. Trapeze: ידית מחומר פלסטי מתכוונת לגובה	קיים / לא קיים	ללא תוספת עלות
9.9. אופציה למיטה ברוחב 80 ס"מ	קיים / לא קיים	ללא תוספת עלות
9.10. אופציה להורדת גלגלים והתקנת פקק-רגלית במקומם. **במידה ובשימוש חוזר הגלגלים יותקנו ללא עלות**	קיים / לא קיים	ללא תוספת עלות
9.11. שלט עם מגע רגיש (touch)	קיים / לא קיים	מחירון ספק
9.12. מתן שירות להעברת המיטה בעת העברת הדירה הכולל פירוק המיטה, העברת המיטה והתקנתה		**600**

נספח ב' הצעת מחיר

<u>הצעת מחיר למכרז מס' 26/2022 אספקת מיטות חשמליות סיעודיות רפואיות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות משרד הבריאות</u>

1. את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה. **ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.**
2. הצעת המחיר שתפורט להלן היא התמורה הסופית שלה הספק זכאי. המשרד לא ישלם כל תוספת מעבר למחיר המוצג בהצעת המחיר, כמפורט בסעיף 9 להלן. ההשוואה בין הצעות המחיר היא על בסיס מחיר בש"ח כולל מע"מ.
3. המחירים המפורטים להלן כוללים את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, ישירות ועקיפות, בהתאם לדרישות המופיעות במסמכי המכרז המצ"ב. ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר שלהלן, מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה לרבות עלות אספקת המוצר, עלויות שכר ועלויות זכויות סוציאליות, תקופת אחריות לכל מוצר לתקופה של 4 שנים ממועד אספקתו כולל עבודה + חלפים, מוקד טלפוני, הפעלת אולמות תצוגה, הדרכה על השימוש במוצר, הפעלת סדנת שירות, הפקה והגשת דוחות, קטלוגים ותרגומם לכל השפות הנדרשות במכרז, מחשוב, הובלות, נסיעות, הוצאות משרדיות, תקורות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח הספק מכל דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ.
4. התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים המצויינים להלן כפי שציין המציע ובהתאם לכמות הביצוע בפועל של הזוכה בהתאם להזמנת המשרד.
5. מציע שאינו חייב במע"מ, וצרף על כך אישור כאמור בסעיף 5.2.4, לא ימלא את הסעיפים הנוגעים למע"מ. עם זאת, אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי פעילות המציע חייבת במע"מ, לא יחול כל שינוי בתמורה המשולמת למציע הזוכה, והצעת המחיר תהא ההצעה המחייבת.
6. המזמין אינו מתחייב להזמין מהספק הזוכה מוצרים ו/או שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו. הספק הזוכה לא יבוא למזמין בטענה או דרישה אם היקף המוצרים והשירותים שיוזמנו ממנו בפועל יהיה קטן מהכמות לה ציפה.
7. <u>מלבד ציון הצעת המחיר כמפורט לעיל, על המציע לצרף להצעתו מחירון ספק לאביזרים אופציונליים כמפורט בנספח ב'1 להלן.</u>
8. המציע ימלא את הצעת המחיר שלהלן ויכניס אותה למעטפה נפרדת שעליה יציין: "הצעת המחיר" כמפורט בסעיף 11 במכרז לעיל. מעטפת הצעת המחיר תוכנס למעטפה החיצונית הראשית. אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר למעט בטופס הצעת המחיר שלהלן, אשר יוגש בתוך מעטפת המחיר בלבד.

#		קטגוריה א' - דגם _____	קטגוריה ב' – דגם _____	קטגוריה ג' - דגם _____	קטגוריה ד' - דגם _____
א	**המחיר המבוקש למיטה, בש"ח מע"מ <u>ללא</u>**				
ב	**המחיר המבוקש למיטה, בש"ח מע"מ <u>כולל</u>**				
ג	**שיעור ההנחה על מחירי התקרה של חלקי חילוף המפורטים בפרק 3 למכרז.**	_____ אחוז הנחה	_____ אחוז הנחה	_____ אחוז הנחה	_____ אחוז הנחה

9. הצהרות כלליות

9.1 לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

9.2 ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

9.3 ידוע לי, כי אם על פי שיקול דעת ועדת המכרזים, הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

10. המחירים המצוינים לעיל כוללים את כל העלויות הכרוכות באספקת השירות.

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימת המציע וחותמת

נספח ב'/ 1 הצעת מחיר לחלקי חילוף נוספים ואביזרים אופציונליים <u>₪ כולל מע"מ</u>

1. על המציע למלא את המחיר המבוקש לחלקי חילוף נוספים ואביזרים אופציונליים ₪ <u>כולל מע"מ.</u> רכיב זה לא ישוקלל במסגרת שקלול הצעת המחיר.
2. ככל שקיימים חלקי חילוף נוספים ואביזרים אופציונליים נוספים, על המציע לפרט מוצרים אלה בשורות הריקות שלהלן, ולציין את הצעת המחיר לכל פריט.
3. במידה ויתברר שנדרשים חלקי חילוף נוספים ו/או אביזרים אופציונליים נוספים, שהמציע לא כלל אותם בנספח ב'1 להלן, הספק יהיה חייב לספקם ולא יהיה זכאי לתמורה עבורם.
4. במידה ואביזר אופציונלי משמש גם כחלק חילוף, הצעת המחיר שתוגש עבורו כאביזר אופציונלי תהיה תקפה וזהה גם אם יסופק כחלק חילוף.

#		**קטגוריה א' - דגם** _____	**קטגוריה ב' – דגם** _____	**קטגוריה ג' - דגם** _____	**קטגוריה ד' - דגם** _____
חלקי חילוף נוספים (במידת הצורך)					
א					
ב					
ג					
ד					
ה					
ו					
ז					
אביזרים אופציונליים					
א	מיטה ניתנת להארכה 10 ס"מ לפחות. תוספת העלות להארכת המיטה תכלול את כל המרכיבים	מחיר ₪ כולל מע"מ:			

#		קטגוריה א' - דגם _____	קטגוריה ב' – דגם _____	קטגוריה ג' - דגם _____	קטגוריה ד' - דגם _____
	האמורים (סוג משטח ספוג יהיה בהתאם למכרז בנושא).	פירוט			
ב	מתקן הגבהת הדופן				
ג	סוללת גיבוי נטענת				
ד	שלט עם מגע רגיש (touch)				
ה					
ו					
ז					
ח					

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימת המציע וחותמת

נספח ג' -הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

שנערך ונחתם בירושלים בשנת_____

<u>ב י ן</u>

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד הבריאות, יחד עם חשב משרד הבריאות, המוסמכים לחתום בשמה ע"פ ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים (להלן: "המזמין" / "המשרד").

מצד אחד

<u>לב י ן</u>

הספק _____ מספר מזהה (ח.פ/ ת.ז.) _____

אשר כתובתו _____

באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הספק ולחייבו בחתימתו/ם:

שם: _____ ת.ז: _____

שם: _____ ת.ז: _____

(להלן: "הזוכה" / "הספק").

מצד שני

הואיל: והמזמין פרסם מכרז מס' 26/2022 לאספקת מיטות סיעודיות חשמליות עבור היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות (להלן: "**המכרז**").

והואיל: והספק הצהיר, כי ברשותו היכולת, הידע, הכלים, הדרושים למתן כלל השירותים, כמפורט במסמכי מכרז זה.

מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים **כנספח 1** ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל: והספק הגיש הצעתו וזכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המזמין **מיום** _____ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו ובהן הצהיר הספק כי מוכן לספק את השירותים הנדרשים האמורים לעיל ע"פ דרישות המכרז.

הצעת הספק רצ"ב להסכם זה, מסומנת **כנספח 2** ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל: והמזמין מעוניין לקבל השירותים מהספק כמפורט במסמכי המכרז.

והואיל: והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הספק, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

1. **כללי**

1.1 המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם וכן מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

1.2 כל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים, כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה, הכל בהתאם לעניין וכמשתמע מן ההקשר בהסכם זה.

1.3 הנספחים להסכם זה:

1.3.1 נספח 1 – מכרז מס' 26/2022 כולל תשובות לשאלות ומסמכים הבהרה שהוחלפו בין הצדדים.

1.3.2 נספח 2 - הצעת הספק מיום _____ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו ואושרו על ידי המזמין.

1.4 **סתירה בין מסמכים:**

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם על פני האמור בהצעת הספק. המזמין רואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות הספק, כפי שהן מפורטות בו, כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, או בין המסמכים לבין עצמם או כל סתירה שהיא במכרז זה על נספחיו (כולל החוזה), תפורשנה הוראותיו באופן המיטיב עם המזמין במכרז.

1.5 **נציגים**

1.5.1 <u>נציג המזמין</u> - לצורך ביצוע חוזה זה נציג המזמין הוא חשב המזמין ו/או מי שיוסמך על ידו בכתב (להלן: "נציג המשרד" / "נציג המזמין"). המזמין רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

1.5.2 <u>נציג היחידה</u> - מנהלת היחידה הארצית למכשרי שיקום וניידות במשרד הבריאות, או מי מטעמו/טעמה, אשר יהיה אמון על הקשר עם המציע ינחה אותו, יבקר ויבצע הזמנות עבודה והכל כמפורט במסמכי המכרז.

2. **היתרים רישיונות ואישורים**

2.1 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ובאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הספק מתחייב להציגם למזמין בכל עת שיידרש על ידו.

2.2 הספק מתחייב שכל האישורים והתקנים שנדרשו להצגה במסגרת תנאי הסף בסעיפים 5.3.4, 5.3.5 ו - 5.4 בפרק 1 (כולל תנאי סף למציע ותנאי סף למוצר) ישארו תקפים ברציפות במהלך כל תקופת ההתקשרות. כמו כן הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות, יפעל בצורה רצופה על מנת לחדש כל אישור או תקן שנדרשים על פי תנאי הסף הנ"ל. במקרה בו פג תוקף אישור או תו תקן כלשהו לספק ו/או למוצר, ו/או אם יש חשש שתוקף האישור עומד לפוג, הספק יודיע על כך לנציג המזמין באופן מידי. הספק יציג לנציג המזמין את המסמכים הרלוונטיים בכל עת לפי דרישה.

2.3 מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.

2.4 הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על שינוי מעמדו

אצל היצרן או בעל המותג ו/או כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

2.5 מובהר בזאת כי אם יפוג תוקף אישור או תו תקן כלשהו מאלה המפורטים בתנאי הסף, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק על הפסקת ביצוע הזמנות למוצרים חדשים וזאת עד שהספק יחדש את תוקף האישור או תו התקן החסר וכן יהיה רשאי להפסיק עימו את ההתקשרות והכל בהתאם לנסיבות העניין.

2.6 הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

3. **<u>השירותים הנדרשים</u>**

3.1 השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה (להלן: "**השירותים**"), כוללים אספקת מיטות סיעודיות חשמליות ואת כל השירותים הנדרשים בהתאם לפרק 2 למכרז, ובכלל זה, בין היתר, הדרכה, מתן שירותי אחריות, תיקונים, אספקת חלקי חילוף, הובלות, חידוש מוצרים, ומענה טלפוני.

3.2 הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

3.3 הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן כי יש לו ולעובדים שיועסקו מטעמו בביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

3.4 הספק מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו ע"פ הסכם זה.

3.5 המזמין אינו מתחייב להזמין מהספק מוצרים בכלל או מוצרים מסוג כלשהו או מוצרים בהיקף כלשהו.

3.6 במהלך תקופת ההתקשרות, המשרד יהיה רשאי לעדכן את נהלי העבודה שמגדירים את תהליך האספקה, התחזוקה, השירות, ההדרכה, הדיווח, עדכון מוצרים וכיו"ב. על הספק לפעול בהתאם לנהלי העבודה המעודכנים כפי שיפורסמו על ידי המשרד מעת לעת.

3.7 הספק יספק לזכאי המשרד מוצרים בהתאם לדגמים שאושרו על ידי המזמין.

3.8 החלפת דגמים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של המזמין ועל פי הוראות סעיף 8.16 למפרט השירותים.

3.9 יובהר כי המשרד שומר לעצמו את הזכות להסתייע בגורם אחר שינהל מטעמו את ההתקשרות עם הספק ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. במקרה זה, בכל מקום שכתוב בחוזה "המשרד" או "משרד הבריאות" או "המזמין" יקרא גם "או מי מטעמו". יתר החובות והזכויות של הספק בהתאם להסכם זה, ייוותרו כלשונן.

4. **<u>תקופת ההתקשרות</u>**

4.1 הסכם זה נחתם **לתקופה של שנתיים** שמיום _____ ועד יום _____ (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").

4.2 למזמין בלבד עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לפרקי זמן נוספים של

עד שנה, בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסה"כ (כולל ההתקשרות הראשונה) (להלן: "תקופת ההתקשרות המקורית").

4.3 בתום תקופת ההתקשרות המקורית עם הספק לפי סעיף 4.2 בהסכם לעיל, למשרד קיימת האופציה, להאריך את ההתקשרות עם הספק לתקופות של עד 12 חודשים כל אחת, וזאת לצורך מתן שירותי תיקונים, תחזוקה, השמשה ואספקת חלקי חילוף למוצרים שסיפק הספק בתקופת ההתקשרות המקורית (להלן: "התקשרות לצורך מתן אחריות"). תקופת ההתקשרות לצורך מתן אחריות תהיה לכל היותר שבע שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות המקורית.

4.4 הספק יחזיק מלאי של חלקי חילוף לכל המוצרים המורשים, וזאת למשך שבע שנים מתום תקופת ההתקשרות המקורית. הספק ימשיך במתן שירותי תיקונים, תחזוקה, איסוף, השמשה וכד' במתכונת הנ"ל, גם לאחר תקופה של 7 שנים ממועד האספקה, וזאת בכפוף להימצאות חלקי חילוף, בתנאים זהים לתנאי המכרז וההסכם, לרבות לעניין תנאי ההצמדה, ובכפוף להסכמת הספק.

4.5 ששת החודשים הראשונים של ההתקשרות בין המזמין לספק ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותים ואספקת המוצרים. באם בתום תקופה זו לא יהיה המזמין שבע רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה, תסתיים ההתקשרות עם הזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה. הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות והמוצרים שסיפק עד מועד סיום ההתקשרות. במקרה שכזה, יהא רשאי המזמין לפנות למציע שדורג הבא אחריו על ידי ועדת המכרזים להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים או לצאת למכרז משלים או להעביר את מתן השירותים לזוכים האחרים במכרז, בהתאם לשיקול דעת המשרד.

4.6 הפסקת התקשרות:

4.6.1 המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל אחד המהמקרים הבאים:

4.6.1.1 החלטה על העברת אחריות לאספקת המוצר לגורם אחר שאינו המזמין. במקרה כזה המזמין רשאי להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות בהתראה של 30 יום מראש.

4.6.1.2 במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני- ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

4.6.1.3 נמצא ליקוי במסגרת הפיקוח והבקרה שעורך המשרד והליקוי לא תוקן בהתאם להוראות סעיף 9 בהסכם להלן.

4.6.1.4 בוטל או פג אישור או תקן הנדרש לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות המכרז, הסכם זה או מפרט השירותים, והספק לא פעל לחדשו בתוך התקופה שנקבעה על ידי המשרד. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 7 במפרט השירותים.

4.6.1.5 אם המשרד מצא שהספק אינו עומד בדרישות אבטחת המידע ובמידה והליקוי לא תוקן במועד שנקבע.

4.6.1.6 אם סקרי שביעות הרצון הצביעו על ליקויים בשירות, ליקויים במוצר, אי עמידת הספק בדרישות ההסכם וכיו"ב.

4.6.1.7 בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הספק התנהל בחוסר תום לב, הציג למשרד מידע שאינו נכון ו/או מטעה, במקרה של אי עמידה בהנחיות המשרד, במקרה של טעויות או חוסרים חוזרים בדיווחים של הספק למשרד, במקרה בו הספק מעמיד תנאים שאינם כלולים בהסכם לצורך אספקת השירותים, במקרה של אי שביעות רצון המשרד מאופן מתן השירותים או מהתנהלות הספק מול המשרד, במקרה של חשד למרמה או התנהגות שאינה הגונה וכיוצב'. יובהר כי האמור יחול גם במקרה בו אחד המפורטים לעיל יתקיים אצל קבלן משנה שאושר

לספק לעבוד איתו והספק לא החליף ו/או ווידא את תיקון הפגם בהתאם להנחיית המשרד.

4.6.2 הפסקת התקשרות כאמור בסעיף 4.6.1 לעיל, תהיה בכפוף למתן זכות שימוע לספק, בע"פ או בכתב בהתאם להחלטת המשרד על פי נסיבות העניין ומתן הודעה מראש של 14 יום מיום קבלת ההחלטה, אלא אם הפסקת ההתקשרות נדרשת באופן מיידי על מנת למנוע נזק לזכאים או נזק בלי הפיך למשרד.

4.6.3 מובהר כי הספק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המזמין, והמזמין יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

4.6.4 לספק לא יהיו טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור. כמו כן, לא תהיה על המזמין חובה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור המוצרים ו/או השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. תמורה זו תשולם לספק ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע"י המזמין.

4.6.5 בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור או סיומו בתום תקופת ההתקשרות, הספק ישתף פעולה עם הנחיות המשרד, ובכלל זה יהיה אחראי להוביל את המוצרים של המשרד המצויים בחזקתו ללא תמורה נוספת. בנוסף, במקרה שזכאים יצרו עימו קשר לאחר סיום ההתקשרות יהיה אחראי להפנותם למשרד לשם המשך הטיפול בעניינם.

5. <u>העדר בלעדיות</u>

5.1 לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל להזמין מוצרים ושירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המזמין שלא לבקש הספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.

5.2 המשרד רשאי להזמין את המוצרים או דומים להם, כולם או חלקם, מספקים אחרים, הכל בהתאם לצרכי המשרד והזכאים, בהתחשב בנתוני המוצר ובמחירו ולפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

5.3 בלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה ומכל זכות וסעד העומדים למשרד, מובהר כי המשרד רשאי לתקן את המוצרים בעצמו או באמצעות צד שלישי, ללא בקשת רשות מהספק.

5.4 בנוסף לכל האמור לעיל, לא עמד הספק בהתחייבותיו על פי ההסכם, לרבות אי עמידה בהתחייבות לאספקת מוצר או שירות, המזמין יהיה רשאי להזמין מוצר או שירות דומים מספק אחר, ולספק לא תהיה כל תלונה או טענה בעניין.

6. <u>אחריות</u>

6.1 הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהתאם לדרישות המזמין, ולהוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

6.2 הספק מתחייב לספק את כל השירותים בעצמו ולא להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר. השירותים יבוצעו על ידי הספק בעצמו ובאחריותו המקצועית. לצורך מתן השירותים או חלקם, הספק הזוכה לא יפעיל קבלן משנה מטעמו אלא אם קיבל אישור לכך מהמזמין מראש ובכתב.

6.3 אישר המשרד לספק לבצע חלק מהשירותים באמצעות קבלני משנה, הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה שתבוצע על ידי קבלני המשנה. המשרד לא יתנהל ישירות מול קבלני המשנה ולא

יהיה אחראי על פעילותם. הספק יהיה אחראי בלעדי לקיום הנחיות המשרד על ידי קבלני המשנה. מבלי לגרוע המאמור, המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק לקבל מידע מקבלני המשנה בכל הנוגע למתן השירותים נשואי הסכם זה והספק יהיה אחראי להעביר את המידע מקבלני המשנה למשרד. הספק יידע את קבלו המשנה כי למשרד קיימת הזכות להורות לספק, בכל עת, על הפסקה מיידית של מתן השירותים באמצעות קבלני משנה אם המשרד סבר כי מתן השירותים ע"י קבלן המשנה אינו תואם את הנדרש לצורך מתן השירותים באופן יעיל ו/או ראוי ו/או הוא אינו שבע רצון מההתנהלות או מאופן מתן השירותים.

6.4 הספק מצהיר בזאת כי הוא מקבל את כלל נהלי משרד הבריאות כמחייבים וכמנחים בביצוע השירותים נשוא הסכם זה, וכי הינם חלק מהסכם זה. על הספק חלה האחריות והחובה למלא את כלל ההוראות וההנחיות המפורטים בהם.

6.5 נציג היחידה הינו אחראי מטעם המזמין להעביר הספק הוראות והנחיות חדשות בכתב לביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות, הספק מצידו אחראי על יישום וביצוע כלל ההוראות וההנחיות שינתנו ע"י נציג היחידה ו/או מי מטעמו.

6.6 הספק מתחייב לספק את השירותים ביעילות וברמה גבוהה.

6.7 ככל שיורה המזמין לספק לבצע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות במסגרת מכרז זה, בנוסף לאלו המפורטים במכרז, מתחייב הספק כלפי המזמין, לבצע שירותים נוספים אלה.

6.8 למען הסר ספק, ביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות כאמור בסעיף זה, לא תוריד מאחריותו של הספק הזוכה לבצע את כלל השירותים הנדרשים ולעמוד בכלל היעדים והמטלות שהוטלו עליו מתקף מכרז זה.

6.9 הספק לא יהא רשאי להמחות (להסב) את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן לאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המזמין לכך.

6.10 ידוע לספק כי מכוח החלטת ממשלה מס' 1116 שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים", חלה על המשרד החובה לפרסם בפומבי את חוזה ההתקשרות זה, על כל צרופותיו (זולת אם החליטה ועדת מכרזים כי מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים מתוקף סמכותה לפי סעיף 21(ה) לתקנות חובת המכרזים). לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

6.11 התנהגות הולמת של ספק ממשלתי:

6.12 בהתאם להוראת תכ"מ 7.4.1.7, במסגרת ביצוע ההתקשרות למתן שירותים נדרש נותן השירותים להתנהלות הולמת, ובכלל זה להימנע מהתנהגות גזענית או מבזה בעת מתן השירותים. התנהלות מבזה של נותן השירותים בעת מתן השירותים, כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לשימוע, ובמקרים חמורים תחשב הפרה יסודית של ההסכם.

7. <u>נזיקין</u>

7.1 הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד, שנגרמו לכל אדם, לרכוש או לגוף, באופן ישיר או עקיף, עקב שימוש במוצרים שיסופקו על-ידו על-פי חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו, לרבות, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת פעולתם על פי חוזה זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין.

7.2 מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו

לספק או מי מטעמו או לעובדיו או של מי מטעמו או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

7.3 הספק מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מהמשרד, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

7.4 חלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המשרד לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. המשרד יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו.

7.5 הספק יסכים לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד המשרד, אם תוגש, בגין נזקים כאמור, והוא ישפה את המשרד על כל סכום שהמשרד יחויב לשלם בגין אותם נזקים.

7.6 למען הסר ספק מוסכם כי בשום מקרה לא יישא המשרד בכל תשלום שהוא בגין נזקים שייגרמו בשל אספקת מוצרים לפי האמור בהסכם זה ו/או באספקתם בחריגה מהאמור בהסכם זה ו/או נזקים לגוף ו/או לרכוש שייגרמו על-ידי עובדי הספק ו/או כל אדם אחר הבא מכוחו ו/או בשל השימוש במוצרים.

7.7 אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק על פי החוזה ועל פי דין.

8. <u>בקרה ופיקוח</u>

8.1 מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו ו/או תפקידיו של הספק ע"פ הסכם זה מובהר כי לנציג היחידה ו/או מי מטעמו סמכויות פיקוח על ביצוע השירותים של הספק.

8.2 הספק מתחייב לאפשר לנציג המזמין ו/או מי ממטעמו ולנציג היחידה ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיו ולפקח על ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז זה.

8.3 הספק מתחייב להישמע להוראות נציג היחידה או מי מטעמו.

8.4 נציג המזמין ו/או נציג היחידה ו/או מי מטעמם רשאים לערוך ביקורות מעת לעת.

8.5 מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין ו/או מי מטעמו לפקח, להדריך או להורות לספק, הינם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

8.6 חשב המזמין, המבקר הפנימי של המזמין או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה, לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון, והספק מצידו מחויב לספקם.

8.7 ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם.

8.8 הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המזמין.

8.9 הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

8.10 קבע נציג היחידה או מי מטעמו כי השירותים אינם מבוצעים בהתאם להסכם זה ונתן נימוקים בכתב לקביעתו, תהא קביעתו סופית ועל הספק לתקן את הטעון תיקון מיד או בתוך התקופה

שנקבעה על ידי נציג היחידה, לשביעות רצונו של נציג היחידה.

8.11 נמצא כי השירותים ניתנים ברמה שאינה משביעת רצון, והספק לא תיקן את הליקוי לפי הנחיית המשרד, המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק.כל האמור בסעיף זה - ביצוע ביקורת ע"י המזמין, אין בה בכדי להפחית כהוא זה מאחריות הספק ע"פ דין בכלל וע"פ מחויבותיו בהסכם זה בפרט.

9. **טיב השירותים**

9.1 המזמין רשאי לבדוק את טיב השירותים שיספק הספק על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם אם הם אינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המזמין השירותים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על הספק יהיה להתאים את שירותיו להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המזמין.

9.2 הספק יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בשירותים שיסופקו, או בכל חלק מהם ויפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

9.3 לא מילא הספק את מחויבותיו כולן או חלקן, רשאי המזמין, מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה, לבצע במקום הספק את השירות בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לו לפי הסכם זה, או לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

10. **תמורה ותנאי תשלום**

10.1 בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בפרק 2, המזמין ישלם לספק סכומים בהתאם להצעת המחיר של הספק במסגרת המכרז ולפי ביצוע בפועל (בהתאם לנספח ב' לחוברת המכרז).

10.2 תמורה עבור אספקת מוצר מחודש:

10.2.1 בגין אספקת מוצר מחודש לזכאי המשרד ישלם לספק 50% מהתמורה שהייתה משולמת לו עבור אספקת מוצר חדש.

10.2.2 בגין אספקת מוצר מחודש שהושמש במהלך השנתיים הראשונות ממועד אספקת המוצר לראשונה, המשרד ישלם לספק 25% מהתמורה שהייתה משולמת לו עבור אספקת מוצר חדש.

10.3 מתוך התמורה האמורה על פי הצעת המחיר של הספק, עבור אספקת מוצר, חלק מהתשלום ישולם ע"י הזכאי ישירות לספק בהתאם להוראות סעיף זה (להלן: "השתתפות עצמית"). נכון למועד פרסום המכרז סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על 10% ממחיר מוצר חדש כפי שנקבע במכרז. במקרה של אספקת מוצר מחודש, שיעור ההשתתפות העצמית לא יעלה על 5% ממחיר מוצר חדש.

10.3.1 המשרד רשאי להחליט על שינוי שיעור ההשתתפות העצמית.

10.3.2 מובהר כי הספק יספק את המוצר לזכאי <u>רק לאחר שהזכאי שילם לספק את סכום ההשתתפות העצמית.</u> לצורך כך, על הספק לבצע את התיאומים המוקדמים מראש.

10.3.3 הספק יגיש למשרד מידע ואסמכתאות לגבי תשלום הזכאים בגין השתתפות עצמית בהתאם לדרישת המשרד.

10.3.4 הספק יהיה אחראי לגבות מהזכאי את דמי ההשתתפות העצמית במלואם, אלא אם המשרד נתן לזכאי פטור מלא או חלקי מהשתתפות עצמית מראש ובכתב. במקרה כזה

המשרד ישלים את חלקו של הזכאי.

10.4 במקרה של פטירת הזכאי במהלך 14 יום ממועד אספקת מוצר חדש או מחודש, הספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור המוצר. במקרה זה, הספק יהיה זכאי לקבל מהמשרד תמורה כוללת בסכום של 400 ₪ + מע"מ.יובהר כי הספק ישיב לעזבון הזכאי את ההשתתפות העצמאית, ככל ששולמה.

10.5 במקרה שבו הזכאי מעוניין להחזיר את המוצר שסופק בתוך 14 ימים ממועד האספקה, הספק יהיה זכאי לקבל מהזכאי תמורה כוללת בסכום של 400 ₪ + מע"מ, ובלבד שנעשה במוצר שימוש סביר בלבד, ולא נעשו בו התאמות מיוחדות. במקרה כזה הספק יחזיר לזכאי את ההשתתפות העצמית, ככל ששולמה. מובהר כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור המוצר, מלבד התשלום הנ"ל מהזכאי כאמור. ככל שנדרשות התאמות מיוחדות יוסבר לזכאי מראש כי לאחר ביצוע ההתאמות לא ניתן יהיה להחזיר את המוצר.

10.6 הסעיף בוטל

10.7 תמורה עבור שירותי תיקונים לאחר תום תקופת האחריות הכוללת:

10.8 בנוסף הספק יהיה זכאי לקבל תמורה קבועה ואחידה מהמזמין, עבור שירות תיקונים לאחר תום תקופת האחריות הכוללת, לרבות שעות עבודה, חלקי חילוף, נסיעות כמפורט להלן:

10.8.1 תיקונים לאחר תום תקופת האחריות הכוללת

10.8.1.1 <u>תיקון הכולל אספקה של חלקי חילוף</u>: התמורה תהיה בהתאם למחירים שפירט הספק בהצעתו לגבי חלקי חילוף, דהיינו - לפי אחוז ההנחה שקבע הספק על מחירי התקרה שבמפרטים.

מובהר, כי תמורה זו כוללת את שעות העבודה, הכלים, חלקי החילוף וכל דבר אחר הדרוש לתיקון המוצר, וכל אלה יסופקו ללא תמורה נוספת. <u>למען הסר ספק, התמורה לספק תחושב לפי מחיר חלקי חילוף בלבד ללא תוספת תשלום עבור שעות עבודה, הובלה או עבור כלל פעולות התיקון שהספק ביצע במוצר באותו מועד.</u>

10.8.1.2 <u>תיקון שאינו כולל אספקה של חלקי חילוף</u> – ישולם לספק 200 ₪+מע"מ לשעת עבודה ובהתאם למספר שעות העבודה בפועל עליהן ידווח הספק למשרד. מספר שעות עבודה יחושבו לפי זמן תיקון המוצר בבית הזכאי ו/או בסדנת השירות בלבד ולא יכללו זמני נסיעות. התמורה תשולם לפי משך התיקון בפועל (לדוגמא חצי שעה / שעה וכד'). מובהר כי תמורה זו תכלול את שעות העבודה, הכלים וכל דבר אחר הדרוש לתיקון המוצר, וכל אלה יסופקו ללא תמורה נוספת.

10.8.1.3 <u>תיקון לפי סעיפים 10.8.1.1 ו 10.8.1.2 יהיה עד לסכום של 700 ₪+ מע"מ. תיקון שעלותו גבוהה מהאמור יעשה בכפוף לאישור היחידה שניתן מראש ובכתב בלבד.</u>

10.8.2 בגין נסיעות לצורך תיקון המוצר, הספק יקבל תשלום בהתאם להנחיות המופיעות בהוראות תכ"ם 8.1.1 התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים סעיף 2.4.3: זכאות

לקבלת החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים.

10.8.3 הספק ידווח על הנסיעות שביצע באמצעות קובץ דיווח המצורף כנספח להסכם.

10.8.4 התשלום, עבור נסיעה ממקום עבודתו הקבוע של הספק למקום מתן השירות, יינתן במקרים שבהם התקיימו כל התנאים הבאים:

10.8.4.1 מרחק הנסיעה ממקום עבודתו הקבוע של הספק למקום מתן השירות עולה על 30 קילומטרים.

10.8.4.2 עם הגשת החשבון לתשלום, הספק צירף קובץ "הצהרה על ביצוע שעות עבודה ונסיעה", כשהוא מלא וחתום על ידו.

10.8.4.3 התשלום לספק ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת התעריף, כאמור בהודעה, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - תעריפים". נכון למועד פרסום המכרז, התעריף לתשלום עבור קילומטר נסיעה יהיה בסך של 1.40 שקלים חדשים ברוטו לקילומטר, בתוספת מע"מ.

10.8.4.4 המרחק בין יעדי הנסיעה ייקבע בהתאם לטבלת המרחקים, המפורסמת על ידי חטיבת שכר, תנאי שירות וגמלאות באגף החשב הכללי במשרד האוצר (ראה הוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי", מס' 13.4.1).

10.8.4.5 במקרים שבהם לא קיים מידע לגבי יעד מסוים, יחושב המרחק לפי מיקום העיר הקרובה ליעד המצוינת בטבלת המרחקים.

10.8.5 מובהר כי אם הספק ביצע מספר תיקונים באותו יום, הספק ידווח על היעד הרחוק ביותר מבין היעדים אליהם נסע, והתשלום יהיה לפי יעד זה בלבד.

10.9 ברור ומוסכם לכל כי התמורה שתשולם לספק מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה לרבות עלויות שכר ועלויות זכויות סוציאליות, עלות המוצר, עלות הפעלת אתרי תצוגה, עלויות הובלה, מתן אחריות למוצר, הדרכה, נסיעות וביטול זמן, מענה טלפוני, עריכה/הפקה והגשת דוחות לפי הנחיות המזמין, הפעלת מערך שירות, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, תקורות, ניהול ורווח הספק מכל דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק, לרבות מע"מ (פרט למקומות בהם נכתב במפורש כי מע"מ ישולם בנוסף).

10.10 התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים וספק.

10.11 יובהר כי המשרד אינו מתחייב להיקף כלשהו ואינו מתחייב כי היקף השירותים בין הספקים הזוכים יהיה זהה (שכן, בין היתר, היקף ההתקשרות תלוי בבחירת הזכאים). יחד עם זאת, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע היקף התקשרות מקסימאלי לספק עבור תקופת ההתקשרות שתאושר על ידי ועדת המכרזים של המזמין בהסתמך על התקציב הקיים לשירות, על הערכת היקפים לפי שנת פעילות קודמת, גידול או צמצום צפוי בהיקף ההתקשרות וכיוצב'.

10.12 לשם תשלום התמורה יעביר הספק למזמין חשבונית מדי חודש, בהתאם להוראות המכרז. על הספק לצרף לחשבונית דו"ח ביצוע ברמה חודשית והסבר לגבי אופן חישוב התמורה המבוקשת לפי הנחיות נציג היחידה. מבנה ותוכן הדיווח יקבע בלעדית על ידי נציג היחידה.

10.13 הרשות בידי המזמין לאשר את דרישת התשלום ואת הדו"ח במלואן או בחלקן.

10.14 המזמין לא ישלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית ו/או דוח פירוט כנדרש.

10.15 על המזמין לפרט לספק בתוך שלושים יום מיום קבלת הדו"ח, את החלק/ים מן הדו"ח ומדרישת

התשלום אשר מקובלים עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

10.16 יודגש, כי המזמין מבצע בקרה על ביצוע השירותים. אם הנתונים על כמות השירותים שבוצעה ע"י הספק שונים מאלו אשר קיימים אצל המזמין, הנתונים על פיהם יקבע הסכום לניכוי הינם אלו הקיימים בידי המזמין.

10.17 <u>יובהר כי המזמין לא ישלם לספק עבור אספקת מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:</u>

10.17.1 הספק סיפק לזכאי מוצר לפני שקיבל העתק אישור רכישה מטעם משרד הבריאות המעיד על זכאותו לקבלת המוצר.

10.17.2 הספק סיפק מוצר שאינו זהה לחלוטין למוצר שאליו מתייחס אישור הרכישה, מבלי שניתן על כך אישור המזמין בכתב ומראש.

10.17.3 הספק סיפק מוצר או שירות שלא על-פי הזמנת המזמין או שלא לכתובת שאותה הזכאי מסר לספק בע"פ או בכתב.

10.17.4 הספק לא דיווח למזמין על רכישת המוצר, בהתאם לדרישות המפורטות בחוזה- במקרה זה התשלום יבוצע לאחר קבלת דיווח כנדרש.

10.17.5 הספק לא המציא למשרד את מסמכי האספקה החתומים ואישור תשלום השתתפות עצמית על ידי הזכאי- במקרה זה התשלום יבוצע לאחר המצאת מסמכי האספקה ואישור תלשום ההשתתפות העצמית כנדרש.

10.18 מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

10.19 למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק עקב מתן השירתים.

10.20 הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים.

10.21 איסור קבלת טובת הנאה:

10.21.1 הספק ומי מטעמו לא ידרשו ולא יקבלו תשלום או טובת הנאה אחרת מהזכאי, ממשפחתו או מכל גורם אחר, עבור השירות המוענק לזכאי על-פי הסכם ההתקשרות.

10.21.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קיבל הספק או מי מעובדיו תשלום או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל, יודיע על כך הספק למזמין באופן מיידי ויפעל בהתאם להנחיות המזמין.

10.21.3 הספק יכלול הוראה זו בחוזה ההעסקה שבינו לבין עובדיו.

10.21.4 סעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.

11. <u>מועדי תשלום:</u>

התשלום לספק יבוצע כדלהלן:

11.1 התשלום לספק יבוצע בהתאם להוראת תכ"ם 1.4.3 "מועדי תשלום", על עדכוניו. נכון למועד פרסום המכרז- בתוך 45 יום ממועד אישור החשבון על ידי הממונה ולאחר שהתקבלו אצל המזמין כל הדיווחים הנדרשים בהתאם להסכם ולמפרט השירותים.

11.2 פיגורים במועדי תשלום יישאו ריבית כמפורט בחוק ובהתאם להוראת החשב הכללי שמספרה

1.4.0.3., על עדכוניה.

11.3 הספק מתחייב להחזיר למזמין כל סכום עודף שקיבל מהמזמין תוך 7 ימי עבודה מיום הדרישה שאם לא כן, יצבור סכום כסף זה ריביות פיגור והצמדה כמשמעותה בסעיף 5 (ב) לחוק פסיקת הריבית והצמדה.

11.4 לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דו"ח השירותים שבוצעו ו/או מדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

12. **ערבות לביצוע ההסכם**

12.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו במהלך תקופת ההתקשרות, יפקיד הספק, במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית או ערבות מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ואשר אושרה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, בנוסח המופיע בנספח ג'2.ערבות מאת חברת ביטוח תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה של חברת הביטוח ולא על ידי סוכן הביטוח.

12.2 הערבות תהיה מקורית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות בגובה 5% מאומדן היקף ההתקשרות השנתית כולל מע"מ. החליט המזמין להאריך את ההתקשרות, הספק יפקיד ערבות בסך 5% מהיקף ההתקשרות השנתית (כולל מע"מ) כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים.

12.3 הספק מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המזמין ערבות תקפה בנוסח נספח ג'2. ערבות זו תעמוד בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ועוד 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות., לשם הבטחת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הזוכה לביצוע העבודה על פי חוזה זה.

12.4 אם החוזה יוארך בהתאם לתנאי חוזה זה באחריות הספק להאריך את תוקף הערבות, לכל תקופת ההתקשרות המוארכת ועוד 60 יום ולהעבירה למזמין עוד בטרם פג תוקפה של הערבות הקודמת. .

12.5 המשרד רשאי לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על-פי שיקול דעתו, במקרים הבאים:

12.5.1 הספק לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל-פי חוזה זה או על-פי דין.

12.5.2 הספק הפסיק את ביצוע העבודה נשוא חוזה זה לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת התקשרות נוספת.

12.5.3 בתום תקופת ההתקשרות לא העביר הספק את העבודה בצורה מסודרת למשרד או למי מטעמו.

12.5.4 תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם למשרד על ידי מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו.

12.6 לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע למזמין מאת הספק בהתאם להסכם ו/או לפי כל דין ו/או בשל התנהגות שלא בתום לב של הספק לאורך תקופת ההתקשרות.

12.7 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי חוזה זה.

12.8 המשרד יחלט את הערבות בכפוף למתן הודעה לספק 14 יום מראש ובכתב. חילט המשרד את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים הנסיבות המפורטות לעיל, מתחייב הספק להמציא למשרד ערבות חדשה, כמפורט בסעיף 12 לעיל, שתעמוד בתוקף עד תום תקופת ההתקשרות, הכל כמפורט

לעיל.

12.9 הזוכה במכרז זה יהיה רשאי להגיש הוראת קיזוז בנוסח נספח ג'2(2) להסכם, העומדת בדרישות ערבות הביצוע מבחינת סכומים ומועדים.

12.10 המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לספק בגובה סכום הוראת הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הספק, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הספק, אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו.

12.11 כמו כן, יהיה רשאי המשרד לקזז את הכספים המעוכבים כאמור, בכל מצב בו היה ניתן לדרוש את חילוט ערבות הביצוע, ככל שהמשרד היה דורש ערבות ביצוע.

12.12 הגשת הוראת קיזוז כתחליף לערבות ביצוע הינה כתנאי לחתימת חוזה ההתקשרות.

12.13 אם ביקש הספק לממש את האפשרות להגיש הוראת קיזוז כתחליף לכתב ערבות ביצוע בהתקשרויות נשוא סעיף זה, יבצע חשב המשרד בדיקת איתנות פיננסית, אשר נועדה לבדוק את יכולת הספק לעמוד בפירעון חובותיו.

12.14 כתנאי לאישור הוראת הקיזוז ע"י המשרד, נותן השירותים יצרף להסכם ההתקשרות אישור רו"ח מעודכן בדבר איתנותו הפיננסית. אישור רוה"ח יכלול התייחסות לפרמטרים כגון: היחס בין נכסים והתחייבויות והיחס בין התחייבויות להון עצמי.

12.15 בבדיקת האיתנות הפיננסית המשרד יבחן פרמטרים כגון היחס בין נכסים והתחייבויות והיחס בין התחייבויות להון עצמי.

12.16 אם לא עמד הספק בבדיקת האיתנות פיננסית, תידרש לצורך חתימה על הסכם ההתקשרות הגשת ערבות ביצוע, ולא ניתן יהיה להסתפק בהוראת קיזוז.

12.17 בתום כל שנת התקשרות על הספק לצרף אישור רו"ח מעודכן בדבר איתנותו הפיננסית כאמור בסעיף 12.14 שלעיל. (להלן: "בדיקת איתנות פיננסית שנתית").

12.18 ככל שלא יעמוד הספק בבדיקת האיתנות הפיננסית השנתית, הספק יידרש להגיש ערבות ביצוע כתנאי להמשך ההתקשרות עמו. לאחר הגשת ערבות הביצוע כאמור, תבוטל הוראת הקיזוז שהגיש הספק.

13. <u>הצמדה והתאמה</u>

13.1 <u>התמורה לספק עבור אספקת המצרים, חלקי החילוף, אביזרים אופציונליים ושעות עבודה תהיה צמודה בהתאם לאמור בהוראת התכ"ם 2.3.7 "כללי הצמדה בהתקשרויות".</u>

13.2 <u>הגדרות בנושא הצמדה</u>

13.2.1 <u>הצמדה</u> – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.

13.2.2 <u>תאריך קובע</u> – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.

13.2.3 <u>תאריך בסיס</u> – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

13.2.4 <u>מדד קובע</u> – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

13.2.5 מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).

13.2.6 מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.

13.2.7 מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

13.3 תנאי ההצמדה

13.3.1 תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.

13.3.2 התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

13.3.3 מדד / שער חליפין:

13.3.3.1 50% מדד 181600 – ייצור ציוד רפואי לרפואה כללית – המדד נכלל במדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים.

13.3.3.2 50% מדד המחירים לצרכן.

13.3.4 סוג המדד – מדד ידוע.

13.3.5 תדירות ההצמדה – אחת לשישה חודשים.

13.3.6 חלקיות ההצמדה – 100%.

13.4 ביצוע ההצמדה

13.4.1 ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

14. קיזוז

14.1 הספק מסכים ומצהיר בזאת כי המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המזמין לשלם לו על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למזמין מן הספק על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.

14.2 מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה ומכל זכות וסעד העומדים למשרד, מובהר כי במקרה של הפרת הוראות החוזה לעניין תיקון המוצר על ידי הספק במהלך תקופת האחריות, המשרד יהיה רשאי לתקן את המוצרים בעצמו או באמצעות צד שלישי, והספק יישא בהוצאות המשרד. גביית העלות הנ"ל מהספק יכולה להיות על ידי קיזוז מסכומים המגיעים לספק מהמשרד.

15. בעלות על המידע

15.1 יובהר כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכעל ידי הספק או מידע שיאסף על ידי הספק במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שייכות למשרד בלבד. המשרד יהיה רשאי לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון, תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו, או העברתו לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

15.2 חתימת הספק על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שיעשה המשרד בחומר שיוכן על ידי הספק.

15.3 הספק ימסור לידי המשרד בתום תקופת ההתקשרות או ע"פ בקשתו של המשרד את כל החומר שהוכן על ידו במסגרת הסכם זה ואת כל הנתונים שנאספו בתקופת ההתקשרות. העברת החומר תהייה על

גבי מדיה מגנטית על חשבון הספק.

15.4 מודגש כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או על מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת הינו רכושו של המשרד והספק לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידו גם אם יגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המשרד.

16. **אי קיום יחסי עובד-מעביד**

16.1 מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין שירותים וקבלן עצמאי בלבד. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו. אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"י המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.

16.2 למען הסר כל ספק, אם מסיבה כלשהי, יקבע ע"י רשות מוסמכת, לרבות ע"י גוף שיפוטי, כי ביחסיו עם המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין, יחולו ההוראות כלהלן:

16.2.1 הספק מתחייב לשפות את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי הוא עובדו, נגד המזמין.

16.3 המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

17. **ניגוד עניינים**

17.1 הספק אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא יהא בכך בכדי לפגוע במתן השירות למזמין לפי חוזה זה, ושלא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה זה.

17.2 הספק מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא יפעל בכל דרך שיש בה בכדי להוות כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

17.3 הספק מתחייב להביא לידיעת המזמין כל התקשרות או פעולה שקיים חשש שתעלה בקנה אחד עם ניגוד עניינים למתן השירותים למזמין לפי חוזה זה מיד עם היוודע על האפשרות לכך.

17.4 הספק מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה.

17.5 הספק מתחייב לפנות לאחראי המנהל או מי מטעמו בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

17.6 הספק לא ינצל את אספקת המוצר לזכאי, לצורך מכירה של מוצרים נוספים שאינם כלולים

בשובר שהזכאי קיבל.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

18. **שמירת סודיות ואבטחת מידע**

18.1 הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "**מידע סודי**") שיגיעו אליו בקשר עם ביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה או אגב ביצוען. עבירה על סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין תשל"ז - 1977 לפי סעיף 118 לחוק. המציע יחתום על הצהרת סודיות כפי שתידרש ע"י המזמין.

18.2 הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת המשרד או מי מטעמו.

18.3 המזמין רשאי להורות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות המזמין בנדון.

18.4 אי פרסום מידע: הספק מצהיר בזה שידוע לו כי מידע סודי שיימסר לו על ידי המזמין לשם ביצוע התחייבויותיו ע"פ מכרז זה, אין לפרסמו. הספק מתחייב להחזיר למזמין בתום השימוש, כל מידע סודי שהגיע לידיו, כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה. ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

18.5 הספק ישמור על פרטיות הזכאים וימנע מכל מעשה העלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. הספק יביא סעיף זה לידיעת עובדיו הרלוונטיים וידאג לביצועו על ידם. <u>להסכם זה מצורף פרק 2 - נספח 1 הכולל הנחיות אבטחת מידע החלות על הספק (נספח י' לחוברת המכרז). על הספק לעמוד בדרישות אבטחת המידע בהתאם לאמור בנספח אבטחת מידע המצ"ב. לצורך עמידה בתקני אבטחת מידע באופן כללי ובתחום הרפואי בפרט, המשרד רשאי להורות לספק על עדכון דרישות אבטחת מידע, בהתאם להנחיות שיתקבלו מאגף המחשוב במשרד הבריאות.</u>

18.6 **שמירת סוד**: הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו ע"פ מכרז זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו- 118 לחוק העונשין, התשל"ז –1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה, לרבות מציע, עם גוף מבוקר.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

19. **ביטוח**

19.1 הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

19.1.1 <u>ביטוח חבות מעבידים</u>

19.1.1.1 הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

19.1.1.2 גבולות האחריות לא יפחתו מ - 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

19.1.1.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

19.1.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

19.1.2 <u>ביטוח אחריות כלפי צד שלישי</u>

19.1.2.1 הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר) בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

19.1.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

19.1.2.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

19.1.2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

19.1.2.5 כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל או רכוש הזכאים (ובני משפחותיהם) שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל.

19.1.2.6 רכוש מדינת ישראל ורכוש הזכאים (ובני משפחותיהם) ייחשב רכוש צד שלישי.

19.1.2.7 הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל.

19.1.2.8 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

19.1.3 <u>ביטוח חבות המוצר -PRODUCTS LIABILITY</u>

19.1.3.1 הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת מיטות סיעודיות רפואיות עבור משרד הבריאות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות.

19.1.3.2 הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, אספקת והתקנת חלקי חילוף, תיקונים והתאמות, תחזוקה, השמשה וחידוש, למיטות הסיעודיות הרפואיות על כל מרכיביהן וציודן ההיקפי.

* כחלופה במידה והספק אינו היצרן על הספק לדאוג להציג אישור ביטוח נפרד מטעם היצרן כולל הבהרה לפיה שם המבוטח על פי הפוליסה כולל גם את מדינת ישראל – משרד הבריאות (ניתן בכפוף להרחב שיפוי שלהלן), ולרבות: (א) סעיף "אחריות צולבת" (ב) סעיף ויתור על זכות התחלוף/שיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, ועובדיהם (ג) דין שיפוט וגבולות טריטוריאליים - כולל מדינת ישראל.

19.1.3.3 הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.

19.1.3.4 גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש.

19.1.4 <u>הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:</u>

19.1.4.1 סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

19.1.4.2 הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

19.1.4.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו הותקנו ותוחזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו.

19.1.5 <u>ביטוח רכוש</u>

19.1.5.1 הספק ידאג לביטוח המיטות הסיעודיות הרפואיות בבעלות מדינת ישראל – משרד הבריאות בעת היותן באתרי הספק ובאחריותו, בביטוח מסוג אש מורחב או בביטוח מסוג כל הסיכונים כולל כנגד סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע שוד ופריצה, בערכי כינון.

19.1.5.2 תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין אובדן או נזק למיטות הסיעודיות הרפואיות בבעלות מדינת ישראל – משרד הבריאות, ישולמו לטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות בלבד ישירות, אלא אם חשב משרד הבריאות יורה אחרת בכתב.

19.1.6 <u>ביטוחים נוספים</u>

הספק ידאג ויוודא כי:

19.1.6.1 בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו - יערכו ביטוחים מתאימים לפעילותם בגבולות אחריות סבירים, בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם. הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות,- לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות,- וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית /מוצר (ככל שרלוונטיים לפעילותם). ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו את מדינת ישראל – משרד הבריאות כמבוטחים נוספים כולל (בכל הביטוחים – רכוש וחבויות) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

19.1.6.2 כלי רכב - כולל משאיות המשמשים לביצוע שרותי הובלת המיטות יבוטחו בביטוח חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש כמקובל.

19.1.7 <u>כללי</u>

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל הנדרשות מהספק (מעבידים, צד שלישי, מוצר, רכוש) יכללו התנאים הבאים:

19.1.7.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

19.1.7.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות.

19.1.7.3 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד הבריאות ועובדיהם וכן כלפי הזכאים ובני משפחותיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

19.1.7.4 הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

19.1.7.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

19.1.7.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

19.1.7.7 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

19.1.7.8 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

19.1.8 הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, בתוקף.

19.1.9 אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד הבריאות עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד הבריאות לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

19.1.10 מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.

19.1.11 מדינת ישראל – משרד הבריאות שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף 19.1 לעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

19.1.12 הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד הבריאות, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד הבריאות, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על

הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

19.1.13 למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים לעיל, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

19.1.14 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

19.1.15 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

20. **זכות ייצוג**

20.1 מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמין ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המזמין בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה.

20.2 הספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למזמין או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המזמין לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המזמין, מראש ובכתב.

21. **הרחבה וצמצום היקף ההתקשרות:**

21.1 היקף השירותים כמפורט במסמכי המכרז, מעודכנים למועד כתיבתו ומהווים הערכה בלבד.

21.2 המזמין רשאי לשנות את הדרישות על פי צרכיו, להגדיל או להקטין את כמויות וסוג השירותים הנדרשים והספק במכרז מתחייב לעמוד בדרישות אלו. כל שינוי כאמור מחייב אישור מראש ובכתב של המזמין. יובהר כי התשלום יעשה לפי השירותים שבוצעו בפועל.

21.3 יובהר כי התמורה לספק בכל מקרה תהא זהה לקבוע ומוגדר בהצעת המחיר של הספק במכרז במכרז.

22. **הפרות ופיצויים מוסכמים**

22.1 אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים: 2, 3, 10.21, 16, 17, 18, 19 בחוזה זה תחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל הנובע מכך.

22.2 הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות) תשל"א - 1970 יהיה רשאי המשרד לבטל את ההסכם בתוך 14 יום; הפר הספק תנאי אחר מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה או לעמוד על קיום החוזה עם הספק ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי חוזה זה אמור היה להיעשות ע"י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 10,000 ש"ח.

22.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע חוזה זה, מהווה הפרת חוזה.

22.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרת החוזה על ידי הספק יהיה המזמין רשאי:

22.4.1 להפנות הזמנה שהיתה מיועדת לספק, לספק אחר.

22.4.2 להורות ללשכות הבריאות, שלא להפנות הזמנות נוספות לספק, וזאת למשך תקופה קצובה, עד לתיקון ההפרה או לתקופה שתקבע על ידי המזמין.

22.5 עיכוב במתן השירותים עקב נסיבות של כח עליון:

22.5.1 עיכוב במתן השירותים עקב נסיבות של כוח עליון אשר לספק לא הייתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי הספק, ובתנאי שהספק נתן למשרד הודעה על כך תוך שבעה שבעה ימים מיום הווצרות נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח עליון.

22.5.2 בחוזה זה: "כח עליון" מלחמה או כל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המשרד ככוח עליון, או אשר לדעת המשרד לספק לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הספק בארכה כלשהי לביצוע השירותים.

22.5.3 יובהר כי החלטת המשרד בדבר הנסיבות שייחשבו לכח עליון והמועד להשלמת השירות שעוכב, תהא סופית לכל דבר ועניין.

22.6 **<u>פיצויים מוסכמים</u>**

22.6.1 במקרה בו הספק לא עמד בדרישות המשרד כמפורט במכרז ובהסכם זה ומבלי לגרוע מיתר סמכויות המשרד על פי ההסכם, המשרד רשאי להטיל על הספק פיצויים מוסכמים כמפורט להלן:

#	**סעיף הפרת ההסכם**	**פיצוי מרבי ₪ לא כולל מע"מ**
א	איחור באספקת מיטה לזכאי (לרבות איחור באספקת המיטה המתאימה לזכאי)	100 ₪ לכל יום איחור אך לא יותר מאשר 10% משווי המוצר
ב	ליקוי במיטה שלא תוקן וטופל על ידי הספק במועד	100 ₪ לכל יום איחור
ג	אספקת מיטה שאינה תואמת את המפרט	250 ₪ (מבלי לגרוע מחובת הספק להחלפת המיטה למיטה תואמת על חשבונו)
ד	אי מתן הדרכה או הסבר מתאים לזכאי בקשר לאופן השימוש וכד'	250 ₪ על כל מקרה / תלונה (לאחר בירור התלונה ואימות הפרטים) וביצוע הדרכה בפועל
ה	גביית תשלום או אי גביית תשלום מהזכאי שלא בהתאם לתנאי המכרז	250 ₪ על כל מקרה / תלונה (לאחר בירור התלונה ואימות הפרטים), וזאת בנוסף לתיקון החריגה / ההפרה עצמה. החל ממקרה רביעי – 1,000 ₪ למקרה
ו	פניה למוקד שירות טלפוני שלא טופלה כראוי על ידי הספק או שהדיווח שהספק מסר לגביה אינו נכון	100 ש"ח למקרה, 200 ש"ח מהמקרה השני והלאה
ז	אי דיוק בדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות סעיף 21 פרק 2 מפרט שירותים	100 ₪ למקרה. 200 ₪ מהדיווח השלישי והלאה

#	סעיף הפרת ההסכם	פיצוי מרבי ₪ לא כולל מע"מ
ח	אי העברת דיווח תקופתי מהספק לממונה, במועדים כפי שהספק נדרש לפי הוראות סעיף 21 פרק 2 מפרט שירותים	100 ₪ לכל יום איחור בהעברת הדיווח
ט	אי העברת מסמכי ביטוח או ערבות בהתאם לנדרש לצורך חתימה על הסכם ההתקשרות או הארכת התקשרות בתוך 7 ימים מיום הדרישה (לרבות דרישה לתיקון)	100 ₪ לכל שבוע איחור בהעברת המסמכים. החל מהשבוע השלישי 200 ₪.
י	אי העברת שטר חוב מקורי או העברת שטר חוב בנוסח שאינו מלא או שאינו תקין	500 ₪ למקרה מבלי לגרוע מחובת הספק
י"א	סירוב לספק מוצר ליעד כלשהו	100 ₪ למקרה

22.6.2 פיצוי מוסכם יוטל על הספק בכפוף למתן התראה בכתב על כך מהמשרד ואם הספק לא תיקן את הדרוש תיקון בתוך התקופה שנקבעה בהודעת המשרד, או בתוך 14 יום אם לא נקבעה תקופה כאמור. ככל שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת יותר מפיצוי אחד, יהיו מנגנוני הפיצוי בלתי תלויים זה בזה ויכול שיופעלו במקביל, בהתאם לשיקול דעת המשרד.

22.6.3 המשרד יודיע לספק על אופן גביית הפיצוי המוסכם, בין אם על ידי קיזוז או ניכוי כל סכום מהתמורה המגיעה לספק מאת המשרד, או על ידי תשלום שהספק ישלם למשרד.

22.6.4 בנוסף לשם גביית הפיצויים המוסכמים המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף למתן התראה של שבועיים מראש לספק.

22.6.5 מובהר כי תשלום פיצוי מוסכם אינו משחרר או גורע מהתחייבויותיו של הספק או מכל זכות או סעד בהתאם לחוזה זה ולפי כל דין.

22.6.6 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד לכל סעד על-פי כל דין או הסכם.

23. שינוי בתנאי ההסכם

23.1 כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה בהסכמת המזמין מראש ובכתב. ויתור בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

24. משלוח הודעות

24.1 כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו לייעדן תוך 72 שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו לייעדן.

24.2 הודעה שנשלחה בפקסימיליה ו/או בדוא"ל תחשב שהגיעה לייעדה ביום העבודה הראשון שלמחרת משלוחה.

24.3 כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:

24.4 המזמין - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל: משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים.

24.5 הספק - _____.

24.6 בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי למנהל היחידה במשרד הבריאות.

25. **סמכות השיפוט**

25.1 הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

25.2 חתימת הספק על הסכם זה, מהווה הסכמה לאמור.

26. **שונות**

26.1 הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור במפרט.

26.2 המשרד רשאי לערוך מעת לעת סקרי שביעות רצון על השירותים הניתנים במסגרת מכרז זה. מובהר כי המשרד רשאי לפרסם בפומבי את תוצאות הסקרים האמורים, ללא פרסום תגובת הספק וללא קבלת הסכמתו לכל בטרם ביצוע הפרסום. בחתימת הספק על הסכם ההתקשרות הוא נותן את הסכמתו לכל פרסום כאמור. לספק לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לנתוני שביעות רצון שהמשרד פרסם והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום עקב פרסום נתוני שביעות הרצון כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

תאריך (המשרד ימלא)	**חתימת משרד**	**חתימת המשרד**
חתימת נותן השירותים		**חתימת נותן השירותים**

נספח ג'1 נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים
(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)

תאריך :_____

<u>טופס הצהרת שמירה על סודיות לעובד</u>

אני החתום/ה מטה, _____, ת.ז. _____, (שם פרטי ושם משפחה)
הנותן/ת שירותים מטעם _____ (שם המעסיק) , מתחייב בזאת :

1. לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____ (שם המעסיק) הנותן שירותים למשרד הבריאות, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.
2. התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.
3. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע על הזכאים.
4. כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד.
5. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.
6. אני מצהיר/ה שידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה על הוראות פרק ז', סימן ה, לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

_____ _____

תאריך חתימת המצהיר/ה

נספח ג'2 - נוסח ערבות לביצוע ההסכם

<u>נוסח כתב ערבות בנקאית</u>

שם הבנק _____

מס' טלפון _____

מס' פקס _____

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' _____

לבקשת _____ (שם המציע)

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____

(במילים: _____)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז מס' 26/2022 אספקת מיטות סיעודיות חשמליות עבור היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות במשרד הבריאות.

(שם המכרז)

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך <u>15 יום</u> מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתקף עד תאריך _____(התאריך שייכתב יהיה 90 יום מתום תקופת ההתקשרות בחוזה) ועד בכלל.

דרישה על- פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _____

מס' הבנק ומס' הסניף

_____ _____

שם הבנק הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_____ _____ _____

תאריך שם מלא חתימה וחותמת