

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

25 ביולי 2022  
מספרנו: הנ"ר/2022-0312  
תיק: 7015-2, 1128

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: דימות/יח' אנגיו – חו"ד לרכישת מכשיר מד קרישת דם.

תכתובת מיום 17.7.22

בסימוכין נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות 1 יח' עבור יח' אנגיוגרפיה.

מכשור מד קרישת דם בביה"ח מבוסס על שני דגמים עיקריים אשר עבורם נרכשים פריטים מתכלים ייעודיים:

1. דגם ACT Plus מתוצרת Medtronic בכמות 5 יח' המצויים בצנתורים.
2. דגם Hemochron Signature Elite מתוצרת Werfen (לשעבר ITC) המשמשים באנגיו, חדר ניתוח, ט.נ. ניתוחי לב, ט.נ. כללי.

הובהר ע"י צוות המרדמים ביח' אנגיו כי הדגם Hemochron Signature Elite אינו מספק מענה לנדרש היות ומפיק תוצאות שאינן עקביות, כולל בבדיקות חוזרות הנלקחות בתוך זמן קצר. נצפו סטיות בתוצאות בטווח שבין 20 עד 100%.

כמו כן, תוצאות הבדיקה באמצעות מכשיר זה מצביעות על חסר בתגובה הצפויה למתן תרופות נוגדות קרישה כגון הפריין.

לנוכח הנ"ל, נפסל הדגם Hemochron Signature Elite לרכישה. ניתן לראות ביצרון Medtronic ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם להצעת חברת "מדטרוניק" הרצ"ב.

הערות:

יש לדרוש תקופת אחריות כוללת (לחלפים ועבודה) של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.

על תקופת האחריות לכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים והכיוולים הנדרשים (כולל החלפת חלפים במידה ונדרש להחלפים), בהתאם להנחיות יצרן ובתדירות הנדרשת.

על נציג היצרן להתחייב למתן הדרכה מלאה, הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני של ביה"ח (ברמת טכנאי יצרן), על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונים בדגם המוצע. בתום הדרכת הצוות הטכני, תסופק ע"י נציג היצרן תעודת הסמכה רשמית.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.

בברכה,  
מיטל בליטרוי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' גל יניב  
מר ארקדי בייטלמן  
גב' ויקטוריה אולינצ'בה